



Grudziądz, dnia 13.06.2024 r.

ZP-1542/24

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: Dostawy asortymentu medycznego dla Oddziału Chirurgii Naczyniowej i Oddziału Kardiochirurgii na okres 24 (znak sprawy: Z/42/PN/24).

Informuję, działając w oparciu o treść art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2023 r., poz. 1605 ze zm.), że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na **dostawy asortymentu medycznego dla Oddziału Chirurgii Naczyniowej i Oddziału Kardiochirurgii na okres 24 miesięcy (znak sprawy: Z/42/PN/24)**, wpłynęły zapytania do postanowień Specyfikacji Warunków Zamówienia o następującej treści:

Zapytanie nr 1 – dotyczy zadania 1:

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie dwukanałowych cewników do embolektomii i trombektomii ze światłem na prowadnik o następujących parametrach:

- średnice: 6 / 8 / 10 / 12 / 14 mm,
- średnica shaftu cewnika: 3 / 4 / 5 / 6 / 7 F,
- kompatybilny prowadnik: 0,016" / 0,018" / 0,025" / 0,027" / 0,035", w zależności od średnicy balonu.

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że nie przewiduje modyfikacji w zakresie zapytania Wykonawcy i pozostaje przy zapisach SWZ.

Zapytanie nr 2:

Czy w Zadaniu nr 5 poz. 5 Zamawiający dopuści przedłużkę o średnicy systemu 15-18 Fr (pozostałe parametry bez zmian) ?

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że **dokonał modyfikacji Załącznika nr 2 do SWZ w zakresie zadania nr 5 poz. 5 jak poniżej.**





MODYFIKACJA TREŚCI SWZ

Działając na podstawie art. 137 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) Zamawiający informuje, że dokonał zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na **„dostawy asortymentu medycznego dla Oddziału Chirurgii Naczyniowej i Oddziału Kardiochirurgii na okres 24 miesięcy (znak sprawy: Z/42/PN/24), w następującym zakresie:**

- w treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – wykreśla się treść Załącznika nr 2 do SWZ w zakresie zadania nr 5 zastępując nową treścią Załącznika nr 2 do SWZ w zakresie zadania nr 5 jak w załączeniu;