



Szpital
im. prof. Z. Religi
w Słubicach

**Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im. Profesora Zbigniewa Religi
w Słubicach Sp. z o. o.**

NIP 598 16 18 971 REGON 080445872 NR R-KU BANKOWEGO 15 8369 0008 0069 5697 2000 0010
Sąd Rejonowy w Zielonej Górze: **KRS 0000359690 Wysokość kapitału zakładowego: 2.670.000,00 zł**

Słubice, dnia 17.05.2024r.

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 1605 z późn.zm.), zwanej dalej ustawą Pzp **na dostawę sprzętu jednorazowego użytku dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach Sp. z o. o.; nr sprawy: ZP/TP/08/24**

Na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w dniu 15-16.05.2024r. do siedziby Zamawiającego wpłynęły wnioski w sprawie wyjaśnienia treści SWZ. W trybie art. 284 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Dotyczy – pakiet nr 53

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie kleszczyków o średnicy 2,4 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 2

Dotyczy – pakiet nr 53

Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie pętli w kształcie heksagonalnym, średnica drutu 0,25 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 3

Dotyczy – pakiet nr 1, pozycja nr 3

Czy Zamawiający Pakiecie 1 w pozycji 3 dopuści rurki intubacyjne, wykonane z przezroczystego, termoplastycznego PCW, spełniające pozostałe wymagania SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania rurek o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 17.05.2024r.

Pytanie nr 4

Dotyczy – pakiet nr 2, pozycja nr 1

Czy Zamawiający w Pakiecie 2 w pozycji 1 dopuści prowadnicę jednorazowego użytku, rozmiar 15CH/700 mm; spełniającą pozostałe wymagania SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania prowadnicy o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 17.05.2024r.

Pytanie nr 5

Dotyczy – pakiet nr 2, pozycja nr 1

Czy Zamawiający w Pakiecie 2 wyrazi zgodę na wykreślenie pozycji 1 do odrębnego pakietu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Zamawiający nie ma technicznej możliwości edycji ogłoszenia o zamówieniu w zakresie rozszerzenia ilości zadań/ pakietów.

Pytanie nr 6

Dotyczy – pakiet nr 2, pozycja nr 2

Czy Zamawiający w Pakiecie 2 w pozycji 2 dopuści prowadnicę dla dzieci do wymiany rurek, z prostym końcem, spełniającą pozostałe wymagania SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania prowadnicy o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 17.05.2024r.

Pytanie nr 7

Dotyczy – pakiet nr 2, pozycja nr 3

Czy Zamawiający w Pakiecie 2 w pozycji 3 dopuści prowadnicę w rozmiarze 5,0/36,5 cm - do rurek o średnicy 8,5 – 11 mm, spełniającą pozostałe wymagania SWZ oraz prowadnice w rozmiarach 2,0 i 4,0 mm – spełniające wymagania SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania prowadnicy o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 17.05.2024r.

Pytanie nr 8

Dotyczy – pakiet nr 3, pozycja nr 7

Czy Zamawiający w Pakiecie 3 w pozycji 7 mógłby potwierdzić, czy zestaw powinien być wyposażony w pean wielorazowego użytku (opisany zestaw do metody Griggsa jest również dostępny w wersji bez peana wielorazowego użytku, która to wersja jest w niższej cenie niż zestaw z peanem).

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje dodatek nr 2 do SWZ poprzez zmianę numeracji pozycji w pakiecie nr 3.

Zestaw do przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa (obecnie pozycja nr 1), zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, winien zawierać w swoim składzie min.: rurka tracheostomijna z dodatkowym przewodem do odsysania znad mankietu (dostęp do rozmiarów: średnica wewnętrzna 7 mm, 8 mm, 9 mm), pean wielorazowego użytku, strzykawka, igła, prowadnica, rozszerzadło, skalpel.

Pytanie nr 9

Dotyczy – pakiet nr 3, pozycja nr 8

Czy Zamawiający w Pakiecie 3 w pozycji 8 dopuści rurkę tracheostomijną z regulowanym położeniem kołnierza, z termoplastycznego PCW, silikonowaną, z przewodnicą, z mankietem niskociśnieniowym, balonik kontrolny z rozmiarem rurki, linia Rtg na całej długości rurki, przezroczysty kołnierz, w zestawie tasiemki mocujące, rozmiary zgodnie z SWZ.

Odpowiedź:

Po dokonaniu modyfikacji w zakresie zmiany numeracji w pakiecie nr 3 – pytanie dotyczy pozycji nr 2.

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania rurki o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 17.05.2024r.

Pytanie nr 10

Dotyczy – pakiet nr 3, pozycja nr 8

Czy Zamawiający w Pakiecie 3 wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 8 do odrębnego pakietu.

Odpowiedź:

Po dokonaniu modyfikacji w zakresie zmiany numeracji w pakiecie nr 3 – pytanie dotyczy pozycji nr 2.

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Zamawiający nie ma technicznej możliwości edycji ogłoszenia o zamówieniu w zakresie rozszerzenia ilości zadań/ pakietów.

Pytanie nr 11

Dotyczy – pakiet nr 3, pozycja nr 9

Czy Zamawiający w Pakiecie 3 w pozycji 9 dopuści rurkę tracheostomijną bez mankieta, z termoplastycznego PCW, elastyczny, przezroczysty kołnierz z oznaczeniem rozmiaru i długości rurki, samoblokujący się mandryn z otworem na przewodnicę Seldingera, w zestawie z 2 kaniulami wewnętrznymi (dla opcjonalnego użytku), opaską i szczoteczką do czyszczenia kaniul. Sterylna, rozmiary od 6,0mm do 10,0mm (co 1,0mm) oraz 7,5mm i 8,5mm.

Odpowiedź:

Po dokonaniu modyfikacji w zakresie zmiany numeracji w pakiecie nr 3 – pytanie dotyczy pozycji nr 3.

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania rurki o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 17.05.2024r.

Pytanie nr 12

Dotyczy – pakiet nr 3, pozycja nr 9

Czy Zamawiający w Pakiecie 3 wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 9 do odrębnego pakietu.

Odpowiedź:

Po dokonaniu modyfikacji w zakresie zmiany numeracji w pakiecie nr 3 – pytanie dotyczy pozycji nr 3.

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Zamawiający nie ma technicznej możliwości edycji ogłoszenia o zamówieniu w zakresie rozszerzenia ilości zadań/ pakietów.

Pytanie nr 13

Dotyczy – pakiet nr 3, pozycja nr 10

Czy Zamawiający w Pakiecie 3 w pozycji 10 dopuści rurkę która na baloniku kontrolnym posiada oznaczenie rozmiaru rurki, średnicy mankietu, producenta i marki; rurkę spełniającą pozostałe wymagania SWZ.

Odpowiedź:

Po dokonaniu modyfikacji w zakresie zmiany numeracji w pakiecie nr 3 – pytanie dotyczy pozycji nr 4.

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania rurki o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 17.05.2024r

Pytanie nr 14

Dotyczy – pakiet nr 3, pozycja nr 11

Czy Zamawiający w Pakiecie 3 w pozycji 11 dopuści rurki tracheostomijne z pojedynczym mankietem, wykonane z termoplastycznego PCW, balonik kontrolny wyraźnie wskazujący na wypełnienie mankietu (płaski przed wypełnieniem) posiadający oznaczenia rozmiaru rurki oraz średnicy mankietu oraz producenta i marki; elastyczny, przezroczysty kołnierz z oznaczeniem rozmiaru i długości rurki, samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera. Sterylne, pakowane w opakowanie typu blister; rozmiary od 6,0mm do 10,0mm co 1,0mm) oraz 7,5mm i 8,5mm.

Odpowiedź:

Po dokonaniu modyfikacji w zakresie zmiany numeracji w pakiecie nr 3 – pytanie dotyczy pozycji nr 5.

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania rurki o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 17.05.2024r

Pytanie nr 15

Dotyczy – pakiet nr 3, pozycja nr 11

Czy Zamawiający w Pakiecie 3 wyrazi zgodę na wykreślenie lub wydzielenie pozycji 11 do odrębnego pakietu.

Odpowiedź:

Po dokonaniu modyfikacji w zakresie zmiany numeracji w pakiecie nr 3 – pytanie dotyczy pozycji nr 5.

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Zamawiający nie ma technicznej możliwości edycji ogłoszenia o zamówieniu w zakresie rozszerzenia ilości zadań/ pakietów.

Pytanie nr 16

Dotyczy – pakiet nr 6, pozycja nr 3

Czy Zamawiający w Pakiecie 6 wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 3 do odrębnego pakietu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Zamawiający nie ma technicznej możliwości edycji ogłoszenia o zamówieniu w zakresie rozszerzenia ilości zadań/ pakietów.

Pytanie nr 17

Dotyczy – pakiet nr 6, pozycja nr 5

Czy Zamawiający w Pakiecie 6 wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 5 do odrębnego pakietu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Zamawiający nie ma technicznej możliwości edycji ogłoszenia o zamówieniu w zakresie rozszerzenia ilości zadań/ pakietów.

Pytanie nr 18

Dotyczy – pakiet nr 6, pozycja nr 6

Czy Zamawiający w Pakiecie 6 wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 6 do odrębnego pakietu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Zamawiający nie ma technicznej możliwości edycji ogłoszenia o zamówieniu w zakresie rozszerzenia ilości zadań/ pakietów.

Pytanie nr 19

Dotyczy – pakiet nr 6, pozycja nr 7

Czy Zamawiający w Pakiecie 6 wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 7 do odrębnego pakietu (opisany produkt nie jest już produkowany).

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Zamawiający nie ma technicznej możliwości edycji ogłoszenia o zamówieniu w zakresie rozszerzenia ilości zadań/ pakietów.

Pytanie nr 20

Dotyczy – pakiet nr 6, pozycja nr 7

Czy Zamawiający w Pakiecie 6 w pozycji 7 dopuści dren do klatki piersiowej z trokarem ostrym typu „trójgraniec”, wykonany z miękkiego termoplastycznego PCW, 2 boczne otwory ssące i 1 otwór końcowy gładko wykończone, linia Rtg., znaczniki długości co 2 cm, oznaczenie rozmiaru na drenie i płaskim uchwycie trokara; zintegrowany łącznik. Sterylny, rozmiary: 16F/27cm, 20F/42cm, 24F/42cm, 28F/42cm, 32F/42cm.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania drenu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 17.05.2024r

Pytanie nr 21

Dotyczy – pakiet nr 61, pozycja nr 1

Czy w Pakiecie nr 61 w poz. 1 powinny być zaoferowane szczoteczki cytologiczne, których efektywność została klinicznie zweryfikowana?

Odpowiedź:

Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia nie określił takiego wymogu, natomiast dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie nr 22

Dotyczy – pakiet nr 5, pozycja nr 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 5 poz. 2: Igły do znieczuleń podpajęczynówkowych typ Pencil-Point z prowadnicą, cienkościenna o szybkim wpływie, sterylna 25 G, 26 G, 27 G, DŁUGOŚĆ 100 lub 120 mm (do wyboru).

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe pod warunkiem dostępu do w/w długości, tj. 100 i 120 mm.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania igły o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający

dopuszczył możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 17.05.2024r.

Pytanie nr 23

Dotyczy – pakiet nr 1, pozycja nr 1

Czy Zamawiający dopuści rurkę niesilikonowaną, wykonaną wyłącznie z PCV?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 24

Dotyczy – pakiet nr 1, pozycja nr 2

Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną z mankietem standardowym, bez potwierdzonej badaniami obniżonej przenikalności dla podtlenku azotu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 25

Dotyczy – pakiet nr 1, pozycja nr 2

Czy Zamawiający dopuści balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki, objętością mankieta i numerem LOT?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania rurki o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 17.05.2024r

Pytanie nr 26

Dotyczy – pakiet nr 1, pozycja nr 3

Czy Zamawiający dopuści rurkę niesilikonowaną?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 27

Dotyczy – pakiet nr 1, pozycja nr 4

Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną z mankietem standardowym, bez potwierdzonej badaniami obniżonej przenikalności dla podtlenku azotu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 28

Dotyczy – pakiet nr 2, pozycja nr 2

Czy Zamawiający dopuści rozmiar 6CH/535 mm zamiast 5CH/500 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 29

Dotyczy – pakiet nr 2, pozycja nr 3

Czy Zamawiający dopuści rozmiary: 2,0 mm / 25,5 cm | 4,0 mm / 34 cm | 4,7 mm / 34 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania przewodnicy o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający

dopuszczył możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 17.05.2024r.

Pytanie nr 30

Dotyczy – pakiet nr 5, pozycja nr 1

Czy Zamawiający dopuści Iglę Touhy z wstępnie założonymi skrzydełkami, które można zdjąć?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania igły o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 17.05.2024r.

Pytanie nr 31

Dotyczy – pakiet nr 5, pozycja nr 2

Czy Zamawiający dopuści długość 120 mm?

Odpowiedź:

W odpowiedzi na pytanie nr 22 Zamawiający dopuścił wyżej wskazaną długość, pod warunkiem zaoferowania dostępu do dwóch długości – 100 i 120 mm.

Zamawiający podtrzymuje powyższe.

Pytanie nr 32

Dotyczy – pakiet nr 5, pozycja nr 3

Czy Zamawiający dopuści długość 88 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 33

Dotyczy – pakiet nr 5, pozycja nr 4

Czy Zamawiający dopuści rozmiary 22G oraz 24G bez przewodnicy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 34

Dotyczy – pakiet nr 5, pozycja nr 4

Czy Zamawiający dopuści długość 88 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 35

Dotyczy – pakiet nr 6, pozycja nr 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych o składzie: strzykawka niskooporowa o pojemności 10ml, skalowana, igła Touhy 18G x 80mm, cewnik epiduralny 0,8mm o długości 90cm z znacznikami głębokości oraz otworami bocznymi, wykonany z miękkiego materiału, z nitką radiacyjną na całej długości kontrastującą w promieniach RTG, skalowany, dodatkowy łącznik ułatwiający wprowadzenie cewnika do igły Touhy, płaski filtr epiduralny 0,2µm, zatraskowy łącznik do cewnika epiduralnego, mocowanie cewnika, samoprzylepna naklejka na cewnik epiduralny?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania zestawu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 17.05.2024r.

Pytanie nr 36

Dotyczy – pakiet nr 6, pozycja nr 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych o składzie: strzykawka niskooporowa o pojemności 10ml, skalowana, igła Touhy 18G x 80mm, cewnik epiduralny 0,8mm o długości 90cm z znacznikami głębokości oraz otworami bocznymi, wykonany z miękkiego materiału, z nitką radiacyjną na całej długości kontrastującą w promieniach RTG, skalowany, dodatkowy łącznik ułatwiający wprowadzenie cewnika do igły Touhy, płaski filtr epiduralny 0,2µm, zatraskowy łącznik do cewnika epiduralnego, mocowanie cewnika, samoprzylepna naklejka na cewnik epiduralny?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania zestawu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 17.05.2024r.

Pytanie nr 37

Dotyczy – pakiet nr 6, pozycja nr 3

Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny maskę krtaniową jednorazowego użytku wykonaną z PCV, bezlateksową, ukształtowaną zgodnie z budową anatomiczną gardła, posiadającą łukowaty kształt; rurka oraz mankiet stanowiące dwa osobne elementy połączone trwale ze sobą, bez wzmocnionego koniuszka, poślizgowa powierzchnia ułatwiająca zakładanie, wzmocnienie rurki przed przegryzieniem; informacja dotycząca wagi pacjenta oraz objętości wypełniającej mankiet umieszczone na korpusie maski, natomiast informacje dotyczące rozmiaru oraz numeru serii na baloniku kontrolnym oraz korpusie rurki; rozmiary: 1; 1 ½; 2; 2 ½; 3; 4; 5?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 38

Dotyczy – pakiet nr 6, pozycja nr 4

Czy Zamawiający dopuści bezigłowy port wykonany jest z najwyższej jakości materiałów, zapewniających optymalne, w pełni bezpieczne, wygodne i skuteczne użytkowanie, wysokiej jakości silikonowa membrana pozwala na wielokrotne stosowanie portu, zabezpiecza przed wyciekaniem podawanych płynów poza port, doskonale szczelna konstrukcja, zapobiega dostawaniu się do łącznika powietrza, płynów i ciał stałych, prosty tor przepływu zmniejsza wstrząsy i komplikacje podczas iniekcji, mały rozmiar portu, przezroczysta obudowa zapewnia kontrolę wzrokową podawanych płynów, możliwość stosowania portu podczas badania rezonansem magnetycznym, nie zawiera ftalanów, sterylizowany EO, czas użytkowania 7 dni lub 200 aktywacji, przeznaczony do wielokrotnych, bezigłowych iniekcji, objętość wypełnienia 0,13 ml, przepływ > 1000 ml/10 minut przy 0,9% roztworze NaCl, objętość refluksu (przy odłączeniu): 0,02 ml, brak wycieków poniżej 200 kPa pod wpływem ciśnienia powietrza i ciśnienia hydraulicznego, wykonany z PC i silikonu, do dezynfekcji można użyć alkoholu, można połączyć ze strzykawką lub zestawem infuzyjnym Air Stop?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania portu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 17.05.2024r.

Pytanie nr 39

Dotyczy – pakiet nr 6, pozycja nr 6

Czy Zamawiający dopuści bezigłowy przyrząd do pobierania leków z fiolek z gumowym korkiem oraz butelek, dwuświatłowy, przeznaczony do wielokrotnych aspiracji, wyposażony w hydrofobowy i lipofobowy filtr odpowietrzający (bakteryjny) 0,2µm, możliwość aktywacji 300 razy przez 96 godzin, nie wymagają stosowania koreczków zabezpieczających, pasują do standardowych złączy luer oraz luerlock, w pełni szczelne i bezpieczne połączenie, możliwość stosowania z lekami cytostatycznymi, specjalne zakończenie kolca biorczego umożliwiającego całkowite opróżnienie butelki/fiolki płaska powierzchnia membrany,

dezynfekcja membrany poprzez przetarcie gazikiem z alkoholem, bez lateksu, PCV oraz DEHP, sterylizowane tlenkiem etylenu, opakowanie papier-folia, zdjęcie obok

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania produktu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 17.05.2024r.

Pytanie nr 40

Dotyczy – pakiet nr 16, pozycja nr 1

Czy zamawiający dopuści końcówkę Yankauer wyłącznie w rozmiarze CH21?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 41

Dotyczy – pakiet nr 16, pozycja nr 2

Czy zamawiający dopuści dren o długości 3 m?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 42

Dotyczy – pakiet nr 24, pozycja nr 1

Czy zamawiający dopuści worek na wymiociny z szerokim, wygodnym otworem wlotowym zapobiegającym rozlaniu treści, wykonany z przejrzystego materiału pozwalającego na wizualne zbadanie treści wewnątrz torby, w tym krwi, plastikowa obręcz umożliwia łatwy chwyt i obsługę, co zmniejsza ryzyko zanieczyszczenia, wytrzymały worek o pojemności 1,5L, skalowany co 100 ml, funkcja "Twist & lock" na obręczy umożliwia bezpieczne zamknięcie worka po użyciu, każdy worek zawiera jedną saszetkę z absorbentem, praktyczny, dyskretny, łatwy w użyciu?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania worka/ systemu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 17.05.2024r.

Pytanie nr 43

Dotyczy – pakiet nr 27, pozycja nr 1

Czy zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi posiadający dwukanałowy, ostry kolec komory kroplowej zapewniający, szczelne i pewne połączenie z pojemnikami oraz workami, odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany kolorową (czerwoną) klapką, elastyczna komora kroplowa o wielkości 8,5cm, kroplomierz komory 20 kropli = 1 ml +/- 0.1 ml, filtr zabezpieczający przed większymi cząsteczkami o wielkości oczek 200 µm, miękkie, elastyczny dren o długości 150 cm z zakończeniem Luer-Lock, uniwersalne całkowicie przezroczyste zakończenie drenu luer-lock, precyzyjny zacisk rolkowy wyposażony w zaczep na dren do podwieszenia, oba końce przyrządu zabezpieczone dodatkowo ochronnymi kapturkami, jednorazowego użytku, niepirogenny, nietoksyczny, nie zawiera lateksu, sterylizowany tlenkiem etylenu, pakowany pojedynczo w opakowanie papierowo-foliowe?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania przyrządu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 17.05.2024r.

Pytanie nr 44

Dotyczy – pakiet nr 27, pozycja nr 1

Czy zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi bez pompki?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 45

Dotyczy – pakiet nr 27, pozycja nr 2

Czy zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi posiadający dwukanałowy, ostry kolec komory kropłowej zapewniający, szczelne i pewne połączenie z pojemnikami oraz workami, odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany kolorową (czerwoną) klapką, elastyczna komora kropłowa o wielkości 8,5cm, kropłomierz komory 20 kropli = 1 ml +/- 0.1 ml, filtr zabezpieczający przed większymi cząsteczkami o wielkości oczek 200 µm, miękkie, elastyczny dren o długości 150 cm z zakończeniem Luer-Lock, uniwersalne całkowicie przezroczyste zakończenie drenu luer-lock, precyzyjny zacisk rolkowy wyposażony w zaczep na dren do podwieszenia, oba końce przyrządu zabezpieczone dodatkowo ochronnymi kapturkami, jednorazowego użytku, niepirogenny, nietoksyczny, nie zawiera lateksu, zawierający śladowe ilości ftalanów, sterylizowany tlenkiem etylenu, pakowany pojedynczo w opakowanie papierowo-foliowe, logo producenta na opakowaniu?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaferowania przyrządu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 17.05.2024r.

Pytanie nr 46

Dotyczy – pakiet nr 27, pozycja nr 3

Czy zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, zawierający śladową ilość ftalanów, zaciska rolkowy wyposażony w uchwyt na dren, bez możliwości zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, logo producenta na opakowaniu, długość komory kropłowej 4,5 cm, dren przezroczysty o długości 150 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 47

Dotyczy – pakiet nr 28, pozycja nr 4

Czy zamawiający dopuści dren o długości 90 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 48

Dotyczy – pakiet nr 28, pozycja nr 6

Czy zamawiający dopuści worek do godzinowej zbiórki moczu wykonany z medycznego PCV, worek o pojemność 2000ml z zastawką antyzwrotną, dren o długości 120cm zakończony stożkowym łącznikiem zabezpieczonym zatyczką, bezigłowy port do pobierania próbek moczu, zawór spustowy typu T z możliwością podwieszenia, komora pomiarowa o pojemności 500ml, filtr hydrofobowy w worku i komorze, worek zbiorczy skalowany co 50ml od 100ml do 2000ml, komora kropłowa skalowana co 1ml do 50ml oraz co 5ml od 50ml do 500ml, uniwersalny, zintegrowany wieszak, jednorazowego użytku, bezlateksowy, sterylizowany tlenkiem etylenu, opakowanie: folia/papier?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaferowania przyrządu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 17.05.2024r.

Pytanie nr 49

Dotyczy – pakiet nr 28, pozycja nr 7

Czy zamawiający dopuści kankę w rozmiarach od 14 do 24 co 2?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania kanki o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 17.05.2024r.

Pytanie nr 50

Dotyczy – pakiet nr 28, pozycja nr 8

Czy zamawiający dopuści Sondę Sengstakena wykonaną z PCV i lateksu, trójdrożna, dwa balony, znaczniki głębokości, dostęp do rozmiarów CH16, CH18, CH21?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania sondy o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 17.05.2024r.

Pytanie nr 51

Dotyczy – pakiet nr 28, pozycja nr 10

Czy zamawiający dopuści zgłębnik bez zatyczki? Zgłębniki we wskazanych rozmiarach nie posiadają zatyczki?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania zgłębnika o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 17.05.2024r.

Pytanie nr 52

Dotyczy – pakiet nr 29, pozycja nr 2

Czy zamawiający dopuści rozmiary 12, 14, 16, 18, 20?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania cewnika o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 17.05.2024r.

Pytanie nr 53

Dotyczy – pakiet nr 29, pozycja nr 4

Czy zamawiający dopuści długość 200 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 54

Dotyczy – pakiet nr 40, pozycja nr 1a

Czy zamawiający dopuści rozmiar 110cm x 110 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania okrycia o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do

SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 17.05.2024r.

Pytanie nr 55

Dotyczy – pakiet nr 40, pozycja nr 2a

Czy zamawiający dopuści rozmiar 110cm x 110 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 56

Dotyczy – pakiet nr 41, pozycja nr 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw do zabiegów ortopedycznych o składzie:

1. uchwyt rozbudowany z filtrem; średnica wejścia ok. 9/11mm; długość ok. 21cm; filtr perforowany o średnicy ok. 16,5/19mm i długości ok. 12,3cm
2. dodatkowy filtr perforowany
3. końcówka ssąca długa zakrzywiona o średnicy ok. 5/7mm i długości ok. 23cm
4. końcówka ssąca krótka zakrzywiona o średnicy ok. 5/7mm i długości ok. 15cm
5. końcówka ssąca prosta o średnicy ok. 5/7mm i długości ok. 28cm
6. dren z końcówką lejek – cut-to-fit o średnicy 5/8mm i długości 200cm, reszta parametrów zgodna z SWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania zestawu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 17.05.2024r.

Pytanie nr 57

Dotyczy – pakiet nr 43, pozycja nr 2

Prosimy o doprecyzowanie, czy jeżeli szczoteczka do zębów z odsysaniem będzie podłączana do źródła ssania (ssaka elektrycznego), to tym samym zgodnie z Regulą 5 klasyfikacji wyrobów medycznych, jeżeli produkt jest przeznaczony do przyłączenia do aktywnego wyrobu medycznego klasy IIa lub wyższej (tj. do ssaka) - zalicza się go do klasy IIa, a co za tym idzie, Zamawiający wymaga zaoferowania wyrobu zarejestrowanego w klasie IIa? Informujemy, iż na rynku występują wyroby sklasyfikowane w klasie I co uniemożliwia ich podłączenie do ssaka elektrycznego .

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w dodatku nr 2 do SWZ – pakiet nr 43, pozycja nr 2 w następujący sposób:

*Jednorazowa szczoteczka do zębów, wykonana z polipropylenu z możliwością odsysania i **podłączenia do źródła ssania (ssaka elektrycznego)**. Z jednej strony pokryta miękkim włosiem, z drugiej gąbką. Łączna długość 15-20cm, długość części czyszczącej 2-2,5cm. Otwór odsysający zarówno od strony włosia jak i w przestrzeni między gąbką i włosiem. Łącznik do kontrolowanego odsysania ścięty pod kątem dla wygodnej manipulacji. Zarejestrowana jako wyrób medyczny. Pakowana pojedynczo.*

Zmodyfikowany dodatek nr 2 do SWZ jest załącznikiem do niniejszego pisma.

Pytanie nr 58

Dotyczy – pakiet nr 57, pozycja nr 1

Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr oddechowy dla dzieci elektrostatyczny z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji bakteryjnej 99,999 %, wirusowej 99,999 %, waga 15 g, przestrzeń martwa 12 ml, objętość 150-300 ml, oporność 1,2 przy 30 l/min, nawilżanie przy vt 500 ml – 24 mg/h20, z portem do kapnografii, ze złączem 22M/15F-22F/15M, sterylne?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania produktu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do

SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 17.05.2024r.

Pytanie nr 59

Dotyczy – pakiet nr 57, pozycja nr 2

Czy Zamawiający dopuści materiał PP?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 60

Dotyczy – pakiet nr 57, pozycja nr 3

Czy Zamawiający dopuści rury o długości 200 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania produktu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 17.05.2024r.

Pytanie nr 61

Dotyczy – pakiet nr 57, pozycja nr 4

Czy Zamawiający dopuści układ z 2 pułapkami wodnymi?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 62

Dotyczy – pakiet nr 57, pozycja nr 4

Czy Zamawiający dopuści bez drenów bąbelkowych?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 63

Dotyczy – pakiet nr 57, pozycja nr 4

Czy Zamawiający dopuści zatyczkę zabezpieczającą dołączoną osobno?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania produktu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 17.05.2024r.

Pytanie nr 64

Dotyczy – pakiet nr 57, pozycja nr 4

Czy Zamawiający dopuści długość 200 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie obwodu o długości 200 cm.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania produktu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 17.05.2024r.

Pytanie nr 65

Dotyczy – pakiet nr 57, pozycja nr 4

Czy Zamawiający dopuści rury karbowane?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania obwodu oddechowego z rury karbowanej. Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania produktu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 17.05.2024r.

Pytanie nr 66

Dotyczy – pakiet nr 57, pozycja nr 4

Czy Zamawiający dopuści rury rozciągliwe?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania obwodu oddechowego z rury rozciągliwej. Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania produktu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 17.05.2024r.

Pytanie nr 67

Dotyczy – pakiet nr 57, pozycja nr 5

Czy Zamawiający dopuści układ z 2 pułapkami wodnymi?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 68

Dotyczy – pakiet nr 57, pozycja nr 5

Czy Zamawiający dopuści materiał PP?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 69

Dotyczy – pakiet nr 57, pozycja nr 5

Czy Zamawiający dopuści dodatkową rurę o długości 100 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania obwodu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 17.05.2024r.

Pytanie nr 70

Dotyczy – pakiet nr 57, pozycja nr 5

Czy Zamawiający dopuści zatyczkę zabezpieczającą dołączoną osobno?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania obwodu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 17.05.2024r.

Pytanie nr 71

Dotyczy – pakiet nr 57, pozycja nr 6

Czy Zamawiający dopuści skuteczność filtracji bakteryjnej 99,999% oraz wirusowej 99,999%?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania produktu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 17.05.2024r.

Pytanie nr 72

Dotyczy – pakiet nr 57, pozycja nr 7

Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny wymiennik ciepła i wilgoci dla dorosłych, o wadze 9 g, przestrzeni martwej 16 ml, objętości pływowej 200-1000 ml, z celulozowym wymiennikiem, z portem do odsysania z zatyczką zamykaną ręcznie, oporności 0,5 przy 30 l/min, z portem do podawania tlenu oraz skuteczności nawilżania 24 przy Vt 500ml, sterylne?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania obwodu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 17.05.2024r.

Pytanie nr 73

Dotyczy – pakiet nr 57, pozycja nr 10

Czy Zamawiający dopuści długość 200 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania drenu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 17.05.2024r.

Pytanie nr 74

Dotyczy – pakiet nr 57, pozycja nr 11

Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny maskę krtoniową jednorazowego użytku wykonaną z PCV, bezlateksową, ukształtowaną zgodnie z budową anatomiczną gardła, posiadającą łukowaty kształt; rurka oraz mankiet stanowiące dwa osobne elementy połączone trwale ze sobą, bez wzmocnionego koniuszka, poślizgowa powierzchnia ułatwiająca zakładanie, wzmocnienie rurki przed przegryzieniem; informacja dotycząca wagi pacjenta oraz objętości wypełniającej mankiet umieszczone na korpusie maski, natomiast informacje dotyczące rozmiaru oraz numeru serii na baloniku kontrolnym oraz korpusie rurki; rozmiary: 1; 1 ½; 2; 2 ½; 3; 4; 5?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 75

Dotyczy – pakiet nr 62, pozycja nr 1

Czy Zamawiający dopuści szczotkę niesterylną?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 76

Dotyczy – pakiet nr 62, pozycja nr 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw do zabiegów ortopedycznych o składzie:

1. uchwyt rozbudowany z filtrem; średnica wejścia ok. 9/11mm; długość ok. 21cm; filtr perforowany o średnicy ok. 16,5/19mm i długości ok. 12,3cm
2. dodatkowy filtr perforowany
3. końcówka ssąca długa zakrzywiona o średnicy ok. 5/7mm i długości ok. 23cm
4. końcówka ssąca krótka zakrzywiona o średnicy ok. 5/7mm i długości ok. 15cm
5. końcówka ssąca prosta o średnicy ok. 5/7mm i długości ok. 28cm

6. dren z końcówką lejek – cut-to-fit o średnicy 5/8mm i długości 200cm, reszta parametrów zgodna z SWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania zestawu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 17.05.2024r.

Pytanie nr 77

Dotyczy – pakiet nr 62, pozycja nr 3

Czy Zamawiający zamiast samej końcówki dopuści cały zestaw do zabiegów ortopedycznych o składzie:

1. uchwyt rozbudowany z filtrem; średnica wejścia ok. 9/11mm; długość ok. 21cm; filtr perforowany o średnicy ok. 16,5/19mm i długości ok. 12,3cm
2. dodatkowy filtr perforowany
3. końcówka ssąca długa zakrzywiona o średnicy ok. 5/7mm i długości ok. 23cm
4. końcówka ssąca krótka zakrzywiona o średnicy ok. 5/7mm i długości ok. 15cm
5. końcówka ssąca prosta o średnicy ok. 5/7mm i długości ok. 28cm
6. dren z końcówką lejek – cut-to-fit o średnicy 5/8mm i długości 200cm, reszta parametrów zgodna z SWZ

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 78

Dotyczy – pakiet nr 65, pozycja nr 1, 2

Czy Zamawiający dopuści nr serii na opakowaniu zamiast na cewniku?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania cewników o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 17.05.2024r.

Pytanie nr 79

Dotyczy – pakiet nr 64, pozycja nr 1, 2

Czy Zamawiający dopuści opakowanie podwójne folia + papier/folia?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania cewników o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 17.05.2024r.

Pytanie nr 80

Dotyczy – pakiet nr 67, pozycja nr 1

Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do odsysania o następującej specyfikacji:

- Posiada zintegrowany podwójnie obrotowy łącznik 15 mm kącie 45° do podłączenia rurki i respiratora
- Posiada obrotowy port do przepłukiwania cewnika (port do irygacji) o długości ok 8 cm zamykany kapturkiem zamocowanym do portu kompatybilny z fiolką 5-10 ml NaCl
- Posiada zamykany port do podawania leków z końcówką Luer (MDI)
- Posiada przezroczystą komorę pozwalającą na obserwację wydzieliny pacjenta, która izoluje drobnoustroje i jest uszczelniona próżniowo co zmniejszająca ryzyko VAP oraz infekcji krzyżowej
- Posiada zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci kapturka zamocowanego do zestawu w sposób zapobiegający zagubieniu
- Regulacja podciśnienia następuje poprzez zawór kontroli siły ssania znakowany rozmiarem cewnika oraz

średnicą oraz informacją „UP”

- Blokada zaworu regulacji siły ssania następuje poprzez jego obrót o 90° lub 180°
- Posiada suwak umożliwiający pełne zamknięcie/otwarcie przepływu bez konieczności rozmontowania całości systemu
- System wyposażony w klin pozwalający na bezpieczne rozmontowanie systemu z rurką intubacyjną bez uszkodzenia elementów
- Cewnik zakończony atraumatycznie niebieską miękką obwódką, zaokrąglony, bez ostrych krawędzi, wyposażony w czarną obwódkę pozwalającą na jego wizualizację podczas przepłukiwania
- Cewnik wyposażony w dwa otwory boczne ułożone naprzemianlegle oraz znaczniki głębokości skalowane co 1 cm
- Oznaczenie rozmiaru cewnika widoczne na końcu cewnika, na zaworze kontroli siły ssania oraz kolorystycznie (zgodnie z standardem ISO) na obwodce łączącej pozostałe elementy systemu z rękawem ochronnym
- W zestawie kolorowe naklejki do oznaczenia daty wymiany zestawu w języku angielskim oraz łącznik martwa przestrzeń rozciągliwy do długości 135mm
- System stanowi integralną całość i jest gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania bez konieczności montażu dodatkowych akcesoriów
- Sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu
- Jednorazowego użytku z możliwością stosowania do 72 godzin
- Rozmiary: 12, 14, 16 CH – długość 60 cm (intubacja) oraz 33 cm (tracheostomia)
- Pakowana folia/papier?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania systemu do odsysania o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 17.05.2024r.

Pytanie nr 81

Dotyczy – pakiet nr 21, pozycja nr 1

Czy Zamawiający dopuści jednorazową, dzieloną na dwie równe części elektrodę neutralną bez kabla dla dorosłych i dzieci, żelową, owalną, pow. ogólna 168 cm², pow. aktywna 105 cm², do diatermii BOWA, EMED, VALLEYLAB, zewnętrzna warstwa wodoodporna, pakowana pojedynczo?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania elektrody o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 17.05.2024r.

Pytanie nr 82

Dotyczy – pakiet nr 21, pozycja nr 2

Czy Zamawiający ma na myśli uchwyt 3 pin czy 1 pin?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje zaoferowania uchwytu 3 pinowego.

Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w dodatku nr 2 do SWZ – pakiet nr 21, pozycja nr 2 w następujący sposób:

Jednorazowy uchwyt monopolarny 3-pinowy z nożem, długość całkowita uchwytu z kablem 328-350 cm, posiada dwa przyciski - do cięcia i koagulacji tkanek, zdejmowane ostrze ze stali nierdzewnej. Pasujący do aparatów EMED, BOWA, VALLEYLAB.

Zmodyfikowany dodatek nr 2 do SWZ jest załącznikiem do niniejszego pisma.

Pytanie nr 83

Dotyczy – pakiet nr 21, pozycja nr 3

Czy Zamawiający ma na myśli kabel do elektrody neutralnej jednorazowej z wtykiem płaskim i bolcem REM czy z wtykiem typu Jack?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania kabla do elektrody z dostępem do obu rodzajów wtyków.

Pytanie nr 84

Dotyczy – pakiet nr 21, pozycja nr 1

Czy Zamawiający dopuści jednorazową elektrodę neutralną dzieloną z odseparowaną mechanicznie i elektrycznie powierzchnią ekwipotencjalną zapewniającą równomierny rozkład prądu na ciele pacjenta o powierzchni 108 cm², przeznaczoną dla dorosłych i dzieci o wadze od 2kg, hydrożelową, do diatermii Bowa, Emed, Valleylab, Erbe, pakowane pojedynczo?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania elektrody o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 17.05.2024r.

Pytanie nr 85

Dotyczy – pakiet nr 5, pozycja nr 2

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 5, Pozycji 2 igieł do znieczuleń podpajęczynówkowych typ Pencil Point o dł. 120 mm. Reszta parametrów bez zmian.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na pytanie nr 22 Zamawiający dopuścił wyżej wskazaną długość, pod warunkiem zaoferowania dostępu do dwóch długości – 100 i 120 mm.

Zamawiający podtrzymuje powyższe.

Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana, staje się częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) i jest wiążąca dla wszystkich wykonawców.

Pozostałe ustalenia treści SWZ pozostają bez zmian.

Prezes Zarządu – Adam Koniuk

Wiceprezes Zarządu – Magdalena Wiadomska-Łażewska
(podpis na oryginale)