

Kraków, dn. 16.07.2024r.

wg rozdzielnika

**NR POSTĘPOWANIA: DZP.271.22.24**

**Postępowanie pn. " DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO -POMPY INFUZYJNEJ OBJĘTOŚCIOWEJ"**

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA\_2**

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych udziela odpowiedzi na następujące pytania:

Pytania do Zał. nr 2, POMPA INFUZYJNA OBJĘTOŚCIOWA

Dot. Lp. 8 - Czy Zamawiający dopuści pompy z dotykowym, kolorowym wyświetlaczem o przekątnej 3,5" z klawiaturą numeryczną umożliwiającą szybkie i intuicyjne programowanie infuzji oraz obsługę pompy?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

Dot. Lp. 12 – Czy Zamawiający dopuści programowanie infuzji w jednostkach: ng/kg/min, ng/kg/godz., ng/kg/dobę, ug/kg/min, ug/kg/godz., ug/kg/dobę, mg/kg/min, mg/kg/godz., mg/kg/dobę, g/kg/min, g/kg/godz., g/kg/dobę, mU/kg/min, mU/kg/godz., mU/kg/dobę, U/kg/min, U/kg/godz., U/kg/dobę, kU/kg/min, kU/kg/godz., kU/kg/dobę, EU/kg/min, EU/kg/godz., EU/kg/dobę, mmol/kg/min, mmol/kg/godz., mmol/kg/dobę, mol/kg/min, mol/kg/godz., mol/kg/dobę, mcal/kg/min, mcal/kg/godz., mcal/kg/dobę, cal/kg/min, cal/kg/godz., cal/kg/dobę, kcal/kg/min, kcal/kg/godz., kcal/kg/dobę, mEq/kg/min, mEq/kg/godz., mEq/kg/dobę?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

Dot. Lp. 18 - Czy Zamawiający dopuści pompę z dokładnością podaży  $\pm 4,5$  (dla dedykowanych drenów)%?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

Dot. Lp. 30 - Czy Zamawiający dopuści pompę z odłączanym uchwytem do mocowania pompy do stojaków infuzyjnych, po wyjęciu ich ze stacji dokującej? Jest to powszechnie stosowane rozwiązanie u wielu producentów pomp infuzyjnych nie wpływające w żadnym stopniu na funkcjonalność i szybkość użytkownika pomp infuzyjnych.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.**

Dot. Lp. 31 - Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie: uchwyt do mocowania lub przenoszenia pompy, wymagający odłączenia go przy mocowaniu pomp w stacjach dokujących? Jest to powszechnie stosowane rozwiązanie u wielu producentów pomp infuzyjnych nie wpływające w żadnym stopniu na funkcjonalność i szybkość użytkownika pomp infuzyjnych.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.**

Dot. Lp. 39- Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności pompę wyposażoną w funkcję automatycznego blokowania ekranu w przypadku braku aktywności przez określony czas. Aby ręcznie zablokować ekran dotykowy, należy przesunąć palcem z góry na dół i wybrać opcję Blokada?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

Dot. Lp. 40 – Czy Zamawiający dopuści statyw do pomp infuzyjnych z centralnym środkiem ciężkości, wyposażony w 5 kółek (w tym 2 z blokadą) oraz wysięgnikiem do zawieszenia worków na kroplówki, bez listwy zasilającej?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.**

*Odpowiedzi do pytań wprowadzone niniejszym pismem stanowią integralną część SWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.*

Z poważaniem

Otrzymują:

- Strona internetowa prowadzonego postępowania
- a/a