

Pabianice, dnia 17 kwietnia 2024 roku

**Wykonawcy biorący udział w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) na realizację zadania pn.: „Dzierżawa sprzętu medycznego wraz z sukcesywną dostawą odczynników na potrzeby PCM Sp. z o.o.”, znak: 15/ZP/TP1/D/24

Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 68, 95-200 Pabianice, zgodnie z art. 284 ust. 2 udziela odpowiedzi na pytania do SWZ:

**Pytanie 1**

Zwracamy się z prośbą o weryfikację odpowiedzi z dnia 16 kwietnia 2024 na pytanie 14.

Pytanie dotyczyło kontroli, zaś odpowiedź - podłączenia analizatora do sieci:

"Pytanie 14

Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ – cz. I zamówienia, punkt 16 o brzmieniu „Udział w kontroli zewnątrzlaboratoryjnej (innej niż COBJwDL) na koszt Wykonawcy + certyfikat udziału min. 1 raz w roku (LabQuality – sprawdzian 2 razy w roku). Dodatkowa kontrola zewnątrzlaboratoryjna prowadzona przez producenta dla użytkowników jego aparatów w trybie on-line, w oparciu o materiał codziennej kontroli producenta, przesyłany automatycznie bezpośrednio z aparatu.”:

Czy Zamawiający uzna za równoważne rozwiązanie, w którym dodatkowa kontrola zewnątrzlaboratoryjna prowadzona jest przez producenta dla użytkowników jego aparatów w trybie on-line, w oparciu o materiał codziennej kontroli jakości, której wyniki przesyłane są po zadaniu polecenia przez Operatora? Wymóg automatycznego wysyłania wyników codziennej kontroli jakości wiąże się z koniecznością bezpośredniego podłączenia analizatora do sieci Internet. Proponowane przez nas rozwiązanie jest bezpieczniejsze dla Zamawiającego z uwagi na brak konieczności takiego podłączenia, co jest istotne z uwagi na ochronę danych wrażliwych znajdujących się w pamięci aparatu.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ, tj. wymaga podłączenia analizatora do sieci internet"

**Odpowiedź**

Dodatkowa kontrola zewnątrzlaboratoryjna prowadzona przez producenta dla użytkowników jego aparatów w trybie on-line, w oparciu o materiał codziennej kontroli producenta, przesyłany automatycznie bezpośrednio z aparatu lub po zadaniu polecenia przez Operatora.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmienia zapisy SWZ w ten sposób, że:

- 1) Rozdział 22 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert przez okres 30 dni, tj. do dnia 21 maja 2024 r.”

2) Rozdział 25 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:

„4. Termin składania ofert – 22 kwietnia 2024 r. godz. 10:00.”

3) Rozdział 26 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 kwietnia 2024 r. o godz. 10:30.”

**Z upoważnienia**  
**Kierownik Działu Zamówień Publicznych**