

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zestawy medyczne z wyposażeniem.

I. NAZWA I RODZAJ ZAMÓWIENIA

1. Dostawa **zestawów medycznych** z wyposażeniem w ilości **8** kpl. w ramach zamówienia podstawowego dla Izb Administracji Skarbowej – do poszczególnych lokalizacji wskazanych w Załączniku nr 3 do „Zapytania ofertowego”.
2. Postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze, działającego na rzecz i w imieniu swoim oraz wszystkich izb administracji skarbowej, na podstawie Zarządzenia Ministra Finansów, z dnia 14 marca 2024 r., Dz. Urz. z 15 marca 2024r. poz. 34 .
Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2023 r. poz. 1605 i 1720 z późn. zm.) – wobec treści art. 2 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy.

Kody CPV (ze Wspólnego Słownika Zamówień):

133141623-3 - zestawy pierwszej pomocy

II. SZCZEGÓŁOWY OPIS

1. WYMAGANIA OGÓLNE

- 1) Zestaw medyczny składa się z torby/plecaka i wyposażenia wymienionego w punkcie 10;
- 2) torba/plecak zestawu medycznego musi być fabrycznie nowy, wyprodukowany w roku realizacji zamówienia wolna od wad fabrycznych;
- 3) torba/plecak zestawu medycznego musi posiadać możliwość przenoszenia na plecach – konstrukcja pasów - uchwytów rączek torby umożliwiająca założenie ich na ramiona użytkownika, przenoszenia za pomocą pasa nośnego poprzez przełożenie pasa przez głowę i jedno ramię, przenoszenie w rękę, przewidziana do całorocznego użytkowania;
- 4) poszycie torby/plecaka musi być wykonane w kolorze: czerwonym matowym z elementami odbłaskowymi;
- 5) zestaw medyczny z wyposażeniem medycznym musi spełniać wymagania właściwych norm PN lub CE;
- 6) w czasie użytkowania musi zapewniać wysoki komfort i funkcjonalność użytkowania;
- 7) materiały, z których będzie wykonana torba/plecak zestawu medycznego z wyposażeniem muszą odznaczać się wysoką jakością i trwałością w codziennym użytkowaniu, które zostaną zapewnione w okresie udzielonej przez wykonawcę gwarancji;
- 8) każdy element wyposażenia zestawu medycznego musi być zapakowany w oryginalne opakowanie, zawierające datę produkcji i datę ważności;

str. 1

- 9) okres gwarancji na torbę/plecak stanowiąca opakowanie zestawu nie krótszy niż 24 miesiące od daty dostarczenia;
- 10) wyroby medyczne i wyposażenie muszą być fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2023 roku z terminem ważności zadeklarowanym przez producenta:
 - nie krótszym niż 5 lat od daty produkcji (to jest upływającym nie wcześniej niż w 2028 roku) dla produktów sterylnych, oprócz opatrunków hemostatycznych, dla których termin ten nie może być krótszy niż 3 lata (to znaczy upływający w 2026 roku);
 - nie krótszym niż 3 lata (to jest upływającym nie wcześniej niż w 2027 roku) dla pozostałych wyrobów;
 - w chwili dostawy faktyczny okres ważności produktów medycznych musi być nie mniejszy niż 80% okresu ich ważności określonego przez producenta w chwili ich produkcji.

2. WARUNKI EKSPLOATACJI

- 1) jest przeznaczony do całorocznego użytkowania, w każdych warunkach atmosferycznych;
- 2) musi zapewniać stałość parametrów użytkowych w zakresie temperatur od -40 do +50°C;
- 3) musi być odporny na oddziaływanie niekorzystnych czynników atmosferycznych i środowiskowych (deszcz, śnieg, nasłonecznienie, duża wilgotność, zapylenie itd.);
- 4) musi być odporny na działanie czynników mechanicznych (odporny na rozdarcia itp.).

3. WYMAGANIA KONSTRUKCYJNE TORBY/PLECAKA

- 1) konstrukcja torby/plecaka w musi być wykonana w kształcie zbliżonym do prostopadłościanu o wymiarach długości 780 mm x 370mm wysokość x 330 szerokość (tolerancja +/- 30 mm dla każdego wymiaru), zapewniając możliwość kompletacji zestawu zgodnie ze Standardem Wyposażenia R-1 z butlą tlenową wraz z osprzętem, wg. Zasad Organizacji Ratownictwa Medycznego w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym;
- 2) możliwość „przejścia - plecak/torba/plecak” (zamiennie), kieszeń przednia zamykana na suwak;
- 3) wnętrze musi umożliwiać rozmieszczenie sprzętu medycznego zgodnie z indywidualnymi preferencjami użytkownika;
- 4) dostęp do komory głównej plecaka/torby ma być zapewniony poprzez zastosowanie otwarcia typu walizkowego tzw. clam shell – muszla małży – skorupa muszli;
- 5) torba/plecak ma zawierać komory umożliwiające umieszczenie i umocowanie butli tlenowej wraz z kompatybilnym zestawem tlenowym;
- 6) poszycie musi być wykonane w sposób uniemożliwiający uszkodzenie przez nie odzieży lub innego sprzętu będącego na wyposażeniu funkcjonariusza i umożliwiający pranie w ogólnodostępnych środkach piorących oraz posiadać:
 - obszycie gąbkowe pasów barkowych;
 - możliwość spięcia pasów ręcznych do transportu;
 - możliwość schowania pasów barkowych;
 - przegrody dla poszczególnych elementów zestawu;
 - bezpośredni dostęp do niezależnych przegród na sprzęt i materiały medyczne;
 - zamki błyskawiczne wodoodporne;

- oznakowanie torby symbolem „gwiazdy życia” (niebieska, sześciopromienna gwiazda, obwiedziona białą obwódką, zawierająca w środku białą łaskę Eskulapa);
- 7) pokrycie wewnętrzne musi być łatwo zmywalne;
- 8) wykonana z materiału typu CORDURA 1000 lub równorzędnego z pokryciem poliuretanowym i z impregnacją fluorowęglową koloru czerwonego, o parametrach użytkowych nie gorszych w zakresie co najmniej siły zrywającej i rozdzierającej oraz wodoodporności;
- 9) elementy odblaskowe muszą posiadać certyfikację;
- 10) zastosowane klamry nylonowe typu Duraflex lub równorzędne;
- 11) spód torby wzmocniony hypalonem (materiałem wodoodpornym, odpornym na ścieranie) lub równorzędnym o parametrach użytkowych nie gorszych w zakresie co najmniej siły zrywającej i rozdzierającej oraz wodoodporności;
- 12) musi zapewnić szybkie i bezpieczne sposób otwarcie celem udzielenia pomocy przedmedycznej;
- 13) musi posiadać minimum 5 komór pozwalających umieścić w środku w sposób przejrzysty i ergonomiczny elementy wymienione w pkt 10, ponadto możliwość dopięcia kolejnych komór współpracujących z głównym szkieletem zestawu;
- 14) komory powinny być zabezpieczone siatką umożliwiającą umieszczenie w nich poszczególnych elementów wyposażenia zestawu i zabezpieczającą przed samoczynnym przemieszczaniem;
- 15) zestaw powinien w swej konstrukcji posiadać wewnętrzną, zrolowaną wkładką z min. 12 kieszeniami, którą można wyjąć i odpiąć;
- 16) oddzielna komora na hydrożele.

4. WYPOSAŻENIE WEWNĘTRZNE ZESATWU MEDYCZNEGO

- 1) konstrukcja wewnętrzna powinna zawierać komory, umożliwiające rozmieszczenie niżej wymienionego wyposażenia:

Lp.	Nazwa	Ilość/sztuk
	Zestaw rurek ustno-gardłowych Guedel'a (rozmiary 0-5) – 6 szt.	1 kpl.
	Maski krtaniowe w rozm. 3, 4, 5 - 3 szt.	1 kpl.
	Pulsoksymetr	1 szt.
	Ssak ręczny przeznaczony do odsysania wydzielin z jamy ustnej, zawierający cewnik dla pacjentów dorosłych i pediatrycznych.	1 szt.
	Resuscytator dla osób dorosłych umożliwiający wentylację bierną i czynną 100% tlenem, w zestawie z rezerwuarem tlenu, z dwiema maskami twarzowymi nr 4 i 5.	1 kpl.
	Resuscytator pediatryczny umożliwiający wentylację bierną i czynną 100% tlenem, w zestawie z rezerwuarem tlenu, z dwiema maskami twarzowymi w rozmiarach 2 i 3.	1 kpl.
	Filtr przeciwbakteryjny - przeciwwirusowy.	5 szt.
	Jednorazowy uniwersalny pas do stabilizacji złamań miednicy.	1

	Kołnierz ortopedyczny, regulowany dla osób dorosłych.	2 szt.
	Kołnierz ortopedyczny, regulowany dla pacjentów pediatrycznych	1 szt.
	Torba transportowa na kołnierze ortopedyczne.	1 szt.
	Szyny do usztywniania złamań typu „SPLINT”, komplet składający się z czterech szyn w opakowaniu: <ul style="list-style-type: none"> - 1 sztuka szyny o wymiarach 100cm x 11cm - 1 sztuka szyny o wymiarach 50cm x 11cm, - 2 sztuki szyny o wymiarach 5cm x 11cm 	1 kpl.
	Opatrunek osobisty W	2 szt.
	Kompres gazowy, jałowy 9cm x 9cm	10 szt.
	Gaza opatrunkowa jałowa 1m ²	5 szt.
	Gaza opatrunkowa jałowa 1/2m ²	5 szt.
	Opaska opatrunkowa o szerokości 5cm	4 szt.
	Opaska opatrunkowa o szerokości 10cm	8 szt.
	Chusta trójkątna tekstylna	4 szt.
	Opaska elastyczna 10 cm x 4 m	3 szt.
	Opaska elastyczna 12 cm x 4 m	3 szt.
	Siatka opatrunkowa Codofiks nr2	1 szt.
	Siatka opatrunkowa Codofiks nr3	1 szt.
	Siatka opatrunkowa Codofiks nr6	3 szt.
	Przylepiec bez opatrunku 5cm x 5m	2 szt.
	Plaster z opatrunkiem 6cm x 1m	1 szt.
	Żel schładzający w opakowaniu min. 120ml	2 szt.
	Opatrunek hydrożelowy schładzający 25cm x 25cm na twarz	2 szt.
	Zestaw opatrunków hydrożelowych o łącznej powierzchni powyżej 4000 cm ²	1 kpl.
	Opatrunek wentylowy (zastawkowy), na otwarte rany klatki piersiowej	2 szt.
	Opaska zaciskowa - staza taktyczna typu CAT (gen.7)	2 szt.
	Aparat do płukania oka z bocznym odpływem o pojemności 150 ml (+/- 50)	1 szt.
	Nożyczki ratownicze atraumatyczne o długości min.16 cm	1 szt.

Okulary ochronne	2 szt.
Maska ochronna dla ratownika min. FFP2.	4 szt.
Maska chirurgiczna dla poszkodowanego	6 szt.
Sól fizjologiczna 0,9% NaCl 250ml	2 szt.
Folia izotermiczna	5 szt.
Folia do przykrycia zwłok.	3 szt.
Worek plastikowy z zamknięciem na amputowane części ciała.	2 szt.
Worek plastikowy z zamknięciem na odpady medyczne koloru czerwonego.	2 szt.
Płyn do dezynfekcji skóry z atomizerem - (ok. 250ml.).	1 szt.
Rękawiczki ochronne nitylowe.	10 szt.
Nosze płachtowe o max. obciążeniu do 250 kg.	1 szt.

- 2) dopuszcza się tolerancję +/- 1 cm dla każdego wymiaru elementów wyposażenia.
- 3) wszystkie w/w przedmioty wchodzące w skład wyposażenia wewnętrznego, muszą być:
 - oznakowane znakiem CE lub PN;
 - trwale zapakowane w sposób gwarantujący zachowanie parametrów użytkowych przez cały okres ważności do użycia;
 - oznaczone terminem ważności;
 - oznaczone nazwą producenta;
 - opisane w języku polskim lub oznaczone zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych.

5. UKOMPLETOWANIE

W skład ukompletowania w dniu dostawy wchodzi:

- 1) torba/plecak zgodna z opisem określonym w punkcie 3.
- 2) wyposażenie zgodne z pkt 4, Zamawiający zastrzega, by w celu zapewnienia unifikacji wszystkie zestawy medyczne były w pełni jednolite, to znaczy zawierały takie same elementy wyposażenia;
- 3) wykaz (spis) wyposażenia określonego w pkt 4 z podaniem informacji przy każdym produkcie:
 - nazwy produktu;
 - terminu ważności do użycia (w przypadku produktów bez daty ważności należy wpisać „bezterminowo”);
 - nazwę producenta.
- 4) Wykaz powinien również zawierać:
 - informację, że wyroby posiadają znak CE;
 - nazwę zestawiającego;
 - datę kompletacji zestawu.

- 5) Karta gwarancyjna w języku polskim określająca warunki i termin gwarancji;
- 6) Instrukcja udzielania pierwszej pomocy w nagłych przypadkach.

Maksymalna masa zestawu medycznego z wyposażeniem powinna wynosić 23 kg +/-3 kg).

6. CECHOWANIE i ZNAKOWANIE

Każda torba/plecak zestawu medycznego musi być trwale oznakowany w sposób umożliwiający jego identyfikację przez cały okres użytkowania, tj. nazwę producenta, skład materiałowy torby, sposób konserwacji, rok produkcji (nie dotyczy składników wymienionych w punkcie wyposażenie torby).