



Znak: AE/ZP-27-14/24

Tarnów, 2024-03-21

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej progi unijne (powyżej 221.000 EURO) na dostawę lampy do fototerapii 2 szt.

W związku z zapytaniami Wykonawcy o następującej treści:

1. **Dotyczy Załącznika Nr 5 poz. 4** – Czy zamawiający dopuści lampę do fototerapii z ekranem LCD o przekątnej 2,6 cala?
2. **Dotyczy Załącznika Nr 5 poz.6** - Czy zamawiający dopuści lampę do fototerapii o natężeniu promieniowania w odległości 40 cm: $\geq 80 \mu\text{W}/(\text{cm}^2 \text{ nm})$?
3. **Dotyczy Załącznika Nr 5 poz. 9** - Czy zamawiający dopuści lampę do fototerapii o żywotności diod LED 60 tys. Godzin?
4. **Dotyczy Załącznika Nr 5 poz. 18** - Czy zamawiający dopuści lampę do fototerapii mocowaną na statywie jezdnym z pneumatyczną regulacją wysokości w zakresie 110 cm-145cm oraz z możliwością blokady min. 2 kół?
5. **Dotyczy Załącznika Nr 5 poz. 19** - Czy zamawiający dopuści lampę do fototerapii o rozmiarach 35 cm x 220 cm x 7,5cm?
6. **Dotyczy Załącznika Nr 5 poz. 21** - Czy zamawiający dopuści lampę do fototerapii o maksymalnym poborze mocy 65 W ?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następujących odpowiedzi:

Ad.1

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Ad.2

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Ad.3

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Ad.4

Zamawiający, działając na podstawie art.137 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023r. poz.1605 z póź. zm.), zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/w Załączniku Nr 5 do SWZ w pkt.18 w kolumnie „Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne” **zapis o treści:**

„Lampa mocowana na statywie jezdnym z pneumatyczną regulacją wysokości w zakresie min. 110 cm – 150 cm oraz z możliwością blokady min.2 kół“

zmienia na zapis o treści:

„Lampa mocowana na statywie jezdnym z pneumatyczną regulacją wysokości w zakresie min. 110 cm – 145 cm oraz z możliwością blokady min.2 kół“

Ad.5

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Ad.6

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

W związku z odpowiedziami udzielonymi w Ad.4 działając na podstawie art.137 ust.1, 4 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023r. poz.1605 z póź.zm.), Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert na:



- składanie ofert do dnia 05.04.2024r. godz. 09:00,

- otwarcie ofert w dniu 05.04.2024r. godz. 10:00,

W związku z przedłużonym terminem składania ofert Wykonawca jest związany ofertą do dnia 03.07.2024r.

W związku z powyższym Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w punkcie 18.1., 19.1., 20.1., Załączniku Nr 5 oraz zmienia treść ogłoszenia o zamówieniu.

W załączeniu Załącznik Nr 5 do SWZ po zmianie treści SWZ.

Otrzymują:
Platforma Zamawiającego
a/a

DYREKTOR
Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika
w Tarnowie

Marcin Kuta

