

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Z ZADANIA NR 17 WYMAGANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

Lp.	Parametr	Wartość wymagana/graniczna	Wartość oferowana (proszę podać –TAK/NIE lub wymaganą wartość parametru)	Punktacja
1	2	3	4	5
I.	Igła do endoskopu EB-19J10 firmy Pentax, TBNA R22G do endoultrasonografii			
	WYMAGANIA OGÓLNE			
1.	igła oraz sztylet wykonane z nitinolu	TAK / Podać	TAK / igła oraz sztylet wykonane z nitinolu	TAK – 30 pkt. NIE –0 pkt.

Warunki graniczne są bezwzględnie wymagane i powinny być potwierdzone przez Wykonawcę w formie wpisu „TAK / TAK Opisać” w kolumnie „Potwierdzenie warunków granicznych”.
Brak potwierdzenia przez Wykonawcę spełnienia warunku granicznego spowoduje odrzucenie oferty przetargowej.

Data: 22.06.2023 Podpis:.....