



**SZPITAL SPECJALISTYCZNY**  
w PILE  
im. Stanisława Staszica  
64-920 Pila, ul. Rydygiera 1



System  
zarządzania  
ISO 9001:2015  
ISO 14001:2015  
PN-N-18001:2004  
ISO 27001:2013  
  
www.tuv.com  
ID 9108628147

Dyrektor (67) 210 62 00  
Sekretariat (67) 210 66 66  
Fax (67) 212 40 85  
e-mail: [wspila@pi.onet.pl](mailto:wspila@pi.onet.pl)  
[www.szpitalpila.pl](http://www.szpitalpila.pl)

Piła, dn. 19.06.2019 roku

NZP.II-240/35/19

**Wszyscy uczestnicy postępowania**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: „STRZYKAWKI I INNY DROBNY SPRZĘT JEDNORAZOWEGO UŻYTKU” Szpital Specjalistyczny w Pile informuje, że w do wyżej wymienionego przetargu wpłynęły następujące pytania:

**Pytanie nr 1**

**Dotyczy: Zadanie nr 69.**

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do pobierania lub wstrzykiwania płynów do / z fiolek i butelek wyposażony w filtr bakteryjny 0,2 µm, reszta zgodna z SIWZ? Jest to parametr lepszy od opisanego w SIWZ, o mniejszych porach membrany, zatem zatrzymujący znacznie więcej ewentualnych zanieczyszczeń, niż filtr 0,45 µm.

Należy również zaznaczyć, że zgodnie art. 30 ust. 4 Ustawy Pzp Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne lub lepsze z opisywanym. Nadto dopuszczenie filtra bakteriologicznego 0,2µm pozwoli złożyć konkurencyjne oferty, na czym Zamawiającemu, jako dysponentowi środków publicznych powinno zależeć.

W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia merytorycznych i użytkowych argumentów, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 2**

**Dotyczy: Treść SIWZ.**

Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 3**

**Dotyczy: Zadanie nr 57 punkt 1.**

Czy Zamawiający w zadaniu 57 punkt 1 wyrazi zgodę na złożenie oferty na najwyższej jakości jednorazowy, bezostrzowy, optyczny trokar amerykańskiego producenta 5mm, dł. 100mm, z atraumatycznym separatorem tkanek o kształcie asymetrycznym; obturator wyposażony w uszczelkę stabilizującą kamerę w trakcie pierwszego wejścia pod kontrolą wzroku, uniwersalną, nie ulegającą rozerwaniu np. przez bransze klipsownicy; stożkowe wejście ułatwiające jednoręczną wymianę narzędzi, klapkowy zawór otwierany obrotowo dla szybkiej desuflacji lub usuwania małych preparatów z pola operacyjnego; możliwość odłączenia od kaniuli główki z uszczelkami; przezierna kaniula na całej długości w celu lepszej wizualizacji, kaniula rowkowana ze ściętym szczytem?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

#### Pytanie nr 4

##### **Dotyczy: Zadanie nr 57 punkt 2.**

Czy Zamawiający w zadaniu 57 punkt 2 wyrazi zgodę na złożenie oferty na najwyższej jakości jednorazowy, bezostrzowy, optyczny trokar amerykańskiego producenta 10/11mm oraz 12mm, dł. 100mm, z atraumatycznym separatorem tkanek o kształcie asymetrycznym; obturator wyposażony w uszczelkę stabilizującą kamerę w trakcie pierwszego wejścia pod kontrolą wzroku, uniwersalna, nie ulegająca rozerwaniu np. przez bransze klipsownicy, unikalna ruchoma uszczelka magnetyczna zapewniająca minimalną utratę odmy w trakcie wymiany narzędzi, bez lubrykantów mogących zabrudzić kamerę; stożkowe wejście ułatwiające jednoręczną wymianę narzędzi, klapkowy zawór otwierany obrotowo dla szybkiej desuflacji lub usuwania małych preparatów z pola operacyjnego; możliwość odłączenia od kaniuli główki z uszczelkami; przezierna kaniula na całej długości w celu lepszej wizualizacji, kaniula rowkowana ze ściętym szczytem, wbudowana automatyczna redukcja do 5mm ?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

#### Pytanie nr 5

##### **Dotyczy: Zadanie nr 59.**

Czy Zamawiający w zadaniu 59 wyrazi zgodę na złożenie oferty na zestaw do drenażu klatki piersiowej - wysokoobjętościowy, system drenażowy, segmentowy o pojemności komór zbiorczych 2500 ml. Tylne ściany zestawu nieprzezroczyste, podziałka ułatwiająca obserwację ilości drenowej treści, z portem do pobierania próbek drenowanej treści w komorze kolekcyjnej, porty samouszczelniające do dopełnienia zastawki wodnej i komory regulacji siły ssania, z płynną regulacją siły ssania. Zestaw o stabilnej podstawie z uchwytem umożliwiającym przenoszenie lub powieszenie. Pozwala na ustawienie wyższego poziomu ssania próżni do poziomu -25cm H<sub>2</sub>O dla szerokiego zakresu procedur medycznych. Zestaw zawiera :system drenażu klatki piersiowej o poj. 2500 ml, zestaw dwóch drenów z zabezpieczeniami przeciwwzięciowymi, lejek napełniający, automatyczny zawór uwalniający pozytywne ciśnienie zabezpiecza przed wystąpieniem odmy płucnej, zawór antyrefluksyjny wskazujący i zabezpieczający przed nienormalną, wysokonegatywną utratą wody, wysokonegatywny, manualny zawór upuszczający przeciwdziałający ciśnieniu generowanemu przez pacjenta i zapobiegający utracie szczelności przed przelaniem do komory zbiorczej.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

#### Pytanie nr 6

##### **Dotyczy: § 8 ust. 1 Projekt Umowy.**

Prosim o zmianę wysokości kar umownych na 0,2% wartości towaru nie dostarczonego w terminie, co jest powszechnie stosowaną wysokością kar.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

#### Pytanie nr 7

##### **Dotyczy: Zadanie nr 45.**

Czy Zamawiający dopuści manualny, zamknięty zestaw jednorazowy wraz z elementami służącymi do pobrania, preparatyki i aplikacji materiału biologicznego. Umożliwia przygotowanie koncentratu leukocytno-bogatopłytkowego w trakcie 5min. wirowania (3000obr./min.). Charakteryzuje się:

1. Przegroda skośna trwale oddzielająca warstwę erytrocytów z płytkami krwi od osocza.
2. Element konstrukcji wewnętrznej w postaci tulei umożliwiającej kumulowanie płytek w celu ich precyzyjnej aspiracji po przeprowadzeniu frakcjonowania.
3. Gwintowana podstawa separatora umożliwiająca podnoszenie frakcji erytrocytów z zachowaniem szczelności zamkniętego systemu oraz regulująca objętość przetwarzanej krwi.
4. Bagnet z gwintem blokującym, regulującym ujście erytrocytów.
5. Możliwość przetwarzania od 15 do 30ml (50ml) krwi i uzyskania 0.2-3ml (6ml) PRP przy stężeniu 4-6 razy wartość bazowa, ale nie mniej niż 1mln.płytek w mikrolitrze.
6. Preparatyka wyłącznie przy użyciu wirówki o wymaganych parametrach prędkość do 4400 obr./min., energia kinetyczna 2280 Nm, 230V, 1,2A, 50-60Hz.
7. Wirówka posiada certyfikat dopuszczenia do obrotu CE w kategorii urządzenie medyczne (Directive 93/42/EEC)

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

## Pytanie nr 8

### Dotyczy: Zadanie nr 45.

Czy Zamawiający dopuści sterylny, jednorazowy system, który umożliwi przetwarzanie od 26 do 360ml (do wyboru gradacja co 1ml) krwi przy użyciu jednego wkładu sterylnego, w zależności od użytego wariantu oprogramowania. Zapewnia sterylny, zamknięty obieg – materiał, podawany bezpośrednio do bębna separującego, automatyczną pompą infuzyjną, ze strzykawki (bez konieczności przestrzykiwania do worka). Koncentracja trombocytów w PRP, w zależności od protokołu separacji, na poziomie 10-14 razy wartość bazowa (tzn. 2,5-3,5ml płytek krwi w  $\mu$ l). Pozwala Operatorowi ściśle określić ilość uzyskanego PRP – od 3 do 60 ml przy tej samej wysokiej koncentracji na poziomie 10-14 razy wartość bazowa. Umożliwia prace w dwóch trybach – produkcja standardowego PRP pod kątem wysokiego zagęszczenia płytek oraz – produkcja PRP pod kątem modyfikacji poziomu erytrocytów.

System gwarantuje pełne bezpieczeństwo sterylności, tzn. od początku procesu separacji, czyli od momentu wprowadzenia krwi do obwodu zamkniętego, sterylnego zestawu, do końca procesu, czyli momentu zebrania się Koncentratu w gotowej do aplikacji strzykawce, nie dochodziło do konieczności ingerencji Operatora, tzn. zestaw w pełni zamknięty i automatyczny – bezpieczny. System gwarantuje pełną precyzję i dokładność separacji poszczególnych elementów (płytek krwi-czynników wzrostu), tzn. separacja dokonywana jest za pomocą elektronicznych czujników bez konieczności manualnej ingerencji Operatora, tzn. zestaw w pełni komputerowy – precyzyjny.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

## Pytanie nr 9

### Dotyczy: § 8 Projekt Umowy.

Mając na względzie zasady współzycia społecznego tym samym zasadę równości stron jaką Zamawiający powinien kierować się podczas przygotowywania umów z zakresu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wnosimy o dodanie do projektu umowy poniższego zapisu:

„W przypadku zwłoki w zapłacie wynagrodzenia ze dokonanie dostawy, Wykonawca może naliczyć odsetki w wysokości ustawowej.”

„Wykonawca zobowiązuje się do niewstrzymywania dostaw towaru do czasu zapłaty zobowiązań Szpitala, nie dłużej jednak niż 60 dni liczonych od dnia upływu terminu płatności wynagrodzenia. Skorzystanie przez Wykonawcę z możliwości, o której mowa w zdaniu poprzednim, wymaga uprzedniego złożenia Szpitalowi oświadczenia w tym przedmiocie, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.”

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

## Pytanie nr 10

### Dotyczy: Zadanie nr 45.

Czy Zamawiający dopuści kompletny, sterylny system do separacji płytek krwi (czynników wzrostu) umożliwiający wyprodukowanie zagęszczonego roztworu płytek z własnej krwi obwodowej pacjenta ; zawiesiny o bardzo wysokiej koncentracji płytek krwi otrzymywanej w jednym etapie wirowania, a natępnie aplikację otrzymanego preparatu w warunkach pola operacyjnego (z 20ml krwi produkuje nie mniej niż 4 ml koncentratu płytkowego, system daje możliwość dowolnego sterowania stężeniem PRP).

System zawiera:

-Zestaw do pobrania krwi (strzykawka 20 ml, motylek)

-5 ml Citra-Lock

-Tuba separująca zawierająca porty typu luer-lock umożliwiające: wypełnienie krwią oraz po jednym etapie wirowania pobranie osocza bogato płytkowego PRP (Platelet Rich Plasma) oraz PPP (Platelet Poor Plasma) z dowolną możliwością sterowania stężeniem PRP przy zachowaniu bardzo wysokiej aseptyki (system zamknięty).

-korki zabezpieczające tubę separującą wraz z dodatkowym łącznikiem

-1 strzykawka do podania PRP 5 ml

-1 strzykawka do podania PPP 10 ml

-2 x igła 08x40mm do podania osocza

-2 x igła 04x 19mm do podania osocza

-mata sterylna

-jałowe rękawiczki do wykonania zabiegu

-podstawka do tuby separującej

Do wykonywania zabiegów z użyciem ww. zestawów dołączona jest nieodpłatnie profesjonalna wirówka z rotorem wychylnym posiadającą certyfikat wyrobu medycznego.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

#### Pytanie nr 11

**Dotyczy: Zadanie nr 18 poz. 6.**

Czy Zamawiający dopuści złożenie osobnej oferty na pozycję 6 Zadania 18 i zaoferowanie zestawów PEG CH 16-20 współpracujących z systemem Flocare.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

#### Pytanie nr 12

**Dotyczy: Zadanie nr 51.**

Prosimy określić czy Zamawiający wymaga cewników z zestawem z rozszerzaczem z zastawką hemostatyczną oraz obrotowych skrzydełek mocujących, co ma znaczący wpływ na jakość i obsługę cewnika?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.**

#### Pytanie nr 13

**Dotyczy: Zadanie nr 34.**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie elektrod pakowanych po 12 sztuk oraz możliwość zaoferowania 6 opakowań x 12 sztuk (łącznie 50 sztuk elektrod).

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

#### Pytanie nr 14

**Dotyczy: Zadanie nr 30.**

W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego czy będzie wymagać, aby dostarczone igły doszpikowe (dla dorosłych i dzieci oraz dla dzieci) posiadały, zgodnie z wymogami ustawy o wyrobach medycznych, nadrukowaną przez producenta etykietę w języku polskim wraz z nazwą firmy będącej autoryzowanym dystrybutorem na terenie Polski, odpowiedzialnym przed Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych za czynności przewidziane przez ustawę o wyrobach medycznych w przypadku wystąpienia incydentu medycznego?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

#### Pytanie nr 15

**Dotyczy: Zadanie nr 30.**

W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego czy będzie wymagać, aby Wykonawca był uprawniony przez producenta do dystrybucji na terenie Polski, co związane jest z odpowiedzialnością przed Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych związaną z akcjami korekcyjnymi dotyczącymi incydentów medycznych i potwierdził to odpowiednim dokumentem autoryzacyjnym od producenta?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

#### Pytanie nr 16

**Dotyczy: Zadanie nr 30.**

W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego czy będzie wymagać aby termin przydatności do użycia dostarczonych igieł doszpikowych wynosił przynajmniej 50 miesięcy, dzięki czemu w przypadku ich dłuższego przechowywania nie dojdzie do sytuacji kiedy to nieużyte igły utracą ważność – Zamawiający nie zostanie narażony na straty w wyniku zakupu i nieużycia igieł doszpikowych?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

#### Pytanie nr 17

**Dotyczy: Zadanie nr 30.**

W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego czy będzie wymagać aby zamiast wkłuc doszpikowych BIG dla dorosłych i dzieci dostarczyć następną generację tych wkłuc czyli NIO wkłucia doszpikowe dla dorosłych i dzieci, będące nowocześniejsze, łatwiejsze w użyciu i skuteczniejsze od wkłuc doszpikowych BIG?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

#### Pytanie nr 18

**Dotyczy: Zadanie nr 2.**

Czy Zamawiający w zadaniu 2 dopuści : Cewnik dwukanałowy prosty lub zagięty do hemodializy czasowej z dostępem do żył centralnych naczyniowych, poliuretanowy, widoczny w promieniach RTG dł. Rozmiar 11,5Fr długość 16,20, 25cm, 12,14Fr długość 16,20cm.

Skład zestawu: cewnik, przewodnik J, 2 rozszerzacz naczyniowe, igła wprowadzająca, opatrunki przezroczyste, heparinizowane zatyczki, strzykawka do wprowadzania przewodnika 5ml, skalpel?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza cewniki w rozmiarach śr. 12 - 14 Fr, dł. 16, 20, 25 cm.**

#### Pytanie nr 19

**Dotyczy: Zadanie nr 18.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 18 pozycji 1,2,5 do osobnego zadania?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wydziela.**

#### Pytanie nr 20

**Dotyczy: Zadanie nr 16 poz. 1**

Czy Zamawiający w Zadaniu 16, poz. 1 wyrazi zgodę na zaoferowanie jako produkt równoważny :

Współosiowy anestetyczny obwód oddechowy układ typu rura (wdech)w rurze( wydech) długość 1,8 m ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.**

#### Pytanie nr 21

**Dotyczy: Zadanie nr 22 poz. 3**

Czy Zamawiający w Zadanie 22, poz. 3 zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako produkt równoważny :

- Kraniki trójdrożne znaczone kolorami (niebieski – krew żylna, czerwony – krew tętnicza)
- Przezroczysta obudowa
- Kraniki z obrotową końcówką Luer Lock
- Wyraźny optyczny identyfikator pozycji otwarty-zamknięty (oznaczone Kierunki przepływu)
- Wykonane z poliwęglanu
- Wszystkie wejścia zabezpieczone koreczkami
- Jednorazowego użytku
- Sterylizowane tlenkiem etylenu
- Na opakowaniu napisy w języku polskim ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.**

#### Pytanie nr 22

**Dotyczy: Zadanie nr 22 poz. 7**

Czy Zamawiający w Zadanie 22, poz. 7 zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako produkt równoważny :

Rurka ustno-gardłowa Guedel 3/90mm (żółty) ?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

#### Pytanie nr 23

**Dotyczy: Zadanie nr 22 poz. 8**

Czy Zamawiający w Zadanie 22, poz. 8 zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako produkt równoważny :  
Rurka ustno-gardłowa Guedel 4/100mm (czerwony)

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

#### Pytanie nr 24

**Dotyczy: Zadanie nr 28**

Jakie ciśnienie musi wytrzymać przedłużacz do pompy infuzyjnej (wysokociśnieniowy)?

**Odpowiedź: 350 PSI.**

#### Pytanie nr 25

**Dotyczy: Zadanie nr 16 poz. 1.**

Czy Zamawiający dopuści obwód o długości 1.8 m?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

#### Pytanie nr 26

**Dotyczy: Zadanie nr 44 poz. 1.**

Czy Zamawiający dopuści zestaw składający się z maski tlenowej ze złączkami Venturiego 40%, 50% dla dorosłych, mikrobiologicznie czysty?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

#### Pytanie nr 27

**Dotyczy: Zadanie nr 44 poz. 2.**

Czy Zamawiający dopuści maskę Venturiego dla dorosłych mikrobiologicznie czystą wyposażoną w rurkę karbowaną oraz pojemnik, z regulowaną koncentracją tlenu?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

#### Pytanie nr 28

**Dotyczy: Zadanie nr 44 poz. 5-6.**

Czy Zamawiający dopuści maski mikrobiologicznie czyste?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

#### Pytanie nr 29

**Dotyczy: Zadanie nr 4 poz. 4.**

Czy Zamawiający dopuści cewniki dwuświatłowe, poliuretanowe wykonane z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwężaniu naczyń, budowa cewnika zmniejsza ryzyko adhezji bocznej do ściany naczynia, odporny na zginanie bez bocznych otworów, z końcówką schodkową, z przyjaznymi dla pacjenta zakrzywionymi przedłużaczami, ze wsuniętymi mandrynami, cewniki o przekroju 12 FR długościach: 15 cm, 17 cm, 20 cm 25 cm i 14 Fr i długościach: 17 cm, 20 cm, 25 cm, 30 cm

do wyboru przez Zamawiającego z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowane tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalne dla promieni rentgenowskich, zestaw aperiogeny kompletny do implantacji?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

#### Pytanie nr 30

**Dotyczy: Zadanie nr 4 poz. 4.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 4 z zadania 4 i stworzy osobny pakiet dla tych pozycji?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wydziela.**

#### Pytanie nr 31

**Dotyczy: Zadanie nr 24 poz. 2.**

Czy Zamawiający dopuści produkt równoważny?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

#### Pytanie nr 32

**Dotyczy: Zadanie nr 24 poz. 8**

Czy Zamawiający dopuści rozmiar 4 (10cm)? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

#### Pytanie nr 33

**Dotyczy: Zadanie nr 24 poz. 13**

Czy Zamawiający dopuści rurkę tracheostomijną z pojedynczym mankietem? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

#### Pytanie nr 34

**Dotyczy: Zadanie nr 47 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści 2,5 mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

#### Pytanie nr 35

**Dotyczy: Zadanie nr 68**

Czy Zamawiający dopuści produkt równoważny?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

#### Pytanie nr 36

**Dotyczy: Zadanie nr 9 poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści kaniule o przepływie 125ml/min spełniające pozostałe wymogi SIWZ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

#### Pytanie nr 37

**Dotyczy: Zadanie nr 14 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 40mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

#### Pytanie nr 38

**Dotyczy: Zadanie nr 15 poz. 17**

Czy Zamawiający dopuści strzykawki pakowane w opakowania po 80 szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości i ewentualnym zaokrągleniem do pełnych opakowań?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Z odpowiednim przeliczeniem ilości.**

#### Pytanie nr 39

**Dotyczy: Zadanie nr 17 poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści zestawy w rozmiarze Ch 25 spełniające pozostałe wymogi SIWZ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

#### Pytanie nr 40

**Dotyczy: Zadanie nr 22 poz. 11**

Czy Zamawiający dopuści worki do moczu z zaworem poprzecznym (typ T)?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

#### Pytanie nr 41

**Dotyczy: Zadanie nr 25 poz. 1**

Czy Zamawiający wymaga rurki intubacyjnej ze znacznikiem głębokości w postaci pełnego pierścienia dookoła rurki?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

#### Pytanie nr 42

**Dotyczy: Zadanie nr 25 poz. 1**

Czy Zamawiający wymaga rurki intubacyjnej z oznaczeniem rozmiaru i średnicy mankietu na baloniku kontrolnym?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.**

#### Pytanie nr 43

**Dotyczy: Zadanie nr 25 poz. 1**

Czy Zamawiający wymaga, aby wszystkie rurki pochodziły od jednego producenta?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

#### Pytanie nr 44

**Dotyczy: Zadanie nr 3 poz. 3**

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający w ww. pozycji oczekuje elektrody z prostokątnym wycięciem na mocowanie kabla bez przecięcia boków elektrody co powoduje że elektroda nie ulega rozerwaniu w trakcie aplikacji?

**Odpowiedź: Zamawiającemu chodziło o elektrody z prostokątnym wycięciem na umocowanie kabla bez przecięcia boków elektrody.**

#### Pytanie nr 45

**Dotyczy: § 6 ust. 2 Projekt Umowy.**

Prosimy o podanie maksymalnej liczby dostaw w miesiącu – informacja ta ma kluczowe znaczenie dla skalkulowania ceny oferty i tym samym stanowi niezbędny element opisu przedmiotu zamówienia.

**Odpowiedź: Maksymalnie ok. 3.**

#### Pytanie nr 46

**Dotyczy: Zadanie nr 12 poz. 1-3**

Czy Zamawiający wymaga, aby zaofertowane strzykawki były wykonane w całości z polipropylenu?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**



#### Pytanie nr 47

**Dotyczy: Zadanie nr 12 poz. 1-3**

Czy zaoferowane strzykawki mają nie zawierać lateksu, PCV, DEHP, BPA , oraz czy mają być kompatybilne z lekami cytostatycznymi przeznaczone do bezpiecznego podawania i przygotowywania cytostatyków?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

#### Pytanie nr 48

**Dotyczy: §11 ust. 5a Projekt Umowy.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na: Cena jednostkowa będzie stała przez okres 12 miesięcy, z wyłączeniem ustawowej zmiany stawki podatku VAT, gdzie zmianie ulegnie cena brutto, cena netto pozostanie niezmienną. Pozostałe zapisy bez zmian.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

#### Pytanie nr 49

**Dotyczy: Zadanie nr 56 poz. 1 i 2**

Czy Zamawiający wymaga serwet jałowych?

**Odpowiedź: Tak.**

#### Pytanie nr 50

**Dotyczy: Zadanie nr 56 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści serwetę z otworem lepny o średnicy 8 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

#### Pytanie nr 51

**Dotyczy: Zadanie nr 56 poz. 2**

Jakich minimalnych wymiarów serwety oczekuje Zamawiający?

**Odpowiedź: 45 cm/45 cm.**

#### Pytanie nr 52

**Dotyczy: Zadanie nr 64**

czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o następującym składzie:

- serweta z laminatu FB 45x75cm x1 szt.
- serweta z laminatu L2 45x75cm z otworem śr. 8 cm i przylepcem wokół otworu  $\varnothing$ 8cm x1 szt.
- kompresy z gazy 17N, 8W 7,5x7,5cm x10szt.
- tupfer kula 17N 20x20cm x10szt.
- pęseta plastikowa 13 cm x1 szt.
- strzykawka 10ml x1 szt.
- strzykawka 20ml x1 szt.
- igła 1,2x40mm 1,2x40mm x1 szt.
- igła 0,8x40mm 0,8x40mm x1 szt.
- ostrze nr 11 x1 szt.
- imadło metalowe 13 cm x1 szt.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

#### Pytanie nr 53

**Dotyczy: Projekt umowy.**

Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

#### Pytanie nr 54

**Dotyczy: Projekt umowy.**

Czy zamawiający odstąpi od wymogu, aby każda faktura zawierała informację o wierzytelnościach, jakie mogą powstać przy realizacji niniejszej umowy zgodnie z §12?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

#### Pytanie nr 55

**Dotyczy: Projekt umowy.**

Czy zamawiający odstąpi od wymogu, aby każda faktura zawierała informację o numerze umowy przetargowej? Numer umowy nie musi być zamieszczany na fakturze według przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360). Dlatego wiele informatycznych systemów wystawiania faktur nie przewiduje zamieszczania tych danych na fakturach. W tej sytuacji, w przypadku wykonawców korzystających z takich systemów wystawiania faktur, zamieszczanie numeru umowy bezpośrednio na fakturze może być znacznie utrudnione i wiązać się z dodatkowymi kosztami.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

#### Pytanie nr 56

**Dotyczy: Zadanie nr 9 poz. 8-13**

Proszę o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda pozwole na pozyskanie konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej na pozostały asortyment.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wydziela.**

#### Pytanie nr 57

**Dotyczy: Zadanie nr 9 poz. 1**

Prosimy o dopuszczenie kaniuli o przepływie 22 ml/min. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

#### Pytanie nr 58

**Dotyczy: Zadanie nr 9 poz. 5**

Prosimy o dopuszczenie kaniuli o przepływie 128 ml/min. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

#### Pytanie nr 59

**Dotyczy: Zadanie nr 9 poz. 14**

Proszę o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda pozwole na pozyskanie konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej na wydzielony asortyment.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wydziela.**

#### Pytanie nr 60

**Dotyczy: Zadanie nr 12 poz. 2, poz. 3**

Prosimy o dopuszczenie strzykawek w rozmiarze 5/6 ml, 10/12 ml. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

#### Pytanie nr 61

**Dotyczy: Zadanie nr 15 poz. 14-17**

Prosimy o dopuszczenie strzykawek w rozmiarze 2/3 ml, 5/6 ml, 10/12 ml, 20/24 ml. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

#### Pytanie nr 62

**Dotyczy: Zadanie nr 15 poz. 17**

Prosimy o dopuszczenie strzykawek pakowanych po 80 szt. z możliwością przeliczenia w formularzu asortymentowo-cenowym.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Wykonawca winien wskazać tę zmianę w ofercie.**

#### Pytanie nr 63

**Dotyczy: Zadanie nr 15 poz. 18**

Prosimy o dopuszczenie strzykawek w rozmiarze 20/22 ml. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

#### Pytanie nr 64

**Dotyczy: Zadanie nr 15 poz. 18**

Prosimy o dopuszczenie strzykawek pakowanych po 50 szt. z możliwością przeliczenia w formularzu asortymentowo-cenowym.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Wykonawca winien wskazać tę zmianę w ofercie.**

#### Pytanie nr 65

**Dotyczy: Zadanie nr 15 poz. 25**

Prosimy o dopuszczenie przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych z komora kropłową o długości 55 mm w części przezroczystej z igła biorczą ściętą standardowo stożkową wzmocnioną ABS. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

#### Pytanie nr 66

**Dotyczy: Zadanie nr 15 poz. 28, poz. 29.**

Proszę o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej na pozostały asortyment.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wydziela.**

#### Pytanie nr 67

**Dotyczy: Zadanie nr 22 poz. 1**

Prosimy o dopuszczenie przedłużacza o średnicy drenu wewnętrznej 1,2 mm. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ. Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej nawymagany asortyment.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

#### Pytanie nr 68

**Dotyczy: Zadanie nr 22 poz. 3**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kranika sterylizowanego tlenkiem etylenu z optycznym identyfikatorem pozycji o/z. o objętości wypełnienia 0,32 ml. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

#### Pytanie nr 69

**Dotyczy: Zadanie nr 22 poz. 6-10.**

Proszę o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej na pozostały asortyment.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wydziela.**

#### Pytanie nr 70

**Dotyczy: Zadanie nr 23 poz. 1.**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli dla noworodków wykonanej z FEP. Zarówno bowiem FEP jak i PTFE to teflon. Pragniemy zwrócić uwagę Zamawiającemu, iż podane w SIWZ parametry kaniul (materiał z którego kaniule są wykonane) odpowiadają tylko jednemu producentowi w Polsce, tj. firmie Becton Dickinson i nie mają swojego odpowiednika o stricte takich samych parametrach. Prosimy zatem o dopuszczenie kaniul wykonanych z teflonu FEP, przy zachowaniu pozostałych parametrów SIWZ.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

#### Pytanie nr 71

**Dotyczy: Zadanie nr 7 poz. 1**

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy wymaga ostrzy ze stali węglowej, również w wersji 11P i aby opakowania indywidualne ostrzy były kodowane kolorem w zależności od rozmiaru oraz posiadały rysunek ostrza w skali 1:1, co znacznie ułatwia identyfikację poszczególnych ostrzy?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

#### Pytanie nr 72

**Dotyczy: Zadanie nr 9 poz. 1-7**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli dożylnych pediatrycznych z portem bocznym, rozmiary 22-14 G, cewnik wykonany z PTFE, bez pasków radiocieniujących, widoczne w USG, wyposażone w zastawkę antyzwrotną zabezpieczająca przed wyptywem krwi w momencie wkłucia, bez lateksu, ftalanów, nazwa własna kaniuli umieszczona bezpośrednio na kaniuli, na opakowaniu kaniuli widoczna data ważności, rozmiar oraz przepływ, o poniższych parametrach:

22G 0,8 x 25 mm- przepływ 31 ml/min;

20G 1,0 x 32 mm- przepływ 54 ml/min;

18G 1,2 x 32 mm – przepływ 80 ml/min;

18 G 1,2 x 45 mm – przepływ 80 ml/min;

17 G 1,4 x 45 mm – przepływ 125 ml/min;

16 G 1,7 x 45 mm – przepływ 180 ml/min

14 G 2,0 x 45 mm – przepływ 270 ml min.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

#### Pytanie nr 73

**Dotyczy: Zadanie nr 9 poz. 13**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zamkniętego systemu dostępu naczyniowego, do wielokrotnego kontaktu z krwią, lipidami, chemioterapeutykami, chlorheksydyną i alkoholami, z przedłużaczem o średnicy mikro i długości 15 cm z zaciskiem, objętość wypełnienia 0,21 ml, prędkość przepływu przez zestaw z drenem 49 ml/min, dren zakończony bezigłowym urządzeniem dostępu naczyniowego bez mechanicznych części wewnętrznych z prostym i widocznym torem przepływu (łącznik całkowicie przezierny), kompatybilny z końcówką Luer i Luer-lok, z jednolitą materiałow, łatwą do dezynfekcji silikonową, przezierną, podzielną membraną split septum zewnętrznie osadzoną na przezroczystym plastikowym konektorze (membrana powinna obejmować w całości górną końcówkę łącznika/konektora). Czas stosowania do 7 dni lub 100 aktywacji, w zależności co nastąpi pierwsze. Protektor męski umożliwiający podłączenie bez ryzyka skażenia wkłucia, produkt sterylny, jednorazowego użytku, na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

#### Pytanie nr 74

**Dotyczy: Zadanie nr 9 poz. 13**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu przedłużającego z bezigłowym zaworem dostępu naczyniowego, do wielokrotnego kontaktu z krwią, lipidami, chemioterapeutykami, chlorheksydyną i alkoholami, z podwójnym przedłużaczem o małej średnicy i długości 15 cm z 2 zaciskami, objętość wypełnienia 0,45 ml, prędkość przepływu

przez zestaw z drenem 49 ml/min, dreny zakończone bezigłowym urządzeniem dostępu naczyniowego bez mechanicznych części wewnętrznych z prostym i widocznym torem przepływu (łącznik całkowicie przezierny), kompatybilny z końcówką Luer i Luer-lok, z jednolitą materiałow, łatwą do dezynfekcji silikonową, przezierną, podzielną membraną split septum zewnętrznie osadzoną na przezroczystym plastikowym konektorze (membrana powinna obejmować w całości górną końcówkę łącznika/konektora). Czas stosowania do 7 dni lub 100 aktywacji, w zależności co nastąpi pierwsze Protektor męski umożliwiający podłączenie bez ryzyka skażenia wkłucia, produkt sterylny, jednorazowego użytku, na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

#### Pytanie nr 75

**Dotyczy: Zadanie nr 23 poz. 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli wykonanej z teflonu FEP.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

#### Pytanie nr 76

**Dotyczy: Zadanie nr 23 poz. 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli 26 G 0,6 x 19 mm o przepływie 10 ml/min.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

#### Pytanie nr 77

**Dotyczy: Zadanie nr 23 poz. 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli typu venflon z dodatkowym portem, uchwytem ułatwiającym wprowadzenie 24 G, wykonanej z PTFE, bez lateksu, przepływ 20ml/min., na opakowaniu informacja o braku lateksu, PCV oraz zapisana wartość przepływu.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

#### Pytanie nr 78

**Dotyczy: Zadanie nr 48 poz. 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do przygotowania z filtrem o ponad dwa razy lepszej skuteczności filtra 0, 2 mikrona, bez zastawki, z koreczkiem domykanym ręcznie.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

#### Pytanie nr 79

**Dotyczy: Zadanie nr 52 poz. 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyrobu do transferu leków niebezpiecznych w systemie zamkniętym, System obejmuje wszystkie procedury pracy z lekami niebezpiecznymi, zabezpiecza przed wyciekami oraz uwalnianiem aerozoli, oparów niebezpiecznych substancji, wyrównuje różnicę ciśnień w fiolce w trakcie rozpuszczania leku do przezroczystej bańki o dwóch pojemnościach. Produkt pracuje w systemie podwójnych elastomerowych membran, bez sygnału dźwiękowego. pakowany pojedynczo. Czystość mikrobiologiczna leku potwierdzona badaniami. Pakowany po 50 lub 25 sztuk, w zależności od rozmiaru fiolki.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

#### Pytanie nr 80

**Dotyczy: Zadanie nr 52 poz. 2**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łącznika na strzykawkę typu luer lock, umożliwiające pobranie roztworu leku cytostatycznego (cytotoksycznego) z fiolki, bezpieczne przeniesienie w strzykawkę i dodanie do pojemnika z płynem infuzyjnym lub w miejsce wkłucia dożylnego, tworząc zamknięty, szczelny system, zaopatrzone w igłę 18 G.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

#### Pytanie nr 81

**Dotyczy: Zadanie nr 52 poz. 3**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie urządzenia dostępowego do linii infuzyjnej, do podłączenia do wkłucia dożylnego pacjenta. Zapewnia zamknięte połączenie z produktem z poz. 2. Urządzenie (łącznik) umożliwiające połączenie Injectora z żeńską końcówką luer lock miejsca wkłucia pacjenta w celu stworzenia zamkniętego systemu podania leku w formie iniekcji lub infuzji. Opakowanie zbiorcze – 200 szt.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

#### Pytanie nr 82

**Dotyczy: Zadanie nr 48 poz. 1**

Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu oraz najwyższej jakości produktów Zamawiający w Zadaniu nr 48 poz. nr 1 wyrazi zgodę na zaoferowanie przyrządu typu spike do pobierania płynów z opakowań płynów infuzyjnych z automatyczną zastawką otwierającą drogę dla płynu tylko w chwili przyłączenia strzykawki dla ochrony przed przypadkowym wyciekiem płynu, z płaskim portem umożliwiającym dezynfekcję oraz z długim kolcem zapewniającym stabilne połączenie z butelką lub workiem. W IFU wspomnianego spika znajduje się informacja, że może on być używany przez 96h.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

#### Pytanie nr 83

**Dotyczy: Zadanie nr 69 poz. 1**

Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu oraz najwyższej jakości produktów Zamawiający w Zadaniu nr 69 poz. nr 1 wyrazi zgodę na zaoferowanie przyrządu typu spike do pobierania płynów z opakowań płynów infuzyjnych z automatyczną zastawką otwierającą drogę dla płynu tylko w chwili przyłączenia strzykawki dla ochrony przed przypadkowym wyciekiem płynu, z płaskim portem umożliwiającym dezynfekcję oraz z długim kolcem zapewniającym stabilne połączenie z butelką lub workiem. W IFU wspomnianego spika znajduje się informacja, że może on być używany przez 96h.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

#### Pytanie nr 84

**Dotyczy: Zadanie nr 5 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze 15x28cm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

#### Pytanie nr 85

**Dotyczy: Zadanie nr 5 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze 45x55cm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

#### Pytanie nr 86

**Dotyczy: Zadanie nr 5 poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze 84x56cm o powierzchni lepnej 78x56cm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

#### Pytanie nr 87

**Dotyczy: Zadanie nr 5 poz. 4,5**

Czy Zamawiający dopuści folię wykonaną z poliuretanu?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

#### Pytanie nr 88

**Dotyczy: Zadanie nr 5 poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze 40x34cm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

#### Pytanie nr 89

**Dotyczy: Zadanie nr 5 poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze 45x55cm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

#### Pytanie nr 90

**Dotyczy: Zadanie nr 11 poz. 1**

Czy Zamawiający oczekuje silikonowej sondy Sengstakena?

**Odpowiedź: Zamawiający nie oczekuje.**

#### Pytanie nr 91

**Dotyczy: Zadanie nr 11 poz. 8**

Czy Zamawiający dopuści wycenę osłonek za opakowanie a'144 szt. z przeliczeniem i zaokrągleniem w górę ilości do 92 opakowań?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Wykonawca jest zobowiązany zaznaczyć tą zmianę w ofercie.**

#### Pytanie nr 92

**Dotyczy: Zadanie nr 15 poz. 1-13**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie wymienionych pozycji i utworzenie z nich odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wydziela.**

#### Pytanie nr 93

**Dotyczy: Zadanie nr 22 poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści kranik z niebieskim pokrętkiem?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

#### Pytanie nr 94

**Dotyczy: Zadanie nr 22 poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści kranik o objętości wypełnienia 0,3ml?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

#### Pytanie nr 95

**Dotyczy: Zadanie nr 22 poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści wycenę koreczków za opakowanie a'250 szt. z przeliczeniem ilości na 800 opakowań?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Wykonawca jest zobowiązany zaznaczyć tą zmianę w ofercie.**

#### Pytanie nr 96

**Dotyczy: Zadanie nr 22 poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści wycenę koreczków za opakowanie a'100 szt. z przeliczeniem ilości na 100 opakowań?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Wykonawca jest zobowiązany zaznaczyć tą zmianę w ofercie.**

#### Pytanie nr 97

**Dotyczy: Zadanie nr 24 poz. 7**

Czy Zamawiający dopuści rurkę w rozmiarze 3/9cm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

#### Pytanie nr 98

**Dotyczy: Zadanie nr 24 poz. 8**

Czy Zamawiający dopuści rurkę w rozmiarze 4/10cm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

#### Pytanie nr 99

**Dotyczy: Zadanie nr 56 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści serwetę z otworem lepny 6cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

#### Pytanie nr 100

**Dotyczy: Zadanie nr 69 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do pobierania i wstrzykiwania płynów z filtrem bakteryjnym 1,2µm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

#### Pytanie nr 101

**Dotyczy: Zadanie nr 7 poz. 1**

Prosimy aby zamawiający dopuścił przyrządy bez nazwy występującej bezpośrednio na przyrządzie. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne przyrządu oraz poglądowa (obrazkowa) instrukcja użycia.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

#### Pytanie nr 102

**Dotyczy: Zadanie nr 11 poz. 7-9, 11**

Proszę Zamawiającego o wydzielenie pozycji 7-9,11 z pakietu 11. Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. Bez wydzielenia tych pozycji konkurencja będzie ograniczona do kilku konkurentów, a Zamawiający otrzyma wycenę o zawyżonej wartości w stosunku do wartości rynkowej.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wydziela.**

#### Pytanie nr 103

**Dotyczy: Zadanie nr 11 poz. 8**

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 144 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

#### Pytanie nr 104

**Dotyczy: Zadanie nr 11 poz. 9**

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**



#### Pytanie nr 105

**Dotyczy: Zadanie nr 12 poz. 1**

Czy zamawiający dopuści strzykawkę bez rozszerzenia o poj. 2 ml?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

#### Pytanie nr 106

**Dotyczy: Zadanie nr 15 poz. 21-26**

Proszę Zamawiającego o wydzielenie pozycji 21-26 z pakietu 15. Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. Bez wydzielenia tych pozycji konkurencja będzie ograniczona do kilku konkurentów, a Zamawiający otrzyma wycenę o zawyżonej wartości w stosunku do wartości rynkowej.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wydziela.**

#### Pytanie nr 107

**Dotyczy: Zadanie nr 15 poz. 22-23**

Czy zamawiający dopuści strzykawki z jednostronną, czytelną i niezmywalną skalą pomiarową w kontrastowym kolorze?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.**

#### Pytanie nr 108

**Dotyczy: Zadanie nr 15 poz. 22-23**

Prosimy aby zamawiający dopuścił strzykawki bez nazwy producenta występującej bezpośrednio na cylindrze. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Cylinder posiada naniesioną nazwę IMPORTERA/DYSTRYBUTORA. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

#### Pytanie nr 109

**Dotyczy: Zadanie nr 15 poz. 24**

Czy zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów typu TS, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, Filtr 200µm, 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml, przyrząd posiada ostra igła biorcza dwukanałowa, trójpłaszczyznowo ścięta, wykonana ze wzmocnionego ABS, odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany czerwoną klapką, przezroczysta komora kroplowa z filtrem z PCV, dł. komory kroplowej 7,5 cm w części przezroczystej, rolkowy regulator przepływu, łącznik LUER-LOCK z osłonką, zaczepek na dren, dren o długości 150 cm, opakowanie jednostkowe typu blister papier –folia, sterylizowany tlenkiem etylenu?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

#### Pytanie nr 110

**Dotyczy: Zadanie nr 15 poz. 24**

Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania krwi z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

#### Pytanie nr 111

**Dotyczy: Zadanie nr 15 poz. 24**

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi z zaczepek na zacisku rolkowym, bez miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolekcja igły biorczej posiada osłonkę z tworzywa sztucznego?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

#### **Pytanie nr 112**

**Dotyczy: Zadanie nr 15 poz. 24**

Prosimy aby zamawiający dopuścił przyrządy bez nazwy występującej bezpośrednio na przyrządzie. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne przyrządu oraz poglądowa (obrazkowa) instrukcja użycia.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

#### **Pytanie nr 113**

**Dotyczy: Zadanie nr 15 poz. 25**

Czy Zamawiający dopuści IS bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostrą igłą biorczą dwukanałową, trójpłaszczyznową, wykonana ze wzmocnionego ABS - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką - przezroczysta średnio twarda komora kroplowa 20 kropli = 1 ml+/-0,1 ml, długość całkowita komory kroplowej 62 mm, długość części wykonanej z przezroczystego PVC 55 mm, z filtrem filtr płynu o wielkości oczek 15µm, rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

#### **Pytanie nr 114**

**Dotyczy: Zadanie nr 15 poz. 25**

Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania płynów z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

#### **Pytanie nr 115**

**Dotyczy: Zadanie nr 15 poz. 25**

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez dodatkowego zaczeplu na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

#### **Pytanie nr 116**

**Dotyczy: Zadanie nr 15 poz. 25**

Prosimy aby zamawiający dopuścił przyrządy bez nazwy występującej bezpośrednio na przyrządzie. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne przyrządu oraz poglądowa (obrazkowa) instrukcja użycia.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

#### **Pytanie nr 117**

**Dotyczy: Zadanie nr 22 poz. 4-5, 9-11**

Czy zamawiający wydzieli poz. 4-5,9-11 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wydziela.**

#### Pytanie nr 118

**Dotyczy: Zadanie nr 22 poz. 4-5**

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

#### Pytanie nr 119

**Dotyczy: Zadanie nr 22 poz. 9-10**

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

#### Pytanie nr 120

**Dotyczy: Zadanie nr 22 poz. 9-10**

Czy zamawiający dopuści jednorazowy woreczek do pobierania próbki moczu dla niemowląt i małych dzieci o anatomicznym kształcie dla chłopców lub dla dziewczynek, bez gąbki, pojemność woreczka: 100 ml, pakowany indywidualnie w blister papier- folia, sterylne, o wymiarze 180 mm x 70 mm, skalowany co 10 ml?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

#### Pytanie nr 121

**Dotyczy: Zadanie nr 22 poz. 11**

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

#### Pytanie nr 122

**Dotyczy: Zadanie nr 44 poz. 5-6**

Czy zamawiający wydzieli poz. 5-6 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wydziela.**

#### Pytanie nr 123

**Dotyczy: Zadanie nr 44 poz. 7-8**

Czy zamawiający dopuści zestawy z drenem o długości ok. 200 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

#### Pytanie nr 124

**Dotyczy: Zadanie nr 44 poz. 7-8**

Czy zamawiający wydzieli poz. 7-8 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wydziela.**

#### Pytanie nr 125

**Dotyczy: Zadanie nr 44 poz. 7-8**

Prosimy o podanie jakie cechy uważa zamawiający za równoważne.

**Odpowiedź:** Oferta równoważna to taka, która przedstawia przedmiot zamówienia o właściwościach funkcjonalnych i jakościowych takich samych lub zbliżonych do tych, które zostały określone w siwz.

#### Pytanie nr 126

**Dotyczy: Zadanie nr 67 poz. 1-2**

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

#### Pytanie nr 127

**Dotyczy: Zadanie nr 67 poz. 1-2**

Czy zamawiający w obu pozycjach oczekuje szczoteczki typu wachlarz, czy nastąpiła omyłka i w jednej z pozycji ma być szczoteczka typu prostego?

**Odpowiedź: Omyłka – poz. 1 typ prosty.**

#### Pytanie nr 128

**Dotyczy: Zadanie nr 54**

Czy zamawiający dopuści obłożenie stolika o wymiarach 140x140 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

#### Pytanie nr 129

**Dotyczy: Zadanie nr 54**

Czy zamawiający dopuści 3 szt. Ręcznika papierowego?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

#### Pytanie nr 130

**Dotyczy: § 6 ust. 5 Projekt umowy**

Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie §6 ust. 5 projektu umowy w następującym brzmieniu: „Jeżeli w dostarczonej partii towaru Zamawiający stwierdzi wady jakościowe lub ilościowe, niezwłocznie zawiadomi o nich Wykonawcę, który wymieni towar na wolny od wad w ciągu:

- a) .... dni roboczych od daty zawiadomienia w przypadku braków ilościowych, oraz
- b) ...dni roboczych od chwili doręczenia mu reklamowanego asortymentu w przypadku wad jakościowych, - nie obciążając Zamawiającego kosztami zasadnej wymiany”?

Uzasadnienie:

- Wykonawca nie może odnieść się do reklamacji jakościowej bez naocznego zbadania reklamowanych wyrobów, zasadnym jest więc, aby termin na jej rozpatrzenie biegł od dnia dostarczenia mu reklamowanej partii towarów.

Ponadto Wykonawca uważa, że doręczenie mu reklamowanych wyrobów powinno być obowiązkiem Zamawiającego;

- Wykonawca pracuje od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, zasadnym jest więc postępowanie się jednostkami roboczymi. Rozwiązanie takie stawia Wykonawcę w jednakowej sytuacji bez względu na dzień i godzinę wystąpienia zdarzenia wymagającego jego reakcji;

- Koszty wymiany powinien ponieść Wykonawca jedynie w przypadku zasadnych reklamacji;

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

#### Pytanie nr 131

**Dotyczy: § 6 ust. 10 Projekt umowy**

Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie §6 ust. 10 projektu umowy w następującym brzmieniu: „W przypadku, gdy Wykonawca z własnej winy nie dostarczy przedmiotu umowy w terminie określonym w § 6 ust. 3 Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zakupu interwencyjnego od innego dostawcy w ilościach i asortymencie nie zrealizowanej w terminie dostawy”?

Uzasadnienie:

Niedostarczenie towarów w terminie może być skutkiem działania siły wyższej, osób trzecich lub nawet Zamawiającego, Wykonawca nie powinien ponosić negatywnych konsekwencji zdarzeń, na które nie ma wpływu. Zakup zastępczy powinien więc być dopuszczalny tylko wówczas, gdy nieterminowa dostawa wynika z wyłącznej winy Wykonawcy.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

#### Pytanie nr 132

**Dotyczy: § 6 ust. 13 Projekt umowy**

Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie §6 ust. 13 projektu umowy w następującym brzmieniu: „Zamawiający gwarantuje wykorzystanie min. **80%** łącznej wartości **netto wskazanej w §4 ust. 2 i w takim zakresie Wykonawcy przysługuje roszczenie o jej realizację**”?

Uzasadnienie:

Wykonawca powinien wskazać minimalny poziom zamówień, który zrealizuje bez względu na okoliczności. Poziom 70 % jest w ocenie Wykonawcy zbyt niski, natomiast poziom 80% wartości umowy umożliwi racjonalne skalkulowanie ryzyka i przedstawienie oferty korzystnej dla obu stron.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

#### Pytanie nr 133

**Dotyczy: § 8 ust. 1 i 2 Projekt umowy**

„1. W przypadku niedostarczenia przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, w terminie określonym w §6 ust. 3, a także w przypadku naruszeń postanowień §6 ust. 5 i 6. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości netto faktury za daną dostawę za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości netto faktury za daną dostawę.

2. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy lub Zamawiającego, druga strona umowy może dochodzić od strony winnej, kary umownej w wysokości 10% wartości netto niezrealizowanej części umowy”?

Uzasadnienie:

- Kara umowna powinna być naliczana od wartości netto przedmiotu umowy, gdyż tylko ta wartość ma dla Wykonawcy ekonomiczne znaczenie (co wynika z art. 32 ustawy PZP). Podatek VAT wchodzący w skład kwoty brutto jest daniną publiczną, której Wykonawca jest tylko płatnikiem;
- Prosimy o obniżenie kary umownej za zwłokę do 0,5% dziennie. Kara w wysokości 1% dziennie jest prawie czterdzieści razy wyższa niż odsetki za opóźnienie w płatności należne Wykonawcy, mając na uwagę zasadę równości stron, zasadnym jest więc jej miarkowanie;

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

#### Pytanie nr 134

**Dotyczy: § 9 ust. 1 Projekt umowy**

„Zamawiający może odstąpić od **niezrealizowanej części umowy** z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, **to znaczy w następujących** przypadkach:

- a) **trzykrotnego** nienależytego wykonywania **istotnych** postanowień niniejszej umowy,
- b) **trzykrotnego i uzasadnionego** stwierdzenia przez Zamawiającego wady fizycznej lub prawnej przedmiotu umowy,
- c) zgłoszenia przez Zamawiającego **trzech uzasadnionych** reklamacji złożonych na dostarczone przez Wykonawcę przedmiot zamówienia,
- d) **trzykrotnego** dostarczania przez Wykonawcę przedmiotu innego niż wskazany w ofercie,
- e) zwłokę za daną dostawę przedmiotu zamówienia przekraczającą 20 dni **roboczych**”?

Uzasadnienie:

- Odstąpienie od umowy oznacza poważne konsekwencje dla obu stron, umowę uważa się bowiem za niebyłą od samego początku, a strony zobowiązane są zwrócić sobie to, co wzajemnie świadczyły. Z uwagi na to, że przedmiotem niniejszej umowy jest systematyczna dostawa towarów, zasadnym jest, aby odstąpienie od niej było możliwe wyłącznie w stosunku do jeszcze jej niezrealizowanej części;

- Odstąpienie od umowy powinno być dopuszczalne jedynie w konkretnych przypadkach, a nie wymienionych przykładowo. W przeciwnym razie uprawnienie to mogłoby być wykorzystane przez Zamawiającego w przypadku każdego, nawet mało istotnego naruszenia umowy przez Wykonawcę;
  - Odstąpienie od umowy może być dopuszczalne w przypadku powtarzających się naruszeń istotnych postanowień umowy, Wykonawca proponuje trzy takie uchybienia każdego rodzaju. W przypadku reklamacji koniecznym jest, aby okazała się ona uzasadniona, czyli Wykonawca rzeczywiście dostarczył wyroby złej jakości;
  - Odstąpienie od umowy powinno być dopuszczalne w przypadku zwłoki, czyli zawinonego opóźnienia Wykonawcy, trwającej powyżej 20 dni roboczych – pojęciem zwłoki oraz dni roboczych umowa posługuje się w innych miejscach;
- Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

#### Pytanie nr 135

**Dotyczy: § 10 oraz § 11 ust. 13 pkt. g) Projekt umowy**

Czy Zamawiający może wyjaśnić rozbieżności między zapisem §10 oraz §11 ust. 3 punkt g)?

Uzasadnienie:

§10 projektu umowy przewiduje, że w przypadku niewyczerpania wartości umowy w terminie ulega ona automatycznie przedłużeniu do dnia zrealizowania pełnej kwoty nominalnej, natomiast §11 ust. 3 punkt g) stanowi, że Zamawiający jedynie dopuszcza możliwość wydłużenia okresu maksymalnie o 6 miesięcy obowiązywania umowy w przypadku niewyczerpania jej wartości w drodze aneksu do umowy;

**Odpowiedź: Zamawiający wykreśli treść § 11 ust. 3 punkt g).**

#### Pytanie nr 136

**Dotyczy: § 11 ust. 3 lit. i) Projekt umowy**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie z §11 ust. 3 litery i)?

Uzasadnienie:

Umowa o zamówienie publiczne powinna zapewniać stabilność stosunku umownego, w szczególności w zakresie kwestii ceny. Przyznanie Zamawiającemu prawa do korzystania z promocji i upustów udzielnych innym podmiotom stoi w istotnej sprzeczności ekonomicznej z interesem Wykonawcy. Wykonawca nie widzi uzasadnienia obniżenia ceny w takim przypadku. Cena ofertowa jest bowiem kalkulacją uwzględniającą prognozę zarówno obniżek jak i podwyżek cen w taki sposób, aby zapewnić Wykonawcy rentowność. Zastosowanie obniżki cen wobec Zamawiającego, a następnie podwyższenie cen na rynku producenckim w dalszym okresie zaburzałoby zatem równowagę finansową Wykonawcy, stawiając go tym samym w sytuacji niskiej opłacalności zamówienia, a nawet jej braku.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

#### Pytanie nr 137

**Dotyczy: § 11 ust. 5 Projekt umowy**

Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie §11 ust. 5 zdanie pierwsze projektu umowy w następującym brzmieniu:

**„Cena jednostkowa netto będzie stała przez okres 12 miesięcy, z zastrzeżeniem, że w przypadku zmiany stawki VAT, nowa stawka będzie stosowana automatycznie bez konieczności zawierania aneksu do umowy”?**

oraz wykreślenie z §11 ust. 5 litery a)?

Uzasadnienie:

- Zgodnie z art. 32 ustawy PZP, to wartość netto określa wysokość zobowiązania, Wykonawca może zagwarantować stałość tylko takich cen, nie ma on bowiem wpływu na wysokość stawek podatkowych składających się na cenę brutto. Proszę też mieć na względzie, że Wykonawca nie może wystawić faktury z nieobowiązującą stawką;
- § 11 ust. 5 i nast., określa procedury dokonywania zmian; w przypadku zmiany stawki VAT celowe jest wykreślenie z §11 ust. 5 litery a);

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

#### Pytanie nr 138

**Dotyczy: Zadanie nr 12 poz. 3**

Czy Zamawiający w Zadaniu 12 poz. 3 dopuści wycenę strzykawki skalowanej co 0,5ml?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

#### Pytanie nr 139

**Dotyczy: Zadanie nr 15 poz. 22, 23**

Czy Zamawiający w Zadaniu 15 poz. 22, 23 dopuści wycenę strzykawkę z tłokiem wykonanym z polietylenu i cylindrem wykonanym z polipropylenu?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

#### Pytanie nr 140

**Dotyczy: Zadanie nr 15 poz. 27, 28, 29.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie poz. 27,28,29 z Zadania 15 i utworzenie osobnego pakietu? Pozwoli to na złożenie konkurencyjnej oferty, co wpłynie na korzystniejszą cenę oferty.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wydziela.**

#### Pytanie nr 141

**Dotyczy: Zadanie nr 67 poz. 1 i 2.**

Czy Zamawiający miał na myśli w Pakiecie nr 67, poz. 1 i 2. szczoteczki cytologiczne do jednoczesnego pobierania wymazów z kanału szyjki macicy, tarczy i strefy transformacji, odpowiadające aktualnym wymaganiom zasadniczym dla wyrobów medycznych Ministerstwa Zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011r. i Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące standardu postępowania w zakresie pobierania rozmazów cytologicznych

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

*Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.*