



**109 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Szczecinie**



Certyfikat nr 485732

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Szczecin, dnia 23.10.2019 r.

Znak sprawy Nr RPoZP 29/2019

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów szwanych, siatek chirurgicznych oraz jednorazowych narzędzi do zespożeń naczyniowych do 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie

Pytania i odpowiedzi do SIWZ nr 4

Pytanie 1: dot. Zadanie nr 1 poz. 1,4,24,28

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu nr 1 poz. 1,4,24,28 podwiązek o dł. 150 cm pozostałe parametry bez zmian.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2: dot. Zadanie nr 1 poz. 2-3;6-8;10-14;17;19-23;25-26;30-33;36-37

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu nr 1 poz. 2-3;6-8;10-14;17;19-23;25-26;30-33;36-37 szwów o dł. 75 cm, pozostałe parametry bez zmian.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3: dot. Zadanie nr 1 poz.15

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu nr 1 poz. 15 szwu z igłą okrągłą typu narta o dł. 23 mm z nitką 3-0 o dł. 120 cm. W przypadku braku zgody Prosimy Zamawiającego o wydzielenie tej pozycji do osobnego zadania co umożliwi naszej firmie złożenie ważnej oferty.

Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wydziela.

Pytanie 4: dot. Zadanie nr 1 poz.16

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu nr 1 poz. 16 szwu z igłą okrągłą typu narta o dł. 23 mm z nitką 3-0 o dł. 18 cm. W przypadku braku zgody Prosimy Zamawiającego o wydzielenie tej pozycji do osobnego zadania co umożliwi naszej firmie złożenie ważnej oferty.

Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wydziela.

Pytanie 5: dot. Zadanie nr 1 poz.18

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu nr 1 poz. 18 szwu z igłą okrągłą 5/8 koła o dł. 27 mm z nitką 2-0 o dł. 75 cm.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6: dot. Zadanie nr 1 poz.29

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu nr 1 poz. 29 szwu z igłą odwrótnie tnącą 1/2 koła o dł. 30 mm z nitką 1 o dł. 90 cm.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 7: dot. Zadanie nr 1 poz.34

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu nr 1 poz. 34 szwu z igłą okrągłą wzmocnioną. Pozostałe parametry bez zmian.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 8: dot. Zadanie nr 1 poz.41-42

W trosce o zachowanie uczciwej konkurencji prosimy Zamawiającego o wydzielenie w zadaniu nr 1 poz.41-42 do osobnego zadania co umożliwi naszej firmie złożenie ważnej oferty.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 9: dot. Zadanie nr 2 poz.1,2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu nr 2 poz. 1,2 szwów z igłą odwrótnie tnącą kosmetyczną PREMIUM wykonaną z wysokiej jakości stali Suralloy odpornej na odkształcanie i wyginanie. Pozostałe parametry bez zmian.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 10: dot. Zadanie nr 2 poz.3-4;8;10;12-19;21-22

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu nr 2 poz.3-4;8;10;12-19;21-22 szwów o długości 75 cm. Pozostałe parametry bez zmian.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 11: dot. Zadanie nr 2 poz.5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu nr 2 poz. 5 szwu z igłą odwrótnie tnącą kosmetyczną PREMIUM wykonaną z wysokiej jakości stali Suralloy odpornej na odkształcanie i wyginanie 3/8 koła o dł. 16 mm z nitką bezbarwną 4-0 o dł. 45 cm.

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ, ul. Piotra Skargi 9-11, 70-965 Szczecin,
Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy
numer KRS 0000002667

NIP 851 25 43 558, REGON 810200960
tel. 91 810 58 00, fax. 91 810 58 02

www.109szpital.pl, e-mail sekretariat@109szpital.pl



109 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Szczecinie



Certyfikat nr 485732

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Odp.: Zamawiający informuje, że w opisie przedmiotu zamówienia wystąpiła omyłka i działając na podstawie art. 38 ust 4, dokonuje modyfikacji załącznika nr 1 do SIWZ poprzez doprecyzowanie opisu dodając sformułowanie „nitka barwiona”.

Pytanie 12: dot. Zadanie nr 2 poz.5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu nr 2 poz. 5 szwu z igłą odwrotnie tnącą 3/8 koła dł. 16 mm z nitką bezbarwną 4-0 o dł. 75 cm

Odp.: Zamawiający dopuszcza zmianę długości nic na 75 cm, przy zachowaniu reszty parametrów opisanych w załączniku nr 1 do SIWZ, jednocześnie informuje, że w opisie przedmiotu zamówienia wystąpiła omyłka i działając na podstawie art. 38 ust 4, dokonuje modyfikacji załącznika nr 1 do SIWZ poprzez doprecyzowanie opisu dodając sformułowanie „nitka barwiona”.

Pytanie 13: dot. Zadanie nr 2 poz.6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu nr 2 poz. 6 szwu z igłą okrągłą 1/2 koła dł. 20 mm z nitką 4-0 o dł. 75 cm

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 14: dot. Zadanie nr 2 poz.9

W trosce o zachowanie uczciwej konkurencji prosimy Zamawiającego o wydzielenie w zadaniu nr 2 poz.9 do osobnego zadania co umożliwi naszej firmie złożenie ważnej oferty.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 15: dot. Zadanie nr 2 poz.11

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu nr 2 poz. 11 szwu z igłą okrągłą 1/2 koła dł. 20 mm z nitką 3-0 o dł. 75 cm

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 16: dot. Zadanie nr 2 poz.20

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu nr 2 poz. 20 szwu z igłą okrągłą wzmocnioną 1/2 koła dł. 27 mm z nitką 1 o dł. 75 cm

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 17: dot. Zadanie nr 2 poz.24

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu nr 2 poz. 24 szwu z igłą odwrotnie tnącą wzmocnioną. Pozostałe parametry bez zmian.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 18: dot. Zadanie nr 2 poz.25

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu nr 2 poz. 25 szwu z igłą okrągłą przyostrzoną spłaszczoną 5/8 koła 65 mm z nitką 1 o dł. 180 cm.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 19: dot. Zadanie nr 2 poz.26

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu nr 2 poz. 26 szwu z igłą okrągłą wzmocnioną 1/2 koła 40 mm z nitką 1 o dł. 90 mm. W przypadku braku zgody w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji prosimy Zamawiającego o wydzielenie tej pozycji do osobnego zadania co umożliwi naszej firmie złożenie ważnej oferty.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 20: dot. Zadanie nr 3 poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu nr 3 poz. 1 szwu z igłą okrągłą o dł. 25 mm. Pozostałe parametry bez zmian.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 21: dot. Zadanie nr 3 poz.2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu nr 3 poz. 2 szwu z igłą okrągłą wzmocnioną o dł. 27 mm. Pozostałe parametry bez zmian.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 22: dot. Zadanie nr 3 poz.5,6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu nr 3 poz. 5,6, szwu z igłą okrągłą wzmocnioną. Pozostałe parametry bez zmian.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 23: dot. Zadanie nr 3 poz.8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu nr 3 poz.8 szwu z igłą odwrotnie tnącą wzmocnioną 1/2 koła 40 mm. Pozostałe parametry bez zmian.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ, ul. Piotra Skargi 9-11, 70-965 Szczecin,
Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy
numer KRS 0000002667

NIP 851 25 43 558, REGON 810200960
tel. 91 810 58 00, fax. 91 810 58 02

www.109szpital.pl, e-mail sekretariat@109szpital.pl



109 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Szczecinie



Certyfikat nr 485732

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Pytanie 24: dot. Zadanie nr 3 poz.10

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu nr 3 poz.10 szwu z igłą odwrótnie tnącą podwójnie wzmocnioną 1/2 koła 55 mm. Pozostałe parametry bez zmian.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 25: dot. Zadanie nr 3 poz.11

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu nr 3 poz.11 szwu z igłą odwrótnie tnącą wzmocnioną 3/8 koła 77 mm z nitką 5 o dł. 45 cm.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 26: dot. Zadanie nr 3 poz.12

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu nr 3 poz.12 szwu z igłą podwójną odwrótnie tnącą wzmocnioną 3/8 koła 77 mm z nitką 5 o dł. 75 cm.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 27: dot. Zadanie nr 3 poz.18,19,20

W trosce o zachowanie uczciwej konkurencji prosimy Zamawiającego o wydzielenie w zadaniu nr 3 poz.18,19,20 do osobnego zadania co umożliwi naszej firmie złożenie ważnej oferty.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie.

Pytanie 28: dot. Zadanie nr 4 poz.1,2

W trosce o zachowanie uczciwej konkurencji prosimy Zamawiającego o wydzielenie w zadaniu nr 4 poz.1,2 do osobnego zadania co umożliwi naszej firmie złożenie ważnej oferty.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 29: dot. Zadanie nr 4 poz.8,9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu nr 4 poz. 8,9 szwów z igłą odwrótnie tnącą kosmetyczną PREMIUM wykonaną z wysokiej jakości stali Suralloy odpornej na odkształcanie i wyginanie. Pozostałe parametry bez zmian.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 30: dot. Zadanie nr 4 poz.10

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu nr 4 poz. 10 szwu z igłą odwrótnie tnącą typu ReliaPoint powlekaną silikonem. Pozostałe parametry bez zmian.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 31: dot. Zadanie nr 4 poz.15

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu nr 4 poz. 15 szwu z igłą odwrótnie tnącą 3/8 koła o dł. 26 mm. Pozostałe parametry bez zmian.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 32: dot. Zadanie nr 4 poz.18

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu nr 4 poz. 18 szwu z igłą konwencjonalnie tnącą . Pozostałe parametry bez zmian.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 33: dot. Zadanie nr 4 poz.19,20,21

W trosce o zachowanie uczciwej konkurencji prosimy Zamawiającego o wydzielenie w zadaniu nr 4 poz.19, 20,21 do osobnego zadania co umożliwi naszej firmie złożenie ważnej oferty.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 34: dot. Zadanie nr 5 poz. 1,3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu nr 5 poz. 1 ,3 szwu z igłą odwrótnie tnącą kosmetyczną PREMIUM wykonaną z wysokiej jakości stali Suralloy odpornej na odkształcanie i wyginanie . Pozostałe parametry bez zmian.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 35: dot. Zadanie nr 5 poz. 2,4,6,7-12

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu nr 5 poz. 2,4,6,7-12 szwów o dł. 75 cm, pozostałe parametry bez zmian.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 36: dot. Zadanie nr 5 poz. 13

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu nr 5 poz. 13 szwu z igłą okrągłą 1/2 koła o dł. 27 mm z nitką 1 o dł. 75 cm.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 37: dot. Zadanie nr 6 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu nr 6 poz. 1 szwu z igłą okrągłą podwójną 1/2 koła o dł. 13 mm wykonaną z wysokiej jakości stali Suralloy odpornej na odkształcanie i wyginanie z nitką 4-0 o dł. 60 cm.

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ, ul. Piotra Skargi 9-11, 70-965 Szczecin,
Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy
numer KRS 0000002667

NIP 851 25 43 558, REGON 810200960

tel. 91 810 58 00, fax. 91 810 58 02

www.109szpital.pl, e-mail sekretariat@109szpital.pl



109 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Szczecinie



Certyfikat nr 485732

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 38: dot. Zadanie nr 6 poz. 2-8,10

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu nr 6 poz. 2-8,10 szwów z igłami okrągłymi wykonanymi z wysokiej jakości stali Suralloy odpornej na odkształcanie i wyginanie .

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 39: dot. Zadanie nr 6 poz. 9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu nr 6 poz. 9 szwu z igłą okrągłą podwójną 1/2 koła o dł. 10 mm wykonaną z wysokiej jakości stali Suralloy odpornej na odkształcanie i wyginanie z nitką 6-0 o dł. 60 cm.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 40: dot. Zadanie nr 12 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu nr 12 poz. 1 zamiast opisanej siatki również siatkę o parametrach : Siatka do plastyki przepuklin, wykonana z monofilamentowego poliestru o strukturze trójwymiarowej. Rozmiar porów 2,1 x 3,0 mm, pory o kształcie heksagonalnym, gramatura siatki 64 g/m², grubość siatki 0,7 mm. Siatka wyposażona w zielony poliestrowy znacznik kierunkowy, ułatwiający pozycjonowanie siatki. Rozmiar 30cmx30cm.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 41: dot. Zadanie nr 12 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu nr 12 poz. 2 zamiast opisanej siatki również siatkę o parametrach : Siatka z polioptylenu monofilamentowego, makroporowa, o gramaturze 46 g/m². Wielkość porów 2,0 x 2,4 mm. Grubość siatki 0,7 cm. Możliwość docinania siatki bez ryzyka strzępienia. Rozmiar 6cmx11cm.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 42: dot. Zadanie nr 12 poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu nr 12 poz. 3 zamiast opisanej siatki również siatkę o parametrach : Siatka z polioptylenu monofilamentowego, makroporowa, o gramaturze 46 g/m². Wielkość porów 2,0 x 2,4 mm. Grubość siatki 0,7 cm. Możliwość docinania siatki bez ryzyka strzępienia. Rozmiar 7,5cmx15cm.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 43: dot. Zadanie nr 12 poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu nr 12 poz. 4 zamiast opisanej siatki również siatkę o parametrach: Siatka z polioptylenu monofilamentowego, makroporowa, o gramaturze 46 g/m². Wielkość porów 2,0 x 2,4 mm. Grubość siatki 0,7 cm. Możliwość docinania siatki bez ryzyka strzępienia. Rozmiar 30x30cm.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 44: dot. Zadanie nr 12 poz. 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu nr 12 poz. 5 zamiast opisanej siatki również siatkę o parametrach: Siatka z polioptylenu monofilamentowego, makroporowa, o gramaturze 46 g/m². Wielkość porów 2,0 x 2,4 mm. Grubość siatki 0,7 cm. Możliwość docinania siatki bez ryzyka strzępienia. Rozmiar 15x15cm.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 45: dot. Zadanie nr 12 poz. 6,7

W trosce o zachowanie uczciwej konkurencji prosimy Zamawiającego o wydzielenie w zadaniu nr 12 poz.6,7 do osobnego zadania co umożliwi naszej firmie złożenie ważnej oferty.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie.

KOMENDANT

płk mgr inż. Krzysztof Pietraszko

M.J. 91/ 810 59 82