

Samodzielny Publiczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej  
ul. Kościuszki 15  
07-100 Węgrów

## PYTANIA I ODPOWIEDZI

**Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku, Znak: ZP/SJ/18/22 (Dz.U.U.E z dnia 07.12.2022 r. nr 2022/S 236-680346)**

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgrowie informuje, że wpłynęły następujące zapytania od Wykonawców:

### **Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz cenowy**

#### **Pakiet 8**

##### **Poz. 9**

Czy w Pakiecie nr 8 w poz. 9 powinny być zaoferowane szczoteczki cytologiczne, których efektywność została klinicznie zweryfikowana?

##### ***Odpowiedź:***

***Zamawiający nie wymaga szczoteczek, których efektywność została klinicznie zweryfikowana***

##### **Poz. 9**

Prosimy o wyrażenie zgody na wydzielenie z Pakietu nr 8 poz. 9 do odrębnego pakietu.

##### ***Odpowiedź:***

***Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie powyższej pozycji do odrębnego pakietu. Zmiana ilości pakietów po opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu jest technicznie niemożliwa.***

#### **Pakiet 31**

##### **Poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści kleszcze biopsyjne jednorazowego użytku, w powleczeniu hydrofilnym PE, kolory rękojeści kodowane w zależności od miejsca przeznaczenia, łyżeczki o długości 4,3mm, rozwarcie 7,5mm. łyżeczki owalne: gładkie, gładkie z igłą. Dostępne w długościach: 1600mm, 1800mm, 2300mm – przy średnicy narzędzia 2,3mm. Pakowane pojedynczo, w zestawie 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. Opakowanie handlowe = 10 sztuk.

##### ***Odpowiedź:***

***Zamawiający nie dopuszcza kleszczy o takich parametrach.***

##### **Poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści kleszcze biopsyjne jednorazowego użytku, w powleczeniu hydrofilnym PE, kolory rękojeści kodowane w zależności od miejsca przeznaczenia, łyżeczki o długości 4,3mm, rozwarcie 7,5mm. łyżeczki owalne: aligator, aligator z igłą. Dostępne w długościach: 1600mm, 1800mm, 2300mm - przy średnicy narzędzia 2,3mm. Pakowane pojedynczo, w zestawie 4 etykiety

samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta.  
Opakowanie handlowe = 10 sztuk.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie dopuszcza kleszczy o takich parametrach.**

**Poz. 1, 2**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kleszczy w powleczeniu PTFE, z łyżeczkami o długości 4,0 mm, rozwarcie łyżeczek 8 mm, średnica narzędzia 2,4 mm, kolor powleczenia niebieski dla szczypiec kolonoskopowych i szary dla szczypiec gastrokopowych

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza zaoferowanie powyższych kleszczy**

**Poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści klipsownice hemostatyczne z załadowanym, gotowym do użycia klipsem. Obrotowe – 360 stopni w obydwu kierunkach. Możliwość wielokrotnego zamknięcia i otwarcia przed ostatecznym uwolnieniem klipsa. Średnica osłonki 2,6mm, rozwarcie ramion klipsa do wyboru zamawiającego 11,13,16 mm, długość narzędzia 2300mm, rozwarcie ramion klipsa 135 stopni. Możliwość wykonywania badań rezonansu magnetycznego u pacjentów z zaaplikowanym klipsem (warunki opisane w dołączonej instrukcji użytkowania wyrobu). Opakowanie handlowe = 10 sztuk.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wymaga rozwarcia ramion klipsa 90 stopni oraz 135 stopni.**

**Poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści klipsownice hemostatyczne z załadowanym, gotowym do użycia klipsem. Obrotowe – 360 stopni w obydwu kierunkach. Możliwość wielokrotnego zamknięcia i otwarcia przed ostatecznym uwolnieniem klipsa. Średnica osłonki 2,6mm, rozwarcie ramion klipsa do wyboru zamawiającego 11,13,16 mm, długość narzędzia 2300mm, rozwarcie ramion klipsa 135 stopni. Możliwość wykonywania badań rezonansu magnetycznego u pacjentów z zaaplikowanym klipsem (warunki opisane w dołączonej instrukcji użytkowania wyrobu). Opakowanie handlowe = 10 sztuk.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wymaga klipsownicy załadowanym klipsem oraz dwoma dodatkowymi klipsami z ramionami o zagięciu 90 stopni.**

**Poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie klipsownic o szerokości rozwarcia ramion klipsa 14,5 mm, stopień zagięcia ramion klipsa 135 stopni, klips zabezpieczony plastikową osłonką, możliwość wykonania badań w MRI potwierdzona oświadczeniem producenta

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie dopuszcza klipsownic z zagięciem ramion klipsa 135 stopni**

**Poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści pętle do polipektomii jednorazowego użytku, sterylne, owalne, z możliwością cięcia z użyciem elektrokoagulacji, pleciana, drut o średnicy 0,47 mm. Pętla obrotowa 360 stopni. Ergonomiczna rękojeść umożliwiająca otwieranie pętli jedną ręką. Długość narzędzia 2300mm, średnica osłonki 2,3mm, średnica pętli 6,10,15,20,25,30,35,40 mm Pakowane pojedynczo, w zestawie

4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. Opakowanie handlowe = 10 sztuk.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie dopuszcza pętli o powyższych parametrach.**

#### **Poz.6**

Czy Zamawiający dopuści pętle do polipektomii jednorazowego użytku, sterylne, owalne, z możliwością cięcia z użyciem elektrokoagulacji, plecione, drut o średnicy 0,47 mm. Pętla obrotowa 360 stopni. Ergonomiczna rękojeść umożliwiająca otwieranie pętli jedną ręką. Długość narzędzia 2300mm, średnica osłonki 2,3mm, średnica pętli 15mm lub 25mm Pakowane pojedynczo, w zestawie 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. Opakowanie handlowe = 10 sztuk.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie dopuszcza pętli o powyższych parametrach.**

#### **Poz. 5, 6**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pętli z drutu o średnicy 0,33 mm, długość oczka pętli maksimum 45,0 mm.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie dopuszcza powyższych pętli, zaproponowana długość oczka pętli jest za duża**

#### **Poz. 7**

Czy Zamawiający dopuści pętle do polipektomii jednorazowego użytku, sterylne, owalne, z możliwością cięcia z użyciem elektrokoagulacji, pleciona, drut monofilamentny o średnicy 0,4 mm zapewnia doby kontakt z tkanką i minimalizuje poślizg na powierzchni błony śluzowej. Pętla obrotowa 360 stopni. Ergonomiczna rękojeść umożliwiająca otwieranie pętli jedną ręką. Długość narzędzia 2300mm, średnica osłonki 2,3mm, średnica pętli 25 mm Pakowane pojedynczo, w zestawie 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. Opakowanie handlowe = 10 sztuk.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie dopuszcza pętli z drutu monofilamentnego.**

#### **Poz. 7**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pętli jednorazowego użytku, z funkcją rotacji, przeznaczonych do resekcji zmian płaskich, z możliwością cięcia z koagulacją, z drutu plecionego z dodatkowym spiralnym opłotem zwiększającym tarcie, średnica otwarcia 20 mm i 25 mm, długość narzędzia 2300 mm, średnica osłonki 2,3 mm.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie dopuszcza powyższej pętli**

#### **Poz. 8**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie ustnika z wypustkami zabezpieczającymi przed jego zsuwaniem się z zębów pacjenta, bez silikonowej osłonki.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie dopuszcza powyższego ustnika**

**Poz. 9**

Czy Zamawiający dopuści igły o grubości igły 0,6 oraz 0,7 mm, średnica narzędzia 2.3mm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza igły o powyższych parametrach.**

**Poz. 10**

Igła do ostrzykiwań jednorazowego użytku, w osłonce PTFE, o grubości igły 0,6 mm lub 0,7 mm i głębokości nakłucia 4 mm lub 5 mm (do wyboru przez Zamawiającego). Średnica narzędzia 2,3mm; igła kompatybilna z kanałem roboczym 2,8mm. Pozostałe parametry zgodne z SWZ

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza igły o powyższych parametrach.**

**Poz. 10**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igieł w białej osłonce, średnica narzędzia 2,3 mm.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza powyższe igły**

**Poz. 11**

Czy zamawiający dopuści Zestaw do opaskowania żyłaków przetyku, jednorazowego użytku, składający się z nasadki na endoskop zawierającej 7 opasek czarnych oraz głowicy z nicią o długości 1650mm do zrzucania opasek połączoną fabrycznie z pokrętkiem działającym w dwóch do napinania nici, zestaw wyposażony w port luer/złącze do irygacji, słyszalne „kliknięcie” po każdym uwolnieniu gumki. Współpracuje z minimalnym kanałem roboczym 9,4mm. Opakowanie handlowe = 1 zestaw.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza powyższy zestaw**

**Poz. 12**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szczotek o długości 2500 mm.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza powyższe szczotki**

**Poz. 13**

Czy Zamawiający w pozycji 13 dopuści zaoferowanie szczotek o średnicy włosia 5 mm i 12 mm, długość 250 mm.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie dopuszcza powyższych szczotek**

**W związku z udzielonymi odpowiedziami, Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz cenowy**

**Podpisał:**

**Dyrektor SPZOZ w Węgrowie**

**Lek. med. Artur Skóra**