



**WÓJT GMINY LUBAŃ**  
ul. Dąbrowskiego 18, 59-800 Lubań  
tel. 75 646 59 24, fax 75 612 68 50  
e-mail: info@luban.ug.gov.pl  
www: www.luban.ug.gov.pl

---

Lubań, 14.05.2018 r.

### **ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT**

dla zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro  
**na dostawę sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP**

w ramach realizacji projektu złożonego do V naboru wniosków na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej- Funduszu Sprawiedliwości w Programie I Priorytecie IIIB na nabycie wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa p.n.: „Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Lubań”.

**Zamawiający:**

**Gmina Lubań**

**ul. Dąbrowskiego 18**

**59-800 Lubań**

**NIP: 613 14 36 221 Regon: 230821463**

#### **1. Określenie przedmiotu zamówienia oraz terminu realizacji**

**1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa:**

- defibrylatora- **2 sztuki,**
- zestawu hydraulicznego: wyważarka do drzwi i obcinacz do pedałów- **1 sztuka,**
- podnośnik tyłu Hi- Lift z osprzętem- **1 sztuka,**
- czujnik monitorujący stężenie CO- **1 sztuka**

na rzecz OSP z terenu Gminy Lubań.

**1.2. Opis przedmiotu zamówienia:**

##### **1. Defibrylator**

##### **Defibrylator iPad SP1 z modułem treningowym w komplecie:**

- 5 lat gwarancji na baterię,
- wbudowany tryb pediatryczny,
- dostosowanie dźwięku do otoczenia - im większy hałas, tym defibrylator podaje głośniejsze komunikaty,



- 5 lat gwarancji na urządzenie,
- zapis do 5 operacji, każdej trwającej po 3 godziny na wewnętrznej karcie SD,
- zestaw zawiera elektrody dla dorosłych (czas przechowywania - do 30 miesięcy),
- zestaw zawiera baterię litową,
- zestaw zawiera torbę transportową,
- zmiana na tryb pediatryczny (poniżej 25 kg) bez konieczności zmiany elektrod,
- urządzenie spełnia wymogi normy militarnej MIL-STD-810G.

#### DEFIBRYLACJA:

- energia wyjściowa: Dorośli – 150 J przy 50  $\Omega$  Dzieci – 50 J przy 50  $\Omega$  (standardowe zastosowanie),
- czas ładowania i analizy - 6 s (od zakończenia RKO),
- kształt fali: e-cube dwufazowa.

#### EKG

- odprowadzenie EKG: II,
- reakcja na częstotliwość: 1 Hz do 30 Hz,
- zakres impedancji: 25  $\Omega$  do 175  $\Omega$ ,
- rytmy wymagające defibrylacji (migotanie komór lub szybkie migotanie komór),
- spełnia wymogi ANSI/AAMI DF80.

#### Dodatkowe informacje:

- urządzenia kontrolne: przycisk włączania/wyłączania, przycisk "i-Button", przycisk wyładowania, przełącznik trybu defibrylacji pediatrycznej/dorosłych,
- status LCD: wyświetla status urządzenia, poziom naładowania baterii oraz status elektrod,
- głośnik: wydaje komendy głosowe, CU-SP1 analizuje poziom odgłosów otoczenia w trakcie pracy. W przypadku wysokiej głośności odgłosów z otoczenia, urządzenie automatycznie zwiększa głośność komend by były wyraźnie słyszalne.

#### Test auto-diagnostyczny

- automatyczny: test autodiagnostyczny dotyczący włączania/wyłączania, czasu pracy, testy codzienne, tygodniowe i miesięczne,
- manualny: test dotyczący zamontowania baterii - wykonany, gdy użytkownik włoży baterię do odpowiedniego miejsca w urządzeniu.



Jednorazowa bateria

- rodzaj baterii: 12V DC, 4,2 Ah LiMnO<sub>2</sub>, jednorazowego użytku: Longlife,
- wydajność: przynajmniej 200 wyładowań w przypadku nowej baterii lub 8 h pracy w temperaturze pokojowej,
- przydatność do użycia w trybie standby (po włożeniu baterii): przynajmniej 5 lat, jeżeli bateria jest przechowywana zgodnie z instrukcją.

Elektrody:

- elektrody dla dorosłych: obszar elektrod 120 cm<sup>2</sup>, całkowita długość kabla: 120 cm, okres przydatności: do 30 miesięcy od daty produkcji,
- elektrody dla dzieci: obszar elektrod 46,43 cm<sup>2</sup>, całkowita długość kabla: 120 cm, okres przydatności: do 24 miesięcy od daty produkcji.

Dane techniczne:

- uszczelnienie: Spełnia normę DIN EN 60529:IP55,
- ESD: Spełnia normę EN 61000-4-2:2001,
- odporne na upuszczenie z wysokości 1,2 m na dowolną powierzchnię.

## **2. Zestaw hydrauliczny: wyważarka do drzwi i obcinacz do pedałów**

**Kompletny zestaw do otwierania drzwi i cięcia, w walizie transportowej, z pompą ręczną i wężem hydraulicznym do zastosowania podczas otwierania metalowych drzwi ze skomplikowanymi zamkami lub drzwi przeciwpożarowych w czasie prowadzenia akcji ratowniczych z możliwością obcinania pedałów w pojazdach biorących bezpośredni udział w zdarzeniach drogowych, w których zaistniała konieczność uwolnienia kończyn osób poszkodowanych.**

Skład zestawu: wyważacz do drzwi przecinaczka pedałów, pompa ręczna, wąż, waliza

Siła cięcia: co najmniej 75 kN

Siła rozpierania: co najmniej 90 kN

Rozwarcie ostrzy: co najmniej 40 mm.

Gwarancja: 5 lat



### **3. Podnośnik typu Hi-lift z osprzętem**

Urządzenie wielozadaniowe pozwalające m.in. na wydobywanie poszkodowanych osób z pojazdów, otwieranie zakleszczonych drzwi, wyrywanie, przeciąganie stabilizację i wiele innych.

Urządzenie powinno posiadać:

- zdejmowaną górną nasadę,
- odporną na czynniki mechaniczne powłokę lakierniczą,
- solidną podstawę,
- luminescencyjne oznaczenia,
- wielkość urządzenia co najmniej 48" (121 cm),
- możliwość pracy pod obciążeniem przekraczającym dwie tony.

Gwarancja: 2 lata

### **4. Czujnik monitorujący stężenie CO**

Urządzenie dokonujące pomiaru CO (tlenku węgla) w powietrzu wydychanym, metodą nieinwazyjną. Urządzenie powinno posiadać możliwość wykonywania pomiarów u dorosłych i dzieci oraz osób nieprzytomnych. Wartość pomiarów powinna być wyrażona w %COHb i ppm. Możliwość monitorowania otoczenia z oznaczeniem wartości pomiaru rzeczywistego w ppm. Wyniki pomiaru powinny być zapisywane w pamięci urządzenia i wyświetlane na ekranie. Możliwość zgrania danych z urządzenia do komputera.


Urządzenie powinno posiadać:

- etui ochronne,
- instrukcję obsługi w języku polskim,
- torbę transportową,
- co najmniej trzy maski twarzowe w różnych rozmiarach,
- adapter z filtrem antybakteryjnym do testów z użyciem ustnika 12 szt.,
- ustnik jednorazowy co najmniej 250 szt.,
- baterie zasilające,
- kabel do transmisji danych z urządzenia do komputera.

Gwarancja: 12 miesięcy

**Oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy.**

**Oferowane towary muszą posiadać wszystkie prawnie wymagane atesty, dopuszczenia i certyfikaty.**



**WÓJT GMINY LUBAŃ**  
ul. Dąbrowskiego 18, 59-800 Lubań  
tel. 75 646 59 24, fax 75 612 68 50  
e-mail: info@luban.ug.gov.pl  
www: www.luban.ug.gov.pl

---

**Dostawca dostarczy wraz z towarem kopie ww. dokumentów poświadczone za zgodność z oryginałem.**

1.3. Termin realizacji zamówienia: **22.06.2018 r.**

**2.Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia:**

Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie Zamawiającego – w Urzędzie Gminy Lubań, ul. Dąbrowskiego 18, 59-800 Lubań, pokój nr 12 lub telefonicznie pod numerem tel.: 75 646 59 22. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest Magdalena Zawadzka.

**3.Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:**

**cena ma zostać podana oddzielnie dla każdego z zamawianych sprzętów**

**za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najniższą ceną brutto za całość zamówienia.**

Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, w tym podatek VAT w ustawowej wysokości, a także inne koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia. Cena oferty ma być wyrażona w PLN. W przypadku ofert o takiej samej cenie, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych, z zastrzeżeniem, iż Wykonawcy nie mogą zaoferować cen wyższych niż pierwotnie zaoferowane w złożonych ofertach.

W przypadku, gdy oferta najkorzystniejsza, przekracza kwotę jaką można przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, postępowanie może zostać zamknięte bez wybrania oferty.

**4.Miejsce dostawy sprzętu:**

Urząd Gminy Lubań, ul. Dąbrowskiego 18, 59-800 Lubań.

**5.Sposób płatności:**

Rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, po protokołarnym przyjęciu przedmiotu zamówienia, przelewem w terminie do 14 dni od daty dostarczenia faktury Zamawiającemu.

**6.Termin składania ofert: 18.05.2018 r. - godzina 12:00.**

WÓJT  
Magdalena Zawadzka