



**Ortopedyczno - Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny
im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu**



ul. 28 Czerwca 1956r. 135/147
61-545 Poznań
tel. 61 83 10 331/132
fax 61 83 34 421
orsk@orsk.pl
<https://orsk.pl>

Załącznik nr 2 do WZ

Numer referencyjny postępowania:
SZP/APT/74/2024-ZO

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
ZAWANY DALEJ „OPZ”**

- I. Przedmiotem zamówienia jest **sukcesywna dostawa gazu medycznego i wyrobów medycznych wraz z dzierżawą butli, wózków – stojaków oraz wyrobów medycznych** na potrzeby szpitala, określonych w Załączniku nr 2 do WZ, w którym podano szacunkową ilość przedmiotu zamówienia.
- II. Okres obowiązywania umowy:
- 24 miesiące od daty zawarcia umowy lub do wyczerpania maksymalnej kwoty umowy zgodnie z § 7 ust. 1.
- III. Główny przedmiot zamówienia:
- CPV – 24111500-0 gazy medyczne
- IV. Opis przedmiotu zamówienia
 1. Przedmiotem zamówienia jest:
 - dostawa i transport gazu medycznego- mieszanina gazów podtlenu azotu 50% i tlenu 50% sprężony pod ciśnieniem 170 bar op. butla o poj. 10-11 litrów o minimalnej zawartości gazu 2,8 m³, z zaworem zamykającym ze zintegrowanym regulatorem ciśnienia, produkt leczniczy, z transportem.
 - dostawa i transport zaworów wydechowych
 - Dzierżawa w okresie trwania umowy butli w ilości oraz o pojemności zgodnych z formularzem asortymentowo-cenowym.
 - Dzierżawa w okresie trwania umowy trzech aparatów do podaży medycznego tlenu azotu szczegółowo przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia w pkt. 16.
 - Dzierżawa w okresie trwania umowy wózków – stojaków zgodnych z formularzem asortymentowo-cenowym.
 2. Sprawowanie obsługi serwisowej zlokalizowanej na terenie RP
 3. **Czas usunięcia zgłoszonej awarii: do 3 dni roboczych od momentu reakcji serwisu na zgłoszenie awarii**
 4. Szczegółowy zakres i wielkość zamówienia został określony w załączniku nr 2 do WZ.
 5. Produkt musi posiadać świadectwo rejestracji, a Wykonawca koncesję na wytwarzanie i obrót gazami medycznymi ważne przez cały okres trwania umowy. Wykonawca zobowiązuje się do każdorazowego przedstawienia Zamawiającemu na jego wezwanie w/w dokumentów.

6. Produkt dostarczany będzie w butlach o pojemności od 10 do 11 litrów, w których znajdować się będzie 2,8m³ mieszaniny gazów zgodnie z załącznikiem nr 2 do WZ.
7. Butle muszą być konserwowane, zalegalizowane i prawidłowo oznakowane.
8. Wykonawca zobowiązuje się do każdorazowego przedstawienia na wezwanie Zamawiającego, dokumentację dotyczącą konserwacji, legalizacji oraz znakowania butli.
9. Zamawiający będzie dzierżawił butle, w których dostarczana będzie mieszanina gazów, płacąc kwotę za tzw. „butlodzień”. Jeden „butlodzień” to okres, w którym jedna butla znajdować się będzie w posiadaniu Zamawiającego przez okres jednej doby.
10. Zamawiający w celu zapewnienia całkowitej kompatybilności, szczelności oraz funkcjonalności zestawu wymaga, aby zaoferowany zawór dozujący oraz pozostałe części składowe systemu tj. jednorazowy zawór wydechowy (w skład którego wchodzi ustnik z filtrem) pochodziły od jednego producenta.
11. Zamawiający wymaga aby zaoferowany zawór wydechowy był przeznaczony do podawania mieszaniny gazowej 50/50 tlen i podtlenek azotu.
12. Zamawiający wymaga, aby korpus zaworu dozującego był nierozbieralny, tzn. nie było w nim elementów które pacjent może samowolnie usunąć i stworzyć dla siebie potencjalne zagrożenie.
13. Zamawiający wymaga aby oferowane urządzenie nie wymagało ingerencji w strukturę urządzenia, polegającej na jego rozłożeniu na części, stwarzając potencjalne zagrożenie jego uszkodzenia, obniżenia jego wydajności oraz związanych z tym kosztów naprawy.
14. Zamawiający wymaga, aby zawór dozujący i zawór wydechowy zarejestrowane były jako wyrób medyczny.
15. Do butli dołączony będzie przewód o długości zapewniającej bezproblemową i nie zagrażającą życiu pacjenta podaży gazu wraz z zaworem dozującym (wdechowym). Zawór dozujący (wdechowy) musi być szczelny z możliwością stosowania jednorazowych ustników z filtrem. Z instrukcji obsługi musi jasno wynikać, że na Zamawiającym nie będzie spoczywał obowiązek dezynfekcji i sterylizacji zaworu dozującego po każdorazowym jego użyciu.
16. Wykonawca musi zapewnić, że odda do dyspozycji Zamawiającemu **trzy kompletne zestawy** (butla z wózkiem-stojakiem, przewodem i zaworem wydechowym na który składają się ustniki i filtry jednorazowego użytku, zaworem dozującym) gazu medycznego.
17. Wykonawca zobowiązuje się w ramach umowy do przeszkolenia odpowiedniej kadry pracowników Szpitala z obsługi urządzenia do podaży gazu medycznego w siedzibie Szpitala, w dogodnym terminie ustalonym przez każdą ze Stron
18. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmioty wolne od wad, dopuszczone do obrotu.
19. Zamawiający wymaga, aby dostarczane produkty posiadały dokumenty dopuszczające oferowane produkty do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
20. Dostawa przedmiotu zamówienia odbywać się będzie sukcesywnie na wezwanie Zamawiającego, zgodnie ze złożonym wcześniej pisemnym lub telefonicznym zamówieniem, na koszt Wykonawcy w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze licząc od daty złożenia każdorazowego zamówienia przez Zamawiającego.
21. Termin ważności na wszystkie pozycje zamówienia (preferowany najdłuższy) nie może być krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy.