

Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	J.m.	Ilość
1	<p><b>Termometr elektroniczny termoparowy ST-90 (lub równoważny)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• zakres mierzonych temperatur miernika -100°C do 1200°C</li> <li>• zakres temperatur pracy 0°C do 40°C</li> <li>• rozdzielczość pomiaru dla temp. od -49,9°C do 199,9°C 0,1°C</li> <li>• rozdzielczość pomiaru w pozostałym zakresie temperatur 1°C</li> <li>• dokładność pomiaru dla temp. od -20°C do 199,9°C -/+0,3°C</li> <li>• dokładność pomiaru dla temp. od 200°C do 500°C -/+2°C</li> <li>• dokładność pomiaru w pozostałym zakresie -/+3°C</li> <li>• zasilanie bateria lub akumulator</li> <li>• wyświetlacz LCD</li> <li>• stopień ochrony obudowy IP66</li> </ul>	szt.	1
2	<p><b>Sonda termoparowa STP-02 (lub równoważny)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• typ sondy powierzchniowa</li> <li>• zakres pomiarowy (lub szerszy) 0°C do 400°C</li> <li>• minimalna długość przewodu 1 m</li> </ul>	szt.	1
3	<p><b>Świadectwo wzorcowania</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wydane przez laboratorium akredytowane przez PCA;</li> <li>• wzorcowanie w dwóch punktach pomiarowych: 50°C oraz 120°C;</li> </ul>	szt.	1
<p>Pozostałe warunki:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- termin dostawy - 15 dni roboczych</li> <li>- koszt przesyłki: po stronie Wykonawcy</li> <li>- płatność: przelew 30 dni</li> <li>- ważność oferty: 30 dni</li> </ul> <p>Osoby wyznaczone do kontaktu:  Michał Jakubczyk tel. 413492817  Ewa Sadowska tel. 413492670</p>			