



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY
UNIwersYTETU MEDYCZNEGO W ŁÓDZI
✉ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251
REGON:472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790
✉ zam.publ@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

ZP/23/2024

Łódź, dnia 12.03.2024 r.

„Utworzenie Centralnej Sterylizatorni wraz z wyposażeniem” na potrzeby SP ZOZ CSK UM w Łodzi

Wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia Nr 2

W związku ze zgłoszonymi na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) pytaniami dotyczącymi Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający wyjaśnia co następuje:

Pytanie Nr 1

W związku z udzielonymi odpowiedziami na pytania 7.03.2024 proszę o doprecyzowanie odpowiedzi nr 4 w Pytaniach Gr. 4

Obecnie, po udzielonej odpowiedzi Zamawiający dopuścił dostarczenia 6 myjni ultradźwiękowych z możliwością nastawy czasu 1-15 minut wraz z dodatkowymi 6 myjniami ultradźwiękowymi z możliwością pracy ciągłej.

Czy Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku jeżeli zaoferowane 6 szt. myjni ultradźwiękowych będzie mieć możliwość nastawy czasu 1-15 minut + praca ciągła?

W przedstawionej technologii nie ma wystarczającej ilości miejsca na zainstalowanie 12 szt. myjni ultradźwiękowych.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowane rozwiązanie (6 szt. myjni ultradźwiękowych z możliwością nastawy czasu 1-15 minut + praca ciągła) z zachowaniem pozostałych parametrów.