



Poznań, dnia 02.01.2025 roku

Oznaczenie sprawy: PN-100/24

**Uczestnicy postępowania
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku w podziale na 19 części**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W związku z otrzymanymi zapytaniami dotyczącymi treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający na podstawie art. 135 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r - Prawo zamówień publicznych poniżej zamieszcza treść zapytań wraz z odpowiedziami:

Zestaw nr 1:

Pytanie nr 1 do pakietu nr 14, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści siatkę do naprawy dna miednicy-plastyka tylna o grubości 0,5 mm. Ramiona siatki bez plastikowej osłonki. Pozostałe parametry techniczne siatki zgodne z SWZ.

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i wymaga zaoferowania zgodnie z SWZ.

Zwracamy się również z prośbą o wydzielenie tej pozycji z pakietu nr 14.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji.

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 135 ust. 3 w związku z art. 137 ust. 6 ustawy Pzp przedłuża termin składania ofert do dnia 09.01.2025 roku do godz. 09:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.01.2025 roku o godzinie 10:00. Wobec powyższego termin związania ofertą upływa 08.04.2025 roku.

Sporządziła: Beata Tylska

