



Goczałkowice - Zdrój dn. 05.11.2021r.

ZP.382.12.2021.8.AW  
ZD/ ...<sup>2021</sup>.../2021

**dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym z możliwymi negocjacjami art. 275 pkt 2) ustawy pzp na dostawę aparatu RTG ogólnodiagnostycznego z zawieszeniem sufitowym dla potrzeb Uzdrowiska Goczałkowice – Zdrój Sp. z o.o. (znak sprawy: ZP.382.12.2021)**

*Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęło zapytanie do SWZ o treści :*

**Dotyczy: załącznika nr 5, pkt. VIII Detektory**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie wymagał aby co najmniej jeden detektor posiadał pamięć wewnętrzną min 100 obrazów. Jest to bardzo ważny parametr, zapewnia zachowanie obrazu w przypadku nagłego zaniku prądu lub błędnego zapisania obrazu podczas analizy na stacji technika.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga aby co najmniej jeden detektor posiadał pamięć wewnętrzną min 10 obrazów.

Prezes Zarządu  
Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój sp. z o.o.

Jarosław Wieszolek