

SPZZOZ.ZP/79/2018

Przasnysz, 14.02.2019 r

**Do wszystkich,  
Którzy pobrali SIWZ**

Dotyczy: przetargu na Zakup sprzętu medycznego dla SPZZOZ w Przasnyszu.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu po analizie SIWZ i opisów technicznych zamieszcza poniższe korekty:

1. Do SIWZ:

a) Wzór umowy

§ 7 ust. 8 otrzymuje nowe brzmienie: „Za okazaniem dokumentu gwarancyjnego Zamawiający może żądać od Wykonawcy lub innego gwaranta albo osób przez nich upoważnionych wymiany towarów na wolne od wad – w przypadku niemożliwości usunięcia usterki

b) SIWZ – Rozdział XI Opis sposobu przygotowania ofert pkt. 1.1 zapis:

„Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych doc, docx i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym.”

zmienia się na:

„Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych pozwalających na odczyt za pomocą powszechnie wykorzystywanych aplikacji. Sugerowane formaty danych: txt, pdf, odt, doc, xls, doc, docx i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym.”

2. Do opisów technicznych:

**Pakiet II Oddział Noworodkowy – Łóżeczkowa lampa do fototerapii.**

**Opis/Parametry wymagane- PARAMETRY OGÓLNE zmienia się zapis na:**

**Lp. 6** Źródłem promieniowania są niebieskie diody LED o spektrum 450-480nm.

**Lp. 9** Wbudowany cyfrowy licznik czasu pracy lampy umożliwiający kontrolę efektywności diod.

**Lp. 10** Lampa wyposażona w następujące części eksploatacyjne: Okularki wielorazowego użytku do fototerapii – 2 szt./lampę.

Bawełniany pokrowiec jednorazowego użycia zapewniający komfort w czasie terapii – 10 szt./lampę.

**Lp. 15** Wykreśla się zapis " Chłodzenie lampy konwekcyjne - brak wentylatora".

Z poważaniem  
Dyrektor SPZZOZ  
Jerzy Sadowski