

**WYKAZ PYTAŃ**  
które wpłynęły do Zamawiającego  
wraz z **WYJAŚNIENIAMI i ODPOWIEDZIAMI**

zał. nr 1 do SIWZ, OPZ	
	Dot. Zadanie nr 4 ust. II pkt. d)
<b>Pytanie</b>	<b>1.</b> Szanowni Państwo, zwracamy się z wnioskiem o udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie: W OPZ w zadaniu nr 4 - lusterko teleskopowe duże, Zamawiający w pkt II d ) wymaga dwie nakładki: jedną okrągłą oraz drugą prostokątną: nie mniejszą jak 10 x 15 cm Czy Zamawiający zaakceptuje lustro które posiada nakładkę okrągłą spełniająca wymagania OPZ, oraz drugą nakładkę prostokątną o wymiarach 64mm x 114mm?
<b>Ad.</b>	Zamawiający informuje, że nie dopuszcza nakładki lustrzanej prostokątnej o wymiarach 64 mm x 114 mm; tym samym wymagane pozostają wymiary podane w OPZ.