



**109 Szpital Wojskowy z Przychodnią**  
**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej**  
**w Szczecinie**



Certyfikat nr 485732

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Szczecin, dnia 22.01.2021 r.

Znak sprawy Nr RPoZP 43/2020

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę implantów ortopedycznych do 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie.

**UNIEWAŻNIENIE WYNIKÓW W ZAKRESIE ZADANIA NR 5**

I.

Zamawiający informuje, że w dniu 20.01.2021 r. do Zamawiającego wpłynęły zastrzeżenia firmy Medtronic Poland Sp. z o.o., w zakresie wyboru oferty w zadaniu nr 5 w niniejszym postępowaniu, dlatego Zamawiający zawiadamia, że w oparciu o art. 181 ust 2 ustawy Pzp, unieważnił czynność wyboru oferty w zakresie zadania nr 5 i powtórzył czynność badania i oceny złożonych w tym zakresie ofert.

II.

Po ponownym badaniu i ocenie ofert, Zamawiający informuje, że jako najkorzystniejszą ofertę w zadaniu nr 5 wybrano ofertę firmy Medtronic Poland Sp. z o.o., ul. Polna 11, 00-633 Warszawa. Oferta uzyskała 100 pkt., w zakresie jednego kryterium oceny ofert, jakim była cena 100%.

III.

Zamawiający informuje, że oferta firmy Aesculap Chifa Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl zostaje odrzucona w zadaniu nr 5 na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp – treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wykonawca – firma Aesculap Chifa Sp. z o.o. zaoferowała implant który nie posiada pełnej „rozmiarówki” kompatybilnej z zapisami SIWZ przez co nie spełnia wymogów SIWZ. Zamawiający wymienił cztery rodzaje długości 22,26,32,36 mm natomiast firma Aesculap Chifa Sp. z o.o. zaoferowała tylko dwie opcje długości 22 i 26. Ponadto w opisie Zamawiający wymagał na materiał implantu jako tytanowego w całości a nie jak proponuje firma Aesculap Chifa Sp. z o.o. implantu powlekanego czystym tytanem z jednoczesnym korpusem peek optima. Cyt. :” PlasmaporeXP® to porowata powłoka z czystego tytanu o zbadanej biogodności.”; Wrastanie tkanki kostnej można obserwować w interfejsie kość-wszczep powlekanego wszczepu PEEK5” Dodatkowo Zamawiający w opisie przedmiotu SIWZ dla zadania nr 5 wnosi aby implant posiadał „- zaokrąglony przód klatki ułatwiający implantację i umożliwiający wprowadzenie implantu bez wstępnej dystrykcji”, natomiast Wykonawca Aesculap Chifa Sp. z o.o. oferuje tzw. „punktowany nosek” (zdjęcie poniżej) ,co nie jest opcją zaokrągloną a bardziej stożkową.

**KOMENDANT**

Z upoważnienia  
Komendanta

ppłk mgr Krzysztof JURKOWSKI

I.B. tel. 91 810 59 82

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ, ul. Piotra Skargi 9-11, 70-965 Szczecin,  
Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy  
numer KRS 0000002667

NIP 851 25 43 558, REGON 810200960  
tel. 91 810 58 00, fax. 91 810 58 02

www.109szpital.pl, e-mail sekretariat@109szpital.pl