

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Poznaniu



im. prof. Ludwika Bierkowskiego

Dział Zamówień Publicznych

ul. Dojazd 34, 60-631 Poznań
tel. 61-846-47-70,

www.szpitalmswia.poznan.pl
zamowienia@szpitalmswia.poznan.pl



Poznań, dnia 08.01.2024 r.

ZP/p/43/2023

**Do wszystkich Wykonawców
ubiegających się o udzielenie
zamówienia publicznego**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami na podstawie art. 275 ust. 2 ustawy Pzp na **dostawę preparatów do dezynfekcji endoskopów, preparatów do zamglawiania, worków na odpady, koszy, środków czystości, mopów, dozowników, środków czystości dla pacjenta i innych**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ Nr 1

Zgodnie z art. 284 ust. 2 i 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.), Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu, im. prof. Ludwika Bierkowskiego, informuje, że w przedmiotowym zwrócono się o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). Zamawiający niniejszym publikuje treść zapytań wraz udzielonymi wyjaśnieniami.

Zestaw zapytań nr 1

Pakiet 7

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaferowania: jednorazowe nawilżone myjki w postaci rękawicy przeznaczone do mycia, pielęgnacji i ochrony skóry przy inkontynencji, z zawartością substancji ochronnej 3% dimetykon, niezawierające składników o właściwościach bójczych, barwników, alkoholi, parabenów, mydła oraz kwasu mlekowego. Zawiera składniki myjące, odżywcze oraz pielęgnujące takie jak: witamina E, gliceryna, D-panthenol, niewymagające spłukiwania oraz osuszania ciała. Posiadające pH neutralne dla skóry, hipoalergiczne, testowane dermatologicznie. Rękawice o zaokrąglonym anatomicznym kształcie, miękkie i przyjemne w dotyku, wykonane z wytrzymałego i delikatnego materiału, rękawice o wymiarze 22 x 17 cm i gramaturze 50g/m², pakowanie w opakowaniu typu flow-pack z możliwością podgrzania w kuchence mikrofalowej, zarejestrowany jako wyrób medyczny. Opakowanie a 10 sztuk z przeliczeniem ilości.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza oferowany produkt

Zestaw zapytań nr 2

Pakiet 3

Prosimy o potwierdzenie, iż ze względu na zastosowanie chusteczek do szybkiej dezynfekcji i mycia niewielkich powierzchni medycznych oraz nieinwazyjnego sprzętu medycznego Zamawiający będzie wymagał dualnej rejestracji zgodnie z wymaganiami prawnymi zawartymi w KOMUNIKATEM PREZESA URZĘDU REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH z dnia 11 września 2014 r. w sprawie rejestracji środków do dezynfekcji (dołączony i dostępny na stronie internetowej: "Produkty biobójcze przeznaczone do zastosowań nie tylko zgodnych z celami niniejszego rozporządzenia, ale również związanych z wyrobami medycznymi, jak na przykład środki dezynfekujące stosowane do dezynfekcji powierzchni w szpitalach oraz wyrobów medycznych, mogą stanowić ryzyko inne niż objęte zakresem niniejszego rozporządzenia. Dlatego takie produkty biobójcze powinny spełniać – oprócz wymogów niniejszego rozporządzenia – stosowne wymogi podstawowe określone w załączniku I do dyrektywy Rady 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania, w dyrektywie Rady 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącej wyrobów medycznych i w dyrektywie 98/79/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 1998 r. w sprawie wyrobów medycznych używanych do diagnozy in vitro".

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga podwójnej rejestracji chusteczek wyrób medyczny i produkt biobójczy

Zestaw zapytań nr 3

PYTANIE PAKIET NR 6: Prosimy zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 6 jako produkt równoważny myjki o zdecydowanie wyższych parametrach: Myjka z hypoalergiczny żelem myjącym do jednorazowego użycia, wykonana z poliuretanu o wymiarach nie mniejszych niż 20 cm x 12cm x1cm.Gramatura 170 g/m2. Parametry grubości i gramatury zdecydowanie wyższe niż oczekiwania zamawiającego co powoduje, iż myjka jest bardzo wydajna z bardzo dużą zawartością hypoalergicznego żelu pozwalającego na umycie jedną myjką ciała pacjenta. Żel zawarty w myjkach jest zarejestrowany zgodnie z aktualną ustawą o kosmetykach NR 1223/2009, posiada Raport Bezpieczeństwa Produktu Kosmetycznego bez którego nie można sprzedawać kosmetyków w Polsce i UE. Opakowanie jednostkowe nie mniejsze niż 40 szt. Instrukcja użytkowania w języku polskim. Informacja o hypoalergiczności żelu umieszczona na pojedynczym opakowaniu handlowym. Przeliczenie do wyceny na opakowania handlowe 40szt.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza oferowany produkt

Zestaw zapytań nr 4

Pytania do Pakietu nr 15 Czy Zamawiający wymaga w celu potwierdzenia kompatybilności zaoferowanego środka oficjalnego dokumentu wystawionego przez producenta urządzenia posiadanego przez Zamawiającego?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga dostarczenia oficjalnego dokumentu wystawionego przez producenta potwierdzającego kompatybilność preparatu z posiadanym przez Zamawiającego urządzeniem.

Zestaw zapytań nr 5

1. Pakiet 3 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści chusteczki alkoholowe działające już od 30 sek. na wirusy osłonkowe, Rota, Noro, bakterie, grzyby, prątki gruźlicy, w przypadku warunków brudnych czas działania na wirusy osłonkowe oraz rotawirusy wynosi 60 sekund spełniające pozostałe wymagania SWZ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

2. Pakiet 11 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści koncentrat do usuwania starych powłok woskowych i polimerowych na powierzchniach odpornych na alkalia (lastrico, PCV, gres, terakota, linoleum, gumolit), rozcieńczany od 0,5l do 2,5l na 10l wody. Zawierający 2-aminoetanol, wodorotlenek sodu, <5% amfoteryczne środki powierzchniowo czynne, <5% EDTA (kwas etylenodiaminotetraoctowy) i jego sole pH 13±0,5.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

3. Pakiet 11 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści polimerową powłokę do zabezpieczania wodoodpornych powierzchni tj. linoleum, PCV, lastrico, beton, gdzie 2-3l wystarcza na zabezpieczenie 100 m2 podłogi przy 2-3 warstwach. Zawierający Fosforan triizobutyli, <5% fosforany, <5% Niejonowe środki powierzchniowo czynne, benzisothiazolinone, methylchloroisothiazolinone/methylisothiazolinone pH 8,5±1

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Zestaw zapytań nr 6

1. Dot. pakiet 3 Prosimy o dopuszczenie do oceny równoważnych chusteczek, o nazwie handlowej Incidin Alcohol Wipe (producent Ecolab), skutecznych na B, F, Tbc do 1 min oraz V otoczkowe i Rota do 30s oraz Adeno; z okresem ważności po pierwszym otwarciu: 2 miesiące.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

2. Dot. pakiet 4 Prosimy o dopuszczenie do oceny równoważnych chusteczek, o nazwie handlowej Incidin OxyWipe (producent Ecolab), szybko działających gotowych do użycia chusteczek do dezynfekcji i mycia powierzchni medycznych wrażliwych nadziałanie alkoholu, na bazie H₂O₂ bez zawartości alkoholu, chloru, QAV, kwasu nadoctowego oraz poliaminy; chusteczka o wymiarze min. 20 x 20 cm i gramaturze min. 50 g/m²; spektrum działania: zgodnie z EN 16615 (test czterech pól) B, F - 5 minut, V zgodnie z RKI V (osłonkowe w tym: HBV, HCV, HIV; Polyoma SV40, Rota) - 30s, V zgodnie z EN 14476 (Adeno) - 1min; testy wykonane na roztworze odciśniętym z chusteczki lub bezpośrednio z jej udziałem (EN 16615); możliwość stosowania min. 3 miesiące od daty otwarcia opakowania, produkt posiadający rejestrację jako wyrób medyczny, konfekcjonowane w opakowaniu 100 chusteczek.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Zestaw zapytań nr 7

1. Dotyczy Części nr 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gotowych do użycia alkoholowych chusteczek przeznaczonych do dezynfekcji powierzchni oraz wyrobów medycznych odpornych na działanie alkoholu, spektrum działania: B, F, Tbc – 1 min., V (Rota, Vaccinia, HIV, HBV, HCV, Noro, Adeno) w czasie 30 sek.? Możliwość rozszerzenia spektrum o wirus Polio w 5 min. Możliwość użycia w pionie żywieniowym. Wyrób medyczny kl. IIA. Zachowujące trwałość bójczą 3 m-ce od otwarcia opakowania. Spełniające pozostałe wymagania SWZ.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

2. Dotyczy Części nr 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chusteczek przeznaczonych do mycia i dezynfekcji delikatnych powierzchni, w tym głowic USG, ekranów, sprzętu medycznego z tworzyw sztucznych, inkubatorów z minimalną zawartością alkoholi (2,6%), działających na B, F – 5 min., Tbc – 15 min., V (HBV, HCV, Adeno, Noro, Polyoma, Corona, HSV, VRS, H1N1) – w czasie 1 min., spełniające pozostałe wymagania SWZ? Materiał chusteczki z wiskozy i poliestru. Możliwość użycia w pionie żywieniowym. Wyrób medyczny kl. IIA.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie chusteczek w opakowaniu typu tuba?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

4. Dotyczy Części nr 5Poz. 1 - Prosimy o dopuszczenie preparatu w opakowaniu 1L z odpowiednim przeliczeniem zapotrzebowania?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

5. Poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści środek do wysokiego stopnia dezynfekcji narzędzi i endoskopu, nie zawiera formaldehydu, aldehydów i QAC, na bazie kwasu nadoctowego, przeznaczony do dezynfekcji sprzętu termolabilnego, zawiera szerokie spektrum działania: bakteriobójcze, grzybobójcze, prątkobójcze, wirusobójcze oraz Clostridium difficile bez użycia aktywatora, wysoka tolerancja materiałowa, nie matowi optyki, usuwa trudne zabrudzenia, rozpuszczalny w wodzie, w postaci płynnego koncentratu, możliwość kontroli stężenia paskami testowymi, wyrób medyczny?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

6. Poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści środek do wysokiego stopnia dezynfekcji narzędzi i endoskopu, nie zawiera formaldehydu i QAC, na bazie glutaraldehydu, przeznaczony do dezynfekcji sprzętu termolabilnego, zawiera szerokie spektrum działania: bakteriobójcze, grzybobójcze, prątkobójcze, wirusobójcze oraz sporobójcze (w tym Clostridium difficile), bez użycia aktywatora, wysoka tolerancja materiałowa, nie matowi optyki, usuwa trudne zabrudzenia, rozpuszczalny w wodzie, w postaci płynnego koncentratu, możliwość kontroli stężenia paskami testowymi, wyrób medyczny?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

7. Czy Zamawiający dopuści preparaty kompatybilne ze sobą pochodzące od różnych producentów, potwierdzone oświadczeniem producenta?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

8. Dotyczy Części nr 14: Czy Zamawiający dopuści uniwersalny dozownik łokciowy z podstawką zapobiegającą kapaniu na podłogę, z butelką 0,5L lub 1L przeznaczony do bezpośredniej aplikacji preparatów dezynfekcyjnych; Dozownik o wysokości (łącznie z ramieniem) max 33,5 cm, Szerokość max 10,8 cm, długość ramienia z dozownikiem 22,2 cm; Przewidziane mocowanie na ścianie bez konieczności przykręcania i odkręcania dozownika; Jednocześnie biała obudowa wykonana z tworzywa sztucznego przeznaczonego do mycia i dezynfekcji przy użyciu preparatów alkoholowych, posiadająca ramię metalowe oraz transparentny front w celu identyfikacji preparatu; Element pompki z prostym demontażem; Ramię dozownika wykonane z tworzywa, obsługiwane łokciem lub przedramieniem; Dozownik z pompką tłokową umożliwiającą regulację dozowanego preparatu w przedziale od 0,6 – 2,0 ml przy jednokrotnym naciśnięciu?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Zestaw zapytań nr 8

Czy Zamawiający dopuści w części nr 14 dozownik o długości ramienia 21 cm+/- 1 cm, przy zachowaniu pozostałych warunków SWZ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

1. Pakiet 6

Czy Zamawiający dopuści do oceny jednorazowe rękawice do szybkiego i delikatnego mycia oraz pielęgnacji skóry bez użycia wody, nasączone obustronnie środkiem, nie wymagające spłukiwania, gotowe i łatwe do użycia, posiadające doskonałe właściwości myjące, przyjemny zapach oraz pH ok 5. Dzięki zawartości alantoiny chronią skórę przed podrażnieniami. Przebadane dermatologicznie. Wykonane z puszystej i miękkiej tkaniny o wymiarach 15,5cm x 23,5cm, o gramaturze 73g/m². Zamknięcie samoprzylepne wielokrotnego użytku. Opakowanie 10szt. Kosmetyk.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

2. Pakiet 7

Czy Zamawiający dopuści do oceny prostokątne jednorazowe rękawice do mycia i pielęgnacji skóry bez użycia wody, nie wymagające spłukiwania. Zawierające w składzie dichlorowodorek oraz substancję pielęgnującą skórę - alantoinę, nie zawierające barwników i substancji zapachowych, alkoholi, parabenów, mydła, kwasu mlekowego, utrzymują naturalne /kwaśne/ pH skóry. Wykonane z wytrzymałego włókna polipropylenowego, miękkie i przyjemne w dotyku o wymiarach 16cmx21cm, oraz gramaturze 75g/m². W razie potrzeby opakowanie rękawiczek można podgrzać w kuchenke mikrofalowej. Zamknięcie samoprzylepne wielokrotnego użytku, opakowanie 8szt. Kosmetyk.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

3. Pakiet 6, 7 Proszę o doprecyzowanie czy kolumna „ilość” odnosi się do sztuk myjek, czy ilości opakowań?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyjaśnia, że kolumna „ilość” odnosi się do ilości sztuk danego produktu, a nie ilość opakowań. Adekwatnie odnosi się to do wartości w kolumnie cena netto za sztukę, a nie za opakowanie. W przypadku zmiany wielkości opakowania przy dopuszczeniu zmiany przez Zamawiającego, nie ma potrzeby przeliczania ilości danego asortymentu.

4. Pakiet 6, 7

Z uwagi na małą wartość cen jednostkowych, gdy ilość podano w kg, litrach, litrach roztworu roboczego lub sztukach chusteczek, prosimy o wyrażenie zgody na podanie cen z dokładnością do 4 miejsc po przecinku. Umożliwi to porównanie ofert. Ceny za opakowanie, wartość netto i wartość brutto pakietu zostaną podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga przedstawienie ceny z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami matematyki.

5. Pakiet 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie nasączonego czepka do mycia i dekontaminacji włosów i skóry głowy bez użycia wody, przeznaczonego do jednorazowego użytku, gotowego do użycia, nie wymagającego spłukiwania, zawierającego octenidynę. Średnica czepka 29cm. W razie potrzeby opakowanie można podgrzać w kuchenke mikrofalowej. Nie zawiera w składzie środków zapachowych, alkoholu i mydła. Opakowanie 1szt. Kosmetyk.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza oferowany produkt

6. Pakiet 14

Prosimy o dopuszczenie do oceny dozownika łokciowego, przeznaczonego do aplikacji mydła w płynie, preparatów myjących, dezynfekujących w butelkach o pojemności 500 ml i 1L.. Obudowa wykonana tworzywa sztucznego ABS w kolorze białym. Pompka tłokowa wykonana z tworzywa sztucznego posiadająca możliwość regulacji dozowanej ilości preparatu od 1ml do 3ml na jeden skok tłoku pompki. Produkt jest łatwy w montażu i w użytku. Dozownik umożliwia kontrolę stanu ilości płynu dzięki widocznej butelce z preparatem. Ramię dozownika wykonane z tworzywa, obsługiwane łokciem lub przedramieniem Mocowanie na ścianie bez konieczności przykręcania i odkręcania dozownika Specjalny zawór wylotowy zapobiega wyschnięciu, kapaniu, wyparowywaniu i kontaminacji preparatu. Wymiary:

- wysokość: wraz z ramieniem 300mm
- szerokość: 89mm
- długość ramienia: 210mm

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.

1/ strona internetowa prowadzonego postępowania
1/ a/a

KIEROWNIK
Departament Zamówień Publicznych
mgr Michał Flis