

Kamienna Góra, dn. 20.06.2023 r.

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Nazwa postępowania: Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego dla Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii Sp. z o.o. w Kamiennej Górze

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: **DI.26.31.2023**

I. Zamawiający informuje, że wpłynęły zapytania o następującej treści:

Pytanie nr 2:

Dotyczy: części 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie roweru zasilanego z sieci, a nie za pomocą wbudowanego generatora.

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3:

Dotyczy: części 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zakresu prędkości 30-130 obr/min.

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4:

Prosimy o dopuszczenie roweru z wyświetlaczem pokazującym dane/parametry treningowe takie jak: obciążenie, prędkość (rpm), czas, ciśnienie krwi, tętno.

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Zamawiający dopuszcza, przy czym rower musi być wyposażony w komputer z wyświetlaczem, który pokazuje również dane dotyczące dystansu (parametr wymagany).

Prezes Zarządu

Artur Mazur