



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY
UNIwersYTETU MEDYCZNEGO W ŁÓDZI
☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251
REGON:472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790
✉ poczt@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

WYKONAWCY

Łódź, dnia 22.02.2024 r.

ZP/ 15/2024

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawa 5 szt. aparatów do dializ oraz 5 szt. foteli do dializ dla Oddziału Dializ CKD w CSK UM w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251

Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 1605) w odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, SP ZOZ Centralny Szpital Kliniczny UM w Łodzi wyjaśnia co następuje:

Pytanie 1

Dot. Pakietu nr 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy fotel do dializ ze stopniem na kółkach z hamulcami (stanowiącym integralną część fotela) fotel z podstawą bez osłony ABS na kołach z hamulcem, o długości 2020 mm, regulacji wysokości w zakresie 610-860 mm, o szerokości 670 mm, szerokości z podłokietnikami 970 mm, regulacji pozycji Trendelenburga 10°/anty-Trendelenburga 12°, regulacji segmentu nóg 30°, głębokości siedziska 500 mm, długości podłokietników 400mm, szerokości podłokietników 150 mm, o wadze 100 kg?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 2

Dot. Pakietu nr 2

Czy Zamawiający dopuści fotel
Dopuszczalne obciążenie robocze 200kg
Całkowita długość po rozłożeniu 2055
Regulacja wysokości 600-850
Szerokość siedziska i oparcia pleców 600
Szerokość stołu z zamontowanymi podłokietnikami 970
Regulacja funkcji Trendelenburga +15 anty-Trendelenburga 0° (plecy) do 25° (siedzisko + nogi)
Regulacja segmentu pleców 0-90
Regulacja segmentu nóg 0-45
Długość segmentu pleców 890
Głębokość siedziska 560x600
Długość podłokietników 580
Szerokość podłokietników 145
Waga stołu 110 kg

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 3

Dot. Pakietu nr 1 – pkt. II ad. 3.

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie aparatu bez funkcji automatycznego doboru płynu dializacyjnego do przepływu krwi pacjenta? To rozwiązanie techniczne stosowane jest w aparatach tylko jednego producenta obecnego na polskim rynku.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania aparatu bez funkcji automatycznego doboru płynu dializacyjnego do przepływu krwi pacjenta.

Pytanie 4

Dot. Pakietu nr 1 – pkt. II Ad. 4.

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie aparatu z możliwością ustawienia przepływu dializatu w zakresie 100-800ml/min? Przepływ dializatu w zakresie do 1000 ml jest rozwiązaniem technicznym stosowanym w aparatach dializacyjnych tylko jednego producenta obecnego na polskim rynku.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanie aparatu z możliwością ustawienia przepływu dializatu w zakresie 100-800ml/min.

Pytanie 5

Dot. Pakietu nr 1 – pkt. II Ad. 7.

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie aparatu bez możliwości wprowadzania typu dializatora do pamięci systemu urządzenia? To rozwiązanie techniczne stosowane jest w aparatach tylko jednego producenta obecnego na polskim rynku.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanie aparatu bez możliwości wprowadzania typu dializatora do pamięci systemu urządzenia

Pytanie 6

Dot. Pakietu nr 1 – pkt. II Ad. 22.

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie aparatu z indywidualnym system blokowania kół aparatu? To rozwiązanie techniczne stosowane jest w aparatach tylko jednego producenta obecnego na polskim rynku.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie aparatu z indywidualnym system blokowania kół aparatu

Pytanie 7

Dot. Pakietu nr 1 – pkt. II Ad. 23.

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie aparatu bez współpracy z monitorem składu ciała, komunikacja za pomocą karty mikrochipowej? To rozwiązanie techniczne stosowane jest w aparatach tylko jednego producenta obecnego na polskim rynku.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania aparatu bez współpracy z monitorem składu ciała, komunikacja za pomocą karty mikrochipowej

Pytanie 8

Dot. Umowy

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 9 ust. 1:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy następujące kary umowne:

1.2. za niedostarczenie towaru będącego przedmiotem umowy w terminie o którym mowa w § 1 ust. 1, w wysokości 0,5 % wartości netto zamówionego i niedostarczonego w terminie towaru, za każdy dzień zwłoki, **jednak nie więcej niż 10% wartości netto zamówionego i niedostarczonego w terminie towaru**

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 9

Dot. Umowy

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 9 ust. 1:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy następujące kary umowne:

1.3. za zwłokę w wymianie towaru na wolny od wad lub uzupełnienie braku Wykonawca zapłaci karę w wysokości 0,5%, wartości netto nie wymienionego towaru lub braku uzupełnienia, za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na

wymianę, o którym mowa w § 8 ust 5.5, **jednak nie więcej niż 10% wartości netto niewymienionego towaru lub braku uzupełnienia**

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 10

Dot. Umowy

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 9 ust. 1:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy następujące kary umowne:

1.5. za zwłokę w reakcji serwisu na zgłoszoną usterkę o którym mowa w § 8 ust. 4.2, Wykonawca zapłaci karę w wysokości 0,5%, wartości netto uszkodzonego sprzętu z dnia wystawienia faktury, za każdy dzień zwłoki, **jednak nie więcej niż 10% wartości netto uszkodzonego sprzętu**

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 11

Dot. pakietu nr 2

Czy Zamawiający może doprecyzować zapis SIWZ pkt 12 „Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części” ?

Odpowiedź: Doszło do pomyłki pisarskiej i zapis w SWZ pkt 12 powinien mieć brzmienie ” Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części”

Pytanie 12

Dot. pakietu nr 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel współczynnika IPX6?

Taka ochrona zapobiega przenikaniu cieczy i cząstek stałych.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel współczynnika IPX6

Pytanie 13

Dot. pakietu nr 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel bez możliwości demontowanej podpórki na stopy?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści do zaoferowania fotel bez możliwości demontowanej podpórki na stopy.

Pytanie 14

Dot. pakietu nr 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel o całkowitej długości po rozłożeniu 2160 mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści do zaoferowania fotel o całkowitej długości po rozłożeniu 2160 mm.

Pytanie 15

Dot. pakietu nr 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel o regulacji wysokości 530-970 mm ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel o regulacji wysokości 530-970 mm

Pytanie 16

Dot. pakietu nr 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel o maksymalnej szerokości fotela wraz z podłokietnikami 95 cm ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści do zaoferowania fotela o maksymalnej szerokości fotela wraz z podłokietnikami 95 cm

Pytanie 17

Dot. pakietu nr 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel o przechyle Trendelenburga od 0° do -15° uzyskiwaną za pomocą 1 wyraźnie oznaczonego przycisku na pilocie kolorem czerwonym oraz regulacji anty- Trendelenburga w zakresie $0-3^{\circ}$?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel o przechyle Trendelenburga od 0° do -15° uzyskiwaną za pomocą 1 wyraźnie oznaczonego przycisku na pilocie kolorem czerwonym oraz regulacji anty- Trendelenburga w zakresie $0-3^{\circ}$

Pytanie 18

Dot. pakietu nr 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel o regulacji segmentu podudzia w zakresie $0 - 30^{\circ}$?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści do zaoferowania fotel o regulacji segmentu podudzia w zakresie $0 - 30^{\circ}$

Pytanie 19

Dot. pakietu nr 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel o długości podłokietników 500 mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści do zaoferowania fotela o długości podłokietników 500 mm

Pytanie 20

Dot. pakietu nr 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel o głębokości siedziska 500 mm?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści do zaoferowania fotela o głębokości siedziska 500 mm
Z poważaniem**

Pytanie 21

Dot.: Pakietu nr 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do dializ bez dodatkowej osłony podstawy wykonanej z tworzywa ABS?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do dializ bez dodatkowej osłony podstawy wykonanej z tworzywa ABS

Pytanie 22

Dot.: Pakietu nr 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do dializ z regulacją funkcji Trendelenburga do wartości 10^0 realizowaną z pilota przewodowego?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści do zaoferowania fotela do dializ z regulacją funkcji Trendelenburga do wartości 10^0 realizowaną z pilota przewodowego

Pytanie 23

Dot.: Pakietu nr 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do dializ bez regulacji funkcji anty-Trendelenburga realizowanej z pilota przewodowego?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści do zaoferowania fotela do dializ bez regulacji funkcji anty-Trendelenburga realizowanej z pilota przewodowego.

Pytanie 24

Dot.: Pakietu nr 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do dializ z leżem o długości 2000 mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści do zaoferowania fotela do dializ z leżem o długości 2000 mm.

Pytanie 25

Dot.: Pakietu nr 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do dializ z leżem o długości 2085 mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści do zaoferowania fotel do dializ z leżem o długości 2085 mm.

Pytanie 26

Dot.: Pakietu nr 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do dializ wyposażony w profilowany i poszerzony segment pleców w części barkowej do szerokości 770 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do dializ wyposażony w profilowany i poszerzony segment pleców w części barkowej do szerokości 770 mm.

Pytanie 27

Dot.: Pakietu nr 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do dializ z siedziskiem o szerokości 564 mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści do zaoferowania fotela do dializ z siedziskiem o szerokości 564 mm.

Pytanie 28

Dot.: Pakietu nr 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do dializ o szerokości fotela wraz z podłokietnikami 960 mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści do zaoferowania fotela do dializ o szerokości fotela wraz z podłokietnikami 960 mm.

Pytanie 29

Dot.: Pakietu nr 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do dializ wyposażony w segment pleców o długości 900 mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści do zaoferowania fotela do dializ wyposażonego w segment pleców o długości 900 mm.

Pytanie 30

Dot.: Pakietu nr 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do dializ z siedziskiem o głębokości 525 mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści do zaoferowania fotela do dializ z siedziskiem o głębokości 525 mm.

Pytanie 31**Dot.: Pakietu nr 2**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania fotel do dializ wyposażony w profilowane podłokietniki o wymiarach 500x140 mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści do zaferowania fotel do dializ wyposażony w profilowane podłokietniki o wymiarach 500x140 mm

Pytanie 32**Dot.: Pakietu nr 2**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania fotel do dializ o wadze 70 kg?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści do zaferowania fotel do dializ o wadze 70 kg.

Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 1605) w odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, SP ZOZ Centralny Szpital Kliniczny UM w Łodzi wyjaśnia co następuje:

Uwaga

- 1. W przypadku dopuszczenia parametrów, zapisów innych niż opisane w SWZ, Zamawiający prosi, aby zaznaczyć, iż parametry, zapisy zostały dopuszczone w drodze udzielonych wyjaśnień treści SWZ z powołaniem odpowiedniego numeru odpowiedzi.**
- 2. Powyższe wyjaśnienia oraz modyfikacje stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia.**

**Zamawiający na stronie internetowej: : https://platformazakupowa.pl/pn/csk_umed udostępnił:
- treść zapytań wraz z wyjaśnieniami**

Sekretarz Komisji Przetargowej
Agnieszka Bonczkowska