

Wyjaśnienia treści SWZ - II (Pytania i odpowiedzi)

L. dz. DZP-291-3998-912/2023

Kraków, dn. 28.08.2023 r.

Informacja

W odpowiedzi na wniosek potencjalnych Wykonawców o wyjaśnienie treści SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr DZP-291-3998/2023 pn. „**Dostawa wyposażenia na potrzeby Centrum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie**” Zamawiający – Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z siedzibą pod adresem: 31-120 Kraków, al. A. Mickiewicza 21, na podstawie art. 135 ust. 2 i art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytania i Odpowiedzi

Zadanie nr 3. Sprzęt chłodniczy:

Pytania do pozycji 3.1 . – Szafa chłodnicza dwudrzwiowa:

- 1) Czy zamawiający dopuszcza temperaturę -5 do 5 stopni C?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza temperaturę -5 do 5 stopni C.

Pytania do pozycji 3.3. - Lodówko-zamrażarka :

- 1) Czy zamawiający dopuszcza pojemność chłodziarki netto 260 l?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pojemność chłodziarki netto 260 l.

- 2) Czy zamawiający dopuszcza pojemność zamrażarki 103 l?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pojemność zamrażarki 103 l.

Pytania do pozycji 3.4. - Lodówko-zamrażarka:

- 1) Czy zamawiający dopuszcza pojemność chłodziarki netto 260 l?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pojemność chłodziarki netto 260 l.

- 2) Czy zamawiający dopuszcza pojemność zamrażarki 103 l?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pojemność zamrażarki 103 l.

Pytania do pozycji 3.5. - Lodówko-zamrażarka:

- 1) Czy zamawiający dopuszcza pojemność chłodziarki netto 260 l?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pojemność chłodziarki netto 260 l.

- 2) Czy zamawiający dopuszcza pojemność zamrażarki 103 l?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pojemność zamrażarki 103 l.

Pytania do pozycji 3.6. - Lodówko-zamrażarka :

- 1) Czy zamawiający dopuszcza pojemność chłodziarki netto 260 l?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pojemność chłodziarki netto 260 l.

- 2) Czy zamawiający dopuszcza pojemność zamrażarki 103 l?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pojemność zamrażarki 103 l.

Pytania do pozycji 3.8. - zamrażarka:

- 1) Czy zamawiający dopuszcza zakres temperatury od +10 do + 40 stopni C?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zakresu temperatury od +10 do + 40 stopni C.

Pytania do pozycji 3.12. – szafa chłodnicza:

- 1) Czy zamawiający dopuszcza klasa klimatyczna 5 ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza szafę chłodniczą z klasą klimatyczną 5.

Pytania do pozycji 3.13. - Chłodziarka z kostkarką:

- 2) Czy zamawiający dopuszcza klasę energetyczna F?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza klasę energetyczna F.

Pytania do pozycji 3.14. - chłodziarko zamrażarka:

- 1) Czy zamawiający dopuszcza pojemność zamrażalnika 104 l?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pojemność zamrażalnika 104 l.

- 2) Czy zamawiający dopuszcza pojemność chłodziarki 231 l?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pojemność chłodziarki 231 l.

Pytania do pozycji 3.15. - Witryna chłodnicza:



- 1) Czy zamawiający dopuszcza wymiary zewnętrzne 62x66x193,5 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wymiary zewnętrzne 62x66x193,5 cm.

Pytania do pozycji 3.16. - Chłodziarko-zamrażarka:

- 1) Czy zamawiający dopuszcza zdolność utrzymania temperatury 20h po zaniku napięcia?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zdolność utrzymania temperatury 20h po zaniku napięcia.

- 2) Czy zamawiający dopuszcza zdolność utrzymania temperatury 11h po zaniku napięcia?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zdolność utrzymania temperatury 11h po zaniku napięcia.

Pytania do pozycji 3.18. - Szafa chłodnicza:

- 1) Czy zamawiający dopuszcza regulację temperatury w zakresie 0 do +12 stopni C

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza regulację temperatury w zakresie 0 do +12 stopni C.

Zadanie nr 2. Wagi laboratoryjne i techniczne, wagosuszarki:

Pytania do pozycji 2.1: Waga laboratoryjna analityczna:

- 1) Czy Zamawiający dopuszcza udźwig maksymalny 3500 g?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza udźwig maksymalny 3500 g.

- 2) Czy Zamawiający dopuszcza szalkę 195mmx195mm

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza szalkę 195mmx195mm.

- 3) Czy Zamawiający wymaga legalizacji?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga legalizacji.

Pytania do pozycji 2.2: Waga laboratoryjna mikroanalityczna:

- 1) Czy Zamawiający dopuszcza czas stabilizacji 2s?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza czas stabilizacji 2s.

- 2) Czy Zamawiający wymaga legalizacji?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga legalizacji.

Pytanie do pozycji 2.3: Waga laboratoryjna mikroanalityczna:

- 1) Czy Zamawiający wymaga legalizacji?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga legalizacji.

Pytania do pozycji 2.4: Waga analityczna:

- 1) Czy Zamawiający dopuszcza komorę ze szkła o wymiarach 200×170×220 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza komorę ze szkła o wymiarach 200×170×220 mm.

- 2) Prosimy o weryfikację informacji o bazach danych, Zamawiający wskazał w treści 8 baz, a wymienił 7.

Odpowiedź:

Ósma baza dowolna. Jednocześnie zamawiający informuję, że dopuszcza wagę z 7 bazami.

Pytanie do pozycji 2.5: Waga platformowa:

- 1) Czy Zamawiający potwierdza, że wymaga kalibracji wewnętrznej dla wagi przemysłowej platformowej?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wagę platformową bez kalibracji wewnętrznej.

Pytanie do pozycji 2.6: Waga:

- 2) Czy Zamawiający wymaga legalizacji?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga legalizacji

Pytanie do pozycji 2.7: Waga laboratoryjna:

- 1) Czy Zamawiający wymaga legalizacji?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga legalizacji.

Pytania do pozycji 2.9: _Waga analityczna maks zakres pomiarowy 510 g:

- 1) Czy Zamawiający dopuszcza wagę o obciążeniu maksymalnym 310 g?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza wagę o obciążeniu maksymalnym 310 g.

- 2) Czy Zamawiający dopuszcza wagę bez legalizacji?

Odpowiedź:

Zgodnie z wymaganiami zamawiającego zapisanymi w SWZ.

Pytanie do pozycji 2.11: Waga techniczna precyzyjna:

- 1) Czy Zamawiający dopuszcza wilgotność względną 40%-80%?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wilgotność względną 40%-80%.

Pytanie do pozycji 2.12: Waga techniczna precyzyjna:

- 1) Czy Zamawiający dopuszcza wilgotność względną 40%-80%?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wilgotność względną 40%-80%.

Pytania do pozycji 2.13: Waga analityczna:

- 1) Czy Zamawiający dopuszcza wilgotność względną 40%-80%?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wilgotność względną 40%-80%.

- 2) Czy Zamawiający wymaga legalizacji?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga legalizacji.

Pytania do pozycji 2.14: Waga analityczna:

- 1) Czy Zamawiający dopuszcza udźwig maksymalny 310g?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza udźwig maksymalny 310 g.

- 2) Czy Zamawiający dopuszcza drzwi przesuwne jednoczęściowe? Drzwi zapewniają swobodny dostęp do szalki.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza drzwi przesuwne jednoczęściowe zapewniające swobodny dostęp do szalki.

Pytanie do pozycji 2.15: Waga laboratoryjna:

- 1) Czy Zamawiający wymaga legalizacji?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga legalizacji.

Pytanie do pozycji 2.1. - Waga laboratoryjna analityczna:

- 1) Czy zamawiający dopuści wagę z adjustacją (kalibracją) wewnętrzną?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wagę z adjustacją (kalibracją) wewnętrzną.

- 2) Czy Zamawiający dopuści wagę z szalką okrągłą o średnicy 180 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wagę z szalką okrągłą o średnicy 180 mm.

- 3) Czy Zamawiający dopuści wagę o temperaturze roboczej +10-+30°C?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wagę o temperaturze roboczej +10-+30°C.

Pytania do pozycji 2.1. - Waga laboratoryjna analityczna:

- 1) Czy Zamawiający dopuści wagę z trybami pracy: ważenie, ważenie procentowe (objętości), ważenie zwierząt (dynamiczne), wyznaczanie gęstości, recepturowanie?

Odpowiedź:

Powyższe pytanie nie dotyczy pozycji 2.1. (waga laboratoryjna analityczna).

- 2) Czy Zamawiający dopuści wagę z niepodświetlanym wskaźnikiem wypoziomowania wagi?

Odpowiedź:

Powyższe pytanie nie dotyczy pozycji 2.1. (waga laboratoryjna analityczna).

Zamawiający nie specyfikował dla tej wagi wskaźnika poziomowania wagi.

Pytanie do pozycji 2.3. - Waga laboratoryjna mikroanalityczna :

- 1) Czy Zamawiający dopuści wagę z szalką o średnicy 90 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wagę z szalką o średnicy 90 mm.

- 2) Czy Zamawiający dopuści wagę z zakresem temperatur pracy +10°C do +30°C?

Odpowiedź:

Czy Zamawiający dopuszcza wagę z zakresem temperatur pracy +10°C do +30°C.

Pytanie do pozycji 2.4. -Waga analityczna:

- 1) Czy Zamawiający dopuści wagę z 7 bazami danych:

- Użytkownicy (do 100 użytkowników),
- Towary (do 5 000 towarów),
- Ważenia (do 50 000 ważeń),
- Opakowania (do 100 opakowań),
- Receptury (do 100 receptur),
- Klienci (do 1000 klientów),
- Pamięć ALIBI (do 512 000 ważeń).
- + Dodatkowo można tworzyć raporty z receptur (do 500 raportów).



Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wagę z 7 bazami danych:

- Użytkownicy (do 100 użytkowników),
- Towary (do 5 000 towarów),
- Ważenia (do 50 000 ważeń),
- Opakowania (do 100 opakowań),
- Receptury (do 100 receptur),
- Klienci (do 1000 klientów),
- Pamięć ALIBI (do 512 000 ważeń).
- + Dodatkowo można tworzyć raporty z receptur (do 500 raportów).

2) Czy Zamawiający dopuści wagę o czasie stabilizacji 2,5 sekundy?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wagę o czasie stabilizacji 2,5 sekundy.

Pytanie do pozycji 2.5. -Waga platformowa:

1) Czy Zamawiający dopuści wagę z zasilaniem akumulatorowym o max. czasie pracy wynoszącym 7 godzin?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wagę z zasilaniem akumulatorowym o max. czasie pracy wynoszącym 7 godzin.

Pytanie do pozycji 2.7. - Waga laboratoryjna:

1) Czy Zamawiający dopuści wagę o następujących trybach pracy: ważenie, liczenie sztuk, ważenie procentowe, ważenie kontrolne, ważenie zwierząt/dynamiczne, sumowanie, pomiar gęstości, zapamiętywanie wskazania, ważenie molowe?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wagę o trybach pracy: ważenie, liczenie sztuk, ważenie procentowe, ważenie kontrolne, ważenie zwierząt/dynamiczne, sumowanie, pomiar gęstości, zapamiętywanie wskazania, ważenie molowe.

- 2) Czy Zamawiający dopuści wagę z poziomą niepodświetlaną?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wagę z poziomą niepodświetlaną.

Pytanie do pozycji 2. 9. - Waga analityczna maks. zakres pomiarowy 510 g:

- 1) Czy Zamawiający dopuści wagę o obciążeniu max 520 g ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wagę o obciążeniu max 520 g.

- 2) Czy Zamawiający dopuści wagę z wyświetlaczem o przekątnej równej 5" ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wagę z wyświetlaczem o przekątnej równej 5".

Pytanie do pozycji 2. 10. – Wagosuszarka:

- 1) Czy Zamawiający dopuści wagosuszkę z zakresem wilgotności od 0.05 % do 100% ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wagosuszkę z zakresem wilgotności od 0.05 % do 100%.

Pytanie do pozycji 2. 11. - Waga techniczna precyzyjna:

- 1) Czy zamawiający dopuszcza wagę o zakres temp pracy +10 do + 30 C?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wagę o zakres temp pracy +10 do + 30 C.

- 2) Czy zamawiający dopuszcza wagę z adjustacją (kalibracją) wewnętrzną ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wagę z adjustacją (kalibracją) wewnętrzną.

Pytanie do pozycji 2. 12. - Waga techniczna precyzyjna:

- 1) Czy zamawiający dopuszcza wagę o zakres temp pracy +10 do + 30 C?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wagę o zakres temp pracy +10 do + 30 C.

- 2) Czy zamawiający dopuszcza wagę z adjustacją (kalibracją) wewnętrzną ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wagę z adjustacją (kalibracją) wewnętrzną.

Pytanie do pozycji 2. 13. - Waga analityczna:

- 1) Czy zamawiający dopuszcza wagę o zakres temp pracy +10 do + 30 C?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wagę o zakres temp pracy +10 do + 30 C

Pytanie do pozycji 2. 15. - Waga laboratoryjna:

- 1) Czy zamawiający dopuszcza wagę z kalibracją adjustacją wewnętrzną ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wagę z adjustacją (kalibracją) wewnętrzną.

- 2) Czy zamawiający dopuszcza wagę z szalką o średnicy 180 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wagę z szalką o średnicy 180 mm.

- 3) Czy zamawiający dopuszcza wagę o zakres temp pracy +10 do + 30 C?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wagę o zakres temp pracy +10 do + 30 C

Pytanie do poz. 2.2.- Waga laboratoryjna analityczna:

- 1) Czy Zamawiający dopuści wagę z trybami pracy: ważenie, liczenie sztuk, liczenie objętości, ważenie procentowe (objętości), ważenie zwierząt (dynamiczne), wyznaczanie gęstości, recepturowanie?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wagę z trybami pracy: ważenie, liczenie sztuk, liczenie objętości, ważenie procentowe (objętości), ważenie zwierząt (dynamiczne), wyznaczanie gęstości, recepturowanie.

- 2) Czy Zamawiający dopuści wagę z niepodświetlanym wskaźnikiem wypoziomowania wagi?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wagę z niepodświetlanym wskaźnikiem wypoziomowania wagi.

Zadanie nr 3. Sprzęt chłodniczy:

Pozycja 3.1.- Szafa chłodnicza dwudrzwiowa:

- 1) Czy zamawiający dopuści szafę chłodniczą o zakresie temperatur -2 do +12 C?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza szafę chłodniczą o zakresie temperatur: -2 do +12 °C.

- 2) Czy zamawiający dopuści szafę chłodniczą o klasie klimatycznej 5?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza szafę chłodniczą o klasie klimatycznej 5.

Pozycja 3.2.- Szafa chłodnicza do +10:

- 1) Czy zamawiający dopuści szafę chłodniczą o pojemności netto 297 l?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza szafę chłodniczą o pojemności netto 297 l.

- 2) Czy zamawiający dopuści szafę chłodniczą bez interfejsu RS 485 (możliwość doposażenia LAN lub WLAN)?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza szafę chłodniczą bez interfejsu RS 485 z możliwością doposażenia LAN lub WLAN.

Pozycja 3.3. – Lodówko-zamrażarka:

- 1) Czy zamawiający dopuści lodówko-zamrażarkę w której chłodziarka jest wyposażona w 5 półek szklanych, 4 półki w drzwiach, 1 szuflada do mięsa i ryb, 1 szuflada z niezależną kontrolą wilgotności?

Odpowiedź:

Czy zamawiający dopuszcza lodówko-zamrażarkę w której chłodziarka jest wyposażona w 5 półek szklanych, 4 półki w drzwiach, 1 szuflada do mięsa i ryb, 1 szuflada z niezależną kontrolą wilgotności.

Pozycja 3.4. – Lodówko-zamrażarka:

- 1) Czy zamawiający dopuści lodówko-zamrażarkę w której chłodziarka jest wyposażona w 5 półek szklanych, 4 półki w drzwiach, 1 szuflada , 1 szuflada z niezależną kontrolą wilgotności?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza lodówko-zamrażarkę w której chłodziarka jest wyposażona w 5 półek szklanych, 4 półki w drzwiach, 1 szuflada , 1 szuflada z niezależną kontrolą wilgotności.

Pozycja 3.5. – Lodówko-zamrażarka:

- 1) Czy zamawiający dopuści lodówko-zamrażarkę w której chłodziarka jest wyposażona w 5 półek szklanych, 4 półki w drzwiach, 1 szuflada , 1 szuflada z niezależną kontrolą wilgotności?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza lodówko-zamrażarkę w której chłodziarka jest wyposażona w 5 półek szklanych, 4 półki w drzwiach, 1 szuflada , 1 szuflada z niezależną kontrolą wilgotności.

Pozycja 3.6.- Lodówko-zamrażarka:

- 1) Czy zamawiający dopuści lodówko-zamrażarkę w której chłodziarka jest wyposażona w 5 półek szklanych, 4 półki w drzwiach, 1 szuflada , 1 szuflada z niezależną kontrolą wilgotności?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza lodówko-zamrażarkę w której chłodziarka jest wyposażona w 5 półek szklanych, 4 półki w drzwiach, 1 szuflada , 1 szuflada z niezależną kontrolą wilgotności?

Pozycja 3.8. – Zamrażarka:

- 1) Czy zamawiający dopuści zamrażarkę o zakresie temperatur -9 do -35 C?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zamrażarkę o zakresie temperatur: - 9 do -35°C.

Pozycja 3.9.- Lodówka:

1) Czy zamawiający dopuści chłodziarko- zamrażarkę o zakresie temperatur :

- Chłodziarka +1 do +8 C (nastawienie temperatury w chłodziarce na wartości 8°C, 6°C, 4°C i 2°C)
- Zamrażarka -18 do -24 C (nastawienie temperatury w zamrażarce na wartości -18°C, -20°C, -22°C i 24 C)

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza chłodziarko - zamrażarkę o zakresie temperatur :

- Chłodziarka +1 do +8 C (nastawienie temperatury w chłodziarce na wartości 8°C, 6°C, 4°C i 2°C)
- Zamrażarka -18 do -24 C (nastawienie temperatury w zamrażarce na wartości -18°C, -20°C, -22°C i 24 C)

Pozycja 3.10.- Lodówka:

1) Czy zamawiający dopuści chłodziarko- zamrażarkę o zakresie temperatur :

- Chłodziarka +1 do +8 C (nastawienie temperatury w chłodziarce na wartości 8°C, 6°C, 4°C i 2°C)
- Zamrażarka -18 do -24 C (nastawienie temperatury w zamrażarce na wartości -18°C, -20°C, -22°C i 24 C)

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza chłodziarko - zamrażarkę o zakresie temperatur :

- Chłodziarka +1 do +8 C (nastawienie temperatury w chłodziarce na wartości 8°C, 6°C, 4°C i 2°C)
- Zamrażarka -18 do -24 C (nastawienie temperatury w zamrażarce na wartości -18°C, -20°C, -22°C i 24 C)

Pozycja 3.11. - Chłodziarko zamrażarka:

1) Czy zamawiający dopuści chłodziarko- zamrażarkę o zakresie temperatur :

- Chłodziarka +1 do +8 C (nastawienie temperatury w chłodziarce na wartości 8°C, 6°C, 4°C i 2°C)
- Zamrażarka -18 do -24 C (nastawienie temperatury w zamrażarce na wartości -18°C, -20°C, -22°C i 24 C)

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza chłodziarko - zamrażarkę o zakresie temperatur :

- Chłodziarka +1 do +8 C (nastawienie temperatury w chłodziarce na wartości 8°C, 6°C, 4°C i 2°C)
- Zamrażarka -18 do -24 C (nastawienie temperatury w zamrażarce na wartości -18°C, -20°C, -22°C i 24 C)

Pozycja 3.13.- Chłodziarka z kostkarką:

- 1) Czy zamawiający dopuści chłodziarko- zamrażarkę typu Side by Side?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza chłodziarko- zamrażarkę typu Side by Side.

- 2) Czy zamawiający dopuści chłodziarko- zamrażarkę z 4 półkami w chłodziarce (4 półki szklane, 2 szuflady świeżości, 4 półki w drzwiach, pojemnik na wodę)?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza chłodziarko- zamrażarkę z 4 półkami w chłodziarce (4 półki szklane, 2 szuflady świeżości, 4 półki w drzwiach, pojemnik na wodę).

- 3) Czy zamawiający dopuści chłodziarko- zamrażarkę z 5 półkami w drzwiach, 4 półki szklane, 1 półka na butelki, pojemnik na jajka, 2 szuflady na warzywa i owoce?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza chłodziarko- zamrażarkę z 5 półkami w drzwiach, 4 półki szklane, 1 półka na butelki, pojemnik na jajka, 2 szuflady na warzywa i owoce.

Pozycja 3.14.- chłodziarko zamrażarka:

- 1) Czy zamawiający dopuści chłodziarko- zamrażarkę o pojemności całkowitej 335l, pojemności zamrażarki 104 l , pojemności chłodziarki 231 l?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza chłodziarko- zamrażarkę o pojemności całkowitej 335l, pojemności zamrażarki 104 l , pojemności chłodziarki 231 l.

Pozycja 3.15.- Witryna chłodnicza:

- 1) Czy zamawiający dopuści witrynę chłodniczą o wysokości 198 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza witrynę chłodniczą o wysokości 198 cm.

- 2) Czy zamawiający dopuści witrynę chłodniczą o głębokości 60,5 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza witrynę chłodniczą o głębokości 60,5 cm.

- 3) Czy zamawiający dopuści witrynę chłodniczą z 5 półkami?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza witrynę chłodniczą z 5 półkami.

Pozycja 3.16.- Chłodziarko-zamrażarka:

- 1) Czy zamawiający dopuści chłodziarko –zamrażarkę o zdolności utrzymania temperatury po zaniku napięcia do 21 h?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza chłodziarko –zamrażarkę o zdolności utrzymania temperatury po zaniku napięcia do 21 h.

- 2) Czy zamawiający dopuści chłodziarko –zamrażarkę gdzie chłodziarka jest wyposażona w 4 półki szklane, 1 półka na butelki, 4 półki w drzwiach, 1 szuflada do mięsa i ryb, pojemnik na jajka, 1 szuflada na warzywa i owoce?

Odpowiedź:

Zgodnie z wymaganiami zapisanymi w SWZ.

- 3) Czy zamawiający dopuści chłodziarko –zamrażarkę o zakresie temperatury w chłodziarce +2 do + 8 C?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza chłodziarko –zamrażarkę o zakresie temperatury w chłodziarce +2 do + 8 °C

Pozycja 3.17.- Chłodziarko-zamrażarka:

- 1) Czy zamawiający dopuści chłodziarko –zamrażarkę o zdolności utrzymania temperatury po zaniku napięcia do 21 h?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza chłodziarko –zamrażarkę o zdolności utrzymania temperatury po zaniku napięcia do 21 h.

- 2) Czy zamawiający dopuści chłodziarko –zamrażarkę gdzie chłodziarka jest wyposażona w 4 półki szklane, 1 półka na butelki, 4 półki w drzwiach, 1 szuflada do mięsa i ryb, pojemnik na jajka, 1 szuflada na warzywa i owoce?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza chłodziarko –zamrażarkę gdzie chłodziarka jest wyposażona w 4 półki szklane, 1 półka na butelki, 4 półki w drzwiach, 1 szuflada do mięsa i ryb, pojemnik na jajka, 1 szuflada na warzywa i owoce.

- 3) Czy zamawiający dopuści chłodziarko –zamrażarkę o zakresie temperatury w chłodziarce +2 do + 8 C?

Odpowiedź:

Zamawiający nie specyfikował temperatury w chłodziarce ale dopuszcza zakres temperatury w chłodziarce +2 do + 8 °C.

Pozycja 3.18.- Szafa chłodnicza:

- 1) Czy zamawiający dopuści szafę chłodniczą z izolacją 60 mm, (izolacja korpusu chłodniczego pianowana PUR pod wysokim ciśnieniem wolna od halonów FCKW.)?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza szafę chłodniczą z izolacją 60 mm, (izolacja korpusu chłodniczego pianowana PUR pod wysokim ciśnieniem wolna od halonów FCKW.

Pozycja 3.19. – Zamrażarka:

- 1) Czy zamawiający dopuści szafę chłodniczą z izolacją 70 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza szafę chłodniczą z izolacją 70 mm.

W związku z powyżej udzielonymi odpowiedziami, Załącznik nr 2.1 do SWZ (Parametry Techniczne Przedmiotu Zamówienia / Przedmiotowy Środek Dowodowy) **należy czytać w całości, łącznie z udzielonymi przez Zamawiającego, powyższymi odpowiedziami na pytania.**

**KANCLERZ
UNIWERSYTETU ROLNICZEGO
IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE
Dyrektor ds. majątku i inwestycji
/-/ mgr Marcin Gałań**

.....
(podpis)

Projekt nr RPMP.01.01.00-12-0080/19 pn. „Budowa Centrum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 1 Gospodarka Wiedzy, Działanie 1.1 Infrastruktura badawcza sektora nauki, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego