

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

WSSE.DEA OZPA 272.13.2023

Łódź, 03.07.2023r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Do wszystkich Uczestników

postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji, którego przedmiotem jest:

Dostawa autoklawów, analizatora, komory laminarnej do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi w podziale na części:

CZĘŚĆ 1: Pionowy autoklaw elektryczny parowy, z wytwornicą pary.

CZĘŚĆ 2: Pionowy autoklaw laboratoryjny do sterylizacji pożywek mikrobiologicznych oraz wytwarzania sterylnych wyrobów medycznych wraz z wyposażeniem dodatkowym niezbędnym do prawidłowej pracy autoklawu.

CZĘŚĆ 3: Komora z laminarnym, pionowym przepływem powietrza, II kl. bezpieczeństwa.

CZĘŚĆ 4: Automatyczny system do identyfikacji drobnoustrojów i oznaczania ich lekowrażliwości

Szanowni Państwo,

Zamawiający, działając na podst. art. 284 ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2022 poz. 1710), zwanej dalej ustawą Pzp, udziela wyjaśnień do wniosków o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ), zgodnie z poniższym:

Dotyczy Części 1:

Pytanie 1: Wymiary zewnętrzne nie większe niż: 1240mm (zamknięty)/1710mm (otwarty) - wysokość 750 mm - szerokość 750 mm – głębokość

Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie o nieznacznie większej głębokości – 900 mm?

Odp. Zamawiający odstępuje od wymiarów zewnętrznych i dokona stosownych zmian w Załączniku nr 2 dla Części 1 do SWZ.

Pytanie 2: Wymiary komory: średnica: 500 mm (+/- 20%) wysokość: 800 mm (+/- 20%)

Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie z komorą o pojemności 137 litrów i głębokości 600 mm?

Mniejsza głębokość komory zapewnia bardziej ergonomiczną obsługę np. przy czyszczeniu dna komory. Wskazane przez Zamawiającego wymiary komory dają jej pojemność znacznie większą (>157 litrów) w stosunku do wymaganych 135 litrów.

Odp. Zamawiający zaakceptuje urządzenie z komorą o pojemności 137 litrów i głębokości 600 mm.

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Pytanie 3: Sonda z czujnikiem do kontroli i monitorowania temperatury komory

Czy zamawiający wymaga autoklawu z elastycznym czujnikiem temperatury do regulowania temperatury i zabezpieczeń podczas sterylizacji produktów płynnych?

Ze względów bezpieczeństwa obsługi czujnik taki jest bezwzględnie wymagany, jeżeli w autoklawie będą sterylizowane płyny (zamawiający w wymaganiach technicznych napisał, że będzie sterylizował płyny, w tym płyny w probówkach).

Odp. Zamawiający dopuszcza elastyczny czujnik temperatury.

Pytanie 4: Sterylizator parowy jest skonfigurowany z podgrzewanym elektrycznie generatorem pary

Czy jako sterylizator skonfigurowany z podgrzewanym elektrycznie generatorem pary Zamawiający uważa dedykowane do oferowanego modelu, zintegrowane z komorą elektryczne grzałki do podgrzewania wody w ciśnieniowej komorze autoklawu gdzie prowadzona jest sterylizacja?

Podgrzewanie zgromadzonej w komorze ciśnieniowej wody generuje parę nasyconą niezbędną do procesu sterylizacji.

Odp. Zamawiający jako sterylizator skonfigurowany z podgrzewanym elektrycznie generatorem pary nie uważa zintegrowanej z komorą elektrycznie grzałki do podgrzewania wody. Działanie grzałki jest mniej efektywne niż wbudowany elektrycznie generator pary.

Pytanie 5: System sterowania za pomocą ekranu dotykowego

Czy Zamawiający zaakceptuje system sterowania za pomocą 4 klawiszy pod wyświetlaczem?

Klawisze są wodoodporne i nie sprawiają problemu z obsługą jeżeli operator pracuje w rękawiczkach lateksowych lub rękawicach chroniących przed poparzeniem.

Odp. Zamawiający odstępuje od określenia systemu sterowania i dokona stosownych zmian w Załączniku nr 2 dla Części 1 do SWZ.

Pytanie 6: Rodzaj sterylizowanych materiałów: stałe żaroodporne (m.in. szkło, plastik, papier), płyny, w tym płyny zamknięte w probówkach.

Prosimy o informację:

- czy próbki po wysterylizowaniu zawartości będą przeznaczone do utylizacji?

Odp. Do utylizacji będą przeznaczone korek oraz materiał znajdujący się w próbce.

- w jaki sposób zamykane będą próbki?

Odp. Probówki zamykane będą korkiem z ligniny.

- z jakiego materiału będą wykonane próbki (np. szkło, plastik)?

Odp. Probówki są wykonane ze szkła.

- w jaki sposób próbki będą umieszczone w autoklawie (np. w statywach, workach autoklawowalnych)?

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Odp. Probówki będą umieszczane w koszyczkach metalowych znajdujących się w wiaderku (probówki muszą znajdować się w pionie).

Pytanie 7: Podłączenia mediów (woda, prąd)

Czy w miejscu instalacji autoklawu jest odpływ do kanalizacji, zasilanie trójfazowe?

Odp. Zamawiający potwierdza, iż w miejscu instalacji autoklawu jest odpływ do kanalizacji, zasilanie trójfazowe.

Pytanie 8: Zawory typu pneumatycznego

Czy Zamawiający zaakceptuje autoklaw z elektrozaworami, które są rozwiązaniem alternatywnym do zaworów pneumatycznych, nie wymagają dodatkowej instalacji i źródła sprężonego powietrza?

Odp. Zamawiający odstępuje od określenia typu zaworu i dokona stosownych zmian w Załączniku nr 2 dla Części 1 do SWZ.

Pytanie 9: Minimalne ciśnienie robocze: 2,8 bar

Prosimy o wyjaśnienie dlaczego zamawiający wymaga aby minimalne ciśnienie wynosiło 2,8 bar lub czy nie doszło do pomyłki pisarskiej?

Zamawiający informuje, że zamierza prowadzić procesy sterylizacji w temperaturze 1210C. W tej temperaturze para nasycona stosowana w procesie sterylizacji ma ciśnienie absolutne = 2 bar (względne 1 bar). Określony przez Zamawiającego próg 2,8 bar stoi w sprzeczności w wymogiem sterylizacji w temperaturach niższych niż 131 °C.

Odp. Zamawiający informuje, iż zaistniała pomyłka pisarska, punkt dotyczy maksymalnego ciśnienia roboczego i dokona stosownych zmian w Załączniku nr 2 dla Części 1 do SWZ.

Pytanie 10: Czy Zamawiający dopuści do zaaferowania autoklaw o głębokości zewnętrznej 950 mm?

Odp. Zamawiający odstępuje od wymiarów zewnętrznych i dokona stosownych zmian w Załączniku nr 2 dla Części 1 do SWZ.

Pytanie 11: Czy Zamawiający dopuści do zaaferowania autoklaw z wysokością przy otwartych drzwiach 1810 mm?

Odp. Zamawiający odstępuje od wymiarów zewnętrznych i dokona stosownych zmian w Załączniku nr 2 dla Części 1 do SWZ.

Pytanie 12: Czy Zamawiający dopuści do zaaferowania autoklaw o wys. komory 655 mm?

Odp. Zamawiający dopuści do zaaferowania autoklaw o głębokości komory 655 mm.

Pytanie 13: Prosimy o informację czy płyny będą szczelnie zamknięte? Jeśli szczelnie zamknięte to czy

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Zamawiający posiada sprężarkę potrzebną do systemu chłodzenia? Jeśli nie to po czyjej stronie dostarczenie jej?

Odp. Płyty autoklawowane nie są szczelnie zamknięte.

Dotyczy Części 2:

Pytanie 1: Autoklaw laboratoryjny pionowy służący do sterylizacji przy użyciu przegrzanej pary wodnej o pojemności komory użytkowej 100 l. Komora autoklawu ładowana od góry.

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający nie popełnił błędu określając rodzaj pary?

W procesie sterylizacji w autoklawach nie jest zalecane stosowanie przegrzanej pary ponieważ nie zapewnia ona odpowiedniej ilości energii niezbędnej do uzyskania efektu sterylizacji. Do sterylizacji parowej stosowana i zalecana jest para nasycona.

Odp. Zamawiający potwierdza, że czynnikiem sterylizującym w autoklawie jest para wodna nasycona pod ciśnieniem i dokonuje stosownej zmiany Załącznika nr 2 dla części 2 do SWZ.

Pytanie 2: Czy Zamawiający dopuści do zaferowania autoklaw z komorą o głębokości 770 mm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza do zaferowania autoklaw z komorą o głębokości 770 mm, ponieważ mniejsza głębokość komory zapewnia bardziej ergonomiczną obsługę np. przy czyszczeniu dna komory.

Pytanie 3: Czy Zamawiający dopuści do zaferowania autoklaw z pokrywą ze stali nierdzewnej?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza do zaferowania autoklaw z pokrywą ze stali nierdzewnej. Pokrywa komory ciśnieniowej musi być obudowana materiałem nienagrzewającym się.

Pytanie 4: Czy Zamawiający dopuści do zaferowania autoklaw bez funkcji czyszczenia armatury autoklawu parą nasyconą o wysokim ciśnieniu?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza do zaferowania autoklaw bez funkcji czyszczenia armatury autoklawu parą nasyconą o wysokim ciśnieniu. System czyszczenia armatury autoklawu parą nasyconą o wysokim ciśnieniu jest wymagany ponieważ znacznie przedłuża żywotność autoklawu. Umożliwia oczyszczenie armatury autoklawu w przypadku rozlania sterylizowanych pożywek w procesie sterylizacji.

Pytanie 5: Czy Zamawiający dopuści do zaferowania autoklaw drukarkę z trwałym wydrukiem w interwałach co 1 minutę, ale nie na zwykłym papierze?

Odp. Zamawiający dopuści drukowanie na papierze z trwałym wydrukiem, utrzymującym się co najmniej 5 lat (wymóg systemu jakości), w interwałach maksymalnie co 60 sekund i dokona stosownych zmian w Załączniku nr 2 dla Części 2 do SWZ.

Pytanie 6: Czy Zamawiający dopuści do zaferowania autoklaw z temperaturą schłodzenia kondensatu do temperatury 80 stopni?

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Odp. Zamawiający nie dopuszcza do zaoferowania autoklaw z temperaturą schłodzenia kondensatu do temperatury 80 stopni. Zamawiający wymaga funkcji schłodzenia pary do temperatury bezpiecznej dla rur kanalizacyjnych oraz dla personelu laboratorium w wypadku awarii węża odpływu. Musi być możliwość zaprogramowania temperatury skroplin w zakresie od 50 do 80°C.

Dotyczy Części 3:

Pytanie 1: Czy Zamawiający dopuści komorę o głębokości zewnętrznej 870 mm (pkt. 4) i głośności do 59 db(A) (pkt.7) przy spełnieniu pozostałych parametrów?

Odp. Zamawiający dopuszcza komorę laminarną o głębokości zewnętrznej 870 mm (pkt. 4) i głośności do 59 db(A) (pkt.7) przy spełnieniu pozostałych parametrów i dokona stosownej zmiany Załącznika nr 2 dla Części 3 SWZ.

Pytanie 2: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania komorę o wymiarach zewnętrznych 1350 x 1500 x 810 mm szer. x wys. x gł.?

Odp. Zamawiający dopuszcza do zaoferowania komorę laminarną o ww. wymiarach zewnętrznych i dokona stosownej zmiany Załącznika nr 2 dla Części 3 SWZ.

Pytanie 3: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania komorę o wymiarach wewnętrznych 1192 x 740 x 580 mm szer. x wys. x gł.?

Odp. Zamawiający dopuszcza do zaoferowania komorę laminarną o ww. wymiarach wewnętrznych i dokona stosownej zmiany Załącznika nr 2 dla Części 3 SWZ.

Pytanie 4: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania komorę ze stelażem wysokości 800 mm , co daje wysokość roboczą 880 mm?

Odp. Zamawiający dopuści do zaoferowania komorę laminarną ze stelażem wysokości 800 mm, co daje wysokość roboczą 880 mm i dokona stosownej zmiany Załącznika nr 2 dla Części 3 SWZ.

Pytanie 5: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania komorę bez filtra wstępnego , ale ze specjalną membraną filtracyjną zintegrowaną z filtrem HEPA?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza do zaoferowania komory laminarnej „ze specjalną membraną filtracyjną zintegrowaną z filtrem HEPA” z uwagi na fakt, iż jest to zbyt ogólne pojęcie, by Zamawiający mógł jednoznacznie stwierdzić równoważność takiego rozwiązania z zastosowaniem filtra wstępnego klasy H14.

Pytanie 6: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania komorę z blatem ze stali 304, ścianami ze szkła oraz tylną ścianą ze stali malowaną farbą epoksydowa z zabezpieczeniem antybakteryjnym?

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Odp. Zamawiający nie dopuszcza do zaoferowania komory z blatem ze stali 304 ze względu na wyższe ryzyko wystąpienia korozji. Zamawiający dopuszcza do zaoferowania komorę laminarną ze ścianami ze szkła, o ile jest to szkło chroniące przed promieniowaniem UV, a w ścianach bocznych zostaną umieszczone przepusty wg specyfikacji Zamawiającego. Zamawiający nie dopuszcza do zaoferowania komory laminarnej ze ścianą tylną ze stali malowaną farbą epoksydową z zabezpieczeniem antybakteryjnym z uwagi na przeznaczenie komory, jakim jest praca z drobnoustrojami szczególnie niebezpiecznymi, która wymaga częstego mycia i dezynfekcji wszystkich powierzchni komory środkami mogącymi naruszyć ww. powłokę.

Pytanie 7: Co Zamawiający ma na myśli pisząc „szyba... uszczelniana w pozycji opuszczonej”?

Odp. Zamawiający przez „szybę frontową uszczelnioną w pozycji opuszczonej” rozumie brak wymiany powietrza pomiędzy wnętrzem komory laminarnej a jej środowiskiem zewnętrznym w momencie, w którym komora jest zamknięta (szyba frontowa jest opuszczona).

Pytanie 8: Co Zamawiający rozumie specyfikując przepust samouszczelniający pisząc „ścianie bocznej zabezpieczony lokalnym podciśnieniem”?

Odp. Zamawiający przez „przepust samouszczelniający w ścianie bocznej zabezpieczony lokalnym podciśnieniem” rozumie przepust wykonany z materiału i w technologii umożliwiających przeprowadzenie przez niego przewodu w taki sposób, by nie zaburzyć środowiska panującego wewnątrz komory. Przepust musi być umieszczony w ścianie bocznej, w miejscu objętym laminarnym pionowym przepływem powietrza komory celem wytworzenia lokalnego podciśnienia.

Pytanie 9: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania komorę z lampą UV montowaną na tylnej ścianie komory roboczej?

Odp. Zamawiający dopuszcza do zaoferowania komorę laminarną z lampą UV montowaną na tylnej ścianie komory roboczej.

Pytanie 10: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania komorę laminarną bez „Rejestracja zdarzeń w czasie rzeczywistym oraz eksport danych do zewnętrznej pamięci USB”?

Odp. Zamawiający dopuszcza do zaoferowania komorę laminarną bez „Rejestracja zdarzeń w czasie rzeczywistym oraz eksport danych do zewnętrznej pamięci USB”. Punkt ten jest parametrem dodatkowo punktowanym. Nie jest punktem obowiązkowym.

Dotyczy Części 4:

Pytanie 1: W punkcie 9. Zamawiający wymaga UPS podtrzymującego pracę systemu w razie awarii zasilania przez minimum 2 godziny. W standardowej konfiguracji aparatu UPS 1500 Vat, który dostarczamy, jako część konfiguracji, średnio podtrzyma pracę całego aparatu na około 20 minut. UPS o wskazanych przez Zamawiającego wymaganiach znacząco zwiększy koszt całej inwestycji o około 30 %. Czy w związku z tym Zamawiający odstąpi od zapisu dotyczącego konieczności podtrzymania przez UPS pracy przez „min. 2 h”, na rzecz zapisu na „min. 15 minut” ?

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Odp. Zamawiający odstąpi od zapisu dotyczącego konieczności podtrzymania przez UPS pracy przez minimum 2 godziny, na rzecz zapisu pracy przez minimum 15 minut i dokona stosownej zmiany Załącznika nr 2 dla Części 4 SWZ.

Pytanie 2: Zamawiający wymaga zestawu startowego odczynników do przeprowadzenia szkolenia. Czy Zamawiający w trakcie szkolenia będzie chciał wykonać analizę w kierunku identyfikacji czy lekowrażliwości ?

Odp. Zamawiający w trakcie szkolenia będzie chciał wykonać analizę zarówno w kierunku identyfikacji, jak i lekowrażliwości.

Pytanie 3: Zamawiający nie wskazał wymagania, co do ilości miejsc pomiarowych. Czy Zamawiający mógłby doprecyzować, jaką liczbę miejsc pomiarowych w systemie wymaga? Na rynku dostępne są aparaty z 15, 30, 60 miejsc pomiarowych.

Odp. Zamawiający wymaga 15 miejsc pomiarowych w systemie.

Pytania do Umowy (Zał. nr 3):

Pytanie 4: § 6 ust. 5 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „Prawo własności Urządzenia przechodzi na Zamawiającego z chwilą zapłaty ceny”?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację ww. postanowienia umownego i podtrzymuje zapisy Załącznika nr 3 do SWZ.

Pytanie 5: § 6 ust. 8 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „W przypadku stwierdzenia wad nieistotnych Zamawiający wpisze je do protokołu odbioru i w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy obiektywny technologicznie termin na ich usunięcie”?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację ww. postanowienia umownego i podtrzymuje zapisy Załącznika nr 3 do SWZ.

Pytanie 6: § 7 ust. 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „W przypadku ujawnienia się wad w okresie gwarancji, których usunięcie z przyczyn obiektywnych i niezależnych od Wykonawcy nie jest możliwe w terminie wskazanym w ust. 2. Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą wyznacza w formie pisemnej inny termin usunięcia awarii, w szczególności uwzględniający termin potrzebny na dostawę nowych części zamiennych. Zapisy § 9 ust. 1 pkt 3 stosuje się odpowiednio.”?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację ww. postanowienia umownego i podtrzymuje zapisy Załącznika nr 3 do SWZ.

Pytanie 7: § 9 ust. 1 – Wobec powziętych przez Wykonawcę wątpliwości w wykładni niniejszego postanowienia, a w szczególności użytego w nim sformułowania „0,2 % wynagrodzenia netto umowy (...) dotyczącego podstawy naliczania kary umownej w odniesieniu do Wykonawców biorących udział

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

w kilku częściach postępowania, zwracamy się z prośbą o wskazanie czy kara umowna której podstawę stanowi wartość umowy netto dotyczy wyłącznie tej części, której dotyczy dane uchybienie czy też łącznej wartości umowy obejmującej wszystkie części realizowane przez danego Wykonawcę, co zdaniem Wykonawcy jednocześnie prowadziło by do faworyzowania Wykonawców przystępujących/realizujących jak najmniejszą ilość części w ramach przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia?

Odp. W wyniku przeprowadzonego postępowania będą zawarte cztery odrębne umowy dla każdej części. Wobec powyższego kary umowne będą naliczane dla każdej umowy odrębnie.

Pytanie 8: § 9 ust. 1 pkt 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do wysokości 0,1 % wynagrodzenia netto umowy, o którym mowa w §3 ust.1 za każdy dzień zwłoki w dotrzymaniu terminu określonego w §2 ust. 3 poczynając od dnia następnego po upływie terminu, z zastrzeżeniem, że kara naliczona nie może przekraczać 10% wartości netto umowy?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie wysokości kary umownej i podtrzymuje zapisy Załącznika nr 3 do SWZ.

Pytanie 9: § 9 ust. 1 pkt 4 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 500,00 zł brutto za niewykonanie przeglądu o którym mowa w §7 ust 11, w terminie uprzednio uzgodnionym z Zamawiającym?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie wysokości kary umownej i podtrzymuje zapisy Załącznika nr 3 do SWZ.

Zamawiający dokonuje następującej zmiany treści SWZ oraz opublikował ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

1. Zastępuje Załącznik nr 2 dla Części 1 do SWZ Załącznikiem nr 2 dla Części 1 do SWZ-ZMIANA
2. Zastępuje Załącznik nr 2 dla Części 2 do SWZ Załącznikiem nr 2 dla Części 2 do SWZ-ZMIANA
3. Zastępuje Załącznik nr 2 dla Części 3 do SWZ Załącznikiem nr 2 dla Części 3 do SWZ-ZMIANA
4. Zastępuje Załącznik nr 2 dla Części 4 do SWZ Załącznikiem nr 2 dla Części 4 do SWZ-ZMIANA

5. Rozdział XII ust. 3 otrzymuje brzmienie:

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 11.07.2023r. do godz. 10:00

6. Rozdział XIII ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. 11.07.2023 r. o godz. 10:05

7. Rozdział XIV ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Zamawiający wyznacza termin związania ofertą na dzień 09.08.2023 r.

8. Rozdział VIII ust. 2 punkt 1 otrzymuje brzmienie:

w art. 108 ust. 1 Pzp, tj:

a) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

- udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
 - handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
 - o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46-48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054 i 2142) lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 463, 583 i 974),
 - finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
 - o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
 - powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1745),
 - przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,
 - o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
- b) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, współnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;
- c) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
- d) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
- e) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;
- f) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

9. Rozdział VIII ust. 2 punkt 2 otrzymuje brzmienie:

2) w art. 109 ust. 1 pkt 1,4 tj:

a) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

b) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;

Zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi do treści SWZ stanowią jej integralną część i z dniem 03.07.2023r stają się wiążące dla każdego Wykonawcy.

Załączniki:

1. Załącznik nr 2 dla Części 1 do SWZ Załącznikiem nr 2 dla Części 1 do SWZ-ZMIANA
2. Załącznik nr 2 dla Części 2 do SWZ Załącznikiem nr 2 dla Części 2 do SWZ-ZMIANA
3. Załącznik nr 2 dla Części 3 do SWZ Załącznikiem nr 2 dla Części 3 do SWZ-ZMIANA
4. Załącznik nr 2 dla Części 4 do SWZ Załącznikiem nr 2 dla Części 4 do SWZ-ZMIANA

W dniu 03.07.2023r zatwierdził:

Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
z up.

Waldemar Mańkowski
z-ca Dyrektora
ds. ekonomiczno-administracyjnych
WSSE w Łodzi