

Oleśnica, 13.12.2023r

PZS/PN/04/2023

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA DOTYCZY PAKETU 19

**w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego pt: „ Sukcesywna dostawa sprzętu jednorazowego użytku do
Powiatowego Zespołu Szpitali”**

Działając na podstawie art. 254 ppkt 2) w powiązaniu z art. 255 ppkt 6) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) – dalej ustawą, postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą, uniemożliwiającą zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego, w zakresie **pakietu nr 19**.

Uzasadnienie

Zamawiający dokonując powtórzenia czynności badania oraz oceny ofert uznał, że żadna z ofert złożonych w niniejszym postępowaniu nie spełnia oczekiwań Zamawiającego. Zamawiający zbyt mało dokładnie dokonał opisu przedmiotu zamówienia, co spowodowało złożenie ofert na inne produkty niż Zamawiający oczekiwał.

W przypadku oferty nr 33 złożonej przez firmę Bialmed sp. z o.o. ul. Kazimierzowska 46/48/35, 02-546 Warszawa, Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować parametrów i właściwości opisanych produktów, ponieważ w karcie katalogowej przedstawionej przez Wykonawcę nie ma pełnych informacji o materiałach z których produkty są wykonane, natomiast Zamawiający nie zastrzegł w SWZ, że brak informacji o parametrach produktu lub właściwościach produktu będzie traktowany jako niespełnienie wymogów opisanych w formularzach asortymentowo- cenowych. Ponadto jakość proponowanych produktów, budzi wiele wątpliwości Zamawiającego w zakresie np. natychmiastowo ścieralnej skali w strzykawkach tuż po wyjęciu z opakowania, co uniemożliwia podanie właściwej dawki leku pacjentowi.

Oferta nr 26 złożona przez firmę Skamex S.A. ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź, po zbadaniu przedmiotowych środków dowodowych budzi wątpliwości co do zgodności oferowanych strzykawek z opisem Zamawiającego. Oferowane strzykawki mają mieć tłoki w kontrastowym kolorze.

W związku z powyższym Zamawiający unieważnia postępowanie w zakresie pakietu 19.

W kolejnym postępowaniu dokona bardziej szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, by nie budzić wątpliwości Wykonawców co do jakości produktów, kolorystyki oraz szczegółowo opisać w SWZ każdy etap badania oraz oceniania ofert.

Zatwierdziła:

Dyrektor

Powiatowego Zespołu Szpitali
Agnieszka Cholewińska

