



Poznań, dnia 09.03.2021r.

Dz. Z. P. 02/ 21

**Uczestnicy postępowania
prowadzonego w trybie podstawowym o wartości zamówienia poniżej progu unijnego
na dostawę odczynników chemicznych.**

WYJAŚNIENIE NR 1 TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W związku z otrzymanymi zapytaniami dotyczącymi treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający na podstawie art. 135 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019r - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U z 2019r poz. 2019 ze zm.) poniżej zamieszcza treść zapytań wraz z odpowiedziami.

Zał. nr 1, Pakiet:

PRACOWNIA DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

Odczynniki do mikroskopii

Poz 1.

Zestaw do szybkiego barwienia rozmazów krwi - spełniający kryteria dla normy CE/IVD- 1 op./3x500 ml/

Czy zamawiający wymaga odczynników barwiących w zestawie o następującej charakterystyce spektralnej:

Roztwór barwnika nr 1:

☑ max: 518 – 519 nm

Abs max: 1,300 – 1360

Roztwór barwnika nr 2

☑ max: zakres 650 – 652 nm

Abs max: zakres 0,906 – 0,980

Odp: Zamawiający dopuszcza odczynniki barwiące w zestawie o podanej charakterystyce spektralnej.



Dział Zamówień Publicznych
tel. 61 841 95 15
e-mail: aszczeblovska@gpsk.ump.edu.pl

