

Dębno, dnia 05.08.2020 r.

Nasz znak: 13/zp/2020

Odpowiedź nr 6

**Na zapytanie do siwz dotyczące postępowania o zamówienie publiczne pn.
„Dostawa leków dla Szpitala w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. - II”
ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 569458-N-2020
z dnia 2020-08-03**

W dniu 05.08.2020 r. do siedziby Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące ww. postępowania o następującej treści:

Czy Zamawiający w zadaniu 11 poz. 8 (Sevofluranum 20 op.) w celu zachowania bezpieczeństwa i ciągłości pracy na bloku operacyjnym wymaga Sewofluranu w butelkach z fabrycznie zamontowanym systemem napełniania, bez elementów łączących butelkę z parownikiem (bez złączek, adapterów, kluczy itp.), które zapewniają bezpieczeństwo przez rozlanie anestetyku wziewnego i skażeniem sali operacyjnej, a które pasują do parowników z wlewem quick fill będących aktualnie na wyposażeniu bloku operacyjnego?

Odpowiedzi Zamawiającego:

Ad 1. Pakiet 11 poz. 8 - tak

PREZES ZARZĄDU

Iwona Andrzejczyk-Szawerdo

Otrzymują:

1. Wykonawca
2. Strona https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_debno → Dostawa leków dla Szpitala w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. - II

Agnieszka Jaworska


technik farmaceutyczny