



## **Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie**

Kraków, dnia 04 lutego 2021r.

### **MODYFIKACJA TREŚCI SWZ II** **DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak ZP-02/21**

Szanowni Państwo,

Stosując się do dyspozycji przepisu art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 r., poz. 2019, z późn. zm.) zwanej dalej „ustawa”, Zamawiający – Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie zawiadamia, że w prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na **dostawę dwóch analizatorów do oznaczania przeciwciał anty-SARS-CoV-2 wraz z niezbędnymi odczynnikami i materiałami zużywalnymi**. (znak sprawy j. w.), modyfikuje treści SWZ poprzez zmianę udzielonych wyjaśnień w następującym zakresie:

#### **Pytanie nr 43:**

Prosimy o wyrażenie zgody, aby informacja o operatorze wykonującym badania mogła być wpisywana bezpośrednio do systemu LIS, a informacja o numerze serii odczynnika zapisywana była w pamięci analizatora z możliwością zgrywania tej informacji na nośniki zewnętrzne.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie analizatora z możliwością zgrywania informacji o numerze serii odczynnika na nośniki zewnętrzne.**

Niniejsza modyfikacja stanowi integralną treść specyfikacji warunków zamówienia. Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia zmian w treści złożonych ofert. W przypadku zaoferowania przedmiotu zamówienia o parametrach dopuszczonych przez Zamawiającego, Wykonawcy zobowiązani są do wskazania dopuszczonego parametru z dopiskiem „zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr .... z dnia 04.02.2021r.”

*Dyrektor Regionalnego Centrum  
Krwiodawstwa  
i Krwiolecznictwa w Krakowie*

*Łukasz Guliński*