



**„Pro-Medica” w Elku Sp. z o.o.**  
19-300 Elk, ul. Baranki 24,  
tel. 87 620-95-71 wew. 51 - Automatyczna Centrala  
tel. 87 621-96-20 - Sekretariat, Zarząd Spółki

Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych  
tel. 87 620-95-93  
tel. 87 620-95-76  
tel. 87 620-96-26

e-mail: [zaopatrzenie-pm@elk.com.pl](mailto:zaopatrzenie-pm@elk.com.pl)  
e-mail: [przetargi@promedica.elk.pl](mailto:przetargi@promedica.elk.pl)  
[www.promedica.elk.com.pl](http://www.promedica.elk.com.pl)

## Odpowiedź na Zapytanie 22

### Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/ 3121 /2022

Data: 28.07.2022r.

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku na potrzeby „Pro-Medica” w Elku Sp. z o. o. ” Znak: 2062/2022**

Na podstawie art. 135 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

**PYTANIE nr 1 – dotyczy Pakietu 1 Poz. 1-8 - Załącznika nr 4 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy**  
Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 poz. 1- 8 dopuści kaniule z 3 szerokimi wtopionymi paskami RTG?  
**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**PYTANIE nr 2 – dotyczy Pakietu 1 Poz. 3 - Załącznika nr 4 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy**  
Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 poz. 3 dopuści kaniule w rozmiarze 20G 1,0x32 mm?  
**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**PYTANIE nr 3 – dotyczy Pakietu 1 Poz. 8 - Załącznika nr 4 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy**  
Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 poz. 8 dopuści: Kaniula do długotrwałych wlewań dożylnych bez portu w rozmiarze 24 G 0,7 x 19 mm, 29 ml/min?  
**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia w ofercie treści udzielonych odpowiedzi i dokonanych zmian, stanowią one bowiem integralną część SWZ.**

**Z poważaniem**

