



**109 Szpital Wojskowy z Przychodnią**  
**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej**  
**w Szczecinie**



ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Szczecin, dnia 03.04.2023 r.

Znak sprawy Nr RPoZP 9/2023

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów szewnych, siatek chirurgicznych, staplerów oraz klipsownic do 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie

**Pytania i odpowiedzi do SWZ nr 1**

**1. Dot. Zadania nr 1**

Czy Zamawiający dopuści nici bez środka antybakteryjnego, pozostałe parametry bez zmian?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza wyżej wymienionego rozwiązania.**

**2. Dot. Zadania nr 1, 2**

Czy Zamawiający wszędzie tam gdzie wymaga długość nici 70 cm dopuści również długość 75 cm?

**Odp. Zamawiający dopuszcza wyżej wymienione rozwiązanie.**

**3. Dot. Zadania nr 1, poz. 33, 34**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty z pominięciem pozycji 33 i 34?

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wyżej wymienione rozwiązanie.**

**4. Dot. Zadania nr 2, poz. 1, 3-4, 6, 8-12, 14-15**

Czy Zamawiający dopuści nici monofilamentowe, niepowlekane, wchłaniające, wykonane z polidoksanonu, o okresie wchłaniania 180-210 dni i profilu podtrzymywania tkankowego po 14 dniach 75%, po 28 dniach 65-70%, po 43 dniach 55-60%, po 57 dniach 40%?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza wyżej wymienionego rozwiązania.**

**5. Dot. Zadania nr 2, poz. 2, 5, 7, 13**

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje do osobnego zadania lub dopuści nici plecione, powlekane, wykonane z poliglaktyny 910, o czasie wchłaniania 42 dni i profilu podtrzymywania tkankowego po 5 dniach 50%, po 10-14 dniach 0%?

**Odp. Zamawiający nie wydziela wyżej wymienionych pozycji do osobnego zadania oraz nie dopuszcza wyżej wymienionego rozwiązania.**

**6. Dot. Zadania nr 4, poz. 15, 16**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty z pominięciem pozycji 15 i 16?

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wyżej wymienione rozwiązanie.**

**7. Dot. Zadania nr 5**

Czy Zamawiający dopuści materiał szewny polipropylenowy bez dodatku polietylenowego pakowane na prosto celem wyeliminowania efektu pamięci opakowania?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza wyżej wymienionego rozwiązania.**

Z upoważnienia

KOMENDANTA

109. SZPITALA WOJSKOWEGO Z PRZYCHODNIĄ  
SPZOZ w Szczecinie

ppłk mgr farm. Jacek SYPKO  
Zastępca Komendanta