



SZPITAL SPECJALISTYCZNY

w PILE

im. Stanisława Staszica

64-920 Piła, ul. Rydygiera Ludwika 1

Sekretariat 67 210 62 05
Centrala 67 210 66 66
Fax 67 212 40 85
e-mail: kancelaria@szpital.pila.pl
www.szpitalpila.pl



Piła, dn. 01.02.2024 roku

FZP.III-241/08/24

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „**BARWIARKA DO ZAKŁADU PATOMORFOLOGII**”

Działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1605 ze zm.) - dalej ustawa Pzp, Szpital Specjalistyczny w Pile informuje, że dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej.

1. Dane o ofertach:

liczba złożonych ofert:	1
liczba ofert odrzuconych lub zwróconych bez rozpatrywania:	0
liczba ofert wykluczonych:	0

2. Kryteria oceny:

Lp.	OPIS KRYTERIUM OCENY	ZNACZENIE (%)
1.	CENA BRUTTO	60%
2.	GWARANCJA	20%
3.	PARAMETRY TECHNICZNE	20%

3. Najkorzystniejszą ofertę wybrano na podstawie art. 239 ust. 1 ustawy Pzp:

NAZWA I ADRES WYKONAWCY	CENA BRUTTO
ELEKTRO MED Grzegorz Pałkowski ul. Zabierzowska 11, 32-005 Niepołomice	142 344,00 zł

Oferta spełniła wszystkie wymagania Specyfikacji Warunków Zamówienia.

4. Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

NAZWA I ADRES WYKONAWCY	CENA BRUTTO	GWARANCJA	PARAMETRY TECHNICZNE	PUNKTACJA RAZEM
ELEKTRO MED Grzegorz Pałkowski ul. Zabierzowska 11, 32-005 Niepołomice 142 344,00 zł	142 344,00 zł (60,00 pkt)	24 m-ce (0,0 pkt)	20,00 pkt	60,00 + 0,00 + 20,00 = 80,00

PARAMETRY TECHNICZNE

Urządzenie posiadające minimum 40 stacji, na które składają się: stacje odczynnikowe, stacje z wodą bieżącą do płukania, stacje załadownicze, stacje wyładownicze oraz stacje grzewcze	Powyżej 40 stacji – 5 pkt
Menu w języku polskim	Tak – 5 pkt
Urządzenie wyposażone w stacje płuczące bieżącą wodą	Od 6 – 5 pkt
Urządzenie wyposażone w stację grzewczą	Od 5 stacji – 5 pkt

5. Informacja o terminie zawarcia umowy.

Umowy zostaną zawarte zgodnie z art. 308 ust. 3 pkt 1 ppkt a) ustawy Pzp – w terminie jednego dnia od momentu opublikowania niniejszej informacji.