



SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W LĘBORKU

e-mail: sekretariat@szpital-lebork.com.pl, www.szpital-lebork.com.pl

84-300 LĘBORK, UL. JULIANA WĘGRZYNOWICZA 13, TEL. 59 86 35 202, FAX 59 86 33 173, DYREKCJA TEL. 59 8635 325



Lębork, 11.04.2022 r.

ZP.261.15.2022

Identyfikator postępowania:

ocds-148610-93866c80-b4c5-11ec-9f44-6e63702cb2f7

dotyczy: postępowaniu prowadzonego w trybie podstawowym na **dostawę szwów chirurgicznych**.
Znak sprawy ZP-TP/15/22

I. Działając w oparciu o art. 284 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

1. Czy Zamawiający w zad. 16, poz.1, w miejsce pierwotnych zapisów, wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta, zgodnie z opisem: Zszywacz do skóry umożliwiający szybkie zamknięcie rany po wszystkich zabiegach chirurgicznych. Zapewniający solidne, trwałe i bezpieczne wykonanie procedury zamykania rany. Ergonomia i kąt wygięcia instrumentu gwarantują precyzyjną widoczność i możliwość wykonania zespolenia staplerowego skóry o różnej grubości. Narzędzie wyposażone w ładunek załadowany 35 sztukami zszywek pokrytych teflonem. Parametry zszywki: grubość 0.63mm, długość zszywki 6.5mm i wysokość zszywki 4,7mm?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

2. Czy Zamawiający w zad. 16, poz.2, w miejsce pierwotnych zapisów, wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta, zgodnie z opisem: Przyrząd do usuwania zszywek, jednorazowego użytku, uchwyt wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, część robocza wykonana ze stali chirurgicznej, ilość w opakowaniu: 12 szt.?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

3. Prosimy Zamawiającego o sprawdzenie, czy nie doszło do pomyłki w opisie w części Użyczenia dla zad. 16. Wymagane urządzenie do skręcania drutu plastycznego nie koreluje w żaden sposób z pozostałymi produktami z zad. 16.

Odp. Nie doszło do pomyłki.

4. **Pakiet 17:** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania siatki, na których pracują w większości szpitale z woj. pomorskiego:

Poz. 1. Siatka polipropylenowa, niewchłaniająca z barwnymi pasami wzmacniającymi siatkę, o gramaturze 60 g/m², wielkości porów 3,3 mm² (po przeliczeniu na jednostki wymagane przez

Zamawiającego jest tym samym rozmiarem) grubości nieznacznie różniącej się od opisanej tj. 0,65 mm ($\pm 0,05$ mm) oraz o grubości nici w splocie siatki nieznacznie różniącej się od wymaganej tj. 0,16 mm nić biała i 0,16 mm nić barwiona. Rozmiar 10cm x 16cm .

Poz. 2.Siatka polipropylenowa, niewchłaniałna z barwnymi pasami wzmacniającymi siatkę, o gramaturze 60 g/m², wielkości porów 3,3 mm² (po przeliczeniu na jednostki wymagane przez Zamawiającego jest tym samym rozmiarem) grubości nieznacznie różniącej się od opisanej tj. 0,65 mm ($\pm 0,05$ mm) mm oraz o grubości nici w splocie siatki nieznacznie różniącej się od wymaganej tj. 0,16 mm nić biała i 0,16 mm nić barwiona. Rozmiar 5cm x 10cm

Poz. 3.Siatka polipropylenowa, niewchłaniałna z barwnymi pasami wzmacniającymi siatkę ,o gramaturze 60 g/m², wielkości porów 3,3 mm² (po przeliczeniu na jednostki wymagane przez Zamawiającego jest tym samym rozmiarem) grubości nieznacznie różniącej się od opisanej tj. 0,65 mm ($\pm 0,05$ mm) oraz o grubości nici w splocie siatki nieznacznie różniącej się od wymaganej tj. 0,16 mm nić biała i 0,16 mm nić barwiona. Rozmiar 15cm x 15cm

Poz. 4.Siatka polipropylenowa, niewchłaniałna z barwnymi pasami wzmacniającymi siatkę, o gramaturze 60 g/m², wielkości porów 3,3 mm² (po przeliczeniu na jednostki wymagane przez Zamawiającego jest tym samym rozmiarem) grubości nieznacznie różniącej się od opisanej tj. 0,65 mm ($\pm 0,05$ mm) oraz o grubości nici w splocie siatki nieznacznie różniącej się od wymaganej tj. 0,16 mm nić biała i 0,16 mm nić barwiona. Rozmiar 30cm x 30cm

Poz. 5.Siatka polipropylenowa, niewchłaniałna z barwnymi pasami wzmacniającymi siatkę, o gramaturze 60 g/m², wielkości porów 3,3 mm² (po przeliczeniu na jednostki wymagane przez Zamawiającego jest tym samym rozmiarem) grubości nieznacznie różniącej się od opisanej tj. 0,65 mm ($\pm 0,05$ mm) oraz o grubości nici w splocie siatki nieznacznie różniącej się od wymaganej tj. 0,16 mm nić biała i 0,16 mm nić barwiona. Rozmiar 20cm x 25cm

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

5. Czy Zamawiający zgodzi się aby za termin uregulowania zapłaty uważano dzień, w którym należność wpłynie na konto Wykonawcy?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

W razie zaoferowania przedmiotu zamówienia o parametrach innych niż pierwotnie wyspecyfikowane w dokumentach zamówienia, a dopuszczonego przez Zamawiającego w wyniku wyjaśnień lub modyfikacji treści SWZ, Wykonawca zobowiązany jest do samodzielnego naniesienia dokonanych zmian w treści Załącznika nr 2 do SWZ oraz zaznaczenia źródła tej zmiany (data odpowiedzi lub modyfikacji i nr pytania).