



Poznań, 29.12.2023r.

Oznaczenie sprawy: TP-05/24

**Uczestnicy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na
ostawę odczynników i zestawów do Pracowni Andrologii (7 części).**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W związku z otrzymanymi zapytaniami dotyczącymi treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019r - Prawo zamówień publicznych poniżej zamieszcza treść zapytań wraz z odpowiedziami:

Zestaw nr 1

Pytanie nr 1

Czy zamawiający dopuści w części nr 2 pozycji nr 1 - Zestaw do oceny fragmentacji DNA plemników w opakowaniu zawierającym 40 testów, w całkowitej ilości 10 opakowań (zamiast 20), wystarczających na przeprowadzenie takiej samej ilości badań diagnostycznych (łącznie na 400 pacjentów) oraz spełniające wszystkie pozostałe wymogi zamawiającego?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2

Czy zamawiający dopuści w części nr 2 pozycji nr 1 - Zestaw do oceny fragmentacji DNA plemników oraz nr 3 pozycji nr 1 – Zestawy do oznaczania reaktywnych form tlenu w nasieniu, produkty z datą ważności nie krótszą niż 6 miesięcy w dniu dostawy? Nasza prośba podyktowana jest krótkim terminem ważności odczynników oferowanych przez producenta.

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Zestaw nr 2

Pytanie nr 1 dot. załącznika nr 4 projekt umowy, § 2, punkt 3 dla pakietu 5:

Ze względu na specyfikację produktu prosimy o odstąpienie od zapisu:

Dostawy w trybie awaryjnym będą realizowane w terminie do 2 dni (roboczych)

Ze względów logistycznych obejmujących transport w temperaturze 2-8 °C i aby zagwarantować zachowanie odpowiednich warunków przechowywania odczynników, termin ten nie może być zachowany (np. dla zamówień złożonych w czwartek).

Odp.: Nie, Zamawiający nie zmienia zapisów umowy.

Podpis Zamawiającego

