



# Politechnika Warszawska

Wydział Inżynierii Lądowej

Warszawa, dnia 13 grudnia 2023 r.

Szanowni  
uczestnicy postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego

## Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące Opisu przedmiotu zamówienia

**Dotyczy: Dostawa dygestorium chemicznego przeznaczonego do prac laboratoryjnych z substancjami chemicznymi (za wyjątkiem substancji groźących wybuchem) wraz z montażem i podłączeniem do istniejącej instalacji: ZO/1/12/2023/WIL**

Zamawiający: Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Lądowej, al. Armii Ludowej 16, 00-637 Warszawa, informuje, że w dniu 12 grudnia 2023 r. wpłynęły następujące pytania dotyczące Opisu przedmiotu zamówienia.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

### **Pytanie nr 1:**

Czy Zamawiający dopuści wykonanie dygestorium opisanego w załączonym pliku DTR (Dokumentacja Techniczno-Ruchowa)?

### **Nasza odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza dygestorium wykonane z profili aluminiowych (zamiast stalowych) oraz ściany boczne nieprzeszkłone.



## **Politechnika Warszawska**

Wydział Inżynierii Lądowej

W pozostałych punktach DTR Zamawiający podtrzymuje wymogi zawarte w Opisie przedmiotu zamówienia.

### **Pytanie nr 2:**

Czy Zamawiający dopuści oświadczenie producenta potwierdzające spełnianie norm odnośnie wymaganego certyfikatu PN-EN 14175-1, posiadając jednocześnie certyfikat PN-EN 14175-3?

### **Nasza odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza złożenia oświadczenia producenta potwierdzającego spełnianie norm odnośnie wymaganego certyfikatu PN-EN 14175-1, posiadając jednocześnie certyfikat PN-EN 14175-3. Zamawiający podtrzymuje wymogi zawarte w Opisie przedmiotu zamówienia.

**Zamawiający informuje, że w związku z udzielonymi odpowiedziami termin składania ofert nie ulega zmianie.**

**Prodziekan ds. Ogólnych i Nauki  
Wydziału Inżynierii Lądowej  
prof. dr hab. inż. Artur Zbiciak**