



Znak: AE/ZP-27-87/23

Tarnów, 2023-11-13

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości nie przekraczającej progów unijnych (poniżej 215.000 EURO) na dzierżawę glukometrów wraz z dostawami kompatybilnych testów paskowych do pomiaru stężenia glukozy w krwi.

W związku z zapytaniami Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 1 pkt 3 Załącznika Nr 4.1 do SWZ.** Czy z uwagi na fakt, że glukometr nie jest urządzeniem przeznaczonym do oceny glikemii pośmiertnie, a stężenie glukozy spadające poniżej 50 mg/dl już stanowi zagrożenie zdrowia i życia, natomiast poziom 10mg/dl nie występuje w ogóle, oraz uwzględniając, że żaden glukometr nie jest w stanie określić czy rzeczywiste stężenie glukozy we krwi wynosi 10 mg/dl czy 20 mg/dl - różnica między tymi wartościami jest bowiem mniejsza od błędu pomiarowego glukometru (zgodnie z normą EN ISO 15197:2015 dopuszczalny błąd pomiarowy glukometru wynosi +/-15%) – Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1 paski testowe z zakresem pomiarowym 20-600mg/dl?
2. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 2.** Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane w Pakiecie nr 1_paski testowe były wyrobem refundowanym przez MZ w dniu złożenia oferty? Brak refundacji oznacza brak konieczności utrzymywania dostępności pasków dla pacjentów i możliwość wycofania pasków z rynku w dowolnej chwili.
3. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 2.** Czy Zamawiający wymaga aby na opakowaniu i w instrukcji pasków testowych zaoferowanych w Pakiecie nr 1 znajdowała się identyczna informacja dotycząca dopuszczalnego zakresu temperatur przechowywania pasków testowych, określając niezależnie od miejsca przechowywania pasków pełen zakres temperatur przechowywania, a nie tylko ich górną granicę?
4. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 2.** Czy Zamawiający wymaga aby Pakiecie nr 1 okres przydatności do użycia pasków testowych po pierwszym otwarciu fiolki nie zależał od rodzaju placówki, w której paski są potem przechowywane?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w pkt 3 Załącznika Nr 4.1 do SWZ dla przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie Nr 1.**

Ad. 2-4 Zamawiający wymaga zaoferowania w **Pakiecie Nr 1 poz. 2** pasków testowych spełniających wymagania SWZ, w tym również dotyczących okresu ważności.

Otrzymują:
Platforma Zamawiającego
a/a

Zastępca Dyrektora
mgr Beata Nosyk



