



Dział Zamówień Publicznych

Grodzisk Mazowiecki; 05.08.2022 r.

SPS – V. 262.52.2022

Dotyczy: dostawa analizatora badań krytycznych dla Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim

Numer postępowania: 457/art. 6a/22

Pytanie 1. Czy zamawiający wyraz zgodę na zmianę § 2, pkt 1 umowy z: Dostawca zobowiązany jest do wydania i dostarczenia analizatora badań krytycznych w terminie 14 dni roboczych od dnia zawarcia niniejszej umowy na: Dostawca zobowiązany jest do wydania i dostarczenia analizatora badań krytycznych w terminie 21 dni roboczych od dnia zawarcia niniejszej umowy.?

Odpowiedź Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu.

Pytanie 2. Czy zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie z formularza oferty pkt 1. E: Zakładany przez producenta termin eksploatacji urządzenialat.”

Producent nie podaje dokładnego terminu eksploatacji urządzenia.

Odpowiedź Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 3. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę § 2, pkt 2 w umowie z: Dostawca ponosi pełną odpowiedzialność za transport do miejsca dostawy, jego załadunek i rozładunek a także konfigurację systemu oraz przeszkolenie personelu merytorycznego i technicznego Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim. Na: Dostawca ponosi pełną odpowiedzialność za załadunek i transport do miejsca dostawy (dostawa firmą kurierską) do Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim.

Odpowiedź Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 4. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę § 3, pkt 3 w umowie Z: Do czasu podpisania protokołu odbioru za dostarczony asortyment odpowiedzialność ponosi Dostawca.

Na: Dostawca jest odpowiedzialny za dostarczony sprzęt do momentu dostarczenia i przekazania przesyłki przez firmę kurierską Zamawiającemu. Zamawiający zobowiązuje się do sprawdzenia, rozpakowania dostarczonego asortymentu w obecności kuriera i podpisaniu przy nim protokołu odbioru lub ewentualnie protokołu szkody.

Odpowiedź Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 5. Czy zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie do § 5 W przypadku uszkodzeń mechanicznych reklamacja nie będzie uznana.

Odpowiedź Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 6. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę lub usunięcie § 5 pkt 5, oraz usunięcie § 5 pkt 6,7 Z: W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad utajionych konstrukcyjnych lub jakościowych w okresie obowiązywania gwarancji, o wykryciu wady Zamawiający powiadomi na piśmie Dostawcę w terminie 14 dni od daty jej ujawnienia. Na: W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad utajionych konstrukcyjnych lub jakościowych Zamawiający powiadomi na piśmie Dostawcę do 7 dni (od momentu podpisania protokołu odbioru zamówienia)

Odpowiedź Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 7. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w umowie dotyczący § 8 pkt 1.2):

Z: Dostawca dopuszcza się zwłoki w realizacji przedmiotu umowy trwającej dłużej niż 7 dni roboczych;

Na: Dostawca dopuszcza się zwłoki w realizacji przedmiotu umowy trwającej dłużej niż 14dni roboczych;

Odpowiedź Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 8. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w umowie dotyczący § 8 pkt 1.3):

Z: Dostawca nie dostarczy przedmiotu umowy w terminie do 14 dni roboczych od daty podpisania

umowy

Na: Dostawca nie dostarczy przedmiotu umowy w terminie do 21 dni roboczych od daty podpisania

umowy.

Odpowiedź Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 9. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w Wykazie oferowanych okresów gwarancji, warunki gwarancji oraz szkolenie personelu obsługującego analizator badań krytycznych w okresie obowiązywania umowy.

Pkt 1 z:

Termin rozpoczęcia użytkowania analizatora badań krytycznych w którym Dostawca zapewni w ramach pełnej gwarancji (bezpłatna wymiana uszkodzonych części zamiennych, dojazd/przejazdy serwisanta, pokrywa koszty robocizny, przeglądy itp.)

Na: Termin rozpoczęcia użytkowania analizatora badań krytycznych w którym Dostawca zapewni w ramach gwarancji: bezpłatna wymiana uszkodzonych części zamiennych (nie dotyczy w przypadku uszkodzeń mechanicznych), pokrywa koszty: robocizny, transportu firmą kurierską i jeden przegląd)

Odpowiedź Zamawiający nie wyraża zgody.

Pkt 3 Z:

Czas reakcji „przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa”) ≤ 48 godziny

Na: Czas reakcji „przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa”) ≤ 72godziny (dni robocze)

Odpowiedź Zamawiający nie wyraża zgody.

Pkt 5 Z:

Gwarantowany czas przystąpienia do naprawy max. 48 godz.

Na: Gwarantowany czas przystąpienia do naprawy max.72 godz. (dni robocze)

Odpowiedź Zamawiający nie wyraża zgody.

Pkt 6 Z:

Naprawa urządzenia niewymagająca sprowadzenia części zamiennych max. 3 dni robocze (w przypadku naprawy trwającej więcej niż 24 godz. Wykonawca zapewnia na własny koszt urządzenie zamienne/zastępcze o parametrach jak dla urządzenia w naprawie).

Na: Naprawa urządzenia niewymagająca sprowadzenia części zamiennych około 7 dni roboczych.

Odpowiedź Zamawiający nie wyraża zgody.

Pkt. 7 Z: Naprawa urządzenia wymagająca sprowadzenia części zamiennych max. 5 dni robocze (w przypadku naprawy trwającej więcej niż 24 godz. Wykonawca zapewnia na własny koszt urządzenie zamienne/zastępcze o parametrach jak dla urządzenia w naprawie).

Na: Naprawa urządzenia wymagająca sprowadzenia części zamiennych max. 14 dni robocze.

Odpowiedź Zamawiający nie wyraża zgody.

Pkt. 8 Z: Naprawy i konserwacja analizatorów w okresie gwarancji odbywać się będzie w miejscu jego eksploatacji. Jeżeli zaistnieje konieczność naprawy poza siedzibą Zamawiającego, Dostawca odbierze uszkodzony analizator/element i dostarczy analizator zamienny o parametrach nie gorszych od zabieranego. Naprawiony analizator Dostawca dostarczy do Zamawiającego po zakończonej naprawie na własny koszt i ryzyko.

Na: W przypadku naprawy analizatorów w okresie gwarancji Zamawiający zobowiązuje się do bezpiecznego i odpowiedniego spakowania sprzętu medycznego, tak aby sprzęt mógł być wysłany firmą kurierską do Dostawcy. Jeśli na czas naprawy Dostawa będzie posiadać na stanie analizator zastępczy to zobowiązuje się do udostępnienia analizatora zamiennego o parametrach nie gorszych od zabranego. Naprawiony analizator Dostawca dostarczy do Zamawiającego po zakończonej naprawie na własny koszt i ryzyko.

Odpowiedź Zamawiający nie wyraża zgody.

Pkt 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rezygnacja ze szkolenia pracowników (całkowite usunięcie pkt 10) Wykonawca nie przewiduje szkoleń.

Odpowiedź Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 10. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na samodzielną instalację i uruchomienie przedmiotu postępowania, bez konieczności przeszkolenia personelu merytorycznego i technicznego Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim? Aparat jest urządzeniem nieskomplikowanym. W przypadku problemów technicznych Wykonawca proponuje wsparcie telefoniczne.

Odpowiedź Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 11. Czy zamawiający wyrazi zgodę, aby analizator do badań krytycznych był wyprodukowany w 2021r?

Odpowiedź Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 12. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w umowie § 6,

Pkt 1. z. Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku do terminu dostawy określonego w § 2 ust. 1.

Na: Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku do terminu dostawy określonego w § 2 ust. 1.

Odpowiedź Zamawiający nie wyraża zgody.

pkt 2 z: Dostawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego lub Dostawcę od umowy lub jej rozwiązania, z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Dostawca - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1.

Na; Dostawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego lub Dostawcę od umowy lub jej rozwiązania, z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Dostawca - w wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1.

Odpowiedź Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 13. Czy ofertę wraz z wymaganymi dokumentami można podpisać tylko elektronicznie, czy dokumenty można podpisać również podpisem osobistym, standardowym przez osoby upoważnione?

W opisie sposobu przygotowania oferty w pkt VIII.3 zostało wymienione że tylko podpisem elektronicznym, a w informacjach o wymaganych dokumentach w pkt V 2.1 zostały wymienione możliwości elektroniczne oraz możliwość podpisem osobistym przez osoby upoważnione.

Odpowiedź Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy podpisać elektronicznie kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione i złożyć na platformie zakupowej <https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalzachodni>.

Treść wyjaśnień jest obowiązująca i musi być uwzględniona przez Wykonawców przy sporządzaniu oferty.