



# WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

51-124 Wrocław, ul. H. Kamieńskiego 73a  
telefony: centrala 71 32 70 100, fax 71 32 54 101  
[www.wssk.wroc.pl](http://www.wssk.wroc.pl)

Szp/FZ - 68/ 6 /2018

Wrocław, dnia 10.01.2019 r.

## INFORMACJA NR 5 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73 a zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 zm.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: „*Usługa utrzymania czystości, dezynfekcji oraz transportu wewnętrznego*”

### Dotyczy załącznika nr 7 do SIWZ Rozdział III - Wykaz środków

Pytanie nr 1

Poz. 3- Czy Zamawiający wymaga preparatu w żelu o spektrum B, Tbc, F V (Polio, Noro, Adeno) w krótkim czasie do 30 sekund?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza preparat w żelu o wskazanym w zapytaniu spektrum działania.**

Pytanie nr 2

Poz. 10- Czy Zamawiający dopuści do oceny na zasadzie oferty równoważnej chusteczki w specjalnie zaprojektowanym systemie dozującym do stosowania na sucho i mokro, do wszystkich zmywalnych powierzchni (zarówno powierzchni wrażliwych jak i niewrażliwych), tj. zwój chusteczek (dostępne w dwóch rozmiarach) oraz pojemniki wyposażone w system dozujący o pojemności dostosowanej do wielkości zwoju; nasączone środkami do dezynfekcji powierzchni o potwierdzonej kompatybilności; gotowe do użycia przez okres 28 dni, o spektrum działania w zależności od użytego środka dezynfekcyjnego, o wymiarach 16cm x 39 cm (zwój 150szt. chusteczek) i 18cm x 39cm (zwój 256 szt. chusteczek), typu Medilab System Dry&Wet Wipes?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza chusteczki wyspecyfikowane w zapytaniu.**

Pytanie nr 3

Poz. 11- Czy Zamawiający dopuści do oceny na zasadzie oferty równoważnej preparat oparty o substancję równoważną- czwartorzędowe związki amoniowe (preparat typu Surfanios Lemon Fresh MD lub Surfanios Premium)?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie określonym zapytaniem.**

Pytanie nr 4

Poz. 11- Wnosimy o usunięcie wymogu żądania pozytywnej opinii klinicznej Instytutu Matki i Dziecka. Żądanie takie jest sprzeczne z podstawowymi zasadami Prawa Zamówień Publicznych, z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. Instytut Matki i Dziecka w zakresie środków dezynfekcyjnych nie przeprowadza badań klinicznych - jedynie ocenia min. przydatność i sposób działania oferowanych preparatów – jest to więc opinia użytkowa. W świetle obowiązujących w naszym kraju przepisów nie ma obligatoryjnego obowiązku posiadania przez producentów w/w opinii. W związku z powyższym prosimy o pozytywne ustosunkowanie się do naszego wniosku. W razie odpowiedzi negatywnej prosimy o prawne i merytoryczne uzasadnienie.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza złożenie oświadczenia dot. pozytywnej opinii klinicznej Instytutu Matki i Dziecka**

Pytanie nr 5

Poz. 20- Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat-płynny koncentrat, przeznaczony do mycia i dezynfekcji wszystkich rodzajów powierzchni, wyrobów medycznych i wyposażenia w środowisku szpitalnym, zawierający w składzie N-(3-aminopropyl)-N-dodecylopropano-1,3-diamina, chlorek didecyloдимetyloamonowy oraz substancje

pomocnicze; o spektrum działania: -bakteriobójcze: 0,25% – 5 min. (EN 1040, EN 13727, EN 1276), 0,5% – 15 min (EN 13697) oraz dodatkowe działanie w 0,25% – 15 min przeciwko: MRSA, Acinetobacter baumannii ESBL, Enterobacter aerogenes ESBL, Enterobacter cloacae ESBL, Enterococcus faecium VRE, Escherichia coli ESBL, Klebsiella pneumoniae ESBL, Listeria monocytogenes 4b, Salmonella enteritidis- prątkobójcze: 0,25% – 60 min., 0,5% – 30 min (EN 14348, EN 14563)- drożdżakobójcze: 0,25% – 15 min. (EN 1275, EN 13624, EN 1650 ), 0,5% – 15 min. (EN 13697) oraz grzybobójcze: 0,25% – 30 min, 1% – 15 min- wirusobójcze: 0,25% – 5 min – aktywny wobec: HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Rota, Herpes (EN 14476) oraz w 0,25% – 15 min. wobec Corona (EN 14476)? Preparat spełnia wszystkie pozostałe wymagania SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie określonym zapytaniem.**

#### **Rozdział IV - Minimalne wymagania sprzętowe**

##### **Dot. poz. 6- mobilne urządzenia do dekontaminacji metodą zamglawiania pomieszczeń**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje urządzenia wytwarzającego mgłę mikrozołową do dezynfekcji powierzchni (aparatury, sprzętu, wyposażenia) metodą zamglawiania zgodnego z normą NF 72- 281 (2014), gwarantującą skuteczność procesu bójczego,; urządzenia w którym ocena pracy uzyskiwana jest poprzez poziom zużycia preparatu (maszyna współpracująca z kanistrem).

**Odpowiedź: Zamawiający oczekuje urządzenia wytwarzającego mgłę mikrozołową do dezynfekcji powierzchni (aparatury, sprzętu, wyposażenia) metodą zamglawiania zgodnego z normą NF 72- 281 (2014).**

*Powyższe wyjaśnienia są integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.*

Z UPOWAŻNIENIA D. REKTORA  
Z-ca DYREKTORA  
ds. Finansów i Administracji  
mgr inż. Jadwiga Raziuk