

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu



im. prof. Ludwika Bierkowskiego

Dział Zamówień Publicznych

ul. Dojazd 34, 60-631 Poznań
tel. 61-846-47-70,

www.szpitalmswia.poznan.pl
zamowienia@szpitalmswia.poznan.pl



Poznań, dnia 21.06.2023 r.

ZP/p/17/2023

**Do wszystkich Wykonawców
ubiegających się o udzielenie
zamówienia publicznego**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 i nast. ustawy Pzp na dostawę i montaż angiografu, aparatu do znieczulania oraz aparatu stacjonarnego RTG wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi, celem realizacji projektu pn.: „Doposażenie SP ZOZ MSWiA w Poznaniu w celu zniwelowania skutków pandemii COVID-19 i zminimalizowania skutków pandemii i innych chorób zakaźnych w przyszłości”

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ Nr 12

Zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2 i art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1710 z późn. zm.), Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu, im. prof. Ludwika Bierkowskiego, informuje, że w przedmiotowym zwrócono się o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), tym samym Zamawiający publikuje treść zapytań wraz udzielonymi wyjaśnieniami.

Zestaw zapytań nr 1

W związku z odpowiedziami na pytania zestaw 6 w dniu 20.06.2023 zostały zmienione parametry lamp co spowodowało wykluczenie naszej firmy z możliwości złożenia oferty. Modyfikacja spowodowała, że z pierwotnych lamp zabiegowych parametry zostały podniesione do parametrów lamp operacyjnych. W związku z tym, że jesteśmy czołowym producentem lamp zabiegowych i operacyjnych zwracamy się o dopuszczenie lamp zabiegowych o poniższych parametrach:

2 lampy zabiegowe sufitowe, na osobnych ramionach, w technologii LED (bezcieniowe)	Tak
Intensywność światła	80000lx
Współczynnik odwzorowania lampy	97

Regulacja średnicy pola świetlnego, na panelu sterującym, w zakresie	16 cm stała średnica pola świetlnego
Regulacja natężenia światła, na panelu sterującym, w zakresie	100-30%
Temperatura barwowa w zakresie	4500K
Pobór prądu	Max 50 VA
Liczba godzin żywotności matrycy ledowej	powyżej 50000 h
Możliwość obrotu czaszy lampy o 360°	Tak
Wielorazowy, sterylizowany uchwyt centralny (6 szt. – dla każdej lampy). Możliwość stosowania nakładek jednorazowych.	Tak
Możliwość mocowania lampy w pomieszczeniu o wysokości nie większej niż 2,6 [m]	Tak

Lub lamp operacyjnych o poniższych parametrach:

2 lampy zabiegowe sufitowe, na osobnych ramionach, w technologii LED (bezcieniowe)	Tak
Intensywność światła	140000 lx
Współczynnik odwzorowania lampy	94
Regulacja średnicy pola świetlnego, na panelu sterującym, w zakresie	17-25 cm
Regulacja natężenia światła, na panelu sterującym, w zakresie	100 -50%, <10% endo
Temperatura barwowa w zakresie	4500K
Pobór prądu	Max 65 VA
Liczba godzin żywotności matrycy ledowej	Powyżej 60000h
Możliwość obrotu czaszy lampy o 360°	Tak
Wielorazowy, sterylizowany uchwyt centralny (6 szt. – dla każdej lampy). Możliwość stosowania nakładek jednorazowych.	Tak
Możliwość mocowania lampy w pomieszczeniu o wysokości nie większej niż 2,6 [m]	Tak

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuści lampę o poniższych parametrach:

2 lampy zabiegowe sufitowe, na osobnych ramionach, w technologii LED (bezcieniowe)	Tak
Intensywność światła	140000 lx
Współczynnik odwzorowania lampy	94
Regulacja średnicy pola świetlnego, na panelu sterującym, w zakresie	17-25 cm
Regulacja natężenia światła, na panelu sterującym, w zakresie	100 -50%, <10% endo

Temperatura barwowa w zakresie	4500K
Pobór prądu	Max 65 VA
Liczba godzin żywotności matrycy ledowej	Powyżej 60000h
Możliwość obrotu czaszy lampy o 360°	Tak
Wielorazowy, sterylizowany uchwyt centralny (6 szt. – dla każdej lampy). Możliwość stosowania nakładek jednorazowych.	Tak
Możliwość mocowania lampy w pomieszczeniu o wysokości nie większej niż 2,6 [m]	Tak

Niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.

Z poważaniem

SPECJALISTA
ds. zamówień publicznych
A. Waraczewska
mgr inż. Aleksandra Waraczewska

1/ strona internetowa prowadzonego postępowania
1/ a/a