



Poznań, dnia 16.01.2024 roku

Oznaczenie sprawy: PN-08/24

**Uczestnicy postępowania
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na dostawę wyrobów medycznych (38 części).**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W związku z otrzymanymi zapytaniami dotyczącymi treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający na podstawie art. 135 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r - Prawo zamówień publicznych poniżej zamieszcza treść zapytań wraz z odpowiedziami:

Zestaw nr 1:

1. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 9 ust. 1, 5:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

a. za niedostarczenie przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w §2 ust. 2 i ust. 3 w wysokości **0,5%** wartości netto niedostarczonej partii zamówienia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, **jednak nie więcej niż 10% wartości netto niedostarczonej partii zamówienia**

b. za odstąpienie od umowy / wypowiedzenie / rozwiązanie umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca w wysokości 10% wartości **niezrealizowanej części** umowy netto określonej w §4 ust. 1.

c. za odstąpienie od umowy / wypowiedzenie / rozwiązanie umowy przez Wykonawcę bez usprawiedliwionej podstawy faktycznej i prawnej w wysokości 10 % wartości netto **niezrealizowanej części** umowy określonej w §4 ust. 1.

d. za nieudostępnienie dokumentów, o których mowa w §7 ust. 1 w terminie 5 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania do ich przedstawienia w wysokości **50,00 zł** netto za każdy dzień zwłoki, **jednak nie więcej niż 10% wartości netto przedmiotu umowy, którego dotyczą niedostarczone dokumenty.**

5. W przypadku stwierdzenia przez nadzór Zamawiającego wykonywania pracy w sposób zagrażający zdrowiu lub życiu ludzkiemu, a także rażącego naruszania przez Wykonawcę lub jego podwykonawców przepisów dot. bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa pożarowego (w tym nieprzestrzeganie bezwzględnie obowiązującego zakazu palenia wyrobów tytoniowych na terenie całego Szpitala), zwartych w przepisach ogólnie obowiązujących, a także niewywiązywanie się z postanowień Umowy z tego zakresu, Zamawiający zastrzega sobie możliwość naliczania kar pieniężnych w wysokości **250,00 zł** za każdy stwierdzony przypadek.

Odp.: Zamawiający nie wprowadza zmian do zapisów wzoru umowy.

Zestaw nr 2:

Pakiet 33 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści preparat do antyseptycznego mycia całego ciała i włosów przed zabiegami chirurgicznymi, do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk zawierający 40 mg diglukonianu chlorheksydyliny skuteczny przeciwko bakteriom (w tym MRSA), grzybom, wirusom otoczkowym (w tym HBV, HCV, HIV, SARS-CoV-2) zarejestrowany jako produkt biobójczy?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.





Zestaw nr 3:

1) Pkt 2.1. SWZ oraz § 7 ust. 2 wzoru umowy

Prosimy o potwierdzenie, że termin będzie liczony w dniach roboczych.

Odp.: Zamawiający potwierdza.

2) Pkt. 3.3. SWZ oraz § 2 ust. 3 wzoru umowy

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydłużenie terminu do 3 dni roboczych.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

3) § 2 ust. 6 wzoru umowy

Z uwagi, że umowa dotyczy dostaw sukcesywnych, a nie jest to dostawa jednorazowa, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o możliwość dostarczenia dokumentów dopuszczających po podpisaniu umowy, a nie z pierwszą dostawą.

Odp.: Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia powyższych dokumentów po podpisaniu umowy.

4) § 9 ust. 1 pkt b wzoru umowy

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmniejszenie wysokości kar umownych do 10% niezrealizowanej części umowy.

Odp.: Zamawiający nie wprowadza zmian do zapisów wzoru umowy.

5) § 9 ust. 1 pkt c wzoru umowy

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmniejszenie wysokości kar umownych do 10% niezrealizowanej części umowy.

Odp.: Zamawiający nie wprowadza zmian do zapisów wzoru umowy.

6) § 9 ust. 4 wzoru umowy

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmniejszenie łącznej wysokości kar umownych do 50% wartości umowy.

Odp.: Zamawiający nie wprowadza zmian do zapisów wzoru umowy.

7) § 11 ust. 2 wzoru umowy

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dodanie następującego zapisu do umowy: „Zamawiający przez odstąpieniem od umowy pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonania umowy”.

Odp.: Zamawiający nie wprowadza zmian do zapisów wzoru umowy.

8) Formularz cenowy, kolumna "Ilość opakowań"

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie czy w przypadku, gdy w przeliczeniu ilości sztuk na opakowania wynikiem nie jest pełna liczba ilości opakowań – czy w takiej sytuacji wykonawca ma zaokrąglić ilości do pełnych opakowań w górę czy np. w wyliczeniach pozostawić do dwóch miejsc po przecinku?

Odp.: Należy podać ilość sztuk przeliczoną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

9) Pytanie dotyczy części 8 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie drenu micro o średnicy wewnętrznej 1mm. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

10) Pytanie dotyczy części 29 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu infuzyjnego grawitacyjnego (bursztynowy), z komorą kroplową elastyczną dla łatwego wypełnienia, długość min. 60mm bez skrzydełek i pierścienia, spike ABS, igła ścięta czterostronnie /stożek. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ





Odp.: Zamawiający dopuszcza (nie wymaga) zaoferowania zestawu infuzyjnego z komorą kroplową elastyczną bez skrzydełek i pierścienia, ale z innym systemem lub rozwiązaniem technicznym ułatwiającym wkłucie igły w pojemnik z płynem oraz dopuszcza, żeby kolec komory był ścięty czterostronnie- w kształcie stożka, pod warunkiem spełnienia wszystkich pozostałych parametrów zgodnie z SWZ.

11) Pytanie dotyczy części 32 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kraników z przedłużeniem 100cm w opakowaniu 50szt, z odpowiednim przeliczeniem ilości. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odp.: Zamawiający w części 32 poz. 1 wymaga kraników trójdrożnych z przedłużeniem 100 cm w opakowaniu 50 szt., w ilości 11 opakowań.

Zestaw nr 4:

Część 7:

Pytanie 1:

Prosimy o dopuszczenie produktu: Ściereczka (ręcznik) z włókniny, sucha, wysokochłonna do pielęgnacji noworodków, miękka i delikatna w dotyku, rozmiar ok. 30 x 40 cm, kolor biały pakowana w opakowania zbiorcze po 50 szt. Wyrób medyczny klasy I.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 2:

Prosimy o dopuszczenie produktu: Ściereczka (ręcznik) z włókniny, sucha, wysokochłonna do pielęgnacji noworodków, miękka i delikatna w dotyku, rozmiar ok. 40 x 40 cm, kolor biały pakowana w opakowania zbiorcze po 100 szt. Wyrób medyczny klasy I.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Zestaw nr 5:

Pakiet 8:

Czy zamawiający dopuści przedłużacz do pompy infuzyjnej jasny i bursztynowy o średnicy wewnętrznej 1,2mm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza (nie wymaga) przedłużacz do pompy infuzyjnej jasny i bursztynowy o średnicy wewnętrznej 1,2mm, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pakiet 9 poz. 1,2,3:

Czy zamawiający dopuści:


Przyrząd do wielokrotnego pobierania leków z fiolek wielodawkowych

Posiada filtr bakteryjny, łącznik Luer-Lock z zatyczką zapewniającą szybkie otwieranie i szczelne zamknięcie

Wyprofilowany uchwyt, ostro zakończony kolec.

Dostępne w 3 kolorach: zielonym, niebieskim i czerwonym





Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Część 10:

Czy zamawiający dopuści strzykawkę 3 częściową Luer Lock, który posiada cylinder wykonany z polipropylenu?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Część 10:

Czy zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie strzykawk 3 częściowych o pojemności 1 ml pakowanych po 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem w formularzu asortymentowo-cenowym?

Odp.: Zamawiający dopuszcza (nie wymaga) podanie ceny za opakowanie strzykawk 3 częściowych o pojemności 1 ml pakowanych po 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pakiet 11:

Czy zamawiający dopuści strzykawki 3 częściowe Luer-Lock z rozszerzoną skalą pomiarową: 5/6ml, 10/12ml, 20/22ml, 50/60ml?

Odp.: Nie, Zamawiający wymaga zaoferowania strzykawk zintegrowanych na stałe z łącznikiem LuerLock typu męskiego we wszystkich rozmiarach i o parametrach zgodnie z SWZ.

Pakiet 11:

Czy zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie strzykawk 3 częściowych o pojemności 5ml, 10 ml pakowanych po 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem w formularzu asortymentowo-cenowym?

Odp.: Nie, Zamawiający wymaga zaoferowania strzykawk zintegrowanych na stałe z łącznikiem LuerLock typu męskiego o parametrach i we wszystkich wymaganych rozmiarach zgodnie z SWZ, pakowanych pojedynczo.

Pakiet 11:

Czy zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie strzykawk 3 częściowych o pojemności 20ml pakowanych po 50 szt. z odpowiednim przeliczeniem w formularzu asortymentowo-cenowym?

Odp.: Nie, zamawiający wymaga zaoferowania strzykawk zintegrowanych na stałe z łącznikiem LuerLock typu męskiego o parametrach i we wszystkich wymaganych rozmiarach zgodnie z SWZ, pakowanych pojedynczo.

Pakiet 11:

Czy zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie strzykawk 3 częściowych o pojemności 50/60ml pakowanych po 16 szt z odpowiednim przeliczeniem w formularzu asortymentowo-cenowym?





Odp.: Nie, zamawiający wymaga zaoferowania strzykawk zintegrowanych na stałe z łącznikiem LuerLock typu męskiego o parametrach i we wszystkich wymaganych rozmiarach zgodnie z SWZ, pakowanych pojedynczo.

Pakiet 12:

Czy zamawiający dopuści strzykawkę tuberkulinową z igłą w rozmiarze 0,45x13mm?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 12:

Czy zamawiający dopuści strzykawkę tuberkulinową pakowaną w opakowaniu zbiorczym po 100 szt z odpowiednim przeliczeniem w formularzu asortymentowo-cenowym?

Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga, zaoferowanie strzykawki tuberkulinowej pakowanej w opakowaniu zbiorczym po 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem w formularzu asortymentowo-cenowym, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SWZ.

Pakiet 32:

Czy zamawiający dopuści kranik trójdrożny pakowany w opakowanie zbiorcze po 25 szt z odpowiednim przeliczeniem w formularzu asortymentowo-cenowym?

Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga zaoferowanie kranika trójdrożnego pakowanego w opakowanie zbiorcze po 25 szt. z odpowiednim przeliczeniem w formularzu asortymentowo-cenowym pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SWZ.

