



Znak: AE/ZP-27-39/20

Tarnów, 2020-07-22

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214.000 EURO na dostawę skanera do aparatu RTG 2 sztuki.

W związku z zapytaniami Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy pkt XVI SIWZ Ogólne warunki umowy – pkt 11 a),c)** - Prosimy o wyrażenie zgody na modyfikację postanowienia umownego w pkt. 11 lit a) i c) poprzez usunięcie zwrotu „wadliwego urządzenia” i pozostawienie tylko: „wadliwego elementu, podzespołu, modułu, zespołu”, tak, aby treść zapisu brzmiała następująco:  
W ramach uprawnień z rękojmi za wady Zamawiającemu przysługuje według własnego wyboru prawo do:  
a) żądania wymiany przez Wykonawcę wadliwego elementu, podzespołu, modułu, zespołu na nowy wolny od wad oraz o tożsamy parametrach, na wyłączny koszt Wykonawcy w terminie, o którym mowa w pkt.10 lub w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,  
c) żądania od Wykonawcy demontażu i ponownego zamontowania wadliwego elementu, podzespołu, modułu, zespołu po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięcia wady, na wyłączny koszt Wykonawcy w terminie, o którym mowa w pkt.10 lub w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
2. **Dotyczy pkt XVI SIWZ Ogólne warunki umowy – pkt 14** - Zwracamy się z prośbą o modyfikację postanowienia umownego w pkt 14 na następujący:  
„Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości:  
a) 0,1 % wartości brutto przedmiotu umowy, za każdy dzień zwłoki w realizacji przedmiotu umowy w terminie umownym, z powodu okoliczności za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,  
b) 0,5% wartości brutto przedmiotu umowy - w przypadku dostawy niezgodnej z wymaganymi i określonymi w Załączniku do umowy parametrami technicznymi oraz uchybień w zakresie jakości,  
c) 10 % wartości umowy brutto z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,  
d) 0,2 % wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki w:  
- dokonaniu naprawy oraz usunięciu wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji/rękojmi,  
- dostarczeniu nowego elementu, podzespołu, modułu, zespołu o tożsamy parametrach na żądanie Zamawiającego w okresie gwarancji/rękojmi,  
- demontażu i ponownym zamontowaniu nowego urządzenia, elementu, podzespołu, modułu, zespołu po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięcia wady, w okresie gwarancji/ rękojmi, w terminie, o którym mowa w pkt.10 lub w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  
Naliczanie kar umownych, o których mowa w pkt. b) poprzedzone będzie propozycją Zamawiającego wymiany wadliwego towaru na towar pozbawiony wad w terminie 10 dni od daty zgłoszenia.
3. **Dotyczy Załącznik Nr 6 do SIWZ** - Czy Zamawiający zgodzi się na dopuszczenie do postępowania 2 detektorów cyfrowych w formacie 35 x 43 cm i rozmiarze piksela 140 µm, wyposażonych w 2 osobne stacje akwizycyjne?
4. **Dotyczy Załącznik Nr 6 do SIWZ** - Prosimy o podanie informacji jaki system RIS/PACS posiada Zamawiający i jaka firma jest jego dostawcą.
5. **Dotyczy Załącznik Nr 6 do SIWZ** - Czy Zamawiający dopuści do postępowania dostarczenie skanerów cyfrowych wraz z nową stacją technika zamiast integracji z konsolą FCR firmy Fuji?

**Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:**

**Ad.1**

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach pkt.XVI SIWZ – „Ogólne warunki umowy”.



**Ad.2**

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach pkt.XVI SIWZ – „Ogólne warunki umowy”.

**Ad.3**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie 2 detektorów cyfrowych w formacie 35 x 43 cm i rozmiarze piksela 140 µm, wyposażonych w 2 osobne stacje akwizycyjne.

**Ad.4**


Zamawiający informuje, iż posiada oprogramowanie PACS: ArPACS (wersja 10.50.68.11497) firmy Synetkik S.A, oraz oprogramowanie RIS: CRID (wersja 3.2.8.6) firmy Comarch.

**Ad.5**

Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie 2 skanerów cyfrowych wraz z nowymi 2 stacjami technika zamiast integracji zaoferowanych skanerów z posiadanymi przez Zamawiającego konsolami technika i posiadanym przez Zamawiającego systemem radiografii pośredniej FCR firmy Fuji, pod warunkiem spełniania przez zaoferowane skanery pozostałych wymagań SIWZ oraz pod warunkiem, że Wykonawca zapewni pełną integrację zaoferowanego przedmiotu zamówienia z posiadanym przez Szpital systemem RIS/PACS.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania
2. Platforma Zamawiającego
3. a/a

  
Zastępca Dyrektora  
mgr Danuta Nosek