



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Uniwersytecki Szpital Kliniczny
im. Wojskowej Akademii Medycznej
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Centralny Szpital Weteranów
90-549 Łódź
Ul. Żeromskiego 113
Dział Zamówień Publicznych

Łódź, dnia 27.03.2023 r.

**Wszyscy uczestnicy postępowania,
którzy pobrali SWZ**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy aparatury i sprzętu medycznego dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralny Szpital Weteranów w Łodzi – nr sprawy 27/PN/ZP/D/2023

W związku z nadesłanymi pytaniami do SPZOZ Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Centralnego Szpitala Weteranów, dotyczącymi SWZ, na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710, j.t. ze zm.) Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

I ZAPYTANIA z dnia 17.03.2023 r.

DOTYCZY PAKIETU 4

Pytanie 1 (dotyczy rejestrator holterowski ciśnieniowy – pkt 37 tabeli OPZ)

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie holtera ciśnieniowego wyposażonego w gniazdo USB-C lub gniazdo miniUSB do komunikacji z komputerem. Zaproponowany rejestrator będzie spełniał wszystkie parametry także związane z kompatybilnością.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

II ZAPYTANIA z dnia 20.03.2023 r.

PAKIET NR 4 – Aparat Holter EKG i Aparat Holter ciśnieniowy

Pyt.1

Czy Zamawiający dopuści przy zachowaniu wymaganych akcesoriów z p. 62 odpowiednich dla proponowanego równoległego rozwiązania rejestrator holtera EKG o parametrach

- Rejestrator 12-,7- i 3-kanalowy
- Zapis danych w trybie 12-kanalowym z 10 odprowadzeń.
- Zapis danych w trybie 7- i 3-kanalowym z 5 odprowadzeń.
- Czujnik aktywności fizycznej pacjenta
- Możliwość uruchomienia badania z wyborem parametrów badania bezpośrednio w rejestratorze bez udziału komputera
- Automatyczne włączenie rejestratora po 20 min. od włożenia baterii bez wprowadzania danych pacjenta
- Częstotliwość próbkowania 2000Hz przy rozdzielczości zapisu 24 bity.
- Funkcja wykrywania rozrusznika 100uS przy próbkowaniu 40000Hz
- Czas ciągłego zapisu do 7 dni
- Zapis danych na karcie pamięci typu SD
- Detekcja pracy stymulatora
- Wyświetlacz LCD w rejestratorze z podglądem sygnału EKG
- Komunikacja z komputerem poprzez kabel miniUSB, karty SD
- Przycisk zdarzeń pacjenta wraz z zapisem głosowym (wbudowany mikrofon)
- Zasilanie z 2 baterii lub akumulatorów AA
- Waga rejestratora 106g
- Rozmiary rejestratora: 102 x 62 x 24 mm

- W zestawie z rejestratorem instrukcja obsługi w języku polskim, kabel pacjenta, dwie karty pamięci 2GB, cztery akumulatory AA, futerał z trzema paskami dla pacjenta

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

oraz czy dopuści przy zachowaniu wymaganych akcesoriów z p. 62 odpowiednich dla proponowanego równoległego rozwiązania rejestrator holtera ciśnienia o parametrach

- Metoda pomiaru oscylometryczna
- Pomiar ciśnienia skurczowego i rozkurczowego
- Możliwość ustawienia czasu ciągłego zapisu: 24, 27, 48 oraz 51 godz.
- Zakres pomiarowy tętna 40-200 uderzeń / minutę
- Komunikacja z komputerem poprzez kabel optyczny USB (światłowód o szybkości transmisji 115200bit/s)
- Pomiar na żądanie
- Pamięć 600 pomiarów
- Automatyczne odcięcie nadmiernego ciśnienia w mankiecie
- Przycisk zmiany ręcznej pomiędzy dniem a nocą
- Przycisk informacji o pobraniu leku
- Automatyczny dobór ciśnienia w rękawie pacjenta
- Możliwość stosowania 3 rodzaje mankietów (mały, standard, duży)
- Wyświetlacz LCD w rejestratorze
- Wyświetlenie napięcia baterii i ich stanu naładowania
- Zasilanie z 2 baterii lub akumulatorów AA
- Wymiana zasilania nie powoduje utraty danych
- Waga z akumulatorami 200g
- Rozmiary rejestratora: 98 x 69 x 29 mm

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pyt.2

Czy Zamawiający wymaga, aby do ww. alternatywnego rozwiązania dołączone było dedykowane oprogramowanie komputerowe do analizy holtera EKG i ciśnienia?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Zamawiający zwraca się z prośbą, aby w przypadku dopuszczenia parametrów / zapisów innych niż opisane w SWZ zaznaczyć, iż parametr / zapisy zostały dopuszczone w drodze udzielonych wyjaśnień treści SWZ z powołaniem odpowiedniej daty odpowiedzi.

Z poważaniem