



Nr sprawy: 20/PNE/SW/2023

Sosnowiec, dnia 19.04.2023 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pt. „**Dostawa wyrobów medycznych jedno i wielorazowego użytku**”

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu zgodnie z art. 135 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, udostępniamy treść zapytań wraz z wyjaśnieniem wszystkim uczestnikom postępowania, bez ujawniania źródła zapytania.

ZESTAW 1

Uprzejmie prosimy o dopuszczenie:

Pytanie 1

Pakiet 11,; Zestaw do szynowania moczowodów typu JJ obustronnie otwarty w rozm.4,8Ch/26cm z popychaczem 70 cm i skalowany co 1 cm (pozostałe parametry zgodnie z SWZ).

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

Pytanie 2

Pakiet nr 35, poz. 1: Zestaw do szynowania moczowodów typu Pigtail wykonany z poliuretanu w rozmiarze 4,7Ch i popychaczem 70 cm. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

ZESTAW 2

Pytanie 1

Pakiet 32, pozycja 2:

Czy Zamawiający dopuści pensetę bipolarną prostą i zagiętą, wielorazową, o dł 160-220mm z końcówką roboczą tępą 1mm-2mm?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie pod warunkiem, że zaoferowany asortyment jest kompatybilny z aparatami firmy Erbe.

Pytanie 2

Pakiet 32, pozycja 3:

Czy Zamawiający dopuści pensetę bipolarną bagnetową, wielorazową prostą o długości 110-220 mm z końcówką roboczą tępą 0,5-1mm?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie pod warunkiem, że zaoferowany asortyment jest kompatybilny z aparatami firmy Erbe.

ZESTAW 3

Pytanie 1



Dotyczy pakietu 18. Prosimy o wyjaśnienie, czy ma być to układ przystosowany do wentylacji inwazyjnej, czyli wyposażony w zastawkę wydechową, czy też układ wyposażony w zawór przeciekowy?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga układu wyposażonego w zastawkę oddechową.

Pytanie 2

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje linii próbkowania współpracującymi z modułem Sidestream przy kardiomonitorze Vista 120? Jeżeli tak, to czy ma być to linia wykorzystywana:

- w wentylacji inwazyjnej -



- czy w wentylacji nieinwazyjnej -
dziecka, niemowlaka.



i dodatkowo dla kogo – osoby dorosłej,

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wymaga wentylacji inwazyjnej dla dorosłych.

Pytanie 3

Dotyczy pakietu 23. W związku z jednostką handlową dla tego typu produktów, która jest opakowanie, prosimy o możliwość wyceny na opakowania, z ewentualnym zaokrągleniem całkowitych ilości.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wycenę opakowania z zaokrągleniem do całkowitych ilości.

Pytanie 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu płatności do 30 dni?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 5

§8 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych do: 1) 0,2% 3) 0,2%

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 6

§8 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie maksymalnej łącznej wysokości kar umownych do 10%? Uzasadnienie: obecnie ustalone kary umowne są nadmiernie wysokie, nieproporcjonalne do wartości zamówienia, odbiegające od standardów przyjętych na rynku wyrobów me-



dycznych w zamówieniach publicznych. Obniżenie wysokości kar umownych do proponowanego poziomu umożliwi zachowanie zasady równości stron umowy

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

ZESTAW 4

Pytanie 1

Pakiet nr 27

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie staplerów o średnicy główki 28 mm, wysokość zamknięcia zszywek regulowana pokrętłem, docisk automatyczny.

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ. Pytanie nie dotyczy Pakietu nr 27.

ZESTAW 5

Pytanie 1

Czy Zamawiający w pozycji 1 pakiet 2 dopuści do postępowania cewnik dwuświatłowy wysokoprzepływowo z poliuretanu Tecoflex z prostymi lub zagiętymi o średnicy 6,5 Fr i długościach: 100 mm, 125 mm oraz 8F i długościach: 100 mm, 125 mm, 150 mm oraz 11 Fr i długościach: 15 cm, 17,5 cm, 20 cm do wyboru przez Zamawiającego? - termoplastyczny poliuretan Tecoflex - radiocieniujący szaft cewnika - końcówka bez bocznych otworów zmniejszająca ryzyko powstawania zakrzepu - przednie otwory zmniejszające ryzyko powstawania zakrzepów - obrotowy pierścień do szycia pozwalający uniknąć podrażnienia skóry - zacisk bezpieczeństwa z zabezpieczeniami bocznymi chroniącymi rurkę końcówki przed wyslizgnięciem się - wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość - kompatybilny z MRI - odporna na odkształcenia prowadnica „J” z wysoką zawartością tytanu zapewniająca wyjątkowo wysoką elastyczność i odporność na odkształcenia, dodatkowy komfort zapewnia powłoka z PTFE która gwarantuje gładką powierzchnię i najwyższy poślizg (wymiary: 0,45/400 mmm i 0,80/500 mm, 0,89 mm x 700 mm) - igła wprowadzająca 20G dla średnicy 6,5 Fr, 18 G dla średnicy 8 Fr - rozszerzało 6Fr i 7Fr dla średnicy 6,5 Fr oraz 8 Fr dla średnicy 8 Fr - rozszerzało 12 Fr dla średnicy 11 Fr - nasadki iniecyjne Luer Lock - wyprodukowano w Niemczech

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie cewnika o średnicy 6,5 Fr długościach: 100 mm, 125 mm oraz średnicy 8F i długościach 100 mm, 125 mm, 150 mm - pozostałe parametry zgodnie z wymaganiami SWZ.

Pytanie 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1 z pakietu 2 i stworzy osobny pakiet dla pozycji 1? Szczegółowe informacje o produkcie w załączeniu.

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

ZESTAW 6

Pytanie 1

Pytania dotyczą: Pakietu nr 24 Oprzyrządowanie do videouroterorenoskopu kompatybilne ze sprzętem firmy Storz





poz. 1 Urologiczne druty prowadzące, nitinolowy rdzeń, końcówka prosta lub zakrzywiona, elastyczna z obu stron drutu, z powłoką hydrofilną na odcinku dystalnym 5cm, na pozostałej części drutu pokrycie PTFE, średnica 0,89 mm lub 0,97 mm, długość 150 cm (+2 cm)

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaferowanie.

Pytanie 2

Pytania dotyczą: Pakietu nr 24 Oprzyrządowanie do videouroterorenoskopu kompatybilne ze sprzętem firmy Storz

poz. 2 Koszulki dostępu moczowodowego z powłoką hydrofilną na całej długości w celu znacznego ułatwienia wprowadzenia koszulki, dostępne w rozmiar 12/14 Fr i długościach 36cm oraz 46cm. Płaszcz odporny na zagięcia, marker widoczny na zdjęciach rtg.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaferowanie.

Pytanie 3

Pytania dotyczą: Pakietu nr 24 Oprzyrządowanie do videouroterorenoskopu kompatybilne ze sprzętem firmy Storz

Poz. 3 Kosz nitinolowy do przechwytywania i wydobywania złogów z dróg moczowych, dostępny w rozmiarach 1,9/2,4 Fr i średnicy koszyka 12 mm, bezkońcówkowy, 4 - przewodowy, materiał płaszcz PTFE, z mechanizmem otwierającym, widoczny w promieniach rtg, długość 90 lub 120cm, rozbieralny

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaferowanie.

ZESTAW 7

Pytanie 1

Dotyczy Pakietu nr 11: Czy Zamawiający dopuści cewniki moczowodowe typu JJ w rozmiarze 4.5F/26 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaferowanie.

ZESTAW 8

Pytanie 1

Pytanie 1 Czy Zamawiający dopuści cewniki dwukanałowe do hemodializy w następujących rozmiarach: 8F-13cm; 12F- 15cm, 20cm, 24cm; 14F-15cm, 20cm, 24cm w zestawie 18G x 7cm igła wprowadzająca z zaworem bocznym, J-tip przewodnik z nitynolu 0,035''x 70cm, Rozszerzacz naczyń, 5ml strzykawka, Skalpel nr 11, Czapki wtryskowe, Opatrunek na cewnik

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaferowanie cewników dwukanałowych rozmiarach: 8F-13cm; 12F- 15cm, 20cm – pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie 2

Pytanie 2 Na podstawie art. 99 ust.4 ustawy z dnia 11 września 2019 PZP przedmiot zamówienia nie może zostać opisany w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. W przypadku od-





powiedzi negatywnej prosimy o wskazanie równoważności dla pakietu 2 w sposób zachowujący zasady uczciwej konkurencji

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisem Rozdziału X SWZ Wykonawca przy przypadku zaoferowania produktu równoważnego winien dołączyć do Oferty analizę porównawczą dotyczącą równoważności zaoferowanego sprzętu zgodna z opisem przedmiotu zamówienia.

ZESTAW 9

Pytanie 1

Czy zamawiający w pakiecie 52 dopuści sprzęt równoważny marki Avanos- zestaw do wprowadzania zgłębników gastrostomijnych metodą „Push”. Zestaw zawiera: gotowy do użycia zestaw kołtwiczący z zapinkami T SAF-T-PEXY ze szwami rozpuszczalnymi 3/0 Biosyn oraz poliuretanową blokadą szwu, zakrzywione kleszczyki hemostatyczne, teleskopowy rozszerzacz seryjny, bezpieczny skalpel, igłę wprowadzającą, przewodnik z końcówką w kształcie litery J, urządzenie do pomiaru stomii, , strzykawkę. Dedykowany do zgłębników o rozmiarach FR 12, 14, 16, 18, 20

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 2

Czy zamawiający w pakiecie 51 dopuści sprzęt równoważny marki Avanos - zgłębnik do jejunostomii umieszczany metodą operacyjną za pomocą techniki Witzela. Wykonany z silikonu medycznego, posiada skrzydełka mocujące, znaczniki RTG, jest wysterylizowany promieniami gamma. Zgłębnik wyposażony w mufkę wrastającą pod skórą oraz narzędzie służące do przeciągania portu przez powłoki skórne. Rozmiar 14FR, złącze Luer-Lock z dołączonym adapterem ENFit.

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

ZESTAW 10

Pytanie 1

Pakiet nr 7, pozycja nr 16 – Czy Zamawiający dopuści średnicę 11mm?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie.

Pytanie 2

Pakiet nr 7, pozycja nr 21 – Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy z rurami rozciągliwymi do 180cm?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 3

Pakiet nr 7, pozycja nr 27 – Czy Zamawiający dopuści rozmiary CH 12, 14, 16?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie.

Pytanie 4



Pakiet nr 26, pozycja nr 1 – Zwracamy się z prośbą w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji, aby Zamawiający wydzielił z pakietu nr 26, pozycję nr 1 do osobnego pakietu. Wydzielenie ww. pozycji do osobnej części pozwoli na złożenie oferty w pakiecie większej liczbie wykonawców, a przez to Zamawiający uzyska najbardziej korzystną cenę.

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

ZESTAW 11

Pytanie 1

Czy Zamawiający w pak 3 wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta o pojemności 200ml?

Odpowiedź

Zamawiający nie wymaga ale wyraża zgodę na zaoferowanie.

ZESTAW 12

Pytanie 1

Pakiet nr 20 Cewniki do podawania tlenu.

Poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika do podawania tlenu przez nos, długość 5m – czysty mikrobiologicznie pozostałe parametry zgodnie z opisem przedmiotu.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie.

Pytanie 2

Wzór umowy – zał 7 do SWZ

Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie kar umownych określonych w § 8 ust 1 pkt 1 do 0,5%.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

ZESTAW 13

Pytanie 1

Szanowni Państwo, Uprzejmie prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytanie dot. Pakietu nr 32 przedmiotowego zamówienia: Pytanie nr 1 - dotyczy pakietu nr 32 Osprzęt do diatermii chirurgicznych kompatybilnych z aparatami Firmy ERBE Uprzejmie prosimy o wydłużenie terminu dostawy do 7-10 dni roboczych, ze względu na dostawę towaru bezpośrednio z magazynu fabryki w Niemczech.

Odpowiedź

Zgodnie z SWZ.

ZESTAW 14

Pytanie 1





Dotyczy umowy § 7 ust. 2 - Czy Zamawiający wydłuży termin do rozpatrzenia reklamacji przez Wykonawcę do 14 dni roboczych? Zgłoszona reklamacja wymaga rozpatrzenia z uwzględnieniem i tu np. wyjaśnień firmy kurierskiej dostarczającej leki bądź zbadania jakościowo wadliwego towaru, a następnie (przy uwzględnieniu reklamacji) dostarczenia towaru. Wykonanie tego w krótszym czasie jest niemożliwe.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów § 7 ust. 2 umowy.

Pytanie 2

Dotyczy umowy § 8 ust. 1 pkt.2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wskazanie jako podstawy do ustalenia wysokości kary umownej wartość niezrealizowanej części umowy/zamówienia?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody (w tym przypadku utrzymanie naliczania kary od całego wynagrodzenia ma uzasadnienie o tyle, że dotyczy potencjalnie bardzo negatywnej w skutkach okoliczności zakończenia umowy).

Pytanie 3

Dotyczy umowy § 3 ust. 6

Czy Zamawiający potwierdza, że dostawy odbywać się będą od poniedziałku do piątku oraz Jeżeli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy lub poza godzinami pracy Apteki Szpitalnej, dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wymaganym?

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, że odbywać się będą od poniedziałku do piątku oraz Jeżeli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy lub poza godzinami pracy Apteki Szpitalnej, dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wymaganym?

ZESTAW 15

Pytanie 1

Pytanie 1 - dot. opis przedmiotu zamówienia- pakiet 48, pozycja 1 oraz 2: Czy Zamawiający dopuści do zaofiarowania w pakiecie 48 zamienniki oryginalnych akcesoriów do strzykawki MARK 7 Arterion, które są w 100% kompatybilne ze strzykawką MARK 7 Arterion, których działanie jest zgodne z instrukcją obsługi strzykawki? Proponowane wkłady są certyfikowane w klasie IIa, posiadają wszystkie zezwolenia wymagane prawem w Polsce w tym certyfikaty jednostki notyfikowanej. Wkłady generyczne mogą być nawet o połowę tańsze niż akcesoria wyprodukowane przez tego samego producenta co wstrzykiwacz kontrastu, przy czym zachowują funkcjonalność i bezpieczeństwo oryginałów. Z proponowanych zestawów korzysta w tej chwili kilkadziesiąt podmiotów leczniczych w Polsce. Zgoda na naszą prośbę z pewnością przyczynia się do pozyskania większej ilości ofert oraz będzie miała bezpośredni korzystny wpływ na racjonalne wydatkowanie środków publicznych

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na zaofiarowanie zamienników oryginalnych akcesoriów do strzykawki MARK 7 Arterion, kompatybilnych ze strzykawką MARK 7 Arterion pod warunkiem, że proponowany asortyment posiada autoryzację producenta strzykawki zezwalającą na użycie akcesoriów w okresie gwarancyjnym wstrzykiwacza.

ZESTAW 16

Pytanie 1



Dotyczy Pakietu nr 36

Czy ze względu na specjalistyczny charakter zamówienia oraz fakt, że przedmiotem zamówienia nie są leki ratujące życie a sprzęt, którego zakup można zaplanować z odpowiednim wyprzedzeniem, Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy dla pakietu nr 36 do 10 dni roboczych od złożenia zamówienia?

Odpowiedź

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 2

Dotyczy Pakietu nr 36

Czy Zamawiający dopuści do oferowania w poz. 2 (załącznika nr 8 do SWZ) pakietu 36 odpowiedniki pętli bipolarnych i monopolarnych, jednorazowych, sterylnych pakowanych indywidualnie (1 op. = 10 szt)? Pętle i elektrody jednorazowe w przeciwieństwie do pętli wielorazowych zużywalnych gwarantują każdorazowo tę samą jakość cięcia i koagulacji co zapewnia lepszy komfort i efektywność pracy chirurga i większe bezpieczeństwo pacjenta. Jednorazowe pętle tnące są gotowe do użycia i nie wymagają ponoszenia kosztów reprocessingu

Odpowiedź

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 3

Dotyczy Pakietu nr 36

W związku z tym, że oferowane w pakiecie 36 noże i elektrody są pakowane przez producenta w opakowania handlowe po 6 sztuk w opakowaniu i nie są sprzedawane na sztuki, czy Zamawiający dokona modyfikacji jednostki miary ze sztuk na opakowania?

Odpowiedź

Zamawiający w Pakiecie nr 36 zmienia jednostkę miary na opakowania po 6 sztuk w każdym. Wymaga ilości 6 opakowań po 6 sztuk – łącznie 36 sztuk w każdej pozycji asortymentowo- cenowej.

Pytanie 4

Dotyczy Pakietu nr 36

W związku z tym, że oferowane w pakiecie nr 36 noże i elektrody są pakowane przez producenta w opakowania handlowe po 6 sztuk w opakowaniu i nie są sprzedawane na sztuki, prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że będzie składał zamówienia częściowe na pełne opakowaniach (wielokrotność 6 sztuk) noży i elektrod?

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza że zamówienia częściowe składane w zakresie Pakietu nr 36 będą składane na pełne opakowania i ich wielokrotności.

Pytanie 5

Prosimy o potwierdzenie, że gwarancja jakości nie obejmuje uszkodzeń powstałych z przyczyn zewnętrznych oraz spowodowanych uszkodzeniem z winy użytkownika lub naturalnego zużycia.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 6

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmniejszenie kary umownej zapisanej we wzorze umowy §8 ust.1. ppkt. 1) z 1% do 0,5%?



Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 7

Prosimy o zmianę zapisów projektu umowy §8 ust. 3. na następującą treść: „Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony nie przekroczy **20%** wartości łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ust.3.“

W naszej ocenie maksymalna wysokość kar umownych mogąca stanowić 50% wartości umowy jest zbyt wygórowana i przeczy zasadzie równowagi stron.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

ZESTAW 17

Pytanie 1

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 44 pozycja 1 zestawu do stengraftu o następującym składzie i parametrach: 1x Serweta na stolik instrumentariuszki jako owinięcie zestawu, wykonana z nieprzemakalnego dwuwarstwowego laminatu o wymiarach 150cmx240cm, obszar wzmocniony na całej powierzchni serwety. Gramatura w strefie wzmocnionej min. 80g/m² 1x Sterylny, pełnobarierowy fartuch chirurgiczny, wzmocniony wykonany z trójwarstwowej włókniny SMS o gramaturze min. 45g/m². Szwy wykonane techniką ultradźwiękową, elastyczny mankiet poliestrowy o długości min. 9cm konstrukcja fartucha, sposób składania oraz system troków i rzepów pozwalających na aseptyczną aplikację, tylne części fartucha zachodzą na siebie. Fartuch wyposażony w nieprzemakalne wstawki na przedramieniach oraz z przodu fartucha, min. 50x70cm wykonane z min. 2 warstwowego laminatu o gramaturze min.28 g/m², rozmiar L (dł. całkowita min. 138 cm);

2x Sterylny, pełnobarierowy fartuch chirurgiczny, wzmocniony wykonany trójwarstwowej włókniny SMS o gramaturze min. 45g/m². Szwy wykonane techniką ultradźwiękową, elastyczny mankiet poliestrowy o długości min. 9cm konstrukcja fartucha, sposób składania oraz system troków i rzepów pozwalających na aseptyczną aplikację, tylne części fartucha zachodzą na siebie. Fartuch wyposażony w nieprzemakalne wstawki na przedramieniach oraz z przodu fartucha, min. 50x70cm wykonane z min. 2 warstwowego laminatu o gramaturze min.28 g/m², Rozmiar XL (całkowita długość min.148); 4x ręcznik celulozowe do rąk 30x34cm; 30x kompres gazowy 10cmx10cm, 17-nitkowy 8 warstwowy, z nitką RTG; 1x miska 500 ml skalowana, wykonana z polipropylenu; 1x miska 500 ml przezroczysta, skalowana, wykonana z polipropylenu; 1x miska 250ml skalowana, wykonana z polipropylenu; 1x gąbka dwustronna do mycia i dezynfekcji skóry, długość szpatułki min 19cm; 1x igła podskórna 21G x40 mm (1 1/2); 1x igła podskórna 18GX40 (1 1/2); 1x strzykawka 3 częściowa typu luer-stick 10 ml, transparentna; 2x strzykawka 3 częściowa typu luer-lock wkręcana 10 ml, transparentna; 2x strzykawka 3 częściowa typu luer-lock wkręcana 20ml, transparentna; 1x osłona w kształcie prostokąta z gumką na aparaturę medyczną w rozmiarze 100x110cm wykonana z transparentnej folii PE o grubości min.35um; 2x Osłona w kształcie czepek z gumką na aparaturę medyczną w rozmiarze 120x60cm wykonana z transparentnej folii PE o grubość min.35um; 1x Miska na przewodnik 2500 ml, średnica min. 22cm, wysokość min.8 cm; 1x Wzmocniona serweta do stengraftów o wymiarach min. 230X350 cm z dwoma otworami samoprzylepnymi w okolicy tętnic udowych oraz z dwoma otworami w okolicy tętnic promieniowych. W części krytycznej wykonana z min. 3 warstwowego, chłonnego i nieprzemakalnego laminatu. Całkowity rozmiar strefy przylepnej wokół otworów udowych min. 16x16 cm (+/-2 cm), średnica całkowita otworu częściowo wypełnionego folią chirurgiczną 12,5 cm (+/-1 cm), średnica dostępu 7,5 cm (+/-0,5cm). W okolicy tętnic promieniowych dwa otwory



samoprzylepne o wymiarach 8x6cm. Po obu stronach serweta zintegrowana z transparentną osłoną na pulpit sterowniczy o szerokości min. 55 cm i grubości min. 60um. W części podstawowej serweta wykonana z min. dwuwarstwowego laminatu PE/PP o gramaturze min. 56 g/m², wyposażona w dodatkowe wzmocnienie wysokochłonne w strefie krytycznej w kształcie litery T o wymiarach min. 230/120x180 cm o gramaturze min. 51g/m². Łączna gramatura w strefie krytycznej min. 107g/m²; Wszystkie składowe zestawu ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki, zawinięte w serwetę na stolik instrumentariuszki. Elementy zestawu zgodne z normą PN EN 13795. Parametry serwet wzmocnionych stanowiących obłożenie pacjenta w strefie krytycznej: odporność na przenikanie cieczy min. 900 cmH₂O, odporność na rozerwanie sucho/mokro min 194/144 kPa. Opakowanie typu TYVEC z oznaczeniem informującym o sposobie użycia oraz min. 2 etykietami samoprzylepnymi typu TAG do archiwizacji danych.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie zestawu o składzie – ***PO KOREKCIE !!!***:

1x Serweta na stolik instrumentariuszki jako owinięcie zestawu, wykonana z nieprzemakalnego dwuwarstwowego laminatu o wymiarach 150cmx240cm, obszar wzmocniony na całej powierzchni serwety. Gramatura w strefie wzmocnionej min. 80g/m² 1x Sterylny, pełnobarierowy fartuch chirurgiczny, wzmocniony wykonany z trójwarstwowej włókniny SMS o gramaturze min. 45g/m². Szwy wykonane techniką ultradźwiękową, elastyczny mankiet poliestrowy o długości min. 9cm konstrukcja fartucha, sposób składania oraz system troków i rzepów pozwalających na aseptyczną aplikację, tylne części fartucha zachodzą na siebie. Fartuch wyposażony w nieprzemakalne wstawki na przedramieniach oraz z przodu fartucha, min. 50x70cm wykonane z min. 2 warstwowego laminatu o gramaturze min. 28 g/m², rozmiar L (dł. całkowita min. 138 cm);

- wykonanego z 5 warstwowej włókniny!!!

2x Sterylny, pełnobarierowy fartuch chirurgiczny, wzmocniony wykonany trójwarstwowej włókniny SMS o gramaturze min. 45g/m². Szwy wykonane techniką ultradźwiękową, elastyczny mankiet poliestrowy o długości min. 9cm konstrukcja fartucha, sposób składania oraz system troków i rzepów pozwalających na aseptyczną aplikację, tylne części fartucha zachodzą na siebie. Fartuch wyposażony w nieprzemakalne wstawki na przedramieniach oraz z przodu fartucha, min. 50x70cm wykonane z min. 2 warstwowego laminatu o gramaturze min. 28 g/m², Rozmiar XL (całkowita długość min. 148);

- wykonanego z 5 warstwowej włókniny!!!

4x ręcznik celulozowe do rąk 30x34cm; 30x kompres gazowy 10cmx10cm, 17-nitkowy 8 warstwowy, z nitką RTG;

1x miska 500 ml skalowana, wykonana z polipropylenu;

1x miska 500 ml przezroczysta, skalowana, wykonana z polipropylenu;

1x miska 250ml skalowana, wykonana z polipropylenu;

1x gąbka dwustronna do mycia i dezynfekcji skóry, długość szpatułki min 19cm;

1x igła podskórna 21G x40 mm (1 1/2); 1x igła podskórna 18GX40 (1 1/2);

1x strzykawka 3 częściowa typu luer-stick 10 ml, transparentna;

2x strzykawka 3 częściowa typu luer-lock wkręcana 10 ml, transparentna;

2x strzykawka 3 częściowa typu luer-lock wkręcana 20ml, transparentna;

1x osłona w kształcie prostokąta z gumką na aparaturę medyczną w rozmiarze 100x110cm wykonana z transparentnej folii PE o grubości min. 35um - zgodnie z wymaganiami SWZ!!!

2x Osłona w kształcie czepka z gumką na aparaturę medyczną w rozmiarze 120x60cm wykonana z transparentnej folii PE o grubość min. 35um - zgodnie z wymaganiami SWZ!!!

1x Miska na przewodnik 2500 ml, średnica min. 22cm, wysokość min. 8 cm;

1x Wzmocniona serweta do stengraftów o wymiarach min. 230X350 cm z dwoma otworami samoprzylepnymi w okolicy tętnic udowych oraz z dwoma otworami w okolicy tętnic promieniowych. W części krytycznej wykonana z min. 3 warstwowego, chłonnego i



nieprzemakalnego laminatu. Całkowity rozmiar strefy przylepnej wokół otworów udowych min. 16x16 cm (+/-2 cm), średnica całkowita otworu częściowo wypełnionego folią chirurgiczną 12,5 cm (+/-1 cm), średnica dostępu 7,5 cm (+/-0,5cm). W okolicy tętnic promieniowych dwa otwory samoprzylepne o wymiarach 8x6cm. Po obu stronach serweta zintegrowana z transparentną osłoną na pulpit sterowniczy o szerokości min. 55 cm i grubości min. 60um. W części podstawowej serweta wykonana z min. dwuwarstwowego laminatu PE/PP o gramaturze min. 56 g/m², wyposażona w dodatkowe wzmocnienie wysokochłonne w strefie krytycznej w kształcie litery T o wymiarach min.230/120x180 cm o gramaturze min. 51g/m². Łączna gramatura w strefie krytycznej min. 107g/m²; Wszystkie składowe zestawu ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki, zawinięte w serwetę na stolik instrumentariuszki. Elementy zestawu zgodne z normą PN EN 13795. Parametry serwet wzmocnionych stanowiących obłożenie pacjenta w strefie krytycznej: odporność na przenikanie cieczy min. 900 cmH₂O, odporność na rozerwanie sucho/mokro min 194/144 kPa. Opakowanie typu TYVEC z oznaczeniem informującym o sposobie użycia oraz min. 2 etykietami samoprzylepnymi typu TAG do archiwizacji danych.

Pytanie 2

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 44 pozycja 2 sterylnej serwety samoprzylepnej, wysokochłonnej o wymiarach 47,5x50cm z taśmą przylepną na dłuższym boku o szerokości 3,5cm. Serweta wykonana z 4-warstwowego laminatu nieprzemakalnego o strukturze plastra miodu, pochłaniająca materiał biologiczny i płyny, pozostająca na powierzchni sucha, niebrudząca zespołu operacyjnego i pacjenta. Gramatura 105g/m².

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie.

ZESTAW 18

Pytanie 1

Pakiet nr 22 Stapler jednorazowy okrężny

Poz. 1

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, stapler jednorazowy, okrężny odgięty o średnicy główki 29 mm z łamanym kowadełkiem, z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1,6 mm do 2,4 mm, wysokość otwartej zszywki 4,8 mm?

Odpowiedź

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 2

Pakiet nr 45 Stapler liniowy

Poz. 1

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, stapler liniowy tnący o długości linii zszywek 65,1 mm z automatycznym dociskiem tkanki?

Odpowiedź

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 3

Pakiet nr 45 Stapler liniowy

Poz. 2



Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, ładunek do staplera liniowego z nożem o długości linii zszywek 65,1 mm do tkanki standardowej?

Odpowiedź

Zgodnie z SWZ.

ZESTAW 19

Pytanie 1

Pakiet 1, poz. 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie folii o wymiarze powierzchni klejącej 55 x 51 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie.

Pytanie 2

Pakiet 1, poz. 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie folii o wymiarze powierzchni klejącej 45 x 49 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie.

Pytanie 3

Pakiet 5, poz. 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie tylko rozmiaru CH30 długość 400mm?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie.

Pytanie 4

Pakiet 5, poz. 3 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie worka kolostomijnego rozmiar 15-70mm?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie.

Pytanie 5

Pakiet 5, poz. 3 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie worka kolostomijnego rozmiar 45 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie.

Pytanie 6

Pakiet 6, poz. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewnika trójdrożny Dufour w rozmiarach CH18 i CH 20 balon 50-80 cc/ml oraz CH22 i CH24 balon 80-100cc/ml?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie.

Pytanie 7

Pakiet 10, poz. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewnika w rozmiarze CH 8 - 400 mm i CH 10 – 400mm?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie.

Pytanie 8

Pakiet 20, poz. 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewnika do podawania tlenu przez nos bardzo miękkie końcówki o gładkich zakończeniach, mocowanie pod brodą za pomocą miękkiego, przesuwającego pierścienia regulacji?



Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaferowanie.

Pytanie 9

Pakiet 44, poz. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedstawienie próbki w wersji niesterylnej?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaferowanie.

Pytanie 10

Pakiet 44, poz. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu z serwetą na stolik instrumentariuszki 150cm x 260cm, obszar wzmocniony o wymiarach 65cm x 260cm. Gramatura w strefie wzmocnienia 70g/m² (folia PE 40g/m²)?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaferowanie.

Pytanie 11

Pakiet 44, poz. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu z fartuchem z mankietem o długości 7,5cm w rozmiarze XL o dł. całkowitej 138cm zamiast L? (pozycja 2 zestawu)

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaferowanie.

Pytanie 12

Pakiet 44, poz. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu z fartuchami z mankietem o długości 7,5cm w rozmiarze XXL o dł. całkowitej 157cm zamiast XL? (pozycja 3 zestawu)

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaferowanie.

Pytanie 13

Pakiet 44, poz. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu z gąbką dwustronną do mycia i dezynfekcji na szpatułce, o dł. 19cm? (pozycja 8 zestawu)

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaferowanie.

Pytanie 14

Pakiet 44, poz. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu z osłoną w kształcie prostokąta z gumką 90cm x 100cm wykonaną z transparentnej folii PE o grubości 0,065mm (65g/m²)? (pozycja 14 zestawu)

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ

Pytanie 15

Pakiet 44, poz. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu z osłoną w kształcie czepka 60cm x 60cm (w stanie rozciągniętym 105cm x 105cm) wykonaną z transparentnej folii PE o grubości 0,065mm (65g/m²)? (pozycja 15 zestawu)

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ



Pytanie 16

Pakiet 44, poz. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z osłoną w kształcie czepka 70cm x 70cm (w stanie rozciągniętym 120cm x 120cm) wykonaną z transparentnej folii PE o grubości 0,065mm (65g/m²)? (pozycja 16 zestawu)

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ

Pytanie 17

Pakiet 44, poz. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z miską na przewodnik 2500ml średnica 18cm, wysokość 9cm? (pozycja 17 zestawu)

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ

Pytanie 18

Pakiet 44, poz. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu ze wzmocnioną serwetą do stengraftów o wym. 235cm x 340cm z dwoma otworami promieniowymi o wym. 12cm x 7cm oraz dwoma otworami udowymi o śr. 8cm (wszystkie otwory częściowo wypełnione samoprzylepną folią chirurgiczną). Po obu stronach serweta zintegrowana z transparentną folią PE o szerokości min. 55cm i grubości 50um. Serweta wykonana z dwuwarstwowego laminatu (PE +PP) o gramaturze 56g/m² wzmocniona w strefie krytycznej o wym. 120cm x 150cm o gramaturze 106g/m²? (pozycja 18 zestawu)

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ

Pytanie 19

Pakiet 44, poz. 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwetki sterylnej 3-warstwowej (włókni-
na polipropylenowa + folia PE + polipropylen), o wymiarach 50 x 50 cm z taśmą samoprzylepną o szerokości 5 cm, gramatura 75 g/m², chłonność 383%?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ

Pytanie 20

Pakiet 44, poz. 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwetki sterylnej 2-warstwowej (włókni-
na polipropylenowa + folia PE), o wymiarach 45 x 45 cm z taśmą samoprzylepną o szerokości 5 cm, gramatura 60 g/m², chłonność 600%?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ

ZESTAW 20

Pytanie 1

Pakiet 20

poz.1-2 Czy Zamawiający wymaga aby cewniki były bez zawartości ftalanów i BPA ? Reszta parametrów zgodna z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga ale wyraża zgodę na zaoferowanie.



Pytanie 2

Pakiet 20

poz. 2 Czy Zamawiający dopuści cewnik o długości 550 cm. Reszta parametrów zgodna z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie.

ZESTAW 21

Pytanie 1

Pakiet 13

Prosimy o dopuszczenie **w pakiecie 13 w pozycji 2**, w miejsce pierwotnych parametrów, zestawów do drenażu przezskórnego o średnicy 10.2 Fr i dł. 25 i 45 cm, o średnicy 12Fr i dł. 25, 45 cm oraz o średnicy 14Fr i dł. 25 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie.

Pytanie 2

Pakiet 13

Prosimy o dopuszczenie **w pakiecie 13 w pozycji 4**, w miejsce pierwotnych parametrów, zestawów dostępu przezskórnego w składzie: igła typu trokar 21G/15 cm; cewnik wprowadzający zagięty z otworem bocznym, średnica wew. 2 Fr, średnica zewnętrzna 6.3 Fr, dł. 22 cm, prowadnik nitinolowy 0,018" / 60 cm, prowadnik 0,035" dł. 100 cm z zagiętą końcówką oraz zestawów dostępu przezskórnego w składzie: igła Chiba 22G/15 cm; cewnik wprowadzający wraz z koszulką 4/6 Fr 20 cm i usztywniaczem, które w połączeniu mają gładką, stożkową końcówkę bez krawędzi; prowadnik nitinolowy 0,018" / 60 cm. Koszulka jest bardzo dobrze widoczna w rtg.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie.

Pytanie 3

Pakiet 49

Prosimy o wykreślenie z **pakietu 49 pozycji 3 i 4**. Wykreślenie wymienionych pozycji zwiększy konkurencyjność asortymentowo-cenową w przedmiotowym postępowaniu, co przełoży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej korzystnych ofert cenowych.

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

ZESTAW 22

Pytanie 1

Dotyczy wzoru umowy § 2 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Na warunkach objętych niniejszą umową Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego Towar, a Zamawiający zobowiązuje się do jego odbioru. Własność Towaru zostanie przeniesiona na Zamawiającego z chwilą zapłaty umówionej ceny (wynagrodzenia).”

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 2

Dotyczy warunków umowy § 5





Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu:

„Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności (wymagalności) wskazanego na fakturze.”

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 3

Dotyczy wzoru umowy § 8 ust. 1.1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 1% na 0,5%?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 4

Dotyczy wzoru umowy § 8 ust. 1.2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„w wysokości 5% wartości niezrealizowanej części umowy brutto określonej w § 5 ust. 3 umowy - w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego albo Wykonawcę od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.”

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 5

Dotyczy wzoru umowy § 8 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony nie przekroczy **20%** łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa § 5 ust. 3 powyżej.”

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 6

Dotyczy wzoru umowy § 8 ust. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Poza przypadkami określonymi w przepisie art. 456 ustawy Pzp i innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa, bądź pozostałych postanowieniach Umowy, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy i naliczyć karę umowną w wysokości 5% wartości niezrealizowanej części umowy brutto, określonej w § 5 ust. 3 Umowy, w przypadkach, gdy:...”

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 7

Dotyczy wzoru umowy § 8 ust. 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Jeżeli Wykonawca pozostaje w zwłoce z rozpoczęciem lub zakończeniem realizacji dostawy Towaru tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał ją ukończyć w czasie umówionym, bądź jest już w zwłoce względem umówionego terminu, Zamawiający może po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy, mając na uwadze cel umowy, powierzyć wykonanie dostawy Towaru podmiotom trzecim na koszt i ryzyko wykonawcy (wykonanie zastępcze).”

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 8



Dotyczy wzoru umowy § 12 ust. 15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Wykonawca przyjmuje do wiadomości, zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej, że czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej może nastąpić po wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący. Czynność prawna dokonana bez zgody, o której mowa powyżej, jest nieważna. Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić.”

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 9

Dotyczy wzoru umowy § 12 ust. 16

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Wykonawca gwarantuje i zobowiązuje się, że bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem bezskuteczności:

- 1) jakiegokolwiek prawa Wykonawcy związane bezpośrednio lub pośrednio z Umową, a w tym wierzytelności Wykonawcy z tytułu wykonania Umowy i związane z nimi należności uboczne (m. in. odsetki), nie zostaną przeniesione na rzecz osób trzecich;
- 2) nie dokona jakiegokolwiek czynności prawnej lub też faktycznej, której bezpośrednim lub pośrednim skutkiem będzie zmiana wierzyciela Zamawiającego;
- 3) nie zawrze umów przelewu, poręczenia, zastawu, hipoteki, przekazu oraz o skutku subrogacji ustawowej lub umownej;
- 4) celem dochodzenia jakichkolwiek praw z Umowy nie udzieli upoważnienia, w tym upoważnienia inkasowego, innej firmie, w tym firmie prowadzącej pozostałą finansową działalność usługową, gdzie indziej nie sklasyfikowaną, jak i pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania w rozumieniu m.in. przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności, tj. firmom zajmującym się działalnością windykacyjną.

Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić.”

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody

ZESTAW 23

Pytanie 1

Dotyczy Pakiet 42 Poz.1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewnika o długości 3.1 in. (cała), pozostałe parametry zgodne z SWZ

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie.

Pytanie 2

2. Dotyczy §3 ust. 4 Umowy dostawy „wymagane jest oznakowanie w języku polskim informujące o nazwie, ilości, dacie ważności, nazwie producenta” – dla pakietu 42: Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu oznakowania w języku polskim i dopuszczenie wyrobów posiadających oznakowanie informujące o nazwie w oryginalnym języku producenta (j. angielskim) zgodnym z nazwą zamieszczoną w formularzu cenowym. Zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2022 r. poz. 974) art. 12 ust. 1 „Wyrób, system lub zestaw zabiegowy przeznaczony do stosowania przez laików ma etykiety, instrukcje używania i interfejs użytkownika w języku polskim lub wyrażone za pomocą zharmonizowanych symboli lub rozpoznawalnych kodów oraz deklarację zgodności UE albo oświadczenia, o których mowa w art. 22 ust. 1 lub 3 rozporządzenia 2017/745, w języku polskim albo przetłumaczone na język polski” oraz ust. 4 „Wyrób, system lub zestaw zabiegowy przeznaczony do stosowania przez



użytkowników niebędących laikami oraz wyrób, system lub zestaw zabiegowy udostępniony w celu używania przez użytkowników niebędących laikami ma deklarację zgodności UE albo oświadczenia, o których mowa w art. 22 ust. 1 lub 3 rozporządzenia 2017/745, oraz etykiety i instrukcje używania w języku polskim lub języku angielskim, z wyjątkiem informacji przeznaczonych dla pacjenta, które podaje się w języku polskim lub wyraża za pomocą zharmonizowanych symboli lub rozpoznawalnych kodów”

Odpowiedź

Zamawiający zmienia zapis §3 ust. 4 Umowy dostawy – Załącznik nr 7 do SWZ, który otrzymuje brzmienie:

4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Towar odpowiednio opakowany i oznakowany (wymagane jest oznakowanie w języku polskim informujące o nazwie, ilości, dacie ważności, nazwie producenta – nie dotyczy Pakietu nr 37, 42)

Pytanie 3

Dotyczy § 8 ust.1 pkt 2) Umowy dostawy: Zwracamy się z prośbą o taką modyfikację zapisu, aby kara liczona był od wartości brutto umowy pozostałej do realizacji

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody

ZESTAW 24

Pytanie 1

PAKIET NR 4

1. **Poz. nr 1** – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania igły kulkowej w rozmiarze 1,25 x 81 mm (zamiast 1,20x81mm)? Pozostałe parametry bez zmian..

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie.

ZESTAW 25

Pytanie 1

Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 3** oczekuje ewakuatora laparoskopowego o pojemności worka 200ml, 400ml i 800ml do wyboru przy składaniu zamówienia?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 15** igły do biopsji gruboigłowej, jednorazowe kompatybilne z pistoletem Magnum w wymaganych rozmiarach, jedynie w miejsce długości 13cm prosimy o wyrażenie zgody na dł. 8cm lub 12cm pozostałe parametry zgodne z wymaganiami Zamawiającego?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie igły o długości 12 cm. Pozostałe parametry zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 22** stapler okrężny jednorazowego użytku, zakrzywiony, z kowadełkiem przetykowym w kształcie stożka z otworem na nić w rozmiarze 28mm z manualną



kompresją tkanki w zakresie 1 - 2,3 mm, z 180 stopniowym oknem obserwacji poziomu kompresji, dwa rzędy tytanowych zszywek, pokrętło z dwoma skrzydełkami dla lepszej kontroli, automatycznie zwalniana blokada spustu?

Odpowiedź

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 29 poz.1** stapler okrężny jednorazowego użytku, zakrzywiony, trzon podgięty o długości 420 mm z manualną kompresją tkanki w zakresie 1 - 2,3 mm, z 180 stopniowym oknem obserwacji poziomu kompresji, dwa rzędy tytanowych zszywek, pokrętło z dwoma skrzydełkami dla lepszej kontroli, automatycznie zwalniana blokada spustu, rozmiary: 21, 25, 28 i 32 mm?

Odpowiedź

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 5

Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 29 poz.2** stapler okrężny jednorazowego użytku, zakrzywiony, z trzonem wydłużonym, o całkowitej długości 520 mm i długością trzonu ~ 230 mm z manualną kompresją tkanki w zakresie 1 - 2,3 mm, z ze 180 stopniowym oknem obserwacji poziomu kompresji, dwa rzędy tytanowych zszywek o wysokości 5,0 mm, pokrętło z dwoma skrzydełkami dla lepszej kontroli, automatycznie zwalniana blokada spustu, z wyraźnym sygnale dźwiękowym po wystrzale, rozmiary:

21 (średnica noża 13 mm, ilość zszywek 16), 25 (średnica noża 17 mm, ilość zszywek 20), 28 (średnica noża 20 mm, ilość zszywek 24) i 32 (średnica noża 24 mm, ilość zszywek 28)?

Odpowiedź

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 6

Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 29 poz.4** stapler liniowy jednorazowego użytku z nożem, nóż w staplerze dla zwiększonego bezpieczeństwa podczas wymiany ładunków, do tkanki standardowej (wysokość zszywki 3,8 mm) i grubej (wysokość zszywki 4,5 mm), cztery rzędy tytanowych zszywek, długość linii szwu 61 mm, zabezpieczenie przed użyciem otwartego staplera oraz ponownym użyciem pustego ładunku, mechanizm krzywkowy dla równomiernego formowania zszywek, zapewniającego hemostazę i szczelność zespolenia?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

Pytanie 7

Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 29 poz.5** ładunek do staplera liniowego z nożem, jednorazowego użytku, do tkanki standardowej i grubej, cztery rzędy tytanowych zszywek, długość linii szwu 61 mm, skrzydełka w części proksymalnej dla ułatwienia wymiany ładunków?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

Pytanie 8

Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 29 poz.6** stapler liniowy poprzeczny, jednorazowego użytku, automatyczny, załadowany ładunkiem do tkanki normalnej (wysokość zszywki 3,8 mm) lub grubej (wysokość zszywki 4,5 mm), dwa rzędy tytanowych zszywek, długość linii szwu 32 mm lub 46 mm, zwiększona ilość zszywek dla lepszej hemostazy (odpowiednio 13, 19), dwie dźwignie - zamykająca i spustowa oraz przycisk otwierający. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj



ładunku przy zamówieniu?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

Pytanie 9

Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 29 poz.7** ładunki do staplera liniowego poprzecznego, jednorazowego użytku, automatycznego, do tkanki normalnej (wysokość zszywki 3,8 mm) lub grubej (wysokość zszywki 4,5 mm), dwa rzędy tytanowych zszywek, długość linii szwu 32 mm lub 46 mm, zwiększona ilość zszywek dla lepszej hemostazy (odpowiednio 13, 19), pasujących do opisu z poz.6. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy zamówieniu?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

Pytanie 10

Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 43** igły jednorazowe typu FNA do biopsji cienkoigłowej, 18G x dł. 16cm, 18cm, 20cm – do wyboru, pozostałe parametry zgodne z wymaganiami Zamawiającego?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie igły 18G x dł. 20 cm.

Pytanie 11

Dotyczy SIWZ : Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna za wystarczające, jeśli wykonawca, który **nie należy do żadnej grupy kapitałowej**, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą?

Odpowiedź

Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, w tym oświadczenia Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 p.z.p., o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (U. z 2021 r. poz. 275) wg załącznika nr 3 do SWZ.

Pytanie 12

Dotyczy zawarcia umowy: wnosimy o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy w trybie korespondencyjnym i przesłanie umowy do podpisu pocztą lub elektronicznie. Niezwłocznie po podpisaniu, umowa zostanie do Państwa odesłana.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w trybie korespondencyjnym i przesłanie umowy do podpisu pocztą

ZESTAW 26

Pytanie 1

Część 44:


Poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw nieznacznie różniący się od wymaganego:

1. **Serweta angiograficzna** w rozmiarze 370X240 cm posiadająca 4 otwory: Owale i koło w rozmiarach 12cmx7cm i 12cm wykonana z laminatu 2-warstwowego (włóknina polipropylenowa oraz folio



polietylenowo-polipropylenową) o gramaturze 56g/m² z dodatkową warstwą chłonną o wymiarach 155x120 cm - 1 szt.



2. Sterylny wzmocniony antystatyczny **fartuch chirurgiczny** z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m², wzmocniony dwuwarstwowym laminatem barierowym z warstwą chłonną w części przedniej i przedramionach o gramaturze min. 40g/m². Wzmocnienie hydrofilowe umieszczone na zewnątrz umożliwiające śródoperacyjną kontrolę rodzaju fartucha. Rękawy proste zakończone niepyłącym poliesterowym mankietem o długości min. 8cm. Wiązany na 4 troki mocowane ultradźwiękowo, zewnętrzne w kartoniku. Troki o szer. 3cm, zewnętrzne dł. 70 i 54cm, wewnętrzne dł. 54cm. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową, w części szyjnej zapięcie na rzep szer. 2cm, dł. 13 i 5cm. Oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha, poziomu zabezpieczenia oraz normy EN 13795 widoczne przy złożonym fartuchu. Biozgodny wg PN EN ISO 10993-1 i Odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej min. 160cmH₂O, mniej krytycznej min. 37cmH₂O, wytrzymałość na wypychanie dla strefy krytycznej na mokro min. 129kPa, uwalnianie cząstek stałych dla powierzchni krytycznych max 1,3 log10- **2 sztuki rozmiar XL oraz 1 szt. rozmiar L**

3. Serwetki włókninowe do osuszania rak w rozmiarze 40x30 cm – 2 sztuki

4. Pojemnik plastikowy okrągły o pojemności 500 ml, niebieski, średnica denka: 9,5 cm, wysokość: 6 cm, podziałka co 100 ml - umożliwia identyfikację objętości płynów – 1 sztuka

5. Pojemnik plastikowy okrągły o pojemności 500 ml, transparentny, średnica denka: 9,5 cm, wysokość: 5 cm, podziałka co 50 ml - umożliwia identyfikację objętości płynów – 1 sztuka

6. Szpatułka do dezynfekcji pola operacyjnego plastikowa rączka, długość całej szpatułki 18,5cm, wymiary gąbki: 5x5x2,5cm - 1 sztuka

7. Kompresy gazowe 17nitkowe 8warstwowe 10x10 cm – 30 sztuk

8. Osłona na sprzęt, foliowa, okrągła, 162x81 cm z gumką – 2 sztuki

9. Strzykawka PLASTIKOWA 3CZ 10ML LN - 1 sztuka

10. Strzykawka PLASTIKOWA 3CZ 20ML LL – 2 sztuki

11. Strzykawka PLASTIKOWA 3CZ 10ML LL – 2 sztuki

12. IGŁA INIEKCYJNA 18G X 1 1/2 (1,2X40MM) – 1 sztuka

13. IGŁA INIEKCYJNA 21G X 1 1/2 (0,8X40MM) – 1 sztuka

14. Serweta na stół instrumentariuszki rozmiar 250X150CM służąca za owinięcie zestawu – 1 sztuka.

Zapakowany w opakowanie torebka papierowo-foliowa. Na opakowaniu 2 etykiety z nazwą wytwórcy, REF, LOT, Data ważności. Sterylizowany tlenkiem etylenu.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie zestawu o następujących parametrach – **PO KO-REKCIIE !!!** :

2. Sterylny wzmocniony antystatyczny **fartuch chirurgiczny** z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m², wzmocniony dwuwarstwowym laminatem barierowym z warstwą chłonną w części przedniej i



przedramionach o gramaturze min. 40g/m². Wzmocnienie hydrofilowe umieszczone na zewnątrz umożliwiające śródoperacyjną kontrolę rodzaju fartucha. Rękawy proste zakończone niepylącym poliestrowym mankietem o długości min. 8cm. Wiązany na 4 troki mocowane ultradźwiękowo, zewnętrzne w kartoniku. Troki o szer. 3cm, zewnętrzne dł. 70 i 54cm, wewnętrzne dł. 54cm. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową, w części szyjnej zapięcie na rzep szer. 2cm, dł. 13 i 5cm. Oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha, poziomu zabezpieczenia oraz normy EN 13795 widoczne przy złożonym fartuchu. Biozgodny wg PN EN ISO 10993-1 i Odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej min. 160cmH₂O, mniej krytycznej min. 37cmH₂O, wytrzymałość na wypychanie dla strefy krytycznej na mokro min. 129kPa, uwalnianie cząstek stałych dla powierzchni krytycznych max 1,3 log10- **2 sztuki rozmiar XL oraz 1 szt. rozmiar L-**

- wykonany z 5 warstwowej włókniny!!!

3. Serwetki włókninowe do osuszania rak w rozmiarze 40x30 cm – 2 sztuki

4. Pojemnik plastikowy okrągły o pojemności 500 ml, niebieski, średnica denka: 9,5 cm, wysokość: 6 cm, podziałka co 100 ml - umożliwia identyfikację objętości płynów – 1 sztuka

5. Pojemnik plastikowy okrągły o pojemności 500 ml, transparentny, średnica denka: 9,5 cm, wysokość: 5 cm, podziałka co 50 ml - umożliwia identyfikację objętości płynów – 1 sztuka

6. Szpatułka do dezynfekcji pola operacyjnego plastikowa rączka, długość całej szpatułki 18,5cm, wymiary gąbki: 5x5x2,5cm - 1 sztuka

7. Kompresy gazowe 17nitkowe 8warstwowe 10x10 cm – 30 sztuk **- z nitką RTG!!!**

8. Osłona na sprzęt, foliowa, okrągła, 162x81 cm z gumką – 2 sztuki **- zgodnie z wymaganiami SWZ!!!**

9. Strzykawka PLASTIKOWA 3CZ 10ML LN - 1 sztuka

10. Strzykawka PLASTIKOWA 3CZ 20ML LL – 2 sztuki

11. Strzykawka PLASTIKOWA 3CZ 10ML LL – 2 sztuki

12. IGŁA INIEKCYJNA 18G X 1 1/2 (1,2X40MM) – 1 sztuka

13. IGŁA INIEKCYJNA 21G X 1 1/2 (0,8X40MM) – 1 sztuka

14. Serweta na stół instrumentariuszki rozmiar 250X150CM służąca za owinięcie zestawu – 1 sztuka.

Zapakowany w opakowanie forebka papierowo-foliowa. Na opakowaniu 2 etykiety z nazwą wytwórcy, REF, LOT, Data ważności. Sterylizowany tlenkiem etylenu.

Pozostałe wymagania Zgodnie z SWZ

Pytanie 2

Poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania sterylnej, 3 warstwowej, samoprzylepnej, wysokochłonnej serwetę operacyjną wiskozowo-polipropylenowo-polipropylenową o wymiarach 90x75 cm z taśmą samoprzylepną na krótszym boku o szerokości 5cm. Gramatura 73 g/m² minimalna chłonność 824%.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3

Część 46:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania Barwne oznaczniki do podtrzymywania narzędzi wy-preparowanych w czasie operacji o grubości 4 mm i długości 900mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

ZESTAW 27

Pytanie 1

Pakiet 1, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii chirurgicznej, operacyjnej o powierzchni klejącej 30 cm x 28 cm. Pozostałość zgodnie z SWZ.

Odpowiedź



Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie.

Pytanie 2

Pakiet 1, poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii chirurgicznej, operacyjnej o powierzchni klejącej 45 cm x 75 cm. Pozostałość zgodnie z SWZ.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie.

Pytanie 3

Pakiet 1, poz. 1-3

Czy zamawiający oczekuje zaoferowania folii chirurgicznych pakowanych jednostkowo sterylnie i następnie zbiorczo w kartoniki po 10 szt. co ułatwia transport i magazynowanie tego produktu.

Odpowiedź

Zamawiający nie wymaga ale wyraża zgodę na zaoferowanie.

Pytanie 4

Pakiet 1, poz. 1-3

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania folii chirurgicznych z nieprzylepnymi paskami z obu stron o szerokości powyżej 4cm z każdej strony, które ułatwiają aplikacje na pacjencie?

Odpowiedź

Zamawiający nie wymaga ale wyraża zgodę na zaoferowanie.

Pytanie 5

Pakiet 31

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pompy elastomerowej wykorzystującej zbiornik elastomerowy z elastomeru silikonowego oraz ogranicznik przepływu w dystalnej części. Pompa o szerokim zakresie podaży od 215 do 335ml, objętości nominalnej 275ml, która poda objętość 240ml z prędkością nominalną 5ml/h w czasie 48h tak jak opisana, czyli tak samo dokładnie. Pompa posiada sztywną obudowę chroniącą leki przed promieniowaniem UV oraz selekcję zanieczyszczeń na przebiegu linii jednocześnie zapewniając podanie leku w bezpiecznym dla pacjenta i personelu w mikrobiologicznie zamkniętym systemie.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie.

Pytanie 6

Pakiet 31

2. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy obudowa i dren mają chronić leki światłoczułe?

Odpowiedź

Tak obudowa i dren mają chronić leki światłoczułe

Pytanie 7

Pakiet 6

Pozycja 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników z balonem 50 ml.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie.

Pytanie 8

Pakiet 6

Pozycja 1



Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników w rozmiarze CH18-22.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie.

Pytanie 9

Pakiet 6

Pozycja 3

Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie czy oczekuje, aby cewnik posiadał metalowy lub poliestrowy mandryn do wyboru.

Odpowiedź

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 10

Pakiet 11

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do szynowania moczowodów z maksymalnym zastosowaniem do 12 miesięcy, obustronnie zagięte typu JJ w rozmiarze CH4.8, długość części prostej między pętlami 26 cm, skalowane co 1 cm, popychacz prosty, prowadnica z powłoką PTFE.

Odpowiedź

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 11

Pakiet 11

2. Czy Zamawiający oczekuje, aby cewnik wykonany był z materiału dwuwarstwowego innego niż poliuretan (wewnątrz sztywny dla utrzymania drenażu, na zewnątrz miękki redukujący dolegliwości bólowe pacjentów) z pamięcią kształtu (redukującą ryzyko załamania cewnika JJ) z maksymalnym czasem stosowania do 12 miesięcy, potwierdzonym w Oryginalnej Instrukcji Obsługi Producenta?

Odpowiedź

Zamawiający nie wymaga ale wyraża zgodę na zaoferowanie.

Pytanie 12

Pakiet 11

3. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do szynowania moczowodów z maksymalnym zastosowaniem do 6 miesięcy, obustronnie zagięte typu JJ w rozmiarze CH4.8, długość części prostej między pętlami 26 cm, skalowane co 1 cm, popychacz umożliwiający repozycje cewnika nawet po usunięciu prowadnicy, prowadnica z powłoką PTFE.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie.

Pytanie 13

Pakiet 24

Pozycja 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie prowadnicy wiodącej czarnej z rdzeniem nitonolowym i powłoką hydrofilową na dystalnym końcu o dł. 5cm, odporna na zagięcia i złamania, ułatwiająca przejście przez wąskie fragmenty moczowodu. Zakończenie proste, giętki koniec dystalny oraz proksymalny. Długość 150cm, średnica 0.035". Produkt sterylny.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie pod warunkiem że oferowany asortyment jest kompatybilny ze sprzętem firmy Storz.

Pytanie 14

Pakiet 24

Pozycja 2



Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie koszuli dostępu moczowodowego pokrytej hydrożelem wewnątrz i na zewnątrz kanału roboczego oraz na powierzchni dystalnego rozszerzadła, umieszczona w specjalnym aplikatorze ułatwiającym nawilżenie przed użyciem bez uszkodzenia powłoki hydrofilnej, z możliwością wprowadzenia przy użyciu techniki Rapid Release (szybkiego zwalniania) co eliminuje potrzebę stosowania drugiego przewodnika, z pierścieniem widocznym w RTG na końcu koszulki, wewnątrz mandrynu koszulki znajdują się 2 kanały w tym jeden zakończony w części dystalnej 3 otworami, umożliwiającymi podanie kontrastu z pozostawieniem przewodnicy w miejscu. Rozmiary wew. 12CH, na zew. 14CH długości 35-45cm

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie pod warunkiem że oferowany asortyment jest kompatybilny ze sprzętem firmy Storz.

Pytanie 15

Pakiet 24

Pozycja 3

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ekstraktowa o rozmiarze CH1.5 oraz CH2.0, długość 120 cm. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie pod warunkiem że oferowany asortyment jest kompatybilny ze sprzętem firmy Storz.

Pytanie 16

Pakiet 24

Pozycja 3

2. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy ekstraktor złogów powinien posiadać poliamidową powłokę ułatwiającą wprowadzanie oraz wzmocnioną poliestrem końcówkę dla zapewnienia trwałości.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie pod warunkiem że oferowany asortyment jest kompatybilny ze sprzętem firmy Storz.

ZESTAW 28

Pytanie 1

1. W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 7 ust. 2 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów § 7 ust. 2 wzoru Umowy dostawy - Załącznik nr 7 do SWZ.

Pytanie 2

2. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 8 ust. 1, 2 (zał, nr 7 SWZ)

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:

1) w wysokości **0,5 %** wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 5 ust. 3 umowy obliczonego od wartości niedostarczonej partii Towaru - za każdy dzień zwłoki względem któregośkolwiek z terminów o których mowa w § 3 ust. 9 umowy, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonej partii**

Towaru;



- 2) w wysokości 10 % **niezrealizowanej części** wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 3 umowy – w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego albo Wykonawcę od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
- 3) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 ustawy – Prawo zamówień publicznych w wysokości **0,5 %** wynagrodzenia brutto podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, **nie więcej jednak niż 10% tego wynagrodzenia.**
2. Poza przypadkami określonymi w przepisie art. 456 ustawy Pzp i innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa, bądź pozostałych postanowieniach Umowy, Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy, bez konieczności uprzedniego wzywania Wykonawcy do należytej realizacji Umowy, i naliczyć karę umowną w wysokości 10 % **niezrealizowanej części** wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 3 Umowy, w przypadkach, gdy: (...)

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 3

3. Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

Odpowiedź

Zamawiający zmienia zapis § 6 ust. 4 Umowy dostawy – Załącznik nr 7 do SWZ, oraz zapis § 7 ust. 5 Umowy dostawy z depozytem – Załącznik nr 7a do SWZ który otrzymuje brzmienie :
Zamawiający dopuszcza możliwość składania faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących przez Wykonawcę poprzez Platformę Elektronicznego Fakturowania (PEF) lub na adres poczty e-mail: kancelaria@wss5.pl.

ZESTAW 29

Pytanie 1

Pakiet 2, poz. 3

Czy zamawiający dopuści dren o dł. 150 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie.

Pytanie 2

Pakiet 2, poz. 3

Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga ale wyraża zgodę na zaoferowanie.

Pytanie 3

Pakiet 2, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez dodatkowego zaczepu na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie.

Pytanie 4



Pakiet 5, poz. 4-5 Czy zamawiający wydzieli poz.4-5 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 5

Pakiet 5, poz. 5 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 6

Pakiet 7, poz. 7-8, Czy zamawiający wydzieli poz.7-8 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

ZESTAW 30

Pytanie 1

Pakiet 32 poz. 2 Czy zamawiający dopuszcza pęsety w rozmiarach 165-225mm i rozmiarach końcówek 0,5-2mm (w konfiguracji do wyboru przez Zamawiającego)?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 2

Pakiet 32 poz. 3 Czy zamawiający dopuści pęsety w rozmiarach 165-240mm i rozmiarach końcówek 0,5-2mm (w konfiguracji do wyboru przez Zamawiającego)?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

ZESTAW 31

Pytanie 1

Dot. Pakiet nr 16 – Kaczki i baseny

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opakowań zbiorczych, gdzie 1 op. = 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do 1 opakowania?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

ZESTAW 32

Pytanie 1

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz ofertowy „Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Wykonawcy będzie..... (imię i nazwisko),” Prosimy



Zamawiającego o wyrażenie zgody na podanie działu lub stanowiska osoby wyznaczonej do kontaktów w sprawie realizacji umowy. Prośbę motywujemy faktem, iż w związku z stanem epidemicznym pracujemy w również trybie pracy zdalnej i będzie to obecnie utrudnione, aby wyznaczyć jedną osobę odpowiedzialną za realizację umowy.

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 2

Dotyczy: SWZ, Rozdział XIX Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert Uprzejmie prosimy o zmianę kryterium „termin dostawy”, za które Wykonawca otrzyma 0 pkt. z 3 dni roboczych na 5 dni roboczych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia kryteriów ofert określonych w Rozdziale XIX SWZ.

Pytanie 3

Dotyczy: SWZ, Rozdział XX, punkt. 2 Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na podpisanie umowy drogą korespondencyjną.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie umowy drogą korespondencyjną.

Pytanie 4

Dotyczy: Załącznik nr 7 do SWZ, Umowa dostawy wzór, § 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie poniższego zapisu do wzoru umowy? Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości dostaw w okresie trwania umowy – sytuacja nie dotyczy gdy zaległości w płatnościach Zamawiającego przekraczają 90 dni ponad termin określony w umowie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 5

Dotyczy: Załącznik nr 7 do SWZ, Umowa dostawy wzór, § 3 ust. 4, pakiet nr 37 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie oznaczenia za pomocą prostych zharmonizowanych symboli i rozpoznawalnych znaków. Opakowania zastosowane przez producenta posiadają informacje w języku angielskim oraz wyrażone za pomocą zharmonizowanych symboli i rozpoznawalnych znaków. Poza tym dostarczane są do profesjonalnego użytkownika, jakim jest personel medyczny szpitala. Dlatego prosimy o odstąpienie od wymogu posiadania przez opakowania jednostkowe etykiet w języku polskim. art. 12.4 Wyrób, system lub zestaw zabiegowy przeznaczony do stosowania przez użytkowników niebędących laikami oraz wyrób, system lub zestaw zabiegowy udostępniony w celu używania przez użytkowników niebędących laikami ma deklarację zgodności UE albo oświadczenia, o których mowa w art. 22 ust. 1 lub 3 rozporządzenia 2017/745, oraz etykiety i instrukcje używania w języku polskim lub języku angielskim, z wyjątkiem informacji przeznaczonych dla pacjenta, które podaje się w języku polskim lub wyraża za pomocą zharmonizowanych symboli lub rozpoznawalnych kodów

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapis §3 ust. 4 Umowy dostawy – Załącznik nr 7 do SWZ, który otrzymuje brzmienie:

4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Towar odpowiednio opakowany i oznakowany (wymagane jest oznakowanie w języku polskim informujące o nazwie, ilości, dacie ważności, nazwie producenta – *nie dotyczy Pakietu nr 37, 42*)



Pytanie 6

Dotyczy: Załącznik nr 7 do SWZ, Umowa dostawy wzór, § 3 ust. 9 Prosimy Zamawiającego o dopisanie do umowy następującego zdania: „Zamówienia będą składane do godziny 14. Zamówienia złożone po godzinie 14, będą traktowane jako zamówienia złożone dnia kolejnego”

Odpowiedź:

Nie zmienia zapisów § 3 ust. 9 wzoru umowy - załącznik nr 7 do SWZ.

Pytanie 7

Dotyczy: Załącznik nr 7 do SWZ, Umowa dostawy wzór, § 6 ust. 2 Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na dostarczenie faktury w wersji papierowej wraz z wysłanym towarem lub na adres e-mail podany przez Zamawiającego

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapis § 6 ust. 4 Umowy dostawy – Załącznik nr 7 do SWZ, który otrzymuje brzmienie :

Zamawiający dopuszcza możliwość składania faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących przez Wykonawcę poprzez Platformę Elektronicznego Fakturowania (PEF) lub na adres poczty e-mail: kancelaria@wss5.pl.

Pytanie 8

Dotyczy: Załącznik nr 7 do SWZ, Umowa dostawy wzór, § 8 ust. 1 Prosimy o modyfikację zapisów § 8 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągnięte przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 9

Dotyczy: Załącznik nr 7 do SWZ, Umowa dostawy wzór, § 8 ust. 1 podpunkt 1) W naszej opinii zaproponowana kara umowna 1% jest wysoka. Przyjęło się, że na rynku wyrobów medycznych wynosi ona około 0,1 – 0,2 % za każdy dzień zwłoki. Zadaniem kar umownych winno być skuteczne zmotywowanie i skłonienie kontrahenta do prawidłowego wykonania umowy, a nie do zniechęcenia do udziału w zamówieniach publicznych. W związku z powyższym prosimy Zamawiającego do obniżenia kary umownej do poziomu 0,5%

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 10

Dotyczy: Załącznik nr 7 do SWZ, Umowa dostawy wzór, § 9 ust. 4 Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie co miał na myśli powołując się § 3 ust. 3 umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapis § 9 ust. 4 umowy dostawy – Załącznik nr 7 do SWZ, który otrzymuje brzmienie :

Zamawiający może skorzystać z prawa opcji przez złożenie Wykonawcy stosownego oświadczenia określającego zakres prawa opcji na adres mailowy wskazany w § 3 ust. 14 pkt 2 Umowy.



Pytanie 11

Dotyczy: Załącznik nr 7 do SWZ, Umowa dostawy wzór, § 12 ust. 6 • Zgodnie z art. 439. Ustawy PZP pierwsza waloryzacja dokonywana jest nie wcześniej niż 6 miesięcy od zawarcia umowy .
Prosimy o dostosowanie zapisów umowy do powyższego.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia postanowienia wzoru umowy bez zmian (okoliczność, że przepis art. 439 Pzp wymaga wprowadzenia postanowień dot. waloryzacji w umowach zawieranych na okres powyżej 6 m-cy nie oznacza jeszcze, że pierwsza waloryzacja ma mieć miejsce w tym czasie).

Zatwierdził

/Podpisano w oryginale/
Dyrektor ds. Ekonomicznych
i Zarządzania Majątkiem
Łukasz Dolata

