



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Poznaniu

im. prof. Ludwika Bierkowskiego

Dział Zamówień Publicznych

ul. Dojazd 34, 60-631 Poznań
tel. 61-846-47-70,
www.szpitalmswia.poznan.pl
zamowienia@szpitalmswia.poznan.pl



ZP/p/2374-8/2020

Poznań, dnia 28.02.2020 roku

Do wszystkich Wykonawców
ubiegających się udzielenie
zamówienia publicznego

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: „dzierżawa analizatora do koagulologii wraz z zakupem odczynników”. Nr postępowania: Zp/p/8/2020.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Nr 1

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu, im. prof. Ludwika Bierkowskiego, informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Zamawiający niniejszym udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Zestaw zapytań nr 1

Pytanie 1

Ad.5

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatorów z możliwością wykonywania badań CITO w dowolnym czasie lecz posiadającymi dedykowane miejsca na próbki CITO, bez możliwości zaprogramowania statusu próbki?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie analizatorów z możliwością wykonywania badań CITO w dowolnym czasie lecz posiadającymi dedykowane miejsca na próbki CITO, bez możliwości zaprogramowania statusu próbki.

Pytanie 2

Ad. 17

Czy Zamawiający dopuści ofertę z analizatorem wraz z dedykowanymi odczynnikami i aplikacjami pochodzącymi od innego producenta?

Zaoferowany zestaw (analizator + odczynniki) stanowi jednolity system. Proponowane odczynniki są dedykowane do oferowanego analizatora.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wyraża zgodę na ofertę z analizatorem wraz z dedykowanymi odczynnikami i aplikacjami pochodzącymi od innego producenta po warunkiem, że zaoferowany zestaw (analizator

+ odczynniki) stanowi jednolity system.

Pytanie 3

Czy w Załączniku nr 2 do SIWZ Zamawiający wymaga skalkulowania oferty na 400 czy 4000 oznaczeń D-Dimer w ciągu 24 miesięcy?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający informuje, że wymaga skalkulowania oferty na 4 000 oznaczeń. D-Dimerów na 24 miesiące.

Pytanie 4

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy nie doszło do omyłki pisarskiej przy określeniu ilości oznaczeń odczynnika od oznaczenia D-dimerów?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający informuje, że wymaga skalkulowania oferty na 4 000 oznaczeń. D-Dimerów na 24 miesiące.

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 w związku z udzielonymi wyjaśnieniami tj. dokonuje modyfikacji SIWZ poprzez:

- 1) modyfikację załącznika nr 2 do SIWZ – Formularz asortymentowo-cenowy, zgodnie z treścią załącznika do niniejszych wyjaśnień

Załączniki:

- 1) Formularz-asortymentowo cenowy

Niniejszy dokument stanowi integralną część SIWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.

Wyk. w 1 egz.
1/ strona internetowa
2/ a/a
Druk: M. Flis

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
MINISTERSTWA SPRAW WNETRZNYCH I ADMINISTRACJI
w Poznaniu im. prof. Edwarda Bierkowskiego
dr n. med. Witold Piotr Bieliński

Z-ca kierownika
Działu Zamówień Publicznych
mgr Michał Flis