



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIwersYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI

✉ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

✉ poczta@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

WYKONAWCY

Łódź, dnia 12.04.2023 r.

ZP/ 30 /2023

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę narzędzi chirurgicznych dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1710 ze zm.), w odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, SP ZOZ Centralny Szpital Kliniczny UM w Łodzi wyjaśnia co następuje:

Pytanie 1

Pak. 2, poz. 1: Czy Zamawiający wyraża zgodę na kleszczyki dł. 180 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na kleszczyki o dł. 180 mm z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ.

Pytanie 2

Pak. 2, poz. 2: Czy Zamawiający wyraża zgodę na kleszczyki nazwa własna Pean, dł. 180 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na kleszczyki nazwa własna Pean o dł. 180 mm z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ.

Pytanie 3

Pakiet 2 – Dostawa narzędzi dla OIT Kliniki Kardiochirurgii

Lp. 1,2 Kleszczyki o długości 180 mm

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na kleszczyki o dł. 180 mm z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ.

Pytanie 4

Prosimy także o zmiany parametrów dostawy na następujące:

- 30 dni roboczych – 5 pkt
- 35 dni roboczych – 4 pkt
- 40 dni roboczych – 3 pkt
- 45 dni roboczych – 2 pkt
- 50 dni roboczych – 1 pkt

Prośbę naszą uzasadniamy tym, że przedmiot zamówienia stanowi wysokiej jakości sprzęt medyczny wielorazowego użytku, a także ze względu na wejście w życie regulacji Medical Device Regulation 2017/745 wydłużającej procesy produkcyjne i certyfikacyjne wyrobów medycznych oraz obostrzenia związane z COVID-19 jak również problemy z brakiem stali chirurgicznej na światowych rynkach, z powodu wojny w Ukrainie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 5

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr. 2 pozycji nr.1 kleszczyki Rochester Ochsner o długości 18 cm, pozostałe parametry bez zmian ?



Dane teleadresowe placówek szpitala w Łodzi:

ul. Pomorska 251 (budynek A-3 IStomatologii) Tel. 42 675 75 00 Fax 42 678 93 68

ul. Pomorska 251 (budynek A-1 CKD) Tel. 42 201 41 00 Fax 42 201 41 01

ul. Czechosłowacka 8/10 (bud. B-1 Psychiatria) Tel. 42 675 72 72 Fax 42 679 17 80

ul. Pankiewicza 16 (ul. Sporna 36/50) Tel. 42 617 77 77 Fax 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze Leczenie Ukoji Cierpienie”



Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostawy zgodnie z SWZ.

Pytanie 6

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr. 2 pozycji nr. 1 kleszczyki Kocher Ochsner o długości 18 cm ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza kleszczyki Kocher Ochsner o długości 18 cm z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ.

Pytanie 7

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr. 2 pozycji nr.2 kleszczyki naczyniowe Rochester Pean o długości 18 cm, pozostałe parametry bez zmian ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza kleszczyki naczyniowe Rochester Pean o długości 18 cm z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ.

Pytanie 8

Pakiet 2: dostawa narzędzi dla OIT Kliniki Kardiochirurgii

Poz. 1.) Czy Zamawiający dopuści KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER-OCHSNER PROSTE SKOK ZĄBKÓW 0,8 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 180 MM ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza kleszczyki TYP KOCHER-OCHSNER o długości 180 mm z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ.

Pytanie 9

Pakiet 2: dostawa narzędzi dla OIT Kliniki Kardiochirurgii

Poz. 2.) Czy Zamawiający dopuści KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP ROCHESTER-PEAN ZAKRZYWIONE SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM DŁUGOŚĆ 180 MM ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza kleszczyki TYP ROCHESTER-PEAN o długości 180 mm z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ.

Uwaga

- 1) W przypadku dopuszczenia parametrów, zapisów innych niż opisane w SWZ, Zamawiający prosi, aby zaznaczyć, iż parametry, zapisy zostały dopuszczone w drodze udzielonych wyjaśnień treści SWZ z powołaniem odpowiedniego numeru odpowiedzi.
- 2) Powyższe wyjaśnienia oraz modyfikacje stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia.

Zamawiający udostępnił na stronie internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/csk_umed

- treść zapytań wraz z wyjaśnieniami

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Kinga Miśkiewicz