

ZZOZ/ZP/59/1/2019

**Informacja o wpłynięciu pytań oraz modyfikacji zapytania ofertowego na wykonanie naprawy aparatu RTG polegającej na wymianie kratki przeciwrozproszeniowej w aparacie RTG Siremobil Compact L nr 30894, TN 802/907 dla Bloku Operacyjnego ZZOZ w Wadowicach**

W związku z wpłynięciem pytań do zapytania ofertowego na wykonanie naprawy aparatu RTG polegającej na wymianie kratki przeciwrozproszeniowej w aparacie RTG Siremobil Compact L nr 30894, TN 802/907 dla Bloku Operacyjnego ZZOZ w Wadowicach, znak: 34/RC/ZP/ZZOZ/2019, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

**Pytanie nr 1: dot. zał. nr 3 do zapytania ofertowego**

Celem doprecyzowania zapisów prosimy o dopisanie na końcu – „jeżeli zgodne ze stanem faktycznym.” Zwracamy uprzejmie uwagę, że taki wpis może zostać dokonany jeżeli aparat nie będzie miał innych uszkodzeń.

**Odpowiedź:** Zamawiający modyfikuje załącznik nr 3 Projekt umowy § 2 ust 2 nadając mu nowe brzmienie: „Wykonawca po wykonaniu usługi dokona wpisów w odpowiednich paszportach technicznych, potwierdzających sprawność aparatu RTG, z dopiskiem „*sprawne i dopuszczone do eksploatacji*”, jeżeli zgodne ze stanem faktycznym.”

**Pytanie nr 2: dot. zapytania ofertowego**

Prosimy o potwierdzenie, że części wymieniane przy naprawie mają być fabrycznie nowe i oryginalne, w oryginalnych opakowaniach.

Zaproponowany zapis pozwala na zabezpieczenie się Zamawiającego przed stosowaniem przez Wykonawcę części zamiennych pochodzących z wyeksploatowanych lub wycofanych z użytkowania aparatów, części wyeksploatowanych, nie testowanych wcześniej pod kątem prawidłowej pracy, tym samym eliminując sytuację wykorzystywania aparatu będącego własnością Zamawiającego jako swego rodzaju urządzenia do testowania części niewiadomego pochodzenia. Uprzejmie informujemy, że na polskim rynku są firmy, które skupują stare aparaty w celu wykorzystania używanych części do naprawy innych aparatów.

Zwracamy uwagę, że instalowanie części zamiennych, nieznanego pochodzenia może prowadzić do sytuacji, w której określone prawem wymagania zasadnicze dla danego wyrobu nie zostaną spełnione, co może nieść ryzyko w sferze bezpieczeństwa, jakości czy niezawodności wyrobu medycznego oraz wpłynąć na ważność znaku CE wydanego dla tego wyrobu. Dodatkowo używane części charakteryzują się krótszym czasem eksploatacji co może narazić Zamawiającego na dodatkowe koszty

**Odpowiedź:** Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 1 „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” nadając mu nowe brzmienie:

„Przedmiotem zamówienia jest **wykonanie naprawy aparatu RTG polegającej na wymianie kratki przeciwrozproszeniowej w aparacie RTG Siremobil Compact L nr 30894, TN 802/907 dla Bloku Operacyjnego ZZOZ w Wadowicach, znak: 34/RC/ZP/ZZOZ/2019.**

1. Wymiana kratki przeciwrozproszeniowej na fabrycznie nową, oryginalną w oryginalnym opakowaniu-1 szt.
2. Przed przystąpieniem do prac należy okazać produkt oryginalnie zapakowany w Dziale Technicznym ZZOZ w Wadowicach.
3. Gwarancja: min. 3miesiące.
4. Termin realizacji: max 30 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.
5. Zamawiający wymaga aby osoba, która będzie wykonywała naprawę, posiadała Certyfikat ze szkolenia u producenta lub w ośrodku szkoleniowym autoryzowanym przez producenta.

***Niespełnienie jakiegokolwiek parametru będzie skutkowało odrzuceniem oferty.”***

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/zozwadowice> do dnia 09.09.2019r. do godziny 10:00. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w **dniu 09.09.2019r. godz. 10:30.**

*Dyrektor  
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej  
w Wadowicach*

***Beata Szafraniec***

Otrzymują:  
<https://platformazakupowa.pl/pn/zozwadowice>  
1 x Wykonawcy (e-mail):  
1 x a/a.