



WOJEWÓDZKI SZPITAL PSYCHIATRYCZNY

34 -120 Andrychów; ul. J. Dąbrowskiego 19

tel.(33) 875-75-76; 875-24-46 (47); 875-45-41; fax (33) 875-45-59; www.szpital.info.pl; e-mail:szpital@szpital.info.pl

NIP- 551-21-23-091
PKD- 8610Z
REGON- 000805666
KONTO – Bank Pekao S.A.
06 1240 4748 1111
0000 4872 7945

Nasz znak:

IZP/2500/3/1066/2021

IZP/2500/3/1076/2021

IZP/2500/3/1085/2021

IZP/2500/3/1100/2021

IZP/2500/3/1116/2021

Andrychów dn., 09.04.2021 r.

OGŁOSZENIE O MODYFIKACJI SWZ

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na zadanie pn.: „Dostawa sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Andrychowie” – znak sprawy: IZP/2500/3/2021

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego na podstawie art. 284 ust. 6 oraz art. 286 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r.(Dz.U.2019 poz. 2019 ze zm.) informuje, że w postępowaniu zostały złożone pytania i modyfikuje treść Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz na podstawie art. 286 ust. 5 ustawy Pzp przedłuża termin składania i otwarcia ofert.

Poniżej podajemy treść pytań i udzielonych odpowiedzi.

Pytanie nr 1 dotyczy: Pakiet II – Defibrylator z wyposażeniem

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator z możliwością dostawy do 42 dni?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 2 dotyczy: Pakiet II – Defibrylator z wyposażeniem pkt.4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator wyposażony w trybie AED w aktualny protokół defibrylacji AED wyposażony w algorytm wykrywania arytmii do defibrylacji, bez wykrywania ruchów pacjenta? Algorytm ten można aktualizować w zależności od zmian ERC/AHA.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian wymagając protokołu wykrywającego ruch pacjenta

Pytanie nr 3 dotyczy: Pakiet II – Defibrylator z wyposażeniem pkt.7. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator wyposażony w 21 poziomów energii defibrylacji? W trakcie resuscytacji/defibrylacji pacjenta stosowane są 2, max. 3 wartości energii, zgodnie z protokołem defibrylacji. Zamawiający przyznaje 0 pkt. w przypadku dostępnej ilości < 24 stopni.

Odpowiedź: Zamawiający oświadcza, że dopuści defibrylator wyposażony w 21 poziomów energii, przyznając jednocześnie 0 pkt w tym parametrze.

Pytanie nr 4 dotyczy: Pakiet II – Defibrylator z wyposażeniem pkt.16. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator z możliwością wykonania pełnego codziennego autotestu bez udziału użytkownika, bez konieczności manualnego włączenia urządzenia przy zamontowanym akumulatorze oraz z zasilania zewnętrznego 230V, z każdorazowym automatycznym wydrukiem wyniku autotestu z numerem aparatu?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. Zamawiający wymaga aby pełny codzienny autotest był realizowany bez użytkownika, niezależnie od źródła zasilania (również jeśli urządzenie nie jest podpięte do gniazda 230V), bez względu na to czy urządzenie jest włączone czy wyłączone. Raport musi zawierać numer seryjny aparatu dla wykluczenia pomyłki w wydrukach.



WOJEWÓDZKI SZPITAL PSYCHIATRYCZNY

34 -120 Andrychów; ul. J. Dąbrowskiego 19

tel.(33) 875-75-76; 875-24-46 (47); 875-45-41; fax (33) 875-45-59; www.szpital.info.pl; e-mail:szpital@szpital.info.pl

Pytanie nr 5 dotyczy: **Pakiet II – Defibrylator z wyposażeniem pkt.19.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator wyposażony w 5 poziomów wzmocnienia sygnału ekg w wymaganym zakresie? Proponowany defibrylator posiada tzw. autowzmocnienie, które automatycznie dopasowuje wielkość mierzonego sygnału ekg do wielkości okna wyświetlania.

Odpowiedź: *Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian wymagając 8 poziomów wzmocnień sygnału EKG*

Pytanie nr 6 dotyczy: **Pakiet VII – Dozownik do dezynfekcji rąk stojący.** Prosimy o dopuszczenie stacji o wymiarach 370x617x1312 mm (sz. x dł. x wys.), która posiada system zasilany baterią, spełniającej pozostałe zapisy SWZ

Odpowiedź: *Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian wymagając zasilania sieciowego i akumulatorowego.*

Pytanie nr 7 dotyczy: **Pakiet II – Defibrylator z wyposażeniem pkt. 3.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator z zaprogramowanym metronomem reanimacyjnym wg najnowszych wytycznych ERC z 2015 roku stanowiących o jednakowej liczbie uciśnień dla pacjentów zaintubowanych i niezaintubowanych w stosunku 30:2 (ucisk:wdech) gwarantujących najlepszy stosunek częstości uciśnień do ilości wykonanych wdechów? Pragniemy zauważyć, że proponowane przez nas urządzenie ma zaprogramowany i aktualizowany proces RKO do aktualnych przepisów i norm jakie są aktualnie obowiązują. Przez co urządzenie sprawnie nadzoruje i pomaga osobie prowadzącej proces RKO poprzez wyraźne komunikaty w języku polskim oraz sygnały wyświetlane na ekranie defibrylatora.

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.*

Pytanie nr 8 dotyczy: **Pakiet II – Defibrylator z wyposażeniem pkt. 4.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator bez algorytmu wykrywającego ruch pacjenta.

Odpowiedź: *Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian wymagając protokołu wykrywającego ruch pacjenta podczas procedury defibrylacji*

Pytanie nr 9 dotyczy: **Pakiet II – Defibrylator z wyposażeniem pkt. 7.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator z dostępnymi 23 poziomami energii defibrylacji? Pragniemy zauważyć, że możliwość dobrania z 20 poziomów energii defibrylacji daje możliwość prawidłowego dobrania odpowiedniej dawki energii dla danego pacjenta i dla zaistniałej sytuacji.

Odpowiedź: *Zamawiający oświadcza, że dopuści defibrylator wyposażony w 23 poziomy energii, przyznając jednocześnie 0 pkt w tym parametrze.*

Pytanie nr 10 dotyczy: **Pakiet II – Defibrylator z wyposażeniem pkt. 8.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator z czasem ładowania do energii 200J wynoszącym do 6 sekund?

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.*

Pytanie nr 11 dotyczy: **Pakiet II – Defibrylator z wyposażeniem pkt. 19.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator z najczęściej stosowanym wzmocnieniem sygnału dla modułu EKG w zakresie 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0 cm/mV wyświetlanym na 8,4 calowym, kolorowym ekranie LCD o rozdzielczości 800x600 pikseli – gwarantującym wysokiej jakości wyświetlanie krzywych EKG niezależnie od wartości wzmocnienia oraz z funkcją automatycznego wykrywania podłączonego do urządzenia odprowadzenia EKG?

Odpowiedź: *Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian wymagając 8 poziomów wzmocnień sygnału EKG*



WOJEWÓDZKI SZPITAL PSYCHIATRYCZNY

34 -120 Andrychów; ul. J. Dąbrowskiego 19

tel.(33) 875-75-76; 875-24-46 (47); 875-45-41; fax (33) 875-45-59; www.szpital.info.pl; e-mail:szpital@szpital.info.pl

Pytanie nr 12 dotyczy: Pakiet II – Defibrylator z wyposażeniem pkt. 20. Czy Zamawiający dopuści zrezygnuje z możliwości synchronizacji zdalnej i obserwacji sygnału EKG w czasie rzeczywistym przy użyciu innego monitora?

Odpowiedź: *Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian nie rezygnując z możliwości opisanego parametru.*

Pytanie nr 13 dotyczy: Pakiet II – Defibrylator z wyposażeniem pkt. 22. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy defibrylator z natężeniem prądu [mA] w zakresie od 0 do 140?

Odpowiedź: *Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian nie zmniejszając wymaganego zakresu natężenia prądu stymulacji.*

Pytanie nr 14 dotyczy: Pakiet II – Defibrylator z wyposażeniem pkt. 24. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy defibrylator z Modułem pomiaru EtCO₂ z obserwacją krzywej EtCO₂ na ekranie bez transmisji danych poprzez WiFi

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.*

Pytanie nr 15 dotyczy: Pakiet I – urządzenia przeznaczonego do mechanicznej kompresji klatki piersiowej. W związku z użyciem przez Zamawiającego nazwy własnej określonych wyrobów medycznych w Opisie Przedmiotu Zamówienia, co stanowi naruszenie ustawy Prawo Zamówieniach Publicznych poprzez określenie przedmiotu Zamówienia w sposób niezapewniający zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców ubiegających się o udzielenie Zamówienia publicznego, poprzez określenie przedmiotu Zamówienia w sposób mogący utrudniać uczciwą konkurencję. Wnioskujemy o wykreślenie z OPZ nazw własnych opisanych produktów medycznych co umożliwi złożenie się ze sprzętem medycznym spełniającym wymagania opisane przez Zamawiającego.

Odpowiedź: *Zamawiający oświadcza iż wykreśla z opisu Zamówienia nazwę własną (omyłka pisarska). Zmodyfikowany SWZ stanowi osobny dokument będący integralną częścią niniejszej modyfikacji.*

Pytanie nr 16 dotyczy: Pakiet I – urządzenia przeznaczonego do mechanicznej kompresji klatki piersiowej. W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego czy dopuści na zasadzie równoważności urządzenie umożliwiające automatyczny dobór sił ucisku względem oporu klatki piersiowej wraz z samoczynnym, fizjologicznym odprężeniem klatki piersiowej do pozycji wyjściowej, bez potrzeby wykonywania aktywnej relaksacji uciśnięcia prowadzone są za pomocą wielorazowej nakładki z tworzywa sztucznego (w zestawie 2 sztuki dla małych i dużych dorosłych) umożliwiającą naturalną relaksację?

Odpowiedź: *Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. Zamawiający wymaga rozwiązania wspomagającego rozprężenia klatki piersiowej przez ssawkę do wykonania aktywnej relaksacji klatki piersiowej pacjenta*

Pytanie nr 17 dotyczy: Pakiet I – urządzenia przeznaczonego do mechanicznej kompresji klatki piersiowej. W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego czy jako równoważny parametr do: „*Bezprzewodowa (przez sieć WIFI) transmisja danych medycznych z przebiegu RKO do komputerów typu PC z możliwością jednoczesnego powiadomienia (.pdf) wysyłanego automatycznie na dedykowany adres email*” uzna i przyzna punkty za bezprzewodową transmisję danych z przebiegu RKO do komputerów typu PC za pomocą karty SD i dalszą możliwość wysłania danych na adres email?

Odpowiedź: *Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian, Zamawiający przyzna 0 pkt w tym parametrze.*

Pytanie nr 18 dotyczy: Pakiet I – urządzenia przeznaczonego do mechanicznej kompresji klatki piersiowej. W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego dopuści urządzenie umożliwiające programowanie trybów pracy urządzenia obejmujące prędkość uciśnięć w zakresie 80-120 uciśnięć na minutę, bezpośrednio w urządzeniu, nawet



WOJEWÓDZKI SZPITAL PSYCHIATRYCZNY

34 -120 Andrychów; ul. J. Dąbrowskiego 19

tel.(33) 875-75-76; 875-24-46 (47); 875-45-41; fax (33) 875-45-59; www.szpital.info.pl; e-mail:szpital@szpital.info.pl
w trakcie prowadzonej reanimacji, dzięki czemu można na bieżąco modyfikować i dopasować parametry RKO do pacjenta? W ocenie wykonawcy jest to parametr lepszy, bardziej przydatny w codziennym użytkowaniu urządzenia.

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie na zasadzie równowagi.*

Pytanie nr 19 dotyczy: Pakiet I – urządzenia przeznaczonego do mechanicznej kompresji klatki piersiowej. W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego czy dopuści urządzenie umożliwiające programowanie głębokości uciśnień klatki piersiowej w zakresie 2-6 cm, zgodnie z wytycznymi ERC/AHA bezpośrednio w urządzeniu, nawet w trakcie prowadzonej reanimacji, dzięki czemu można na bieżąco modyfikować i dopasować parametry RKO do pacjenta? W ocenie wykonawcy jest to parametr lepszy, bardziej przydatny w codziennym użytkowaniu urządzenia.

Odpowiedź: *Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. Zamawiający wymaga możliwości wprowadzenia zmian w opisany w SWZ sposób. Możliwość wprowadzenia zmian w trakcie reanimacji rodzi ryzyko niezamierzonej nagłej zmiany ustawień nie objętych wytycznymi (np 2 cm).*

Pytanie nr 20 dotyczy: Pakiet I – urządzenia przeznaczonego do mechanicznej kompresji klatki piersiowej. W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego czy jako równoważny parametr do: „Zdalna konfiguracja (przez sieć WIFI) czasu przeznaczonego na wentylację w zakresie od 3 do 5 sekund” uzna i przyzna punkty za programowanie długości przerwy na wentylację pacjenta w zakresie 3-8 sekund, bezpośrednio w urządzeniu, dzięki czemu można modyfikować i dopasować parametry RKO do pacjenta? W ocenie wykonawcy jest to parametr lepszy, bardziej przydatny w codziennym użytkowaniu urządzenia.

Odpowiedź: *Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian, Zamawiający przyzna 0 pkt w tym parametrze.*

Pytanie nr 21 dotyczy: Pakiet I – urządzenia przeznaczonego do mechanicznej kompresji klatki piersiowej. W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego czy dopuści urządzenie, którego konstrukcja i sposób użycia nie wymaga stosowania osobnej stabilizacji głowy oraz mocowania rąk pacjenta do urządzenia?
przydatny w codziennym użytkowaniu urządzenia.

Odpowiedź: *Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. Zamawiający wymaga dostarczenia urządzenia wraz z rozwiązaniem stabilizującym głowę oraz ręce pacjenta podczas transportu i przekładania pacjenta.*

Pytanie nr 22 dotyczy: Pakiet I – urządzenia przeznaczonego do mechanicznej kompresji klatki piersiowej. W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego czy oczekuje aby dostarczone urządzenie posiadało możliwość regulacji częstości kompresji w pełny zakresie pomiędzy 100 – 120 uciśnień na minutę?

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie ale nie wymaga*

Pytanie nr 23 dotyczy: Pakiet I – urządzenia przeznaczonego do mechanicznej kompresji klatki piersiowej. W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego czy oczekuje aby dostarczone urządzenie posiadało możliwość użycia na pacjentach o szerokości klatki piersiowej co najmniej 48 cm?

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie ale nie wymaga*

Pytanie nr 24 dotyczy: Pakiet I – urządzenia przeznaczonego do mechanicznej kompresji klatki piersiowej. W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego czy oczekuje aby dostarczone urządzenie posiadało płytę pod plecy przezierną dla promieni RTG?

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie ale nie wymaga*



WOJEWÓDZKI SZPITAL PSYCHIATRYCZNY

34 -120 Andrychów; ul. J. Dąbrowskiego 19

tel.(33) 875-75-76; 875-24-46 (47); 875-45-41; fax (33) 875-45-59; www.szpital.info.pl; e-mail:szpital@szpital.info.pl

Pytanie nr 25 Dotyczy ogólnych zapisów SWZ i umowy: W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego czy zgodzi się na wydłużenie terminu dostawy dla zadania I i II z 30 do 40 dni? Aktualna sytuacja związana z COVID-19 powoduje, że oczekiwanie na dostawy, szczególnie respiratorów oraz urządzeń do kompresji klatki piersiowej, jest wydłużone.

Odpowiedź: *Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.*

Pytanie nr 26 Dotyczy ogólnych zapisów SWZ i umowy: W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego czy zgodzi się na wydłużenie reakcji serwisowej z 48 do 72 godzin dla zadania I i II?

Odpowiedź: *Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.*

Pytanie nr 27 dotyczy: Pakiet IX Monitor funkcji życiowych umożliwiający sposób pomiaru, zapisu, analizy i interpretacji danych pacjenta w miejscu sprawowania nad nim opieki. Dotyczy pkt 1. Czy Zamawiający dopuści do zaofiarowania kardiomonit z kolorowym ekranem TFT LCD 12,1”?

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.*

Pytanie nr 28 dotyczy: Pakiet IX Monitor funkcji życiowych umożliwiający sposób pomiaru, zapisu, analizy i interpretacji danych pacjenta w miejscu sprawowania nad nim opieki. Dotyczy pkt 2. Czy Zamawiający dopuści do zaofiarowania kardiomonit z akumulatorem litowo - jonowym o całkowitej długości pracy na wbudowanym akumulatorze do 120 minut?

Odpowiedź: *Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.*

Ponadto Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 1 do SWZ Pakiet VII i IX poprzez zmianę ilości, zmodyfikowany SWZ stanowi osobny dokument będący integralną częścią niniejszej modyfikacji.

Termin składania i otwarcia ofert **ulega zmianie**. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na stronie internetowej prowadzonego postępowania pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_andrychow **do dnia 15.04.2021r. do godz. 09:00**. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. **15.04.2021 godz. 09:30**.

.....
/podpis Dyrektora Szpitala/

Otrzymują:

1 x https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_andrychow

1 x Wykonawcy e-mail:

[1 x a/a](#)