



## Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach

ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice

www.zzozwadowice.pl, email: sekretariat@zzozwadowice.pl

Wadowice, dnia 17.10.2024r.

Znak: ZP.26.1.40.2024.1

### **Informacja o wpłynięciu pytań do SWZ na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla ZZOZ w Wadowicach**

Działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 1320) Zamawiający Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach, ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice przekazuje zapytania od Wykonawców dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) i udziela wyjaśnień dotyczących postępowania na „Dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla ZZOZ w Wadowicach”:

**Pytanie nr 1** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pak 1 poz 1-3 Cewniki Foley wykonane w całości z silikonu, przezroczyste, z naprzemiennie ułożonymi dwoma otworami drenażowymi, kodowany kolorystycznie. Cewnik z czujnikiem temperatury, zakres pomiaru 25stC-45stC, bez lateksu, bez DEHP, w rozmiarze 14 CH,16CH i 18CH Całość sterylna ?

**Odpowiedź:** Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

**Pytanie nr 2 Zadanie 3, pozycja 1** Czy Zamawiający dopuści zestaw o następujących właściwościach:

- Worek do zbiórki odprowadzanych płynów o pojemności 2000ml z zastawką przeciwwrotną i odpływem, skalowany co 100ml
- Strzykawka o pojemności 60ml
- Dostępny w różnych konfiguracjach
- Szeroka gama igieł do wyboru:
  - trio igieł o długości 55 mm (14G, 16G i 19G)
  - trio igieł o długości 80 mm (14G, 16G i 19G)
  - igła Veressa długości 100mm, z zaokrągloną, bezpieczną końcówką (15G)
- Dostępne w wersji manualnej (Toraset) ze szczelnym kranikiem trójdrożnym na drenie odprowadzającym, lub w wersji automatycznej (Tormatic) wyposażonej w trójdrożny zawór przeciwwrotny na drenie odprowadzającym, zapobiegający cofaniu się płynów
- Wyrób sterylizowany tlenkiem etylenu
- Opakowanie podwójne - zewnętrzne papier-foolia, wewnętrzne folia

**Odpowiedź:** Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

**Pytanie nr 3** Pakiet 7, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści kaniulę o następujących właściwościach i przepływach:

- Igła (mandryn) wykonana ze stali nierdzewnej z ostrzem typu back-cut
- Cewnik kaniuli wykonany z teflonu (FEP), wyposażony w 4 paski kontrastujące w RTG
- Kaniula wyposażona w kolorystycznie barwione skrzydełka mocujące, bez portu górnego
- Uchwyt umożliwiający wykonanie wkłucia jedną ręką
- Zastawka zabezpieczająca przed wypływem krwi po wprowadzeniu kaniuli do naczynia
- Komora wypływu zwrotnego zabezpieczona koreczkiem luer lock
- Dostępna w dwóch rozmiarach: 24 g i 26 g
- Jednorazowego użytku
- Nie zawiera lateksu
- Nie zawiera ftalanów
- Sterylizowana tlenkiem etylenu
- Pakowanie: 1 sztuka – twardego blister (PVC + lakierowany papier) z kolorowym zadrukiem zgodnym z identyfikacją kolorystyczną rozmiaru

ROZMIAR [G]	ROZMIAR [mm]	KOLOR	PRZEPŁYW [ml/min]
26 x ¾"	0,6 x 19	fioletowy	17
24 x ¾"	0,7 x 19	żółty	23

**Odpowiedź:** Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

**Pytanie nr 4** Pakiet 7, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści kaniule z filtrem hydrofobowym pełniącym rolę zastawki oraz posiadającą wyłącznie pasywne zabezpieczenie przed zakłuciem - ostra część igły (mandrynu) po wyciągnięciu zostanie samoistnie osłonięta elementem zabezpieczającym chroniąc użytkownika przed przypadkowym zakłuciem lub zranieniem?

**Odpowiedź:** Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

**Pytanie nr 5** pakiet nr 7, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści kaniulę dożylną przeznaczoną do małych, delikatnych żył u pacjentów neonatologicznych, pediatrycznych i osób starszych: typu bezpiecznego 26G z portem bocznym, wykonana z FEP, posiada 2 linie RTG, samodomykający się korek, filtr hydrofobowy, oraz 24G typu bezpiecznego, wykonana z PUR, bez portu bocznego, posiada 6 linii RTG, samodomykający się korek, filtr hydrofobowy?

**Odpowiedź:** Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

**Pytanie nr 6** pakiet nr 7, poz. 2 Czy Zamawiający dopuści kaniulę bezpieczną do długotrwałego podawania płynów i leków, z automatycznie zamykającym się zabezpieczeniem ostrza igły po wyjęciu z kaniuli, wykonaną z poliuretanu, z dodatkowym portem do iniekcji, z 6 wtopionymi paskami kontrastującymi w promieniach RTG, filtrem hydrofobowym, samodomykającym się korkiem. Z przezroczystą komorą kontrolną umożliwiającą łatwe wzrokowe potwierdzenie prawidłowego wkłucia do żyły, sterylizowaną EO, z nazwą producenta na korku portu bocznego, z kolorystyką (zgodną z normą ISO) identyfikującą rozmiar naniesioną na skrzydełka i korek w rozmiarach: 22G, 20G, 18G, 17G, 16G, 14G?

**Odpowiedź:** Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

**Pytanie nr 7** PAKIET NR 7 POZ.1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli dożylniej neonatologicznej zgodnej z opisem:

- Wykonana z PTFE, 2 paski RTG
- Posiada dodatkowy zdejmowany uchwyt ułatwiający wprowadzenie kaniuli do naczynia
- Wyposażona w zastawkę antyzwrotną zatrzymującą wypływ krwi poza kaniulę
- Elastyczne skrzydełka zapewniają łatwe mocowanie kaniuli oraz zabezpieczają przed przesuwaniem i obracaniem
- Igła silikonizowana, potrójnie ścięta z tylnym szlifem, wykonana ze stali nierdzewnej zapewniająca bezbolesne wkłucie

- Opakowanie TYVEC

<b>Kolor</b>	<b>Rozmiar kaniuli (GAUGE)</b>	<b>Rozmiar cewnika w mm</b>	<b>Przepływ ml/min</b>
Fioletowy	26 G	0,6 x 19	13
Żółty	24 G	0,7 x 19	13

**Odpowiedź:** Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

**Pytanie nr 8 Pakiet nr 7 poz. 2** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli dożylniej

Wykonana z biokompatybilnego medycznego PUR

- Posiada dodatkowy port do wstrzyknięć ze zintegrowanym samodomykającym się koreczkiem
- 6 pasków RTG
- Wyposażona mechanizm zabezpieczający przed przypadkowym zakłuciem, w postaci metalowego zatrasku na końcu igły automatycznie uruchamianego po wyjęciu igły z kaniuli
- Posiada filtr hydrofobowy
- Opakowanie typu TYVEC
- Skrzydełka oraz koreczek portu górnego kodowany kolorystycznie
- Koreczek z trzpieniem poniżej krawędzi, prążkowany
- Elastyczne skrzydełka z dziurkami umożliwiającą zamocowanie kaniuli plastrem lub jej przyszycie zgodnie z wymaganymi rozmiarami

**Odpowiedź:** Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Wprowadzone zmiany stanowią integralną część SWZ. Termin składania i otwarcia ofert **nie ulega zmianie**. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl) pod adresem [www.platformazakupowa.pl/pn/zzozwadowice](https://www.platformazakupowa.pl/pn/zzozwadowice) w myśl Ustawy Pzp na stronie internetowej prowadzonego postępowania **do dnia 29.10.2024r.** do godz. 10:00. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. **29.10.2024r. godz 10:30**. Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 26.01.2025r.

*Pełnomocnik Dyrektora ZZOZ w Wadowicach  
ds. Infrastruktury i Logistyki*

***mgr inż. Tomasz Matera***

**Otrzymują:**

<https://www.platformazakupowa.pl/pn/zzozwadowice>

1 x Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

1 x a/a.