



Warszawa, dnia 21 maja 2021 r.

WSPRiTS/ZP/172/2021
ZP.261.16.2021

Dotyczy: przetargu nieograniczonego ogłoszonego w TED Nr 2021/S 092-237813 z dnia 12.05.2021 r. na zakup sprzętu medycznego na wyposażenie ambulansów [Nr postępowania: 16/ZP/2021].

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” SPZOZ w Warszawie udziela wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Dotyczy Części 1 „Zakup noszy i krzesełek kardiologicznych”:

1) **PYTANIE:** Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności krzeselko transportowe z systemem płozowym o wadze 14,4 zgodnie z normą EN 1865-4, która określa max. wagę krzeselka z systemem płozowym do 15 kg?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza do zaoferowania krzeselka opisanego powyżej.

Dotyczy Części 2 „Zakup pomp infuzyjnych strzykawkowych”:

2) **PYTANIE:** Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności pompę infuzyjną o następujących wymiarach: 364x 115x 165 (szer. x wys. gł.)?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza do zaoferowania pompy o powyższych wymiarach.

3) **PYTANIE:** Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności pompę infuzyjną z ochroną IP22?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza do zaoferowania pompy z ochroną IP22.

4) **PYTANIE:** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie biblioteki leków z możliwością modyfikacji (50. leków).

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

5) **PYTANIE:** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie możliwości przeglądania historii infuzji do 1500 zdarzeń.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ.

6) **PYTANIE:** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie prędkości KVO: 0,01 - 5 ml/h, regulowanej co 0,1 ml/h.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza powyższe.

7) **PYTANIE:** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie dokładności infuzji $\pm 3\%$.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ.

8) **PYTANIE:** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie masy pacjenta: do 200 kg, ustawianej co 0,1 kg.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ.

9) **PYTANIE:** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ciśnienia okluzji 0-1000 mmHg co 1 mmHg.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ.

10) **PYTANIE:** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie 99 poziomów różnych ustawień tonów.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ.

11) **PYTANIE:** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czasu pracy akumulatora: do 6 godzin przy prędkości 5 ml/h.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza powyższego do zaoferowania.

12) **PYTANIE:** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ochrony IP32 (ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych narzędziem, ochrona przed obcymi ciałami stałymi o średnicy 2,5 mm i większej, ochrona przed kroplami spadającymi pod kątem 60°).

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ.

13) **PYTANIE:** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie historii 1500 zdarzeń po wyłączeniu pompy.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ.

14) **PYTANIE:** Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompy strzykawkowe z możliwością wprowadzenia wagi pacjenta do 300 kg, ustawioną co 0,1 kg ? Jest to niewielka różnica względem wymogów Zamawiającego, a dodatkowo aż tak dokładne wprowadzanie wagi pacjenta, może tylko skomplikować całą procedurę.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ.

15) **PYTANIE:** Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompy strzykawkowe z czasem pracy akumulatora 12 godzin przy prędkości 5 ml/h? Taka ilość czasu w zupełności wystarczy do poprawnej pracy urządzenia w budynku użyteczności publicznej typu szpital, w którym występują liczne gniazdko elektryczne, agregaty.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza do zaoferowania urządzeń o parametrach opisanych powyżej.

16) **PYTANIE:** Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompy strzykawkowe o wymiarach 394 x 90 x 123 mm? Pompa jest niewiele szersza od wymaganej przez Zamawiającego, dlatego że posiada pełne i solidne zabudowanie tłoka, który chroni pompę przed uderzeniami.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ.

17) **PYTANIE:** Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompę strzykawkową z klasą ochronności zgodnie z IEC/EN60601-1: Klasa I, typ CF? Jest to zaledwie drobna różnica w izolacji, co powoduje, że czasem klasę I i II uważa się za równoważne.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza do zaoferowania urządzeń o parametrach opisanych powyżej.

18) **PYTANIE:** Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompy strzykawkowe z ochroną obudowy na poziomie IP34? Oferowana klasa posiada wysoką ochronę przeciwpyłową oraz wyższą klasę ochrony przed zalaniem – pompa może swobodnie pracować podczas deszczu.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ.

Dotyczy Części 4 „Zakup respiratorów dla Meditrans Ostrołęka”:

19) **PYTANIE:** Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie respiratora o wadze maksymalnej 2,85 kg?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ.

20) **PYTANIE:** Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności respirator z wentylacją 100% tlenem i mix tlenowy - 50 %?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania respirator o powyższych parametrach.

21) **PYTANIE:** Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności respirator bez trybu wentylacji SIMV lub SMMV?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ.

22) PYTANIE: Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności respirator posiadający zasilanie w tlen o ciśnieniu od 2,8 do 6,0 bar?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ.

23) PYTANIE: Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności respirator posiadający torbę tlenową posiadające stałe uchwyty do zawieszania na noszach transportowych ale spełniającą pozostałe parametry opisane w SWZ?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ.

Dotyczy Części 5 „Zakup urządzenia do kompresji klatki piersiowej dla WSPRiTS Płock”:

24) PYTANIE: Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności urządzenie do kompresji klatki piersiowej z częstością kompresji zawartą w zakresie 80+/- 5 uciśnień na minutę?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

25) PYTANIE: Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności urządzenie do kompresji klatki piersiowej przystosowane do wykonywania kompresji u pacjentów o szerokość klatki piersiowej 38 cm?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

26) PYTANIE: Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności urządzenie do kompresji klatki piersiowej o wadze urządzenia gotowego do pracy 12 kg?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

27) PYTANIE: Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności urządzenie do kompresji klatki piersiowej z bezprzewodową (przez port podczerwieni) transmisją danych medycznych z przebiegu RKO do komputerów typu PC?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

28) PYTANIE: Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności urządzenie do kompresji klatki piersiowej bez możliwości zdalnego konfigurowania urządzenia?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

29) PYTANIE: Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności urządzenie do kompresji klatki piersiowej bez możliwości ładowania akumulatorów w urządzeniu?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

30) PYTANIE: Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności urządzenie do kompresji klatki piersiowej z czasem ładowania akumulatorów w ładowarce do 4,5 godz.?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

31) PYTANIE: Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności urządzenie do kompresji klatki piersiowej wyposażone w: torbę /plecak pełniący jednocześnie funkcję płachty transportowej; pasy do ucisku kl. piersiowej – 3 szt.; akumulatory -2 szt.; zewnętrzną ładowarkę; uprząż do transportu pacjenta; jednorazową podkładkę do stabilizacji głowy?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Dotyczy Części 7 „Zakup skanerów naczyń krwionośnych dla Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego”:

32) PYTANIE: Czy Zamawiający celem uzyskania najkorzystniejszej ceny z zachowaniem najwyższej jakości produktu, dopuści do zaoferowania urządzenie równoważne, w którym podczerwień emitowana jest w bezpieczniejszej technologii LED zamiast lasera? Rozwiązanie z użyciem lasera jest stosowane wyłącznie przez jednego producenta na rynku, co uniemożliwia zaoferowanie innych urządzeń. Technologia LED ma lepszy profil bezpieczeństwa niż światło laserowe, co ma szczególne znaczenie jeśli skaner żylny ma być stosowany u dzieci i osób starszych oraz jest bardziej energooszczędna co znacznie wydłuża czas pracy na baterii.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania urządzenie o parametrach opisanych powyżej.

33) PYTANIE: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie bez konieczności ustawiania czasu projekcji? Urządzenie wyposażone jest w wygodny przycisk, którym użytkownik włącza lub natychmiast wyłącza projekcję mapy żyłnej bez niepraktycznego ustawiania z góry jak długo urządzenie ma być włączone.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania urządzenie o parametrach opisanych powyżej.

34) PYTANIE: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości, równoważny skaner żylny, w którym niezbędne informacje, w tym status baterii wyświetlane są nie na wbudowanym małym wyświetlaczu ale w bardziej intuicyjny i czytelny sposób bezpośrednio na skórze z boku obrazu i wskaźniki diodowe? Taki sposób pozwala szybciej znaleźć właściwe miejsce wkłucia i skupić się na Pacjencie bez przenoszenia wzroku na korpus urządzenia. Słabo czytelny ekranik szczególnie przy pracy np. w goglach ochronnych niepotrzebnie rozprasza uwagę a dodatkowo skraca czas pracy na baterii. Oferowane urządzenie równoważne przy takim rozwiązaniu pozwala na o połowę dłuższy czas pracy na naładowanej baterii, co szczególnie w przypadku dyżuru załóg ambulansu lub SOR stanowi istotną przewagę urządzenia.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ.

35) PYTANIE: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie, w którym zamiast bezprzewodowej bazy/ładowarki zastosowano mobilną ładowarkę z zasilaczem, która pozwala oprócz pracy na baterii dodatkowo na pracę na zasilaczu i nawet przy całkowicie rozładowanej baterii ładując ją równocześnie? Urządzenia z tzw. bezprzewodową podstawą ładowania nie mogą być używane do lokalizacji naczyń w czasie gdy są ładowane. Takie rozwiązanie jest bardziej praktyczne, gdyż nie ma konieczności kilkugodzinnej przerwy na naładowanie.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania urządzenie o parametrach opisanych powyżej.

36) PYTANIE: Czy Zamawiający dopuści urządzenie równoważne o wadze maks. 350 g? Ta niewielka różnica 50 g w stosunku do wymagań nie będzie w praktyce odczuwalna i bez wpływu na komfort użytkownika urządzenia a pozwoli zaoferować model równoważny.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania urządzenie o wadze maksymalnej 350 g.

37) PYTANIE: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie z czasem ładowania baterii max 3,5 h zamiast wskazanych w tabeli 3h? W oferowanym przez nas modelu bateria ma dwukrotnie większą pojemność co wymaga nieco dłuższego czasu do pełnego naładowania ale w zamian oferuje o ponad połowę dłuższy czas pracy na baterii. Urządzenie dodatkowo ma możliwość normalnej pracy również podczas ładowania.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania urządzenie o parametrach opisanych powyżej.

38) PYTANIE: Zamawiający wymaga zgodnie z pkt 15 opisu przedmiotu zamówienia w komplecie dedykowanych nakładek ochronnych na urządzenie. Oferowane urządzenie jest bezkontaktowe i podczas lokalizacji żył urządzenie nie ma styczności z pacjentem, pozostając kilkadziesiąt cm ponad powierzchnią skóry. Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez jednorazowych nakładek ochronnych, w zamian w komplecie ze specjalnym etui ochronnym, które zabezpiecza lokalizator, co ma ogromne znaczenie, gdy jest szczególnie narażone na wstrząsy i wibracje podczas transportu?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający rezygnuje z wymogu dostarczenia nakładek ochronnych, pod warunkiem przeprowadzenia bezpiecznej dezynfekcji powierzchniowej urządzenia.

39) PYTANIE: Ze względu na planowane wykorzystanie urządzeń w karetkach prosimy o informację, czy Zamawiający wymaga, aby obudowy oferowanych urządzeń były wyposażone w specjalne otwory pozwalające na zamocowanie smyczy na nadgarstek zapobiegającej upadkowi urządzenia po wypadnięciu z ręki? W przypadku pracy w karetkach, gdzie liczy się czas, takie zabezpieczenie urządzeń jest rozwiązaniem bardzo pożądanym przez użytkowników.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, lecz nie wymaga powyższego.

40) PYTANIE: Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy skanery naczyń krwionośnych bez możliwości nastawienia czasu projekcji? Użytkownik powinien sam decydować o czasie jaki potrzebuje na przeprowadzenie badania. Wyłączanie skanera podczas analizy może być bardzo kłopotliwe.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania urządzenie o parametrach opisanych powyżej.

41) PYTANIE: Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy skanery naczyń krwionośnych wyposażone w nowoczesne wyświetlacze DLP o przekątnej 1,3”? Jest to niewielka różnica, prawie niezauważalna dla oka.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania urządzenie o parametrach opisanych powyżej.

42) PYTANIE: Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy skanery naczyń krwionośnych w skład których wchodzi: urządzenie oraz dedykowany przewód do ładowania USB? Jest to wygodniejsze rozwiązanie dla Zamawiającego, ponieważ nie wymaga ciągłego odnoszenia na ładowarkę.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania urządzenie o parametrach opisanych powyżej.

43) PYTANIE: Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy skanery naczyń krwionośnych o wadze 350g? Jest to niewielka różnica względem wymogów Zamawiającego i nie wpłynie na jakość pracy.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania urządzenie o wadze 350 g.

44) PYTANIE: Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy skanery naczyń krwionośnych z czasem pracy 120 minut? Oferowane skanery mają bardzo wygodną możliwość ładowania urządzenia poprzez kabel USB i nie muszą być w stacji dokującej, przez co tworzą możliwość pracy ciągłej.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ.

45) PYTANIE: Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy skanery naczyń krwionośnych do których nie ma potrzeby używania nakładek ochronnych, przez co Zamawiający nie jest narażony na dodatkowe koszty?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający rezygnuje z wymogu nakładek ochronnych, pod warunkiem możliwości przeprowadzania bezpiecznej dezynfekcji powierzchniowej urządzenia.

46) PYTANIE: Prosimy zwrócić uwagę, że zamawiający ogranicza się do jednej konkretnej technologii laserowej. Urządzenia produkowane w tej technologii mają liczne ograniczenia, zapewniają jedynie minimum funkcjonalności i nie zapewniają żadnej przewagi, a użytkownik końcowy w żaden sposób nie odróżnia stosowanych technologii. Wobec czego prosimy o dopuszczenie do postępowania urządzeń pracujących w oparciu o analogiczną, bezpieczną i dającą większą gamę opcji i ustawień (większa ilość kolorów wyświetlania, wielopoziomowa regulacja poziomu jasności i inne) technologię bliskiej podczerwieni (850nm – 2 niezależne źródła światła z oddzielnymi szczelinami i soczewkami). Urządzenia będą spełniały normy IEC 60601-1:2012 i IEC 60601-1-2:2014 (part 1-2) i emitowały obraz w różnych 5 kolorach w zakresach 350-780nm, a nie tylko w barwie czerwonej i zielonej jak jest to w przypadku urządzeń laserowych. Prosimy mieć na uwadze, że jedynie 2 niezależne źródła światła zapewniają wysoką, jakość projekcji, w każdych warunkach, a nie jak w przypadku urządzeń z jednym źródłem światła tylko w wybranych. Urządzenie będzie spełniało wymogi dyrektywy 93/42/EEC oraz 2007/47/EC. Dlatego wnosimy o to by za równoważne rozwiązanie uznać technologię bliskiej podczerwieni, z co najmniej dwoma niezależnymi źródłami światła.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ.

47) PYTANIE: Prosimy o wskazanie ilu poziomowej regulacji oczekuje Zamawiający, złotym standardem dla urządzeń wysokiej klasy na rynku są 4 poziomy.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga minimum 3 poziomów regulacji.

48) PYTANIE: Zapis o trybie obrazowania żył położonych głębiej sugeruje, że Zamawiający chce, by urządzenie zostało wyposażone we wskaźnik głębokości żył, będący standardowym wyposażeniem wszystkich urządzeń wysokiej klasy. Wobec tego prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga tego wskaźnika. Udzielając odpowiedzi prosimy mieć na uwadze, że część urządzeń (w tym te, które chcemy zaoferować) posiada trypoziomową ocenę głębokości. Jeżeli nie to prosimy o dokładne wyjaśnienie, na czym konkretnie ma polegać „tryb obrazowania żył położonych głębiej”. Zamawiający w żaden sposób nie wskazał, w jaki sposób dostawcy mają rozróżniać żyły położone płycej od głębiej.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wymaga wskaźnika głębokości żył. Natomiast wymaga takiego sposobu obrazowania, aby użytkownik mógł odróżnić żyły położone głębiej.

49) PYTANIE: Opisany efekt „Płynnej zmiany wielkości obrazu” nie jest żadnym parametrem urządzenia. Jest to nic innego jak efekt wynikły z oddalania i przybliżania urządzenia do skóry/ciała pacjenta. Prosimy o potwierdzenie, że urządzenie ma mieć nie tylko możliwość zwiększania i zmniejszania okna projekcji poprzez przybliżanie i oddalanie urządzenia od skóry/ciała pacjenta, ale także dodatkową możliwość ustawiania i wybierania (np. przy pomocy przycisku) rozdzielczości wyświetlania mapy i co za tym idzie wielkości okna wyświetlania.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający jako płynną zmianę wielkości obrazu rozumie możliwość zmiany wielkości wyświetlanego obrazu bez konieczności używania dodatkowych przycisków.

50) PYTANIE: Pragniemy zauważyć, że obrazowanie i wskazywanie mapy naczyń krwionośnych polega samo w sobie na wykrywaniu hemoglobiny we krwi i tym samym obraz na skórze pokazuje wypełnienie krwią naczyń krwionośnych (żył). Cała zawilgość parametru wskazuje na to, że zamawiający oczekuje trybu, który wspomże operatora we wskazaniu odpowiedniego miejsca wkłucia, a co za tym idzie, że za takie rozwiązanie zamawiający uzna np. wskazanie centralnie położonego optymalnego punktu wraz ze wskazaniem głębokości żyły – takie rozwiązanie pozwala optymalnie wybrać miejsce wkłucia. Jeżeli nie to prosimy o wizualne przedstawienie innego rozwiązania poprzez zamieszczenie szkicu / rysunku poglądowego.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający oczekuje trybu obrazowania wypełnienia naczyń krwionośnych (żył) co jest jednoznacznie wskazaniem najlepszego miejsca wkłucia.

51) PYTANIE: Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje oraz dopuści możliwości wyboru czasu projekcji przez określony czas lub pracy w trybie ciągłym.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ.

52) PYTANIE: Prosimy o dopuszczenie urządzenia z kolorowymi diodami i wyświetlaczem OLED c/b prezentującym funkcje w postaci graficznej, Urządzenie wskazuje wszelkie informacje w sposób jasny, klarowny i przejrzysty w polu wielkości przekraczającej 1,7 cala. Wielkość ta jest wystarczająca do przekazania wszelkich danych. Pragniemy zaznaczyć, że w pracy w terenie wygodny prezentujący w sposób graficzny panel wyświetlania na urządzeniu odgrywa kluczową rolę. Małe niewyraźne ikonki wyświetlane na skórze reklamowane przez konkurencyjne firmy, jako nierozpraszcające operatora w praktyce doprowadzają właśnie do takich zdarzeń.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ.

53) PYTANIE: Prosimy o potwierdzenie, rozdziału funkcji wyświetlania: ekran – sygnalizator wybranego trybu koloru wyświetlania, trybu, naładowanie baterii itp. Skóra – projekcja mamy na skórze.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ.

54) PYTANIE: Pragniemy zauważyć, że pojemność baterii jest parametrem sztucznym dodanym na wyrost nie zawsze mającym wpływ na ściśle powiązany parametrem długości pracy. Dla użytkownika znaczenie ma nie sama pojemność baterii, a realna długość czasu, na której można pracować oraz łatwość w ładowaniu urządzenia. Ponadto w związku z tym, że urządzenia będą pracowały, a także z założenia będą doładowywane w karetkach nie jest możliwe określenie przez żadnego z oferentów realnego czasu naładowania urządzenia. Zależy to od parametrów samej karetki, a parametr czasu doładowywania urządzenia na bazie jest nieadekwatny. Wobec powyższego prosimy o rezygnację ze zbędnych parametrów, bądź o dopuszczenie urządzeń, których pojemność baterii zapewnia, co najmniej 180 minut pracy pozwalają doładować urządzenie w stosunku do czasu pracy w proporcji 4: 3 – 4 minuty ładowania zapewniają 3 minuty pracy. W warunkach klinicznych proporcja ta jest wystarczająca.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ.

55) PYTANIE: Według naszych informacji nie ma na rynku urządzeń, które wraz z baterią ważą poniżej 300 gram. Liczenie wagi urządzenia bez baterii mija się z celem, dlatego wnosimy o zwiększenie dopuszczalnej wagi urządzenia wraz z baterią do 500 gram. Ta różnica i tak nie będzie odczuwana przez operatorów.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ.

56) PYTANIE: Pragniemy zwrócić uwagę, że na rynku nie istnieją urządzenia wyposażone w system tak zwanego bezprzewodowego ładowania (indukcyjnego). Wszelkie urządzenia dostępne na rynku wymagają styku urządzenia z przewodnikiem (przewodem zasilającym) i są defacto jedynie podstawkami biurkowymi – czymś w rodzaju stacji dokującej. Wszelkie urządzenia dostępne na rynku wymagają styku urządzenia z przewodnikiem (przewodem zasilającym). Przewód zasilający może być wbudowany w statyw bądź ładowarkę, które i tak trzeba podłączyć do gniazda zasilania. Na rynku mamy urządzenia, które pozwalają na ładowanie urządzeń właśnie taką ładowarką stołową lub zasilaczem z uniwersalnymi wtykami (np. DC). Nie ulega żadnej wątpliwości, że podczas jazdy (czasem gwałtownej) karetką dochodzi do wstrząsów, które doprowadzą do wypadnięcia urządzenia z ładowarki stołowej, albo do jej przewrócenia się, co może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia. Wobec tego prosimy o zarzucenie wymogu ładowania „bezprzewodowymi” ładowarkami na rzecz ładowania urządzenia przez uniwersalne złącze DC, dzięki któremu można ładować urządzenie w karetce, a także w razie konieczności innymi zasilaczami posiadającymi wtyk DC – spełniającymi parametry. Prosimy o potwierdzenie zmiany.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza inne sposoby ładowania urządzenia.

57) PYTANIE: Zaznaczamy, że dalsze dostawy materiałów jednorazowych zwiększą zdecydowanie koszt eksploatacji urządzenia i tym samym spowodują dodatkowe obciążenia logistyczne. Ponadto zwracamy uwagę, że Zamawiający wymaga by urządzenie nie miało bezpośredniego kontaktu z pacjentem, więc nie ma obawy by doszło do zakażenia krzyżowego. Wnosimy o rezygnację z parametru nakładki ochronne, jako bezzasadnego, zwiększającego tylko niepotrzebnie koszty zakupu urządzenia i jego późniejszej eksploatacji. Jeżeli jednak zamawiający chce utrzymania parametru prosimy o wskazanie czy oczekuje dla całego pakietu 50 czy 16 x 50 = 800 sztuk nakładek.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający rezygnuje z wymogu dostarczenia nakładek ochronnych, pod warunkiem możliwości przeprowadzenia bezpiecznej dezynfekcji powierzchniowej urządzenia. Zamawiający informuje również, że oczekuje po 50 nakładek ochronnych do każdego urządzenia, czyli dla całego pakietu 16 x 50 = 800 sztuk nakładek.

58) PYTANIE: Pragniemy zaznaczyć, że nie ma czegoś takiego jak „Dyrektywa Europejska 2002/364/EC”. Najbliższa temu określeniu jest decyzja 2002/364/EC dotycząca jedynie wyrobów diagnostycznych: „Niniejsze wspólne specyfikacje techniczne dotyczą wykazu wyrobów, określonych w załączniku II wykaz A: - odczynniki i produkty odczynników, w tym kalibratory i materiały kontrolne przeznaczone do określania następujących grup krwi: system AB0, Rhesus (C, c, D, E, e) anty Kell, - odczynniki i produkty odczynników, w tym kalibratory i materiały kontrolne przeznaczone do wykrywania, potwierdzania i kwantyfikacji w ludzkich próbkach markerów zakażenia HIV (HIV 1 i 2), HTLV I i II i zapalenia wątroby typu B, C i D.” Prosimy wobec tego o dopuszczenie urządzeń spełniających wymogi dyrektywy 93/42/EEC oraz 2007/47/EC, bądź rezygnację z parametru.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Dotyczy Części 8 „Zakup wideolaryngoskopów dla Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego”:

59) PYTANIE: Pragniemy zauważyć, że pakiety 8 oraz 9 w praktyce dotyczą tego samego rodzaju urządzeń, wobec czego wnosimy o ustalenie kompatybilnych parametrów, pozwalających na ujednoczenie łańcucha dostaw akcesoriów jednorazowych.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyjaśnia, że urządzenia w Części 8 i 9 są zakupywane dla różnych stacji pogotowia ratunkowego, będących odrębnymi Jednostkami.

60) PYTANIE: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na urządzenie, którego optyka jest kompatybilna z 5 rozmiarami / modelami nakładek, przez co nie ma potrzeby marnowania czasu na demontowanie dobieranie i ponowne montowanie optyki, by zamontować inny rozmiar nakładki. Całe urządzenie będzie spełniało rygorystyczne normy całkowitej ochrony przed wnikaniem pyłu oraz ochrony przed silnymi strumieniami wody lub zalewaniem falą z dowolnego kierunku, dzięki czemu będzie można dezynfekować całe urządzenie a nie jego poszczególne elementy osobno.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza do zaferowania urządzenie opisane powyżej.

61) PYTANIE: Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie jako równoważnego zestawu do trudnej intubacji - wideolaryngoskopu o następujących właściwościach w punktach 1-25: Skład zestawu: ekran monitora LCD 2.4 cala, brak możliwości obsługi dotykowej. Brak możliwości nagrywania filmów, łączenia wideolaryngoskopu z siecią wifi, portu Micro-USB. Wskaźnik naładowania baterii na obudowie wideolaryngoskopu. Urządzenie zasilane 3 bateriami typu AAA. W zestawie 3 komplety baterii pozwalające na 270 min. ciągłej pracy. Brak możliwości ładowania monitora. Nakładkami wyposażonymi w kanał na rurkę intubacyjną umożliwiającą intubację, bez potrzeby stosowania przewodnic możemy zaintubować max rurkę o średnicy 8,00 mm. Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2021. Reszta parametrów zgodna z SWZ.



ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ.

62) PYTANIE: W trosce o budżet Zamawiającego pragniemy zakwestionować sensowność wspomnianego parametru, dysponujemy modelami, które: posiadają możliwość przekazywania obrazu przy pomocy kabla HDMI oraz moduł WIFI; posiadają możliwość przekazywania obrazu przy pomocy kabla HDMI; urządzenia nieposiadające tych możliwości. Trudno jest nam sobie wyobrazić kliniczne zastosowanie przekazywania obrazu do innych urządzeń w trakcie pracy w terenie, do której bez wątpienia będzie dochodzić podczas pracy załóg karetek. Rezygnując z tej funkcji otrzymają państwo tańsze oferty. Prosimy o wskazanie, na który / które z modeli wyrażacie Państwo zgodę.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ.

63) PYTANIE: Prosimy o dopuszczenie urządzenia, które dzięki nagrywaniu w wysokiej rozdzielczości HD pozwoli na przechowywanie 6 godzin nagrań. Ponadto urządzenie pozwoli na robienie zdjęć, oraz nie będzie sztucznie limitowało długości plików. Sytuacja, w której potrzeba będzie więcej niż 6 godzin nagrań jest dla nas niemożliwa do wyobrażenia sobie w warunkach klinicznych. Ponadto proszę zastanowić się, co jest istotniejsze czas nagrań czy jakość kamery.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania urządzenie opisane powyżej.

64) PYTANIE: Prosimy o dopuszczenie urządzeń z nowszym standardem portu USB tj. portem USB typu C. Technologia microusb od kilku lat odchodzi do lamusa.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania urządzenie z portem USB typu C.

65) PYTANIE: Prosimy o dopuszczenie urządzenia, które wyświetla stan baterii na monitorze, a w wypadku jego wyłączonego wyświetlacza pozwala w kilka sekund uruchomić urządzenie. Ponadto urządzenie będzie posiadało nad wyświetlaczem wskaźnik potwierdzający fakt ładowania i naładowania akumulatora.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania urządzenie o opisanych powyżej parametrach.

66) PYTANIE: W związku z tym, że urządzenia będą pracowały, a także z założenia będą doładowywane w karetkach nie jest możliwe określenie przez żadnego z oferentów realnego czasu naładowania urządzenia. Zależy to od parametrów samej karetki, a parametr czasu doładowywania urządzenia na bazie postojowej jest nieadekwatny. Wobec powyższego prosimy o rezygnację z parametru, bądź o dopuszczenie urządzeń, które pozwalają doładować urządzenie w stosunku do czasu pracy w proporcji 1:1.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ.

67) PYTANIE: Prosimy o rezygnację z tego utrudniającego pracę parametru i zastąpienia go parametrem, który powoduje, że optyka wbudowana jest w videolaryngoskop i pozwala na podłączenie do niej nakładki w każdym rozmiarze, bez potrzeby manipulowania przy optyce, bądź stosowania adapterów czy przejściówek.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ.

68) PYTANIE: Prosimy o dopuszczenie urządzenia, które umożliwia pracę po rozładowaniu metodą tradycyjną bez marnowania czasu na domontowywania czegokolwiek.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza powyższe do zaoferowania.

69) PYTANIE: Wymienność optyki i odmontowywanie ekranu może wskazywać na zawilgość procesu dezynfekcji. Prosimy, zatem o potwierdzenie, że celem umożliwienia przeprowadzania tego procesu w terenie wymagacie państwo by urządzenie nie tylko posiadało całkowitą ochronę przed wnikaniem pyłu, ale także ochronę przed silnymi strumieniami wody lub zalewaniem falą z dowolnego kierunku. Takie parametry dodatkowo pozwolą na pracę w terenie, na przykład podczas deszczu czy silnego wiatru. Ta normowa powinna dotyczyć całego urządzenia, a nie jego poszczególnych części, bądź tylko akcesoriów.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ.

70) PYTANIE: Prosimy o dopuszczenie, by powłoka Antifog znajdowała się na nakładkach, a nie na samej optyce, w wypadku zadrapania warstwy anti-fog traci ona swoją funkcję, wobec czego bezpieczniej jest by znajdowała się ona na materiałach jednorazowych.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza powyższe do zaoferowania.

71) PYTANIE: Prosimy o informację, czy Zamawiający dla całego pakietu oczekuje 50 czy 16x50=800 nakładek jednorazowych w danym rozmiarze.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że oczekuje po 50 nakładek ochronnych do każdego urządzenia, czyli dla całego pakietu 16 x 50 = 800 sztuk nakładek.

72) PYTANIE: Prosimy o informację, czy Zamawiający dla całego pakietu oczekuje 50 czy 16x50=800 nakładek jednorazowych w danym rozmiarze.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że oczekuje po 50 nakładek ochronnych do każdego urządzenia, czyli dla całego pakietu 16 x 50 = 800 sztuk nakładek.

73) PYTANIE: Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści by w punkcie 15 i 16 dostarczono takie same nakładki, których opływowy anatomiczny kształt pozwala na bezproblemowe wprowadzenie rurek w rozmiarze od 6.0 do 8.5 mm bez stosowania prowadnic i bez potrzeby nadmiernego używania siły.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem zapewnienia sumarycznej liczby nakładek, czyli po 100 na każde urządzenia.

74) PYTANIE: Czy Zamawiający kierując się chęcią uzyskania jak najkorzystniejszej ceny dopuści do zaoferowania wideolaryngoskop: Videolaryngoskop bezprzewodowy ze zintegrowanym kolorowym wyświetlaczem dotykowym LCD (rozdzielczość 720x480), o przekątnej 3 cala, obrotowym w pionie 0-110 stopni i w poziomie 0-270 stopni; zintegrowany z kamerą i źródłem światła (wysokiej jakości LED); żywotność baterii > 3,5 godziny (210 minut), baterie można ładować, nie ma potrzeby wymiany na nową co 250 minut; pamięć wewnętrzna 32Gb pozwalająca na wykonanie do 4000 zdjęć lub nagranie video do 16 h; kompatybilny z monitorami zewnętrznymi; możliwość zrzucenia obrazu na urządzenie zewnętrzne smartphon, tablet poprzez prostą aplikację; zabezpieczenie przed zaparowaniem optyki (funkcja anti-fog); zasilanie akumulatorowe z ładowarką; gwarancja minimum 24 miesiące (2 przeglądy), dostępność urządzenia zastępczego przy naprawie; w komplecie po 50 szt. łyżek jednorazowych do wideo laryngoskopu w rozmiarach 3,4; instrukcja w języku polskim; przeglądy gwarancyjne; gwarantowany czas do przystąpienia do naprawy 24 h po zgłoszeniu awarii; urządzenie zastępcze o nie gorszych parametrach, gdy niemożliwa jest naprawa ciągu 48 godzin; niezbędne dokumenty do puszczające produkt do użycia w Polsce; szkolenie z obsługi urządzenie po instalacji do ustalenia z nabywcą?

Zdjęcie poglądowe wideolaryngoskopu z optyką i jednorazową łyżką z rękojeścią:



ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ.

Dotyczy Części 9 „Zakup wideolaryngoskopów dla RM-MEDITRANS Siedlce”:

75) PYTANIE: Pragniemy zauważyć, że pakiety 8 oraz 9 w praktyce dotyczą tego samego rodzaju urządzeń, wobec czego wnosimy o ustalenie kompatybilnych parametrów, pozwalających na ujednoczenie łańcucha dostaw akcesoriów jednorazowych.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyjaśnia, że urządzenia w Części 8 i 9 są zakupywane dla różnych stacji pogotowia ratunkowego, będących odrębnymi Jednostkami.

76) PYTANIE: Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie jako równoważnego zestawu do trudnej intubacji - wideolaryngoskopu o następujących właściwościach w punktach 1-25: Skład zestawu: Ekran monitora LCD 2.4 cala, brak możliwości obsługi dotykowej. Brak możliwości nagrywania filmów. Kamera oraz źródło światła są zainstalowane na adapterze, na który są zakładane łyżki z powłoką anti fog. Łyżki jednorazowe czyste mikrobiologicznie. Brak możliwości nagrywania filmów, brak łączności z systemami Android, iOS, Windows, brak możliwości łączenia się z siecią WiFi, oraz transferu plików przez kartę SD/micro SD, złącze USB. Urządzenie zasilane 3 bateriami typu AAA. W zestawie 3 komplety baterii pozwalające na 270 min. ciągłej pracy. Nie posiada stacji dokującej. Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2021. Reszta parametrów zgodna z SWZ.



ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza do zaofertowania urządzenie opisane powyżej, wymogiem bezwzględnym była możliwość użycia rurek intubacyjnych o rozmiarach do 8,5 mm.

77) PYTANIE: Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności wideolaryngoskop przystosowany do rozmiarów rurki intubacyjnej od 2,5 do 8,5, spełniający pozostałe parametry opisane w SWZ?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga, aby była możliwość użycia rurek intubacyjnych o rozmiarach do 8,5 mm.

78) PYTANIE: Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści, by urządzenie było kompatybilne z 5 różnymi łyżkami, których opływowy anatomiczny kształt pozwala na bezproblemowe wprowadzenie rurek w zależności od łyżki w rozmiarach od 2 do 9 mm bez stosowania prowadnic i bez potrzeby nadmiernego używania siły. Rozmiary rurek powyżej 8,5 centymetra są praktycznie nieużywane. Zaznaczamy, że za prowadzenie rurki odpowiada łyżka nie videolaryngoskop.

ODPOWIEDŹ: Z uwagi na coraz częstsze interwencje do pacjentów bariatrycznych wymagających optymalnej wentylacji i przepływu powietrza przez odpowiednio dobrany rozmiar rurki intubacyjnej (najczęściej powyżej 8,0 mm) uważamy, że niezbędnym elementem pozyskania video-laryngoskopu jest możliwość zastosowania tych rozmiarów. Ponadto użycie video-laryngoskopu będzie stosowane przede wszystkim u takich pacjentów. Na rynku istnieją różne zestawy całościowe (połączenie łyżki z videorejestratorem) lub oddzielnie videorejestrator - oddzielnie łyżka, lub videorejestrator z rękojeścią z możliwością nałożenia łyżki (jak byśmy nie definiowali jest to wideo-laryngoskop: budowa laryngoskopu - rękojeść, łyżka).

79) PYTANIE: Prosimy o potwierdzenie (dot. pkt 10), że trudne warunki, o których państwo wspominać oznacza nic innego tylko spełnienie rygorystycznej normy całkowitej ochrony przed wnikaniem pyłu oraz ochrony przed silnymi strumieniami wody lub zalewaniem falą z dowolnego kierunku, dzięki czemu można będzie nie tylko pracować w ciężkich warunkach, ale dezynfekować całe urządzenie a nie jego poszczególne elementy osobno. Ta normowa powinna dotyczyć całego urządzenia a nie jego poszczególnych części, bądź tylko akcesoriów.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza powyższe. Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę na zmienne warunki atmosferyczne - temperatur, w których pracują ZRM.

80) PYTANIE: Prosimy o zrezygnowanie (dot. pkt 11) z tego „bajeru” będącego w praktyce bezużytecznym z punktu widzenia użytkownika parametrem, którego nikt nie użyje podczas ratowania życia pacjentowi. Urządzenie ma swój wyświetlacz, który pozwala na przeprowadzenie procedury bez potrzeby używania telefonu.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ. Zamawiający w pracy ZRM stosuje algorytm VORTEX, co przekłada się na uporządkowaną pracę z zachowaniem odpowiednich norm, czasy wykonania zabiegów w postaci pozyskania drożności dróg oddechowych.

81) PYTANIE: W trosce o budżet Zamawiającego pragniemy zakwestionować sensowność wspomnianego parametru, dysponujemy modelami, które: posiadają możliwość przekazywania obrazu przy pomocy kabla HDMI oraz moduł WIFI; - posiadają możliwość przekazywania obrazu przy pomocy kabla HDMI; urządzenia nieposiadające tych możliwości. Trudno jest nam sobie wyobrazić kliniczne zastosowanie przekazywania obrazu do innych urządzeń w trakcie pracy w terenie, do której bez wątpienia będzie dochodzić podczas pracy załóg karetek. Rezygnując z tej funkcji otrzymają państwo tańsze oferty. Prosimy o wskazanie, na który / które z modeli wyrażacie Państwo zgodę.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ. Zamawiający w pracy ZRM stosuje algorytm VORTEX, co przekłada się na uporządkowaną pracę z zachowaniem odpowiednich norm, czasy wykonania zabiegów w postaci pozyskania drożności dróg oddechowych. Videolaryngoskopia będzie traktowana jako backup w trudnej intubacji

82) PYTANIE: Prosimy o dopuszczenie urządzeń z wbudowaną pamięcią opartą na technologii FLASH / SD. Pragniemy zauważyć, że w pracy w karetkach możliwość nagrywania filmów ma marginalne znaczenie. Transfer danych może odbywać się bezprzewodowo albo za pomocą przewodu USB typu C.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza powyższe.

83) PYTANIE: Pragniemy zwrócić uwagę, że na rynku mamy urządzenia, które pozwalają na ładowanie urządzeń właśnie typu przez stację dokującą / ładowarką stołową lub zasilaczem z uniwersalnymi wtykami (np. USB). Nie ulega żadnej wątpliwości, że podczas czasem gwałtownej jazdy czasem gwałtownej karetką dochodzi do wstrząsów, które doprowadzą do wypadnięcia urządzenia z ładowarki stołowej, albo do jej przewrócenia się, co może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia. Wobec tego prosimy o zarzucenie wymogu dostarczenia ładowarki stołowej na rzecz ładowania urządzenia przez uniwersalne złącze USB typu C, dzięki któremu można ładować urządzenie w karetce, a także w razie konieczności kompatybilnymi ładowarkami do telefonów. Złącze C jest w chwili złotym standardem dla wszelkich rozwiązań mobilnych.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania powyższe.

Dotyczy Części 10 „Zakup USG FAST dla RM-MEDITRANS Siedlce”:

84) PYTANIE: Czy Zamawiający dopuści aparat USG typu tabletowego o podłączeniu głowicy bezprzewodowo? System przesyła obraz z głowicy na tablet za pomocą łącza WiFi, co pozwala uzyskać wysoką jakość obrazowania. Zasilanie głowicy z własnego wymiennego akumulatora. Dwa akumulatory w zestawie pozwalające na 120 minut pracy głowicy od pełnego naładowania.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania aparat opisany powyżej.

85) PYTANIE: Zamawiający wymaga dostarczenia z aparatem USG głowicy typu Convex lub równoważnej jednocześnie Zamawiający nie określa parametrów przedmiotowej głowicy. Prosimy zatem o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje dostarczenia głowicy convex o następujących parametrach: Szerokopasmowa elektroniczna głowica convex do badań jamy brzusznej, FAST, ginekologiczno-położniczych, urologicznych i płucnych z wymiennym kablem USB, o liczbie elementów w głowicy min. 128, kącie widzenia min. 67 stopni, z obrazowaniem w częstotliwości II harmoniczej, 2D, Kolor Doppler, M-Mode?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyjaśnia, że wymaga szerokopasmowej głowicy z systemem do badań FAST i eFAST, M-Mode i trybem kolor Doppler.

Dotyczy zapisów SWZ i wzoru umowy:

86) PYTANIE: Prosimy o potwierdzenie, że wymóg określony w SWZ. III, ust. 3. Pkt. 3.1 – dotyczy wyłącznie oferowanych wyrobów medycznych zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych (Dz.U. 2020 poz. 186, ze zm.)

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza powyższe.

87) PYTANIE: Prosimy Zamawiającego o weryfikację wymogu w zakresie złożenia przez Wykonawcę certyfikatów wydanych przez jednostki notyfikowane potwierdzające zgodność wyposażenia medycznego z aktualną normą PN EN 1865-1 (lub norm równoważnych). Wymieniona przez Zamawiającego norma PN-EN 1865-1 określa minimalne wymagania dotyczące „projektowania i funkcjonalności noszy i innych urządzeń do przenoszenia pacjenta, stosowanych w ambulansach drogowych do przenoszenia i przesuwania pacjentów”, więc nie dotyczy aparatów USG wyspecyfikowanych w części 10 SWZ. Wykonawca oferuje aparat USG zgodny z normami: EN 60601-2-37 Medyczne urządzenia elektryczne, Wymagania szczegółowe dotyczące podstawowego bezpieczeństwa i zasadniczych parametrów funkcjonalnych ultradźwiękowych urządzeń diagnostycznych i monitorujących oraz normą EN 60601-1 Medyczne urządzenia elektryczne — Część 1: Wymagania ogólne dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego. W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie że wymienione normy będą spełniać wymagania SWZ w zakresie części 10.

ODPOWIEDŹ: W przypadku oferowania sprzętu medycznego Zamawiający wymaga złożenia deklaracji zgodności CE lub innego obowiązującego prawem dokumentu dopuszczającego do obrotu jako wyrób medyczny (zgodnie z Ustawą z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych – t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 186 z późn. zm.). W przypadku składania oferty na nosze dodatkowo należy przedstawić certyfikaty wydane przez jednostki notyfikowane potwierdzające zgodność wyposażenia medycznego z aktualną normą PN EN 1865-1 (lub norm równoważnych). Należy złożyć dokumenty zgodnie z normami dedykowanymi konkretnemu produktowi medycznemu.

88) PYTANIE: Z uwagi na pandemię COVID-19 prosimy Zamawiającego o jednoznaczne potwierdzenie, że kary umowne i odszkodowania będą należne tylko w przypadku winy Wykonawcy z wyłączeniem przypadków opóźnień w dotrzymaniu terminów wynikających z umowy związanych z siłą wyższą, ograniczeniami eksportowymi lub importowymi dotyczącymi wyrobów medycznych, następczą niemożliwością wykonania umowy z powodu opóźnienia w dostawach, braku produktów, przerwania łańcucha dostaw, brakiem lub zmniejszeniem personelu, który może wykonać dostawę, instalacje i/lub szkoleniem, serwis itd.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z zapisami wzoru umowy.

89) PYTANIE: Czy z uwagi na niemożliwą do przewidzenia sytuację związaną z pandemią COVID-19 Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia o czas spowodowany niemożliwością wykonania umowy z powodu siły wyższej, ograniczeniami eksportowymi lub importowymi dotyczącymi wyrobów medycznych, opóźnień w dostawach, braku produktów, braku dostępu do miejsca instalacji przedmiotu zamówienia, przerwania łańcucha dostaw, brakiem lub zmniejszeniem personelu, który może wykonać dostawę, instalacje i/lub szkoleniem? W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o uwzględnienie zmiany we wzorze umowy.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

90) PYTANIE: Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy do szkody rzeczywistej nieprzekraczającej wartości niniejszej Umowy, a tym samym czy Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie umowy nową następująca treścią: „Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa ewentualna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy z tytułu naruszenia warunków niniejszej Umowy jest ograniczona do szkody rzeczywistej (z całkowitym wyłączeniem szkód pośrednich, w tym wszelkich utraconych zysków) do kwoty nieprzekraczającej wynagrodzenia określonego w §.....umowy.” Zaproponowana przez nas treść ma na celu zrównanie interesów przyszłych Stron kontraktu w myśl zasady, iż celem odpowiedzialności odszkodowawczej nie jest wzbogacanie się jednej Strony lecz usunięcie uszczerbku, który może powstać w wyniku ewentualnych, niezamierzonych zdarzeń.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na [proponowaną zmianę zapisu wzoru umowy.

91) PYTANIE: Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie poniżej zaproponowanych zmian w umowie odnośnie naruszenia praw własności intelektualnej? 1. Wykonawca zobowiązuje się zwolnić z odpowiedzialności Zamawiającego wobec roszczeń, zarzucających, że urządzenia wchodzące w skład Przedmiotu umowy („Produkty”) bezpośrednio naruszają prawa własności intelektualnej osób trzecich pod warunkiem, że Zamawiający, (a) przekaże Wykonawcy bezzwłoczne zawiadomienie o roszczeniu, oraz (b) udzieli Wykonawcy pełnej i wyczerpującej informacji i pomocy niezbędnej Wykonawcy przy obronie przed roszczeniem, zawarciu ugody w przedmiocie roszczenia lub uniknięciu roszczenia, oraz (c) przekaże Wykonawcy wyłączną kontrolę nad obroną, ugodą lub uniknięciem roszczenia. 2. Zamawiający zobowiązuje się nie zawierać jakiegokolwiek ugody w związku z roszczeniem ani ponosić kosztów lub wydatków na rachunek Wykonawcy bez uprzedniej pisemnej zgody Wykonawcy. 3. Wykonawca nie będzie miał żadnego zobowiązania do zwolnienia z odpowiedzialności Zamawiającego z tytułu jakiegokolwiek roszczenia o naruszenie wynikającego w przypadku gdy takie roszczenie wynika z: (a) zachowania przez Wykonawcę zgodności z projektami, specyfikacjami lub instrukcjami Zamawiającego, (b) skorzystania przez Wykonawcę z informacji technicznych lub technologii dostarczonych przez Zamawiającego; (c) modyfikacji Produktów przez Zamawiającego lub jego przedstawicieli, niezatwierdzonych przez Wykonawcę; wykorzystania Produktów w sposób inny niż zgodnie ze specyfikacjami Produktów lub stosownymi pisemnymi instrukcjami Produktów; (d) wykorzystania Produktów wraz z jakimkolwiek innym produktem lub oprogramowaniem, jeśli naruszenia można było uniknąć poprzez użycie aktualnej niezmienionej wersji któregośkolwiek z Produktów, lub wykorzystania Produktów po tym, jak Wykonawca zalecił Zamawiającemu na piśmie zaprzestanie używania Produktów ze względu na zarzucane naruszenie; (e) niestosowania się przez Zamawiającego do zalecanych harmonogramów konserwacji oprogramowania i sprzętu komputerowego oraz instrukcji oraz/lub niewprowadzenia obowiązkowych działań (bezpieczeństwa). 4. W przypadku wniesienia roszczenia z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej Wykonawca będzie miał prawo, wedle własnego wyboru, do (a) zapewnienia Zamawiającemu prawa do dalszego korzystania z Produktów, (ii) zastąpienia lub zmodyfikowania Produktów w celu uniknięcia naruszenia lub (iii) zwrócenia Zamawiającemu proporcjonalnej części ceny nabycia Produktów z chwilą zwrócenia oryginalnych Produktów. 5. Odpowiedzialność odszkodowawcza i zobowiązania Wykonawcy w niniejszym punkcie mają zastosowanie do oprogramowania osób trzecich jedynie w takim zakresie, w jakim Wykonawca, na podstawie umowy licencyjnej lub umowy nabycia zawartej z taką osobą trzecią, uprawniony jest do zwolnienia z roszczeń w przypadku takich naruszeń. 6. Zamawiający zobowiązuje się nie dodawać, usuwać lub zmieniać jakichkolwiek oznaczeń na Produktach związanych z patentami, znakami towarowymi lub prawami autorskimi. 7. Warunki niniejszego punktu określają całość zobowiązania Wykonawcy i odpowiedzialności za roszczenia o naruszenie praw własności intelektualnej, a także stanowią wyłączny środek jaki przysługuje Zamawiającemu w przypadku roszczenia o naruszenie praw własności intelektualnej.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższych zapisów.

92) PYTANIE: Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Przedmiotu Umowy?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

93) PYTANIE: Prosimy o obniżenie maksymalnej łącznej wartości kar umownych do 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Wyjaśnienia i wprowadzone zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.