



Toszek, 04.06.2024 r.

dotyczy: *10/TP/DEG/SP/2024 Dostawa rękawic ochronnych i pieluchomajtek dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku*

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) Zamawiający udostępnia treść zapytań odnośnie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami:

### **Pytania z dnia 28.05.2024**

#### **Pytanie 1:**

Część 2. Czy Zamawiający zaakceptuje zmianę jednostki miary na inną niż opakowanie 30 sztuk (np. 10,15 lub 20 szt.) przy dokonaniu stosownego przeliczenia liczby opakowań w formularzu asortymentowo-cenowym?

Wzór umowy przewiduje możliwość zmiany różnych parametrów i nie wyklucza zmiany konfekcjonowania.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę jednostki miary na mniej niż 30 sztuk w opakowaniu. Wymaga zaoferowania asortymentu tylko i wyłącznie w opakowaniach a'30 sztuk.

### **Pytania z dnia 29.05.2024**

#### **Pytanie 1:**

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (część nr 2, pozycja: 1): przedłożenia karty produktowej/karty technicznej, wystawionej przez producenta, która będzie jawna dla Zamawiającego oraz innych ewentualnych wykonawców i stanie się potwierdzeniem wymogów zawartych w SWZ? Należy nadmienić, że karta produktowa /techniczna stwierdza obecność wszystkich elementów składowych produktu, jak również posiada zapis mówiący o poziomie chłonności produktu, zbadany według standardów normy ISO 11948.

#### **Odpowiedź:**

W Zamawiający nie wymaga przedłożenia karty produktowej/karty technicznej wystawionej przez producenta.

#### **Pytanie 2:**

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (część nr 2, pozycja: 1)pieluchomajtki dla dorosłych w rozmiarze L o rekomendowanym obwodzie 92cm -160cm?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga pieluchomajtek o obwodzie min. 90 cm max 160 cm. Proponowane pieluchomajtki o rozmiarze L (obwód 92 cm – 160 cm) mieszczą się w wymaganym zakresie.

**Pytanie 3:**

Czy Zamawiający nie dopuści w przedmiocie zamówienia (część nr 2, pozycja: 1) do złożenia oferty na pieluchomajtki dla dorosłych pokryte laminatem paroprzepuszczalnym jedynie w części centralnej z włókniną po bokach, która nie jest pokryta tym laminatem na całej powierzchni?

**Odpowiedź:**

Zamawiający określił wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia i nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanego przez Wykonawcę zapisu.

**Pytanie 4:**

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (część nr 2, pozycja: 1) pieluchomajtek posiadających system szybkiego wchłaniania, który umożliwia maksymalnie szybkie wchłonięcie moczu do środka produktu oraz utrzymuje wilgoć z dala od skóry pacjenta? Należy podkreślić, że powyższe rozwiązania technologiczne charakteryzują produkty o wysokich standardach jakościowych i zapewniają pacjentom maksymalną ochronę. Dodatkowo korzystnie wpływają na finanse Zamawiającego, gdyż ograniczają zużycie produktów chłonnych jak również ilość prania pościeli.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga zaoferowania pieluchomajtek z systemem szybkiego wchłaniania.

**Pytania z dnia 03.06.2024****Pytanie 1:**

Pakiet 1 Pozycja 1-4

Czy Zamawiający dopuści rękawice o nieznacznej i nieodczuwalnej różnicy w grubości na dłoni 0,07+/- 0,01 mm, na mankiecie 0,06+/- 0,01 mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rękawic o grubości: na palcu min. 0,09 mm, na dłoni min.:0,07 mm, na mankiecie min. 0,06 mm z zachowaniem pozostałych parametrów. W związku z powyższym modyfikacji ulegną zapisy SWZ: załącznika nr 2 - formularz asortymentowo-cenowy.

**Pytanie 2:**

Pakiet 1 Pozycja 1-4

Czy Zamawiający dopuści wycenę rękawic za opakowanie a'200 szt. z odpowiednim przeliczeniem zaoferowanej ilości?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę opakowania z odpowiednim przeliczeniem ilości.

**Pytanie 3:**

Pakiet 1 Pozycja 1-4

Czy Zamawiający dopuści rękawice przebadane na min. 33 cytostatyki wg. ASTM D6978, odporne na min. 20 substancji chemicznych (poza lekami cytostatycznymi) w tym min. 9 substancji na 6 poziomie odporności (>480min) wykonane zgodnie z EN 16523-1, w tym na dwa alkohole: 10% etanol na 6 poziomie odporności i 70% isopropanol na poziomie min. 2?

**Odpowiedź:**

Zamawiający określił wymagane parametry i nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższych zmian.

**Pytanie 4:**

Pakiet 1 Pozycja 1-4

Czy Zamawiający odstąpi od dodatkowego badania na przenikanie substancji zgodnie z normą ASTM F739?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie odstąpi od dodatkowego badania na przenikanie substancji zgodnie z normą ASTM F739?

**Pytanie 5:**

Pakiet 1 Pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści rękawice w kolorze niebieskim?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga zaoferowania rękawic do procedur „wysokiego ryzyka” w kolorze pomarańczowym. Nie wyraża zgody na zmianę koloru.

**Pytanie 6:**

Pakiet 1 Pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści rękawice o nieznacznej i nieodczuwalnej różnicy w grubości pojedynczej ścianki na palcu 0,16mm +/-0,01mm, na dłoni 0,12+/- 0,01 mm?

**Odpowiedź:**

Pytanie dotyczy rękawic do procedur „wysokiego ryzyka”, gdzie obniżenie grubości jest niedopuszczalne. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SWZ.

**Pytanie 7:**

Pakiet 1 Pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści rękawice o sile zrywu min 10N?

**Odpowiedź:**

Zamawiający określił parametry rękawic do procedur „wysokiego ryzyka” i nie wyraża zgody na ich zmianę.