



Sygnatura akt: CEZAMAT/373/DBN/2021 Zał. nr 1 do zapytania ofertowego

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia „Dostawa Mikrowagi”

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa mikrowagi w ramach stanowiska do spektroelektrochemii oraz modyfikacji powierzchni i wytwarzania warstw i biowarstw.
2. Urządzenie musi być fabrycznie nowe i nieużywane.
3. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie sprzętu równoważnego do opisanego w poniższej tabeli, pod warunkiem, że Wykonawca udowodni równoważność oferowanego sprzętu w stosunku do wskazanego przez Zamawiającego. Jako równoważne wskazanemu sprzętowi zostanie uznany sprzęt o parametrach nie gorszych niż parametry wskazane przez Zamawiającego.
4. W ofercie powinna się znaleźć specyfikacja oferowanego sprzętu w postaci co najmniej zestawienia numerów katalogowych lub odnośnika do oferowanego sprzętu (jeśli katalog zawierający opis szczegółowych parametrów asortymentu jest ogólnodostępny w wersji elektronicznej). W przeciwnym wypadku zamawiający wymaga przesłania danych identyfikujących zaoferowany sprzęt wraz z ofertą.
5. Termin realizacji zamówienia – do 60 dni od dnia zawarcia umowy.

L.p.	Nazwa	Wymagania:	Ilość
1	Precyzyjna mikrowaga	<ul style="list-style-type: none"> • obciążenie maksymalne – nie mniejsze niż 50g • obciążenie minimalne – nie większe niż 0,1 mg • dokładność odczytu – nie większa niż 5 µg • działka legalizacyjna 1 mg • powtarzalność standardowa max. 6 µg • maksymalna dopuszczalna powtarzalność 8 µg • liniowość ±20 µg • czas stabilizacji ok. 3,5 sek. • poziomica elektroniczna • monitoring warunków środowiskowych • temperatura pracy w zakresie nie gorszym niż + 10 do + 40°C • wymiary komory ważenia nie mniejsze niż 165 x 160 x 225 mm • wymiar szalki nie mniejszy niż 30 mm • manualny system otwierania drzwi • waga wyposażona w jonizator antystatyczny • wykonana zgodnie z CFR 21 part 11 • bez terminala bezprzewodowego • możliwość obsługi mobilnej • legalizacja wagi • wzorcowanie wagi • Instruktaż z obsługi wagi • gwarancja co najmniej 24 miesiące, 	1 sztuka

		<ul style="list-style-type: none">• cena powinna obejmować dostawę do siedziby zamawiającego i uruchomienie,• w dostawie powinny znaleźć się wszelkie materiały i akcesoria niezbędne do montażu i instalacji i testowania aparatury oraz pracy zgodnie z przeznaczeniem, w tym przewody zasilające• aparat powinien być dostarczony wraz z instrukcjami obsługi w języku polskim lub angielskim w wersji elektronicznej lub papierowej	
--	--	---	--